

příloha č. 1 - SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Univerzální světelný zdroj


Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka univerzálního světelného zdroje, s následnou instalací, uvedením do provozu a předvedením funkčnosti, a to dle níže uvedené specifikace předmětu plnění.

Předmět plnění veřejné zakázky musí splňovat níže uvedené technické požadavky:

Univerzální světelný zdroj obsahující minimálně 16 výkonově srovnatelných LED-diod s maximy emise při různých vlnových délkách v rozmezí 365 - 770 nm v oddělených kanálech, v nichž lze přesně nastavovat charakteristiky emitovaného záření. Zdroj musí umožňovat připojení optických kabelů pro specifické použití (např. pro fluorescenční mikroskopii nebo obdobné fluorescenční experimenty).

Nabízený předmět plnění

Univerzální fluorescenční zdroj **CoolLED pE-4000**, s 16 vlnovými délkami, s příslušenstvím



pE-Expansion Box



Liquid Light Guide

