

OBJEDNÁVKA č.: 2026/52-ZK

Značka: 2026/52-ZK

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Datum: 15.04.2026

UNIMED PRAHA, s.r.o.
Ve Stromkách 41
252 42 Vestec u Prahy

IČO: 14891344

DIČ: CZ14891344

Č. Objednávaný úkon Údaje o zařízení

| | | | |
|----|----------------------------------|---|--|
| 1. | Technická kontrola 1 Validace | Název zařízení: Typ zařízení: Výr.číslo: Inv.číslo: Umístění: | TERMOSTAT BIOLOGICKÝ BT 120 1921 HM00972 OKB |
| 2. | Technická kontrola 1 | Název zařízení: Typ zařízení: Výr.číslo: Inv.číslo: Umístění: | TERMOSTAT BIOLOGICKÝ BT 120 7611 HM01000 Donášková služba |
| 3. | Technická kontrola 1 | Název zařízení: Typ zařízení: Výr.číslo: Inv.číslo: Umístění: | TŘEPAČKA MST 4 00.082231 PM06991 mikrobiologie |
| 4. | Technická kontrola 1 | Název zařízení: Typ zařízení: Výr.číslo: Inv.číslo: Umístění: | MÍCHADLO VÁLEČKOVÉ Lambda MIX 3 351 PM06988 OKB |
| 5. | Technická kontrola 1 | Název zařízení: Typ zařízení: Výr.číslo: Inv.číslo: Umístění: | TERMOSTAT BIOLOGICKÝ INCUCCELL 111 30190 HM01397 mikrobiologie |
| 6. | Technická kontrola 1 | Název zařízení: Typ zařízení: Výr.číslo: Inv.číslo: Umístění: | CENTRIFUGA EBA 20 14919 HM01399-02 mikrobiologie |

Při BTK kontrole požadujeme vylepení kontrolního štítku s platným označením data kontroly nebo vylepení štítku "**nepoužívat (mimo provoz)**" v případě, že přístroj není schopen provozu.



| | | | |
|-----|----------------------------------|---|---|
| 7. | Technická kontrola 1 | Název zařízení: Typ zařízení: Výr. číslo: Inv. číslo: Umístění: | TERMOSTAT BIOLOGICKÝ INCUCCELL 111 30189 HM01396 mikrobiologie |
| 8. | Technická kontrola 1 | Název zařízení: Typ zařízení: Výr. číslo: Inv. číslo: Umístění: | TERMOSTAT KOMOROVÝ VESTAVĚNÝ nemá mikrobiologie |
| 9. | Technická kontrola 1 | Název zařízení: Typ zařízení: Výr. číslo: Inv. číslo: Umístění: | MÍCHADLO MAGNETICKÉ MM 6 1703 PM07025 OKB |
| 10. | Technická kontrola 1 | Název zařízení: Typ zařízení: Výr. číslo: Inv. číslo: Umístění: | STERILIZÁTOR HORKOVZDUŠNÝ-SUŠÁRNA T6 41201951 HM00754 patologie |
| 11. | Technická kontrola 1 | Název zařízení: Typ zařízení: Výr. číslo: Inv. číslo: Umístění: | STERILIZÁTOR HORKOVZDUŠNÝ-SUŠÁRNA v T6 41201952 HM00755 patologie |
| 12. | Technická kontrola 1 | Název zařízení: Typ zařízení: Výr. číslo: Inv. číslo: Umístění: | CHLADNIČKA s cirk vzduchu a mon. T LIEBHERR FKUv1610 80.656.864.3 HM00246 patologie |
| 13. | Technická kontrola 1 | Název zařízení: Typ zařízení: Výr. číslo: Inv. číslo: Umístění: | CHLADNIČKA s cirk vzduchu a mon. T LIEBHERR FKUv1610 80.656.853.7 HM00257 patologie |
| 14. | Technická kontrola 1 | Název zařízení: Typ zařízení: Výr. číslo: Inv. číslo: Umístění: | CENTRIFUGA MULTIFUNKČNÍ stolní MEGAFUGE 16 41197666 HM00764 patologie |
| 15. | Technická kontrola 1 | Název zařízení: Typ zařízení: Výr. číslo: Inv. číslo: Umístění: | CHLADNIČKA SKŘÍŇOVÁ s cirk vzduchu MKIC PV 50 63202 HM00790 HTO |
| 16. | Technická kontrola 1 Validace | Název zařízení: Typ zařízení: Výr. číslo: Inv. číslo: Umístění: | CHLADNIČKA S MRAZÁKEM KOM 40 63208 HM00725 OKB |
| 17. | Technická kontrola 1 | Název zařízení: Typ zařízení: Výr. číslo: Inv. číslo: Umístění: | CHLADNIČKA S MRAZÁKEM KOM 40 63205 HM00776 OKB |

Při BTK kontrole požadujeme vylepení kontrolního štítku s platným označením data kontroly nebo vylepení štítku "**nepoužívat (mimo provoz)**" v případě, že přístroj není schopen provozu.



| | | | |
|-----|----------------------------------|---|--|
| 18. | Technická kontrola 1 | Název zařízení: Typ zařízení: Výr. číslo: Inv. číslo: Umístění: | TERMOSTAT-SUŠÁRNA T 12 41205290 HM00778 centrální sterilizace |
| 19. | Technická kontrola 1 | Název zařízení: Typ zařízení: Výr. číslo: Inv. číslo: Umístění: | CHLADNIČKA SKŘÍŇOVÁ s cirk vzduchu MKIC PV 50 63204 HM00777 OKB |
| 20. | Technická kontrola 1 | Název zařízení: Typ zařízení: Výr. číslo: Inv. číslo: Umístění: | CHLADNIČKA SKŘÍŇOVÁ s cirk vzduchu MKIC PV 50 63207 HM00797 HTO |
| 21. | Technická kontrola 1 | Název zařízení: Typ zařízení: Výr. číslo: Inv. číslo: Umístění: | SKŘÍŇ CHLADÍCÍ MKIC PV 50 63211 HM00799 HTO |
| 22. | Technická kontrola 1 | Název zařízení: Typ zařízení: Výr. číslo: Inv. číslo: Umístění: | SKŘÍŇ CHLADÍCÍ MKIC PV 50 63212 HM00798 HTO |
| 23. | Technická kontrola 1 Validace | Název zařízení: Typ zařízení: Výr. číslo: Inv. číslo: Umístění: | CHLADNIČKA SKŘÍŇOVÁ s cirk vzduchu MKIC PV 50 63206 HM00789 HTO |
| 24. | Technická kontrola 1 Validace | Název zařízení: Typ zařízení: Výr. číslo: Inv. číslo: Umístění: | TERMOSTAT-SUŠÁRNA - umístění TRN T6 50042293/41193406 HM00813 TRN |
| 25. | Technická kontrola 1 | Název zařízení: Typ zařízení: Výr. číslo: Inv. číslo: Umístění: | CENTRIFUGA Stan Spin Express 3 1021M50203854 HM00791 HTO |
| 26. | Technická kontrola 1 Validace | Název zařízení: Typ zařízení: Výr. číslo: Inv. číslo: Umístění: | CHLADNIČKA s. cirk vzduchu a monitorací T LIEBHERR FKUv1610 80.831.357.9 HM00323 HTO |
| 27. | Technická kontrola 1 | Název zařízení: Typ zařízení: Výr. číslo: Inv. číslo: Umístění: | CHLADNIČKA VESTFROST 20012801705 PM11100 OKB |
| 28. | Technická kontrola 1 | Název zařízení: Typ zařízení: Výr. číslo: Inv. číslo: Umístění: | MRAŽÍCÍ BOX (-70 st. C) Fryka B-35.85 46330-04-13 HM00860 mikrobiologie |

Při BTK kontrole požadujeme vylepení kontrolního štítku s platným označením data kontroly nebo vylepení štítku "**nepoužívat (mimo provoz)**" v případě, že přístroj není schopen provozu.



| | | | |
|-----|----------------------------------|---|---|
| 29. | Technická kontrola 1 | Název zařízení: Typ zařízení: Výr. číslo: Inv. číslo: Umístění: | TŘEPAČKA ZX3 Vortex 257852 PM02475 mikrobiologie |
| 30. | Technická kontrola 1 | Název zařízení: Typ zařízení: Výr. číslo: Inv. číslo: Umístění: | TERMOSTAT BIOLOGICKÝ INCUCCELL 111 141673 HM00896 mikrobiologie |
| 31. | Technická kontrola 1 | Název zařízení: Typ zařízení: Výr. číslo: Inv. číslo: Umístění: | TŘEPAČKA IKA VF2 733392 PM30200 mikrobiologie |
| 32. | Technická kontrola 1 Validace | Název zařízení: Typ zařízení: Výr. číslo: Inv. číslo: Umístění: | CHLADNIČKA NA LÉKY s cirkulací vzduchu LKv 3913-20B 001 83.008.209.2 HM00908 Lékárna DUO |
| 33. | Technická kontrola 1 Validace | Název zařízení: Typ zařízení: Výr. číslo: Inv. číslo: Umístění: | CHLADNIČKA s cirkulací vzduchu LKUv 1613 82.968.108.4 HM00910 Lékárna DUO |
| 34. | Technická kontrola 1 Validace | Název zařízení: Typ zařízení: Výr. číslo: Inv. číslo: Umístění: | MRAŽÍCÍ PULTOVÝ BOX (- 45 st. C) ELCOD UNI 11LT 47380025 HM00550 centrální operační sály |
| 35. | Technická kontrola 1 | Název zařízení: Typ zařízení: Výr. číslo: Inv. číslo: Umístění: | TERMOSTAT BIOLOGICKÝ INCUCCELL 111 172455 HM01661 mikrobiologie |
| 36. | Technická kontrola 1 | Název zařízení: Typ zařízení: Výr. číslo: Inv. číslo: Umístění: | TERMOSTAT BIOLOGICKÝ INCUCCELL 55 172454 HM01662 mikrobiologie |
| 37. | Technická kontrola 1 | Název zařízení: Typ zařízení: Výr. číslo: Inv. číslo: Umístění: | TERMOSTAT BIOLOGICKÝ INCUCCELL 111 ECO H202090 HM02429 mikrobiologie |
| 38. | Technická kontrola 1 | Název zařízení: Typ zařízení: Výr. číslo: Inv. číslo: Umístění: | TERMOSTAT BIOLOGICKÝ INCUCCELL 111 ECO H202089 HM02428 mikrobiologie |
| 39. | Validace | Název zařízení: Typ zařízení: Výr. číslo: Inv. číslo: Umístění: | CHLADNIČKA SKŘÍŇOVÁ dvoudveřová POLAIR CM 114 D957080320 HM02431 mikrobiologie |

Při BTK kontrole požadujeme vylepení kontrolního štítku s platným označením data kontroly nebo vylepení štítku "**nepoužívat (mimo provoz)**" v případě, že přístroj není schopen provozu.



40. Technická kontrola 1

Název zařízení:

Typ zařízení:

Výr. číslo:

Inv. číslo:

Umístění:

CHLADNIČKA SKŘÍŇOVÁ s cirk vzduchu

NORDLine UR 600 plné dveře


5034193

HM00519

mikrobiologie

Dobrý den,


požadujeme kontrolu na výše uvedené zařízení v měsíci květen, domluvte se předem na oddělení:



Děkuji

S pozdravem


Biomedicínský inženýr



Při BTK kontrole požadujeme vylepení kontrolního štítku s platným označením data kontroly nebo vylepení štítku "**nepoužívat (mimo provoz)**" v případě, že přístroj není schopen provozu.

