

OBJEDNÁVKAČíslo objednávky: **P2026/000065**
!! NUTNÉ UVÁDĚT NA FAKTURE !!

Objednává:	Dodavatel:
Kroměřížská nemocnice a.s. Oddělení zdravotnické techniky Havlíčkova 660/69 767 01 Kroměříž IČ: 27660532 DIČ: CZ27660532	KALIST AKL s.r.o. Třebětice 8 769 Třebětice IČ: 04432436 Tel.: Fax: Email: dsiskova@kalist.cz

Datum objednávky:	18.05.2026	Určeno pro:	209111 Zdravotnická technika
Vyřizuje:		Telefon:	
		Email:	
Zakázka č.:	30005	Záruční oprava:	NE

Faktury zasílejte pouze elektronicky na email uctarna@nem-km.cz. V případě zakázky nad 5.000,- bez DPH musí být vypracován cenový návrh, který musí být objednatelem odsouhlasený.

Objednáváme u Vás:

Název	Množství	Cena/j.	Celkem	DPH	Celk. s DPH
Servis: Kalibrace (perioda: 24 měsíců) Váha elektrická osobní s mírou; TSCALE FOX II-LOV 202330 - Gynekologické oddělení SN: 01309053039, Inv. č.: 7943079, Metrolog. č.: S-GYN-VAH02					
Servis: Kalibrace (perioda: 24 měsíců) Váha el.mech.; ECE 10k5 202342 - ARO SN: WD110095250, Inv. č.: , Metrolog. č.: P-ARO-VAH01					
Servis: Kalibrace (perioda: 24 měsíců) Výškoměr; Seca 206 202366 - Urologie SN: , Inv. č.: 7947084, Metrolog. č.: P-URO-VYS01					
Servis: Validace - k datu: 05.06.2026 (perioda: 24 měsíců) Centrifuga; MPW-340 209901 - Okb-biochemie SN: 3762, Inv. č.: 3962594, Metrolog. č.: P-OKB-CNT05			--	--	--
Servis: Kalibrace (perioda: 24 měsíců) Váha el.mech; Soehnle 9202.10.001 209901 - Okb-biochemie SN: 2015/392980, Inv. č.: , Metrolog. č.: P-OKB-VAH01					
Servis: Validace Centrifuga; EPP 5702 209925 - Transfuzní laboratoř SN: 5702AO429183, Inv. č.: 889550, Metrolog. č.: P-HTO-CNT05			--	--	--
Servis: Validace - k datu: 22.12.2026 (perioda: 12 měsíců) Centrifuga velkokapacitní; KR4i 209925 - Transfuzní laboratoř SN: 41170299, Inv. č.: 887400, Metrolog. č.: P-HTO-CNT08			--	--	--
Servis: Validace - k datu: 12.09.2026 (perioda: 12 měsíců) Lednice; Liebherr FKv 4143 209925 - Transfuzní laboratoř SN: 83.741.794.1, Inv. č.: 897110, Metrolog. č.:			--	--	--
Servis: Validace - k datu: 30.04.2026 (perioda: 12 měsíců) Lednice č.14; Elektrolux LRB1AF24W 209925 - Transfuzní laboratoř SN: 933009728-00/10450036, Inv. č.: 7948406, Metrolog. č.:			--	--	--
Servis: Validace - k datu: 21.05.2026 (perioda: 12 měsíců) Skříň mrazicí; Liebherr 209925 - Transfuzní laboratoř SN: 82.994.681.7, Inv. č.: 893710, Metrolog. č.: P-HTO-MRZ11			--	--	--
Servis: Validace Centrifuga; EPP 5702 209925 - Transfuzní laboratoř SN: 5702M0160669, Inv. č.: 923570, Metrolog. č.: P-MIK-CNT08			--	--	--
Servis: Validace - k datu: 16.04.2026 (perioda: 12 měsíců) Skříň mrazicí č.2; LGPv 6520 ProfiLine 209925 - Transfuzní laboratoř SN: 84.545.952.0, Inv. č.: 905990, Metrolog. č.:			--	--	--
Servis: Validace - k datu: 21.05.2026 (perioda: 12 měsíců)			--	--	--

Skříň mrazicí č.7; LGPv 6520 ProfiLine
209925 - Transfuzní laboratoř
SN: 85.533.675.0, Inv. č.: 911540, Metrolog. č.:

Servis: Validace - k datu: 13.12.2026 (perioda: 12 měsíců)

Skříň mrazicí č.8; LGPv 6520 ProfiLine

209925 - Transfuzní laboratoř
SN: 85.188.233.6, Inv. č.: 909230, Metrolog. č.:

Servis: Validace - k datu: 07.04.2026 (perioda: 12 měsíců)

Zmrazovač šokový ; Kryotec KPE 18/80

209925 - Transfuzní laboratoř
SN: 736.633.934, Inv. č.: 893470, Metrolog. č.: P-HTO-MRZ10

Servis: Validace - k datu: 27.05.2026 (perioda: 12 měsíců)

Lednice č.22; Zanussi model ZRG11600WA

209928 - Hematologie
SN: 90314181/923421035-01, Inv. č.: 7945275, Metrolog. č.:

Servis: Validace - k datu: 07.05.2026 (perioda: 12 měsíců)

Skříň chladičí; Brandt

209928 - Hematologie
SN: 121500236, Inv. č.: 7936540, Metrolog. č.:

Servis: Validace - k datu: 06.08.2026 (perioda: 12 měsíců)

Systém monitorování teplot; ConWin

209928 - Hematologie
SN: -, Inv. č.: 894640, Metrolog. č.:

Servis: Validace

Centrifuga; EPP 5702

209928 - Hematologie
SN: 5702AQ029182, Inv. č.: 889540, Metrolog. č.: P-HTO-CNT06

Servis: Validace - k datu: 21.05.2026 (perioda: 12 měsíců)

Centrifuga; MPW-223e

209928 - Hematologie
SN: 10223e169008, Inv. č.: 873300, Metrolog. č.: P-HTO-CNT09

Servis: Validace - k datu: 01.02.2027 (perioda: 12 měsíců)

Lednice s mrazákem; Liebherr CT 3306

209928 - Hematologie
SN: 46.941.986.3, Inv. č.: 7939327, Metrolog. č.:

Servis: Validace - k datu: 01.06.2026 (perioda: 12 měsíců)

Lednice s mrazákem; Liebherr CT 3306

209928 - Hematologie
SN: 45.345.987.5, Inv. č.: 7937689, Metrolog. č.:

Servis: Validace - k datu: 15.05.2026 (perioda: 12 měsíců)

Skříň mrazicí; I.A.R.Nosreti (VF 33)

209928 - Hematologie
SN: J40095 F0991, Inv. č.: 716300, Metrolog. č.: P-HTO-MRZ03

Servis: Validace - k datu: 01.02.2027 (perioda: 12 měsíců)

Skříň mrazicí; Liebherr Comfort

209928 - Hematologie
SN: 83.306.476.7, Inv. č.: 894710, Metrolog. č.:

Servis: Validace - k datu: 22.05.2026 (perioda: 12 měsíců)

Termostat biologický; BT 120MR

209928 - Hematologie
SN: 416, Inv. č.: 7936829, Metrolog. č.: P-HTO-TER05

Servis: Kalibrace (perioda: 24 měsíců)

Teploměr digitální; TFA 30.1024

209928 - Hematologie
SN: 000, Inv. č.: , Metrolog. č.: P-HTO-TEP27

Dobrý den,

tímto žádáme o provedení validací a kalibrací v platném termínu 4/2026.

Děkujeme.

Celkem:	149 100,00 Kč
DPH 21%:	19 861,80 Kč
Celkem s DPH:	168 961,80 Kč

Schválil(a):

Na faktuře uveďte vždy číslo objednávky a fakturu doložte dodacím nebo servisním listem s přesným uvedením, co bylo předmětem dodávky nebo opravy.

U oprav navíc uveďte jméno servisního technika, popis jednotlivých servisních úkonů, časovou náročnost opravy a použité náhradní díly, včetně jejich názvu a katalogového čísla.

Při opravách, údržbě nebo periodických kontrolách u ZP postupujte ve smyslu zákona č. 375/2022 Sb. v aktuálním znění.

Protokoly o bezpečnostně technických kontrolách, ZDS, revizích, validacích, kalibracích nebo o metrologickém ověření zasílejte v elektronické podobě na adresu objednatele v hlavičce objednávky a současně e-mailem na adresu: iveta.kocirova@nem-km.cz do 5 pracovních dní.