



Objednávka č.: DIS2601616

**\*DIS2601616\***

VYŘIZUJE Svozilová Radmila

☎ 588 444 311  
FAX 588 442 529  
E-MAIL Radmila.Svozilova@fnol.cz

DATUM 20.03.2026

North Med spol. s.r.o.

Bělocerkevská 1176/12  
100 00 Praha 10

Druh faktury FNOL:

\* Objednáváme u Vás provedení servisu na základě schválené cenové nabídky v příloze:

Inventární číslo	Výrobní číslo	Název	Typ
I026922-000	5148M3IJC00001H	RTG PŘÍSTROJ POJÍZDNÝ DIGITÁL.	GM85

Rok výroby: 2017 Cena pořizovací: 1381820,0000 Cena zůstatková: 1239317,0000

chyba v přenosu dat

Po expozici nelze získat data. Zařízení dopadne na detektor, ale není k dispozici snímek. Přístroj napíše, že máme čekat jednu minutu, ale čekání nikam nevede. Chyba 2176. Po vypnutí a zapnutí přístroj funguje normálně, ale jde o opakovaný incident.

Středisko: Radiologická klinika: přístr. pracoviště -SVLS + magnet. rezonance

NS: 3451

Kontakt: Ing. Erich Radmacher, tel. 588 443 484

\* Před opravou nad 10 000,- Kč s DPH dodejte předem cenovou nabídku ke schválení.

Fakturu zašlete ve formátu PDF včetně standardu ISDOC, pokud jej Váš systém podporuje. Odesílejte pouze na e-mail fin@fnol.cz do 3 dnů od ukončení servisu. Označte ji číslem objednávky a přiložte výkaz práce. Ten musí obsahovat typ přístroje, výrobní a inventární číslo + číslo objednávky. Dále musí být podepsaný přebírajícím uživatelem včetně čitelného přepisu jména. Uvádějte v něm také \* příčinu závady. Zda byla porucha způsobena uživatelem nebo opotřebením. Při nesplnění těchto podmínek vám bude faktura vrácena zpět.

FN Olomouc hradí faktury 60 dní od data doručení faktury.

Tuto objednávku nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající.

Zhotovitel je povinen dodržovat požadavky na ochranu osobních údajů vyplývajících ze zákona č. 110/2019 Sb. \* v platném znění.

Přijetím objednávky souhlasíte s podmínkami v této objednávce a splněním veškerých zákonných požadavků pro servis výše uvedeného zdrav. prostředku, jak jsou stanoveny zákonem č. 375/2022 Sb. Pokud výše uvedené zařízení není zdrav. prostředkem, potvrzujete, že servis probíhá v souladu s jinou platnou legislativou pro daný typ zařízení.

VYSTAVIL:

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ®  
Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc, tel. 588 444 311  
Ekonomický úsek  
Odbor zdravotnické techniky  
Oddělení servisu a bezpečnostně technických kontrolFAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ  
Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc, tel. 588 442 299  
Ekonomický úsek  
Odbor zdravotnické techniky  
Oddělení servisu a bezpečnostně technických kontrol  
Ing. R. ZEMANEK