

Dodavatel:

HPST, s.r.o.
Na Jetelce 69/2
19000 Praha 9
Česká republika



IČ: 25791079
DIČ: CZ25791079
Tel.: +420 244 001 231
Web: www.hpst.cz
E-mail: info@hpst.cz

Číslo účtu: 16499002/5500
IBAN: CZ5655000000000016499002
Kód SWIFT: RZBCCZPP

Firma je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 70568.

Číslo objednávky: 232/F/2017 323/F/17
Zakázka číslo: SZ17-19441
Variabilní symbol: 4001701695

Odběratel:

Ústav pro státní kontrolu veterinárních
biopreparátů a léčiv
Hudcova 232/56a
62100 Brno - Medlánky
Česká republika

IČ: 00019453
DIČ:

Dodací adresa:

Ústav pro státní kontrolu veterinárních
biopreparátů a léčiv

██████████
Hudcova 56a
62100 Brno

DUZP: 5.10.2017
Datum splatnosti: 19.10.2017
Datum dokladu: 5.10.2017

Platební podmínky: Splatnost 14 dnů
Způsob dodávky:

Číslo	Popis	Mn.	MJ	Cena za MJ	Sleva %	DPH %	Částka bez DPH	Částka včetně DPH
G1958-60137	Nebulizer(needle SST316 replacement) kit	1	ks	██████████		21	██████████	██████████
6040-1361	Oil for Vacuum-Pumps 1-Liter-bottle Petr	2	ks	██████████		21	██████████	██████████
RMSN-4	Big Universal Trap, 1/4i fttgs, Nitrogen	2	ks	██████████		21	██████████	██████████
5063-6589	Plunger seal for 1100/1200 and 1050 2/PK	3	ks	██████████		21	██████████	██████████
01018-22707	PTFE Frits 5PK	1	ks	██████████		21	██████████	██████████
0101-1416	Rotor Seal,2 Grooves	1	ks	██████████		21	██████████	██████████
G1313-87201	Needle, G1313A Autosampler	1	ks	██████████		21	██████████	██████████
G1329-87017	Seat assy 0.17mm ID Standard Autosampler	1	ks	██████████		21	██████████	██████████
170111_001	LC, PM	1	ks	██████████		21	██████████	██████████
170111_002	LC, PM MSD vč. IS	1	ks	██████████		21	██████████	██████████
170122_006	LC, OQ	1	ks	██████████		21	██████████	██████████
170122_007	LC, OQ MSD vč. IS	1	ks	██████████		21	██████████	██████████
5190-0580	Entprise Edtn LCMS OQ/PV sulfa std 6x2mL	1	ks	██████████	100	21	██████████	██████████

Celkem CZK ██████████
Částka DPH ██████████

Celkem CZK včetně DPH ██████████

HPST, s.r.o. [®]
Na Jetelce 69/2, 190 00 Praha 9
Tel.: 244 001 231 www.hpst.cz
IČO: 25791079 DIČ: CZ25791079



Servisní zakázka

Dodavatel:

HPST, s.r.o.
Na Jetelce 69/2
190 00 Praha 9
Tel/Fax: +420 244 001 237/235
Tel: (DIČ) (CZ)25791079
servis@hpst.cz

Zakázka č.: SZ17-19441
Typ zakázky: 1C
Technik: [REDACTED]
Tel: +420 724 807 189
Email: [REDACTED]@hpst.cz

Odběratel:

Ústav pro státní kontrolu veterinárních
Hudcova 232/56a
62100 Brno - Medlánky

Kontakt: [REDACTED]
Tel: 541594502
Email: [REDACTED]@uskvbl.cz

Seznam servisovaných modulů

Číslo produktu	Popis	Sériové číslo	Datum instalace	Konec záruky
G1329B	1260 Standard Autosampler	DEAAC38984	11/11/2015	11/11/2017
G1312B	1260 Binary Pump	DEACB10388	11/11/2015	11/11/2017
G1316A	1260 Thermostatted Column Compartment	DEACN39542	11/11/2015	11/11/2017
G1330B	1290 Thermostat	DEBAK25928	11/11/2015	11/11/2017
G4225A	1260 Infinity High Performance Degasser	JPAAB06030	11/11/2015	11/11/2017
G6495AA	6495 Triple Quadrupole LC/MS System	SG1536D005	11/11/2015	11/11/2017

Zápis technika

Návštěva (02.10.2017 - 05.10.2017)

Provedena PM a OQPV

System splňuje specifikace výrobce.

Dokumentace bude zaslána poštou.

Číslo produktu	Popis	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Sleva [%]	Cena po slevě bez DPH
G1958-60137	Nebulizer(needle SST316 replacement) kit	1 KS	[REDACTED]		[REDACTED]
6040-1361	Oil for Vacuum-Pumps 1-Liter-bottle Petr	2 KS	[REDACTED]		[REDACTED]
RMSN-4	Big Universal Trap, 1/4i fttgs, Nitrogen	2 KS	[REDACTED]		[REDACTED]
5063-6589	Plunger seal for 1100/1200 and 1050 2/PK	3 KS	[REDACTED]		[REDACTED]
01018-22707	PTFE Frits 5PK	1 KS	[REDACTED]		[REDACTED]
0101-1416	Rotor Seal, 2 Grooves	1 KS	[REDACTED]		[REDACTED]
G1313-87201	Needle, G1313A Autosampler	1 KS	[REDACTED]		[REDACTED]
G1329-87017	Seat assy 0.17mm ID Standard Autosampler	1 KS	[REDACTED]		[REDACTED]
170111_001	LC, PM	1 KS	[REDACTED]		[REDACTED]
170111_002	LC, PM MSD vč. IS	1 KS	[REDACTED]		[REDACTED]
170122_006	LC, OQ	1 KS	[REDACTED]		[REDACTED]
170122_007	LC, OQ MSD vč. IS	1 KS	[REDACTED]		[REDACTED]
5190-058C	Enterprise Edtn LCMS OQ/PV sulfa std 8x2mL	1 KS	[REDACTED]	100	0,00
			0,00		0,00

Nabídka č.:

Ze dne:

Objednávka č.: 323/ F /2017

Vyřizuje:

Dodavatel : H P S T

Telefon: +420 541 518 216

E-mail: [redacted]@uskvbl.cz

Datum: 13.7.2017

Poznámka:

Věc: Objednávka

Objednáváme u Vás :

Položka:	Množství:	Název zboží:
----------	-----------	--------------

Objednáváme u Vás preventivní údržbu a ověření výkonnosti kapalinového chromatografu s hmotnostním detektorem Agilent, kvalifikace celého měřicího systému včetně vystavení certifikátu.

Neplatíme náhrady za čas strávený na cestě.

Faktury za plnění zasílejte POUZE ve formě originálu, tj. opatřené jménem a podpisem odpovědné osoby (výstavce) u faktur zasílaných v listinné podobě poštou nebo v .pdf formátu, opatřené viditelným kvalifikovaným elektronickým podpisem odpovědné osoby (výstavce) u faktur zasílaných elektronicky (ustanovení § 34. odst.2, pís. a) Zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přídání hodnoty. **V případě, že faktura nebude splňovat zákonné náležitosti originálu daňového dokladu, nebude možné ji uhradit.**


Děkuji

ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU
VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
621 00 BRNO, Hudecova 56a

[redacted]
[redacted]
[redacted]
Ekonom

[REDACTED]

Od: [REDACTED]@hpst.cz>
Odesláno: 18. července 2017 11:10
Komu: [REDACTED]
Kopie: [REDACTED]
Předmět: FW: Objednávka
Přílohy: Sscan17071809430.pdf



Dobrý den,

potvrzujeme přijetí Vaší objednávky.

Děkujeme

S pozdravem



[REDACTED]
Servisní koordinátorka

Autorizovaný
distributor
Agilent
Technologies

Mob: 724 004 993
Tel: 244 001 237
Fax: 244 001 235
E-mail: [REDACTED]@hpst.cz
Web: www.hpst.cz

Sídlo: HPST, s.r.o.
Na Jetelce 69/2
190 00 Praha 9
IČ: 25791079
DIČ: CZ25791079

From: [REDACTED] [mailto:[REDACTED]@USKVBL.CZ]
Sent: 18. července 2017 11:06
To: Servis HPST <servis@hpst.cz>
Subject: Objednávka

Dobrý den,

V příloze vám zasíláme objednávku č. 323/F/17.

Prosíme o potvrzení objednávky včetně ceny.

S pozdravem

[REDACTED]
Podatelna