

SMLOUVA O DÍLO



PR/335/2008.

uzavřená podle § 536 – 565 Obchodního zákoníku

na servis dialyzačních přístrojů firmy Gambro

uzavřená mezi

ZHOTOVITEL

Obchodní jméno: DIMA Olomouc s.r.o.
Adresa: Libušina 25, 772 00 Olomouc
Zastoupený: ing. Vlastimil Kalman , jednatel
Spisová značka: Krajský obchodní soud v Ostravě, oddíl C, vložka 13603
IČO: 64086917
DIČ: CZ64086917
Bankovní spojení: ČSOB Olomouc
č.úctu: 
tel.: 
fax: 
email: dima@dima.cz

OBJEDNATEL

Obchodní jméno: Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Adresa: Nemocniční 20, 728 80 Ostrava
Zastoupený: MUDr. Františkem Jurkem , ředitel
Spisová značka:
IČO: 00635162
DIČ: CZ00635162
Bankovní spojení: ČSOB Ostrava
č. účtu: 
tel.: 
fax: 
email:


I. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je provádění smluvního servisu a údržby dialyzačních přístrojů a zdravotnické techniky firmy Gambro. Seznam přístrojů a zařízení je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.

II. OBSAH SERVISNÍCH SLUŽEB

1. Preventivní prohlídka
V průběhu kalendářního roku budou provedeny 2 prohlídky, přičemž o každé bude proveden písemný zápis v souvislosti se zněním zákona č. 123/2000 Sb., nařízení vlády č. 181/2001 a zákona č. 505/1990 Sb. viz příloha č. 2 této smlouvy.
2. Smluvní servis
Tj. opravy za účelem odstranění poruch vzniklých běžným provozem přístrojů v nástupních termínech dle článku IV. této smlouvy.
3. Technické změny
Změny uživatelských nastavení a programových úprav podle požadavku obsluhy.

III.



CENA KALKULACE

1. Smluvní cena za servisní služby je dána paušální roční platbou ve výši 17.000,- Kč bez DPH za přístroj a rok (viz příloha č. 1). V této ceně je zahrnuto cestovné, dvě preventivní prohlídky (v ceně 7.000,- Kč), drobný spotřební materiál viz příloha č. 2.
2. Použitý materiál a náhradní díly nad rámec preventivních prohlídek budou fakturovány společně s měsíčním paušálem.
3. Roční paušál na přístroje dle přílohy č. 1 je 119.000,- Kč a je rozdělen do měsíčních splátek ve výši 9.916,70 Kč.

IV. NÁSTUPNÍ TERMÍNY

1. Nástupní termín je do 48 hodin po nahlášení závady, minimálně 1x týdně v čase dohodnutém na HDS.
2. Havarijní případy neprodleně nejpozději do 24 hodin tak, aby byl co nejdříve obnoven provoz dialyzačního střediska. Práce v tomto případě budou účtovány samostatně dle Ceníku práce (příloha č. 3) na základě samostatné objednávky.
3. Za havarijní stav je považována situace, kdy již nelze změnou dialýz jednotlivých pacientů zajistit provoz střediska do následující pravidelné návštěvy servisního technika.
4. Práce požadovaná objednatelem v nočních hodinách, svátcích, v sobotu a neděli budou účtovány samostatně dle Ceníku prací s 50 % přírážkou. Tyto práce budou prováděny ve výjimečných případech na základě vzájemné dohody. Objednatel na tyto práce vystaví samostatnou objednávku.

V. SMLUVNÍ PODMÍNKY SERVISU

1. Změny v seznamu přístrojů (příloha č. 1) se provádějí na návrh kterékoliv ze zúčastněných stran k 30. 6. a 31. 12. a jsou vyhotoveny jako písemný dodatek ke Smlouvě o dílo.
2. Objednatel vytvoří takové podmínky, aby do zařízení uvedených v příloze č. 1 byl vyloučen zásah třetích osob.
3. Za zásah třetích osob se nepovažují úkony údržby prováděné obsluhou zařízení nebo úkony orgánů kteréhokoliv dozoru a osob jím pověřených.
4. Zásah třetí osoby do zařízení nebo manipulace se zařízením osobou nepovolenou zavazuje zhotovitele uvést přístroj do původního technického stavu nebo se o jeho stavu přesvědčit. Náklady vynaložené touto činností uhradí objednatel v plné výši mimo rámec této smlouvy dle Ceníku prací (příloha č. 3).
5. Objednatel se zavazuje respektovat provozní požadavky pracovníků zhotovitele tím, že zajistí k dispozici vhodné pracovní prostory úměrné objemu vykonávaných prací.

VI. ZÁRUKA

1. Servisní práce budou prováděny odbornými pracovníky vyškolenými firmou Gambro nebo autorizovanou organizací.
2. Záruka na práci je 3 měsíce, na použité náhradní díly 6 měsíců.
3. Pokud má použitý náhradní díl zkrácenou záruční lhůtu bude to vyznačeno servisním technikem v servisním výkazu.

VII. FAKTURAČNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvený paušál je hrazen zhotoviteli v měsíčních splátkách na základě vystavené faktury s 30 denní splatností.
2. Objednatel obdrží fakturu ve dvou vyhotoveních společně s dokladem o provedené práci a dodacími listy materiálu a náhradních dílů.
3. Faktura bude vystavena vždy k poslednímu dni měsíce.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s platností od 01.09.2008
2. Smlouvu je možno ukončit výpovědí. Výpovědní lhůta je stanovena na 3 měsíce a začíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi.
3. Smlouvu je možné též ukončit dohodou.
4. Jakékoliv změny mohou být provedeny pouze písemným dodatkem smluvních stran.
5. Smlouva je vyhotovena ve 2 exemplářích z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
6. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními platného Obchodního zákoníku.
7. Součástí smlouvy jsou přílohy č. 1, 2 a 3.

Objednatel:

Datum podpisu:

Zhotovitel:

Datum podpisu: 15.09.2008

ing. Vlastimil Kalman
jednatel
DIMA s.r.o.

Číslo smlouvy: SM/2008/001

Seznam příloh:

Příloha č. 1 – Seznam přístrojů

Příloha č. 2 – Protokol o provedení technické kontroly

Příloha č. 3 – Ceník práce

Seznam přístrojů

Typ přístroje	Výr. číslo přístroje	Preventivní prohlídka	Cena paušál/rok
01)AK – 100	8428/802497	2	Kč 17.000,-
02)AK - 200	4990	2	Kč 17.000,-
03)AK - 200 Ultra	1441	2	Kč 17.000,-
04)AK - 200	8879/802897	2	Kč 17.000,-
05)AK - 200	8883/802898	2	Kč 17.000,-
06)AK – 200	3209/802899	2	Kč 17.000,-
07)AK - 200	8938	2	Kč 17.000,-
08)WRO 112 CHEM			záruka
Celkem za přístroje:			Kč 119.000,-

PROTOKOL O PROVEDENÍ TECHNICKÉ KONTROLY DIALYZAČNÍHO MONITORU PO

6 měsíců/2 500 hod. provozu 12 měsíců/5 000 hod.provozu

Přístroj:	AK 100	AK 200	AK 200S	AK200 U	AK200SU		Provozní hodiny
Výr.číslo:							
Umístění:							

	Povinné procedury a výměny dílů dle servis. manuálu výrobce					
1	Běžná vizuální kontrola přístroje				A	
2	Kontrola výrobních čísel a štítků				A	
3	Kontrola provozního deníku přístroje				A	
4	Čistění a desinfekce přístroje				A	
5	Kalibrace priming detektoru				A	
6	Kalibrace vzduchového detektoru				A	
7	Kalibrace vnitřního reg. Tlaku				A	
8	Provedení interní kalibrace UF cely				A	
9	Kontrola funkčního testu pomocí PC a GXL				A	
10	Kalibrace pH senzoru				A	
11	Kalibrace BiCart Select lev. Detektoru				A	
12	Kalibrace FRN				A	
13	Ověření BiCart Select kalibrace				A	
14	Kalibrace detektoru úniku krve				A	
15	Ověření funkce BPM				A	
16	Kontrola hodnot teploty a vodivosti po 30 minutách				A	
17	Kalibrace tlakových převodníků Ven.Art.Syst.				A	
18	Kontrola odchylky řádkových a analogových ukazatelů				A	
19	Kontrola ultrafiltrace				A	
20	Kontrola vypasu				A	
21	Kontrola krevní pumpy				A	
22	Úplná kalibrace UF cely Box				A	
23	Kontrola regulace vodivosti				A	
24	Provedení kompletního funkčního testu.				A	
25	Kontrola ven. a art. Klapek				A	

Teplota stabilizovaná		
Vodivost stabilizovaná		

Povinná kontrola ,event. výměna dílů				kontrola	výměna
BM/FM	Vzduchové filtry	K1 1503 001			
BM	Filtr a hadička venozního snímače	K2 1353 A		A	A P
BM	Filtr a hadička arteriálního snímače	K2 1358 A		A	A
BM	Filtr a hadička snímače systémového tlaku	K1 5145 001		A	A
AC/DC	Vzduchové filtry	K1 8891 001		A	A P
FM	A násoska	K1 3467 001		A	A
FM	B násoska	K1 3467 002		A	A
FM	Filtr dial.hadice	L5 0824 001		A	A
FM	O-RIN 100 319 046	100 319 046		A	A
FM	Dial.konektor kompl.BLUE	K1 4082 002		A	A
FM	filtr BCH 250	K1 6538 A		A	A
FM	O-ring BCH	100 319 008		A	A P
FM	filtr ohřivací nádoby	K1 4944 001		A	A
FM	filtr BCH 50	K1 6538 C		A	A
FM	O-ring restriktor	100 319 010		A	A
FM	O-ring restriktor	100 319 027		A	A
FM	V-ring ohřivací nádoby	100 318 086		A	A
FM	Silikonová hadička BCH	100 312 032		A	A
FM	Silikonová hadička konc.	100 312 031		A	A
FM	Dial. Konektor red	K1 4081 002		A	A
FM	Pojistný kroužek	100 322 060		A	A
FM	O-ring 100 319 056	100 319 056		A	A P
FM	odběr port pro 8 mm	K2 0219 001		A	A
FM	odběr port pro 6 mm	K2 0219 002		A	A
FM	Filtr Select Cart hold.	K1 6538 A		A	A
FM	O-ring U8000	100 319 029		A	A
FM	Membrána pro PR2	100 860 002		A	A
FM	Těsnění inf. port	K1 8184 001		A	A

Závady zjištěné a opravené mimo rámec této prohlídky:

Materiál použitý mimo rámec této prohlídky:

Doporučení pro uživatele:

Výsledek prohlídky:

Dialyzační monitor je schopen dalšího provozu .

Příští servisní prohlídka:	P výměna zdarma
	A - Ano N - ne

Kontrolu provedl	Datum	Převzal :

CENÍK OPRAV DIALYZAČNÍCH PŘÍSTROJŮ

Číslo výkonu		Cena bez DPH
1.	Vyhledání závady	572,00 Kč
2.	PC diagnostika, vyhledání závady	996,00 Kč
3.	Demontáž, oprava a montáž čerpadla	447,00 Kč
4.	Vyhledání a odstranění netěsnosti nebo neprůchodnosti	639,00 Kč
5.	Oprava elektronického bloku	435,00 Kč
6.	Výměna žárovky, baterie, vzduchového filtru nebo sítka, o-kroužku	46,00 Kč
7.	Demontáž a zpětná montáž MM 90	229,00 Kč
8.	Výměna funkčního bloku	389,00 Kč
9.	Kalibrace tlakového snímače	286,00 Kč
10.	Kalibrace mechanického tlakového regulátoru	354,00 Kč
11.	Kalibrace priming nebo air detektoru	218,00 Kč
12.	Kalibrace detektoru úniku krve	377,00 Kč
13.	Kalibrace pH detektoru	286,00 Kč
14.	Kompletní kalibrace AK - 90, 95 včetně UF komory	2 174,00 Kč
15.	Kompletní kalibrace AK - 100, 200 včetně UF komory	2 860,00 Kč
16.	Vnitřní kalibrace UF komory	710,00 Kč
17.	PC kalibrace UF komory	1 430,00 Kč
18.	Kompletní kalibrace vodivosti	1 716,00 Kč
19.	Kalibrace vodivosti jedné vodivostní buňky	435,00 Kč
20.	Demontáž a zpětná montáž zdrojové jednotky	252,00 Kč
21.	Výměna kola podvozku	46,00 Kč
22.	PC preset, změna parametrů	790,00 Kč
23.	Výměna CPU desky	206,00 Kč
24.	Změna softwaru (upgrade), včetně PC presetu	2 059,00 Kč
25.	Výměna heparinové pumpy nebo encoderu AK 100	640,00 Kč
26.	Výměna heparinové pumpy nebo encoderu AK 90, 95, 200	1 258,00 Kč
27.	Výměna držáku BiCart	354,00 Kč
28.	Výměna vnitřního sacího konektoru AK - 90 nebo mikrospínače	286,00 Kč
29.	Vyhledání kombinované závady	835,00 Kč
30.	Vyčištění (proplach) kapalinového systému	458,00 Kč
31.	Vyčištění přístroje v případě zatečení kapaliny	424,00 Kč
32.	Oprava čepů rolny krevní pumpy	429,00 Kč
33.	Mikrobiologický odběr substitučního roztoku	686,00 Kč
34.	Mikrobiologický odběr substitučního roztoku včetně spotřebního materiálu s filtry U 8000 S	5 148,00 Kč
35.	Kontrola přístroje po opravě	354,00 Kč
36.	Demontáž, oprava a zpětná montáž držáku BiCart	710,00 Kč
37.	Kompletní vyčištění zdroje, výměna vzduchových filtrů	572,00 Kč
38.	Opakované zaškolení personálu nad rámec uvedení do provozu	1 807,00 Kč
39.	Výměna infúzního portu (ULTRA)	458,00 Kč
40.	Demontáž a montáž priming detektoru, heparinové pumpy AK 200	1 258,00 Kč
41.	Výměna air detektoru AK 200	1 144,00 Kč
42.	Výměna krevní pumpy AK 200	858,00 Kč
43.	Výměna overlaye AK100	1 144,00 Kč
44.	Výměna overlaye AK 90, 95, 200	1 430,00 Kč
45.	Preventivní prohlídka 1/2 x ročně	4 000 / 7 000,00 Kč
46.	BPM test	740,00 Kč
47.	FRN kalibrace	700,00 Kč
48.	BiCart Select level detektor kalibrace	894,00 Kč
49.	BiCart Select kalibrace koncentrátových pump	2 860,00 Kč
50.	Mechanická oprava funkčního bloku	680,00 Kč
51.	Bežná provozní prohlídka	0,00 Kč
52.	Vyčištění priming detektoru a vzduch. det. Při zatečení kapaliny	950,00 Kč
53.	Montáž Diascanu	1 800,00 Kč
54.	Kalibrace vodivosti Diascanu 1 2 3 komplet	1 716,00 Kč
55.	Demontáž, oprava, montáž vstupního ventilu AK100/200/200S	450,00 Kč

Cestovné 8,- Kč/km, Hodinová sazba 395,- Kč