

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

pro otevřené řízení podle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Dodávka lůžek a příslušenství

SVAZEK 3 OBCHODNÍ PODMÍNKY FORMOU NÁVRHU SMLOUVY



ZADAVATEL: Kroměřížská nemocnice a.s.
Havlíčková 660/69, 767 01 Kroměříž



RTS, a.s., Lazaretní 13, 615 00 Brno
Společnost pověřená výkonem zadavatelských činností

KUPNÍ SMLOUVA

podle § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupující, jímž je:

obchodní firma: **Kroměřížská nemocnice a.s.**

se sídlem: Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž

IČ : 276 60 532

DIČ: CZ27660532

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl B, vložka 4416

jehož jménem jedná: **MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA, místopředseda
představenstva**

bankovní spojení

číslo účtu:

na straně jedné (dále označován též jako kupující)

a

Prodávající, jímž je:

obchodní firma: **PROMA REHA s.r.o.**

se sídlem: Riegrova 342, 552 03 Česká Skalice

IČ : 63219107

DIČ: CZ63219107

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 7945

jehož jménem jedná: Zdeněk Jakubský, jednatel
Radek Jakubský, jednatel

tel.: +420 491 112 233

bankovní spojení

číslo účtu

na straně druhé (dále označován také jako prodávající)

uzavřeli na základě zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek tuto smlouvu, protože prodávající byl kupujícím, jako zadavatelem veřejné zakázky „Dodávka lůžek a příslušenství“ určen jako vybraný dodavatel.

Článek I. Předmět smlouvy

- 1.1 Touto smlouvou se prodávající zavazuje k dodání a instalaci lůžek a jejich příslušenství, jakož i k dalším plněním definovaných touto smlouvou a kupující se zavazuje k zaplacení celkové sjednané ceny.
- 1.2 Pod pojmem lůžka a jejich příslušenství se rozumí:
 - Lůžko pro standardní nemocniční péči s elektrickým polohováním I (93 ks)
 - Pasivní antidekubitní matrace I (93 ks)
 - Lůžko dekor dřeva s elektrickým polohováním I (2 ks)

- Pasivní antidekubitní matrace I (2 ks)
- Lůžko resuscitační s laterálním náklonem a váhou (JIP_1) (1 ks)
- Lůžko resuscitační s váhou (JIP_2) (1 ks)
- Lůžko resuscitační s laterálním náklonem (JIP_3) (3 ks)
- Lůžko resuscitační (JIP_4) (19 ks)
- Matrace pasivní II (JIP) (24 ks)
- Stolek nemocniční noční s jídelní deskou (119 ks)
- Transportní lehátko – stretcher (4 ks)
- Dětské postýlky – (8 ks)
- Příslušenství k výše uvedenému

dle technické specifikace, v níž jsou popsány požadavky kupujícího na vlastnosti a parametry jednotlivých, smlouvou sjednaných výrobků. Tato specifikace je přílohou číslo 2 smlouvy.

1.3 Předmětem plnění dle této smlouvy je, mimo jiné, také i:

- doprava na místo určení
- rozvoz lůžek a příslušenství na jednotlivá oddělení
- instalace
- komplexní vyzkoušení funkcí,
- provedení zaškolení personálu kupujícího ohledně užívání a obsluhy
- předání návodů k užívání v českém jazyce v listinné podobě a na CD nebo DVD,
- proškolení nejméně dvou pracovníků kupujícího na provádění servisních činností včetně bezpečnostně technických kontrol (BTK) na všechny dodané typy lůžek,
- pojištění dodávaných prvků proti ztrátě, zcizení či poškození

Všechny tyto činnosti jsou součástí sjednané ceny.

1.4 Současně je předmětem plnění dle této smlouvy i zajištění bezplatného „full“ záručního servisu na dodané výrobky prodávajícím.

Článek II. Prohlášení prodávajícího

2.1 Prodávající prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy detailně a s vynaložením odpovídající odborné péče seznámil se zadávací dokumentací pro veřejnou zakázku pod názvem **Dodávka lůžek a příslušenství** a že neshledal nic, co by mu jakkoliv bránilo řádně a v dobách stanovených touto smlouvou zabezpečit plnění tak, aby splňovalo všechny požadavky na něj i na dodávané zdravotnické výrobky kladené uvedenou zadávací dokumentací a touto smlouvou.

2.2 Prodávající rovněž prohlašuje, že se podrobně a s vynaložením odborné péče seznámil s rozsahem a povahou dodávek a že jsou mu známy veškeré technické, parametrové, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k dodání požadovaných výrobků a ostatních, smlouvou sjednaných plnění a že disponuje takovými personálními, technickými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení nezbytné a že mu k okamžiku uzavření této smlouvy nejsou známy žádné zjevné ani skryté překážky, které by mu bránily k řádnému a včasnému provedení sjednaných dodávek.

- 2.3 Prodávající prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem daně z přidané hodnoty a po dobu trvání právního vztahu vyplývajícího z této smlouvy se prodávající zavazuje dodržovat své povinnosti vztahující se ke správě daně z přidané hodnoty.

Článek III. Doba plnění

- 3.1 Prodávající se zavazuje zahájit práce na zabezpečení dodávek sjednaného zdravotnického vybavení **ihned po podpisu smlouvy** a dodat jej na místo plnění, nainstalovat a odzkoušet dle smlouvy, proškolit zástupce kupujícího a následně vše předat kupujícímu, a to **nejpozději do 90 dnů ode dne podpisu této smlouvy**.
- 3.2 Prodávající se zavazuje provádět na dodaném vybavení záruční servis v rozsahu předepsaném výrobcem, a to po celou dobu sjednané záruční lhůty (36 měsíců ode dne předání vybavení kupujícímu).

Článek IV. Sjednaná cena a platební podmínky

- 4.1 Za dodávky a činnosti dle této smlouvy, uhradí kupující prodávajícímu sjednanou cenu, která činí:
- 4.1.1 Cena za zdravotnické vybavení včetně jeho instalace, montáže a ostatního, smlouvou sjednaného plnění činí:
6 822 590,- Kč bez DPH
(slovy: šestmilionůosmsetdvacetdvatisícipětsetdevadesát korun českých),
- plus příslušná DPH ve výši **1 091 616,- Kč**
(slovy: jedenmiliondevadesátjednatisícšestsetšestnáct korun českých),
- Celkem tedy částka **7 914 206,- Kč**
(slovy: sedmmilionůdevětsetčtrnácttisícdivěstěšest korun českých)
- 4.1.2 Dílčí jednotkové ceny za jednotlivé prvky dodávky jsou sjednány v příloze č. 1 nazvané Rekapitulace nabídkové ceny, která je včetně konkretizace obchodních označení jednotlivých prvků dodávky, nedílnou součástí této smlouvy.
- 4.2 V případě změny DPH se příslušně mění i celková cena za dílo včetně DPH.
- 4.3 Na celkovou cenu za dílo nemá žádný vliv inflace v České republice ani v zahraničí po dobu provádění díla či jakékoliv jeho části či ostatních plnění ani vývoj mzdových nákladů, cen surovin náhradních dílů, materiálových vstupů, pohonných hmot, ubytování či stravování, či vývoj kurzů mezi měnami, kdy veškeré tyto vlivy jsou již zahrnuty v celkové ceně za dílo.
- 4.4 Celková cena za dílo bude kupujícím zaplacená prodávajícímu v pravidelných měsíčních platbách ve výši 1/12 ceny uvedené v bodě 4.1.1 této smlouvy, splatných vždy do 30 dnů po uplynutí příslušného kalendářního měsíce (každý měsíc bude zaplacená jedna dvanáctina celkové sjednané ceny), přičemž první splátka bude kupujícím uhrazena za kalendářní měsíc následující po měsíci, v němž byla dodávka jako celek převzata kupujícím.

- 4.5 V případě prodlení se zaplacením celkové ceny za dílo či jakékoliv její části má prodávající právo na úroky z prodlení určené předpisy práva občanského.

Článek V. Místo plnění

- 5.1 Místem plnění je Kroměřížská nemocnice a.s., Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž.
- 5.2 Prodávající bere (vzal) na vědomí, že instaluje dodávané zdravotnické vybavení do zdravotnického zařízení. Před zahájením dodávek, tedy nejpozději do 14 dnů ode dne podpisu smlouvy s kupujícím je prodávající povinen zorganizovat koordinační schůzku s kupujícím a projednat s ním podmínky případného uskladnění dodaných zdravotnických prostředků, podmínky pro zahájení instalace a případné podmínky pro napojení dodaných zdravotnických prostředků na instalační přívody. O jakýchkoliv zjištěných problémech je prodávající povinen bezodkladně informovat kupujícího.
- 5.3 Před dovozem zdravotnických prostředků na místo instalace musí prodávající provést prohlídku stavu místa, kde se budou výrobky instalovat a zkontrolovat, zda jsou naplněny veškeré podmínky pro bezvadnou instalaci dodávaných zdravotnických prostředků. Bez této kontroly bere na sebe prodávající všechna rizika z toho vyplývající.
- 5.4 Nejpozději v den předání a převzetí řádně poslední části dodávky je prodávající povinen vyklidit místo instalace, odstranit veškeré obaly a odpady z instalace. Stejně tak je povinen postupovat i při odstoupení od této smlouvy či jiném jejím ukončení. V případě nesplnění této povinnosti je kupující oprávněn provést vyklizení místa provádění díla na náklady prodávajícího třetí osobou a veškeré movité věci uložit do úschovy, a to opět na náklady prodávajícího.
- 5.5 Náklady na vyklizení místa provádění díla nese prodávající ze svého a veškeré tyto náklady jsou součástí sjednané ceny.

Článek VI. Podmínky dodávky a instalace

- 6.1 Prodávající se zavazuje dodat pouze nové zdravotnické výrobky a nové příslušenství, které v době dodávky musí být v odpovídající kvalitě a v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky pod názvem **Dodávka lůžek a příslušenství**, s touto smlouvou, s příslušnými technickými a technologickými normami včetně ČSN i jejich informativních částí a s veškerými právními a jinými předpisy, vztahujícími se na zdravotnické výrobky.
- 6.2 Věci, které jsou potřebné k dodávce a instalaci je povinen opatřit prodávající.
- 6.3 Prodávající odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců i ostatních osob v prostoru místa plnění a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

- 6.4 Prodávající se při uskutečňování dodávek a při instalaci zavazuje neohrožovat ani neomezovat stávající provoz zdravotnického zařízení. Prodávající je povinen řídit se pokyny kupujícího a průběžně spolupracovat na co nejmenší míře zásahů do stávajících zdravotnických provozů kupujícího. Prodávající je povinen zajistit provádění díla a ostatních plnění takovým způsobem, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti personálu, pacientů či návštěvníků stávajících zdravotnických provozů kupujícího.
- 6.5 Po instalaci výrobků provede odborný pracovník prodávajícího zaškolení personálu kupujícího ohledně užívání a obsluhy dodaného výrobku, v rozsahu nejméně 2 hodin. Proškolení v požadovaném rozsahu je součástí sjednané ceny.
- 6.6 Před předáním dodávek kupujícímu provede odborný pracovník prodávajícího proškolení nejméně dvou pracovníků kupujícího na provádění servisních činností včetně bezpečnostně technických kontrol (BTK) na všechny dodané typy lůžek. Proškolení v požadovaném rozsahu je součástí sjednané ceny.

Článek VII. Kontrola plnění

- 7.1 Kupující je oprávněn průběžně kontrolovat stav dodávek. Zjistí-li kupující, že prodávající dodává smlouvou sjednané zdravotnické výrobky v rozporu s touto smlouvou, je kupující oprávněn dožadovat se nápravy. Jestliže prodávající nápravu ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté nápravu nezajistí je kupující oprávněn odstoupit od této smlouvy.

Článek VIII. Předání

- 8.1 Prodávající je povinen písemně oznámit kupujícímu nejpozději 1 kalendářní den předem, kdy bude dodávka jako celek dílo připravena k předání a převzetí. Kupující má povinnost převzít provedené dodávku i před sjednanou lhůtou.
- 8.2 Prodávající předá a kupující převezme dodávku podpisem protokolu o předání a převzetí (protokol vypracuje prodávající), podepsaného pověřenými zástupci obou smluvních stran. Při předání dodávky budou předány i veškeré jeho součásti, které se k dílu vztahují a kterou vyžaduje platná legislativa, zejména pak návody k užívání v českém jazyce v listinné podobě a na CD nebo DVD,

Článek IX. Záruka za jakost

- 9.1 Prodávající poskytuje záruku za jakost a funkčnost všech prvků dodávky včetně příslušenství, a to v délce **36 měsíců**. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dodávky kupujícím.
- 9.2 V rámci záruční lhůty prodávající bezplatně odstraní veškeré reklamované vady.

- 9.3 V průběhu záruční doby bude prodávající provádět plný servis („full servis“) včetně bezpečnostně technických kontrol, jsou-li pro dodané výrobky předepsány. Součástí plného záruční servisu je i výměna případných náhradních dílů.
- 9.4 Náklady na práci, materiál, cestovní náklady, náklady ubytování a veškeré další náklady, které vzniknou prodávajícímu v souvislosti se záručním servisem či případně s odstraňováním reklamovaných vad, nese v plné výši prodávající.
- 9.5 Prodávající se zavazuje odstranit vady díla v záruční době na základě doručené reklamace do 48 hodin, nebude-li třeba použít náhradní díly a do 5 dnů s použitím náhradního dílu.
- 9.6 Bude-li vada díla neodstranitelná, přičemž za neodstranitelnou vadu se považuje i stav, kdy dodané zboží nelze užít k účelu, k němuž je určeno po dobu delší jak 10 kalendářních dnů, zavazuje se prodávající dodat bezplatně kupujícímu bez zbytečného odkladu nový bezvadný výrobek stejných technických parametrů.
- 9.7 Povinnost odstranit vady má prodávající, který nese náklady na odstranění reklamované vady i ve sporných případech a případech, kdy prodávající reklamované vady neuznává či se necítí být odpovědný za vady, a to až do pravomocného rozhodnutí o vadném plnění dle § 2617 občanského zákona.
- 9.8 Prokáže-li se ve sporných případech, že kupující reklamoval vady neoprávněně, tzn., že za jím reklamovanou vadu nenese odpovědnost prodávající, nebo že se na ni nevztahuje záruka za jakost a funkčnost díla, respektive, že vadu způsobil nevhodným užíváním díla kupující, je kupující povinen na žádost prodávajícího uhradit prodávajícímu veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.

Článek X.

Vlastnické právo, přechod nebezpečí škod

- 10.1 Vlastnické právo k zdravotnickým výrobkům přechází na kupujícího dnem podpisu protokolu o předání a převzetí dodávky oběma smluvními stranami.
- 10.2 Nebezpečí škody na dodaných zdravotnických výrobcích nese až do doby předání a převzetí dodávky prodávající.
- 10.3 V případě existence jakýchkoliv nároků třetích osob z důvodu jejich vlastnického práva či práva duševního vlastnictví k předmětu dodávky či jakýmkoliv jeho součástí či příslušenství, se prodávající zavazuje na vlastní náklady:
- a) obstarat kupujícímu právo k užívání dodaných prvků či jakékoliv jejich součástí či příslušenství, nebo
 - b) dílo či jakoukoliv jeho součást či příslušenství upravit tak, aby se na něj nevztahovala práva třetích osob, nebo
 - c) dotčený prvek či jakoukoliv jeho součást či příslušenství nahradit jiným plněním odpovídajících parametrů, které neporušuje žádná práva třetích osob, přičemž kupující má právo od této smlouvy odstoupit, nesplní-li

prodávající svůj závazek ve lhůtě jednoho měsíce od okamžiku oznámení kupujícím vznesení takovýchto nároků ze strany třetích osob.

- 10.4 Prodávající nese po celou dobu plnění odpovědnost za škody způsobené svojí činností, činností svých zaměstnanců, případných poddodavatelů či dalších osob, které se budou na dodávce či instalaci podílet.
- 10.5 Prodávající nese též odpovědnost za škodu kupujícího způsobenou z důvodu nemožnosti užívání dodaných zdravotnických výrobků k účelu dle předmětu činnosti kupujícího. Škodou se v takovém případě rozumí i ušlý zisk z nemožnosti užívat dodané zboží k předmětnému účelu.
- 10.6 Prodávající je povinen jakékoliv případné škody bezodkladně odstranit na vlastní náklady či nahradit, a to nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejich vzniku, nebude-li v tom kterém případě dohodnuto jinak.
- 10.7 Prodávající je povinen dbát zvýšené opatrnosti při dodávce a instalaci jednotlivých prvků dodávky, zejména aby nepoškodil stávající konstrukce objektu, v němž se instalace provádí, nepoškodil při dopravě jiná zdravotnická zařízení a nezpůsobil majetkovou újmu či újmu na zdraví jiným osobám, pohybujícím se v prostorách objektu, v němž se instalace provádí. Pokud by k některé z vyjmenovaných škod či újmy došlo vinou prodávajícího, je tento povinen j ihned napravit či nadřadit.
- 10.8 Právo na náhradu škody vzniklé kupujícímu při odstoupení od této kupní smlouvy kupujícím z důvodů na straně prodávajícího zůstává zachováno.

Článek XI. Smluvní pokuty

- 11.1 Pro případ, že prodávající poruší svou povinnost dodat všechny prvky a jejich příslušenství a provést všechny související činnosti ve sjednané lhůtě, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši **5.000,-Kč** (slovy: pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení, přičemž takto sjednaná smluvní pokuta se nijak netýká práva na náhradu škody porušením povinnosti způsobené.
- 11.2 Pro případ, že prodávající nesplní svou povinnost stanovenou v článku IX. odst. 9.5 této kupní smlouvy, tedy povinnost odstranit vady nejpozději do 48 hodin od okamžiku vyrozumění prodávajícího o její existenci, sjednávají smluvní strany této smlouvy smluvní pokutu ve výši **10.000,-Kč** (slovy: deset tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení, přičemž takto sjednaná smluvní pokuta se nijak netýká práva na náhradu škody porušením povinnosti způsobené.
- 11.3 Pro případ, že prodávající poruší jakoukoliv jinou povinnost stanovenou touto smlouvou a nesjedná nápravu tohoto porušení do 5 pracovních dnů od upozornění kupujícím či poruší tutéž povinnost znovu po upozornění kupujícím, sjednávají smluvní strany této smlouvy smluvní pokutu ve výši **3.000,-Kč** (slovy: tři tisíce korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, přičemž takto sjednaná smluvní pokuta se nijak netýká práva na náhradu škody porušením povinnosti způsobené.

11.4 Veškeré smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 5 dnů ode dne uplatnění smluvní pokuty.

Článek XII. Odstoupení od smlouvy

12.1 Kupující je oprávněn od této kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany prodávajícího a dále v případě, že kupující prodávajícího na porušení příslušného smluvního ustanovení této kupní smlouvy písemně upozornil a stanovil mu přiměřenou lhůtu na sjednání nápravy a prodávající tak ani přesto neučinil.

12.2 Kupující je oprávněn odstoupit od této kupní smlouvy, pokud se prodávající ocitne v prodlení s dokončením dodávky o více než 45 kalendářních dní.

12.3 Kupující je oprávněn odstoupit od této kupní smlouvy, pokud prodávající přeruší, bez udání důvodu, práce na dodávce, a to na dobu delší než 20 dnů.

12.4 Kupující je dále oprávněn od této kupní smlouvy odstoupit, pokud se prodávající ocitne v likvidaci, bude proti němu zahájeno insolvenční řízení nebo bude proti němu nařízena exekuce či pokud prodávající uvedl ve své nabídce informace nebo podklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávku pod názvem **Dodávka lůžek a příslušenství**.

12.5 Odstoupením od této kupní smlouvy není dotčeno právo na zaplacení smluvních pokut ani práva a povinnosti, které vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

12.6 V případě odstoupení od této kupní smlouvy jsou smluvní strany povinny provést finanční vypořádání. Do doby vyčíslených oprávněných nároků smluvních stran a do okamžiku uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků včetně případné škody kupujícího, není kupující povinen uhradit prodávajícímu splatné i dosud nesplacené splátky celkové sjednané ceny.

Článek XIII. Doručování smluvním stranám a označování dokumentů

13.1 Veškerá oznámení či úkony dle této kupní smlouvy musí být učiněny v písemné formě a musí být doručeny druhé smluvní straně osobně oproti písemnému potvrzení o převzetí nebo na adresy smluvních stran uvedené u identifikace smluvních stran na první straně této kupní smlouvy, pokud druhá smluvní strana neoznámí písemně změnu této adresy, přičemž dle výslovné dohody smluvních stran této kupní smlouvy se zasílaná zásilka považuje za doručenu pátým dnem po jejím odeslání, a to i za situace, že si adresát zásilku nevyzvedl či se o ní nedozvěděl.

13.2 Informace a oznámení sdělená prostřednictvím e-mailu jsou považována za doručena okamžikem zpětného potvrzení adresáta o doručení formou adresátem napsaného a odeslaného e-mailu, přičemž automatické potvrzení o přečtení nebo zobrazení elektronické zprávy se za potvrzení o doručení

oznámení nepovažuje. Touto e-mailovou formou však není možné měnit či doplňovat tuto kupní smlouvu.

- 13.3 Ústně či telefonicky sdělené informace či oznámení musí být potvrzeny písemně, jinak se k nim nepřihlíží.

Článek XIV.

Právní nástupnictví, postoupení a započtení

- 14.1 Práva a povinnosti z této kupní smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.
- 14.2 Prodávající není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu kupujícího postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy.
- 14.3 Prodávající není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu kupujícího převést práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
- 14.4 Kupující je oprávněn oproti pohledávce prodávajícího na zaplacení jakékoliv splátky celkové ceny za dílo či jakékoliv její části či příslušenství či jakékoliv jiné splatné či nesplatné pohledávce prodávajícího vůči kupujícímu započítat svou splatnou i nesplatnou pohledávku vůči prodávajícímu, a to zejména z titulu smluvní pokuty, odpovědnosti za vady, vyrovnání po odstoupení od této kupní smlouvy či náhrady škody.
- 14.5 Prodávající může proti kupujícímu započíst pouze ty pohledávky, které jsou ze strany kupujícího písemně uznané nebo proti němu pravomocně přiznané.

Článek XV.

Pojištění

- 15.1 Prodávající je povinen od zahájení plnění dle této smlouvy mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám včetně škod na zdraví a majetku na částku nejméně **8.500.000,-Kč** pojistného plnění; a toto pojištění udržovat po celou dobu provádění díla a ostatních plnění.
- 15.2 Pojistku či kopii pojistné smlouvy je prodávající povinen předložit kupujícímu na požádání, a to nejpozději do 3 dnů ode dne požádání ze strany kupujícího.
- 15.3 Při vzniku pojistné události je povinen zajišťovat a činit veškeré úkony vůči pojistiteli na své náklady prodávající a kupující se zavazuje mu poskytnout součinnost. Prodávající je současně povinen neprodleně písemně informovat kupujícího o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.
- 15.4 Prodávající je povinen vinkulovat v pojistných smlouvách veškerá pojistná plnění ve prospěch kupujícího.

Článek XVI.

Závěrečná ustanovení

- 16.1 Tuto smlouvu o dílo lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě o dílo a očíslovaným podle pořadových čísel vzestupnou číselnou řadou. Jiné zápisy se za změnu této kupní smlouvy nepovažují.
- 16.2 Tato kupní smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po uzavření obdrží každá smluvní strana po jednom vyhotovení.
- 16.3 Právní vztah založený touto smlouvou se na základě dohody řídí a prodávajícího řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších změn a doplnění, přičemž tímto zákonem se tak řídí i práva a povinnosti smluvních stran této kupní smlouvy, která nejsou výslovně upravena touto smlouvou.
- 16.4 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému právnímu či ekonomickému účelu ustanovení neplatného či neúčinného. Do doby dohody platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
- 16.5 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly předány druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy.
- 16.6 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění v Registru smluv zabezpečuje kupující.
- 16.7 Smluvní strany výslovně prohlašují a stvrzují podpisy umístěnými pod touto smlouvou, že je jim obsah této smlouvy dobře znám v celém jejím rozsahu, že si tuto smlouvu řádně přečetly a že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle. Rovněž tak prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by mohly tuto jimi uzavíranou smlouvu jakkoliv zneplatnit či učinit ji neúčinnou vůči jim navzájem, či vůči jakékoliv třetí osobě nebo zmařit její účel.

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 - Rekapitulace nabídkové ceny

Příloha č. 2 - Technická specifikace

V Kroměříži dne 30.10.2017

Za kupujícího

V České Skalici dne 9.11.2017

Za prodávajícího

MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA
místopředseda představenstva

Radek Jakubský
jednatel společnosti



Kroměřížská nemocnice

Název zakázky: Dodávka lůžek a příslušenství

REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY

Parametr	MJ	Počet jednotek	Nabídková cena za jednotku bez DPH v Kč	Nabídková cena celkem bez DPH v Kč	Výrobce	Za tento formulář účastník přiloží
Lůžko pro standardní nemocniční péči s elektrickým polohováním I vč. příslušenství	ks	93	32 655,60	3 036 970,80	PROMA REHA, s.r.o.	popis technické specifikace
Pasivní antidekubitní matrace I	ks	93	4 747,25	441 494,25	KK - EDEX spol.s r.o.	
Lůžko dekor dřeva s elektrickým polohováním I vč. příslušenství	ks	2	25 185,60	50 371,20	PROMA REHA, s.r.o.	
Pasivní antidekubitní matrace I	ks	2	4 747,25	9 494,50	KK - EDEX spol.s r.o.	
Lůžko resuscitační s laterálním náklonem a váhou vč. příslušenství (JIP_1)	ks	1	149 596,20	149 596,20	PROMA REHA, s.r.o.	
Lůžko resuscitační s váhou vč. příslušenství (JIP_2)	ks	1	115 160,40	115 160,40	PROMA REHA, s.r.o.	
Lůžko resuscitační s laterálním náklonem vč. příslušenství (JIP_3)	ks	3	100 321,20	300 963,60	PROMA REHA, s.r.o.	
Lůžko resuscitační vč. příslušenství (JIP_4)	ks	19	62 366,40	1 184 961,60	PROMA REHA, s.r.o.	
Matrace pasivní II (JIP)	ks	24	5 934,06	142 417,44	KK - EDEX spol.s r.o.	
Stolek nemocniční noční s jídelní deskou	ks	119	8 403,30	999 992,70	PROMA REHA, s.r.o.	
Transportní lehátko – stretcher	ks	4	34 283,70	137 134,80	PROMA REHA, s.r.o.	
Dětská postýlka vč. příslušenství	ks	8	16 549,20	132 393,60	PROMA REHA, s.r.o.	
Doprava, montáž, proškolení personálu	soubor	1	121 639,00	121 639,00		
CELKOVÁ CENA bez DPH				6 822 590,09		
DPH 15%				852 819,39		
DPH 21%				238 796,78		
CELKOVÁ CENA s DPH				7 914 206,25		

Pokyny pro vyplnění:

1. Účastník je povinen vyplnit všechna pole zvýrazněna oranžovou barvou.
2. Náklady záručního servisu dodavatel zahrne do jednotkových cen příslušných dodávek.
3. Vyplněnou Rekapitulaci včetně konkretizace nabízených výrobků dle bodu 5.3. svazku 1 zadávací dokumentace účastník zadávacího řízení předloží v rámci své nabídky (jako přílohu návrhu kupní smlouvy).

Technická specifikace

1. Lůžko pro standardní nemocniční péči s elektrickým polohováním I (93ks)

Lůžko PLE-N85-T:

Lůžko splňující normu IEC 60601-2-52:2010

Kolečka 150 mm kovová, centrální brzda + směrová aretace

Elektrický zdvih ložné plochy od 38,5 – 80 cm

Polohování zádového dílu elektrické, 73°

Polohování nožního dílu elektrické, 40°

Polohování lýtkového dílu mechanické, 25°

Nouzové odblokování zádového dílu

Elektrický Trendelenburg / Antitrendelenburg

Autoregrese zádového dílu 12cm

Autoregrese stehenního dílu 6cm

Ruční (pacientský) ovladač s možností uzamčení poloh a ochranou proti nechtěnému polohování, podsvícený pro lepší orientaci

Záložní baterie

Integrované prodloužení ložné plochy 1 x 200 mm

4x univerzální držák příslušenství – hlavová a nožní část

Čtyřdílná ložná plocha z dobře čistitelných kovových lamel

Nárazová kolečka v rozích lůžka (sada 4 ks)

Odnímatelná kovová čela s výplní z HPL, typ C

Úchyty pro vyjímatelná čela + mechanická aretace čel

Postranice ¾ jednodílné sklopné kovové lakované odnímatelné s ovládáním mimo dosah pacienta

Možnost odejmutí zábran bez použití náradí

Eurolišty (2ks) + plastový háček (6ks)

Plastový kryt podvozku

Barevné provedení konstrukce lůžka - RAL 9016

Barevný výplň čel dle vzorníku

Ložná plocha: 200 x 85 cm

Vnější rozměry: 215 x 97cm

Zdvih ložné plochy: 38,5 – 80 cm

Elektrický TR/ATR 16°/ 16°

Nosnost: 250 kg



Ilustrační foto

Příslušenství:

Hrazda + Hrazdička s navijákem



Infuzní stojan komaxit chrom



1.1. Pasivní antidekubitní matrace I (93ks)

COM FLEX-VF-7Z-2S

Matrace vhodná pro ochranu uživatelů se středním a vysokým rizikem vzniku dekubitů (III. stupně)

Jádro je vyrobeno ze studené pěny o hustotě 54 kg/m³

Po celém povrchu jádra vylévaná viscoelelastická pěna o hustotě 80 kg/m³

Jádro matrace profilované do 7 anatomických zón

Dokonale kopíruje ložnou plochu lůžka ve všech jejích polohách

Matrace zajišťuje uživateli ten nejvyšší možný komfort


Dokonalé rozložení tlaku díky 3D deformaci líné pěny

Nosnost 180 kg

Rozměr matrace dle lůžka, 200x85cm

Výška matrace 14 cm

Ilustrační foto



Potah SAFR

Potah pružný, paropropustný, omyvatelný, antialergický, antibakteriální, odolný běžným dezinfekčním prostředkům, se sníženou hořlavostí, pratelný do teploty 95° C

Potah se zipem s ochranou proti zatečení - ze dvou stran matrace, svařované švy.

2. Lůžko dekor dřeva s elektrickým polohováním I (2ks)

Konfigurace lůžka PLE-U85-0

Pečovatelské lůžko splňující normu IEC 60601-2-52:2010

Kolečka ø150, kovová, centrální brzda + směrová aretace

Elektrický zdvih ložné plochy

Polohování zádového dílu elektrické, 73°

Polohování nožního dílu elektrické, 40°

Polohování lýtkového dílu mechanické, 25°

Nouzové odblokování zádového dílu

Autoregrese zádového dílu 12cm

Autoregrese stehenního dílu 6cm

Záložní baterie

Nárazová kolečka v rozích lůžka (sada 4 ks)

Integrované prodloužení ložné plochy 1 x 200 mm

Ruční (pacientský) ovladač s možností uzamčení poloh a ochranou proti nechtěnému polohování, podsvícený pro lepší orientaci

4x univerzální držák příslušenství – hlavová a nožní část

Čtyřdílná ložná plocha z velice dobře čistitelných kovových lamel

Čela lůžka UNI, typ U (s průzorem)

Lůžko bez postranic

Barevný odstín konstrukce RAL 9016 bílá

Desén čela buk rustikal

Ložná plocha:	200 x 85 cm
Vnější rozměry:	206 x 91cm
Zdvih ložné plochy:	39,5 – 78,5 cm
Nosnost:	250 kg



Příslušenství:

Hrazda + Hrazdička s navijákem



Infuzní stojan komaxit chrom



2.2 Pasivní antidekubitní matrace I (2ks)

COM FLEX-VF-7Z-2S

Matrace vhodná pro ochranu uživatelů se středním a vysokým rizikem vzniku dekubitů (III. stupně)

Jádro je vyrobeno ze studené pěny o hustotě 54 kg/m³

Po celém povrchu jádra vylévána viscoelelastická pěna o hustotě 80 kg/m³

Jádro matrace profilované do 7 anatomických zón

Dokonale kopíruje ložnou plochu lůžka ve všech jejích polohách

Matrace zajišťuje uživateli ten nejvyšší možný komfort


Dokonalé rozložení tlaku díky 3D deformaci líné pěny

Nosnost 180 kg

Rozměr matrace dle lůžka, 200x85cm

Výška matrace 14 cm

Ilustrační foto



Potah SAFR

Potah pružný, paropropustný, omyvatelný, antialergický, antibakteriální, odolný běžným dezinfekčním prostředkům, se sníženou hořlavostí, pratelný do teploty 95° C

Potah se zipem s ochranou proti zatečení - ze dvou stran matrace, svařované švy.

3. Lůžko resuscitační s laterálním náklonem a váhou (JIP 1) (1ks)

Lůžko Vision 3C s váhou:

Shoda lůžka s normou EN 60601-2-52 v platném znění

Podvozek – stabilní 3 sloupová konstrukce, plastový kryt podvozku

Kolečka 150 mm - plast, jednoduchá, centrální brzda - 2x plastový pedál

5.-té aretační kolečko

Zádový díl a stehenní díl polohovatelné pomocí elektromotoru

Lýtkový díl polohovatelný mechanicky – pomocí hřebenu

Zdvih ložné plochy, funkce TR/ATR, laterální náklon - polohování elektrické

Integrovaná funkce automatické laterální terapie (nastavení úhlů a časových intervalů)

Elektrická autoregrese - zádový díl 14 cm, stehenní díl 7,5 cm

CPR páka - zádový díl z obou stran lůžka

Integrované prodloužení ložné plochy 1 x 200 mm

Záložní baterie s diagnostikou stavu a kapacity

4x univerzální držák příslušenství - hlavová a nožní část

Čtyřdílná ložná plocha z velice dobře čistitelných kovových lamel

Sesterský panel s vizuální a zvukovou kontrolou a ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokace jednotlivých funkcí a s předprogramovatelnými polohami (CPR, vyšetřovací poloha, poloha kardiackého křesla, Trendelenburgova poloha)

Certifikovaný integrovaný váhící systém s možností vážení pacienta v absolutním a diferenčním režimu a s eliminací vlivu přidávaných a odebíraných předmětů na vlastní hmotnost pacienta s grafickým znázorněním naměřených hodnot v čase

Nárazová kolečka v rozích lůžka (sada 4 ks)

Svorka pro vyrovnání elektrického potenciálu

Eurolišty (2ks) + plastový háček (6ks)

Police na lůžkoviny

Čela plastová, typ R3

Úchyty pro vyjímatelná čela + mechanická aretace čel

Dvoudílné sklopné postranice plastové dělené ZPM4 (sada 4ks) s úhloměry pro zjištění náklonu lůžka při polohách TR/ATR ovládané pomocí jedné ruky s ochranou proti nechtěnému spuštění

Blokace laterálního náklonu při spuštěné postranici

Integrované ovládače v zábranách z vnitřní i vnější strany s ochranou proti nechtěnému polohování

Zábrany s ochranou po celé délce ložné plochy a výškou 45cm plně splňují aktuální normu EN 60601-2-52

Konstrukce lůžka RAL 9016 bílá

Polepy čel a zábran dle vzorníku výrobce

Maximální vnější rozměry lůžka: 222 x 105 cm

Rozměr ložné plochy: 200 x 90 cm

Výška ložné plochy bez matrace: 43 - 83 cm

Maximální úhel Trendelenburg: 16°

Maximální úhel Antitrendelenburg: 16°

Laterální náklon 20°

Bezpečné prac. zatížení lůžka vč. matrace a příslušenství: 300 kg

Lůžko INVENT:



Ilustrační foto

Příslušenství:

Hrazda + Hrazdička s navijákem



Infuzní stojan komaxit chrom





4. Lůžko resuscitační s váhou (JIP 2) (1ks)

Lůžko Vision 2C s váhou:

Shoda lůžka s normou EN 60601-2-52 v platném znění

Podvozek – stabilní 2 sloupová konstrukce, plastový kryt podvozku

Kolečka 150 mm - plast, jednoduchá, centrální brzda - 2x plastový pedál

5.-té aretační kolečko

Zádový díl a stehenní díl polohovatelné pomocí elektromotoru

Lýtkový díl polohovatelný mechanicky – pomocí hřebenu

Zdvih ložné plochy, funkce TR/ATR - polohování elektrické

Elektrická autoregrese - zádový díl 14 cm, stehenní díl 7,5 cm

CPR páka - zádový díl z obou stran lůžka

Integrované prodloužení ložné plochy 1 x 200 mm

Záložní baterie s diagnostikou stavu a kapacity

4x univerzální držák příslušenství - hlavová a nožní část

Čtyřdílná ložná plocha z velice dobře čistitelných kovových lamel

Sesterský panel s vizuální a zvukovou kontrolou a ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokáce jednotlivých funkcí a s předprogramovatelnými polohami (CPR, vyšetřovací poloha, poloha kardiackého křesla, Trendelenburgova poloha)

Certifikovaný integrovaný vážící systém s možností vážení pacienta v absolutním a diferenčním režimu a s eliminací vlivu přidávaných a odebíraných předmětů na vlastní hmotnost pacienta s grafickým znázorněním naměřených hodnot v čase

Nárazová kolečka v rozích lůžka (sada 4 ks)

Svorka pro vyrovnání elektrického potenciálu

Eurolišty (2ks) + plastový háček (6ks)

Police na lůžkoviny

Čela plastová, typ R3

Úchyty pro vyjímatelná čela + mechanická aretace čel

Dvoudílné sklopné postranice plastové dělené ZPM4 (sada 4ks) s úhloměry pro zjištění náklonu lůžka při polohách TR/ATR ovládané pomocí jedné ruky s ochranou proti nechtěnému spuštění

Integrované ovládače v zábranách z vnitřní i vnější strany s ochranou proti nechtěnému polohování


Zábrany s ochranou po celé délce ložné plochy a výškou 45cm plně splňují aktuální normu EN 60601-2-52

Konstrukce lůžka RAL 9016 bílá

Polepy čel a zábran dle vzorníku výrobce

Maximální vnější rozměry lůžka:	222 x 105 cm
Rozměr ložné plochy:	200 x 90 cm
Výška ložné plochy bez matrace:	43 - 83 cm
Maximální úhel Trendelenburg:	16°
Maximální úhel Antitrendelenburg:	16°
Bezpečné prac. zatížení lůžka vč. matrace a příslušenství:	250 kg

Lůžko INVENT:



Ilustrační foto

Příslušenství:

Hrazda + Hrazdička s navijákem



Infuzní stojan komaxit chrom





5. Lůžko resuscitační s laterálním náklonem (JIP 3) (3ks)

Lůžko Vision 3C:

Shoda lůžka s normou EN 60601-2-52 v platném znění

Podvozek – stabilní 3 sloupová konstrukce, plastový kryt podvozku

Kolečka 150 mm - plast, jednoduchá, centrální brzda - 2x plastový pedál

5.-té aretační kolečko

Zádový díl a stehenní díl polohovatelné pomocí elektromotoru

Lýtkový díl polohovatelný mechanicky – pomocí hřebenu

Zdvih ložné plochy, funkce TR/ATR, laterální náklon - polohování elektrické

Integrovaná funkce automatické laterální terapie (nastavení úhlů a časových intervalů)

Elektrická autoregrese - zádový díl 14 cm, stehenní díl 7,5 cm

CPR páka - zádový díl z obou stran lůžka

Integrované prodloužení ložné plochy 1 x 200 mm

Záložní baterie s diagnostikou stavu a kapacity

4x univerzální držák příslušenství - hlavová a nožní část

Čtyřdílná ložná plocha z velice dobře čistitelných kovových lamel

Sesterský panel s vizuální a zvukovou kontrolou a ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokace jednotlivých funkcí a s předprogramovatelnými polohami (CPR, vyšetřovací poloha, poloha kardiackého křesla, Trendelenburgova poloha)

Nárazová kolečka v rozích lůžka (sada 4 ks)

Svorka pro vyrovnání elektrického potenciálu

Eurolišty (2ks) + plastový háček (6ks)

Police na lůžkoviny

Čela plastová, typ R3

Úchyty pro vyjímatelná čela + mechanická aretace čel

Dvoudílné sklopné postranice plastové dělené ZPM4 (sada 4ks) s úhloměry pro zjištění náklonu lůžka při polohách TR/ATR ovládané pomocí jedné ruky s ochranou proti nechtěnému spuštění

Blokace laterálního náklonu při spuštěné postranici

Integrované ovládače v zábranách z vnitřní i vnější strany s ochranou proti nechtěnému polohování


Zábrany s ochranou po celé délce ložné plochy a výškou 45cm plně splňují aktuální normu EN 60601-2-52

Konstrukce lůžka RAL 9016 bílá

Polepy čel a zábran dle vzorníku výrobce

Maximální vnější rozměry lůžka:	222 x 105 cm
Rozměr ložné plochy:	200 x 90 cm
Výška ložné plochy bez matrace:	43 - 83 cm
Maximální úhel Trendelenburg:	16°
Maximální úhel Antitrendelenburg:	16°
Laterální náklon	20°
Bezpečné prac. zatížení lůžka vč. matrace a příslušenství:	300 kg

Lůžko INVENT:



Ilustrační foto

Příslušenství:

Hrazda + Hrazdička s navijákem



Infuzní stojan komaxit chrom





6. Lůžko resuscitační (JIP 3) (19ks)

Lůžko Vision 2C:

Shoda lůžka s normou EN 60601-2-52 v platném znění

Podvozek – stabilní 2 sloupová konstrukce, plastový kryt podvozku

Kolečka 150 mm - plast, jednoduchá, centrální brzda - 2x plastový pedál

5.-té aretační kolečko

Zádový díl a stehenní díl polohovatelné pomocí elektromotoru

Lýtkový díl polohovatelný mechanicky – pomocí hřebenu

Zdvih ložné plochy, funkce TR/ATR - polohování elektrické

Elektrická autoregrese - zádový díl 14 cm, stehenní díl 7,5 cm

CPR páka - zádový díl z obou stran lůžka

Integrované prodloužení ložné plochy 1 x 200 mm

Záložní baterie s diagnostikou stavu a kapacity

4x univerzální držák příslušenství - hlavová a nožní část

Čtyřdílná ložná plocha z velice dobře čistitelných kovových lamel

Sesterský panel s vizuální a zvukovou kontrolou a ochranou proti nechtěnému polohování, s možností

blokace jednotlivých funkcí a s předprogramovatelnými polohami (CPR, vyšetřovací poloha, poloha

kardiackého křesla, Trendelenburgova poloha)

Nárazová kolečka v rozích lůžka (sada 4 ks)

Svorka pro vyrovnání elektrického potenciálu

Eurolišty (2ks) + plastový háček (6ks)

Police na lůžkoviny

Čela plastová, typ R3

Úchyty pro vyjímatelná čela + mechanická aretace čel

Dvoudílné sklopné postranice plastové dělené ZPM4 (sada 4ks) s úhloměry pro zjištění náklonu lůžka při

polohách TR/ATR ovládané pomocí jedné ruky s ochranou proti nechtěnému spuštění

Integrované ovládače v zábranách z vnitřní i vnější strany s ochranou proti nechtěnému polohování

Zábrany s ochranou po celé délce ložné plochy a výškou 45cm plně splňují aktuální normu EN 60601-2-52

Konstrukce lůžka RAL 9016 bílá

Polepy čel a zábran dle vzorníku výrobce

Maximální vnější rozměry lůžka: 222 x 105 cm

Rozměr ložné plochy: 200 x 90 cm


Výška ložné plochy bez matrace: 40 - 80 cm

Maximální úhel Trendelenburg: 16°

Maximální úhel Antitrendelenburg: 16°

Bezpečné prac. zatížení lůžka vč. matrace a příslušenství: 250 kg

Lůžko INVENT:



Ilustrační foto

Příslušenství:

Hrazda + Hrazdička s navijákem



Infuzní stojan komaxit chrom



Matrace pasivní II (JIP) (24ks):

COM FLEX-VF-7Z-2S

Matrace vhodná pro ochranu uživatelů se středním a vysokým rizikem vzniku dekubitů (III. stupně)

Jádro je vyrobeno ze studené pěny o hustotě 54 kg/m³

Po celém povrchu jádra vylévaná viscoelelastická pěna o hustotě 80 kg/m³

Jádro matrace profilované do 7 anatomických zón

Dokonale kopíruje ložnou plochu lůžka ve všech jejích polohách


Matrace zajišťuje uživateli ten nejvyšší možný komfort

Dokonalé rozložení tlaku díky 3D deformaci líné pěny

Nosnost 180 kg

Rozměr matrace dle lůžka, 200x90cm

Výška matrace 14 cm



Ilustrační foto

Potah SAFR

Potah pružný, paropropustný, omyvatelný, antialergický, antibakteriální, odolný běžným dezinfekčním prostředkům, se sníženou hořlavostí, pratelný do teploty 95° C

Potah se zipem s ochranou proti zatečení - ze dvou stran matrace, svařované švy.

7. Stolek nemocniční noční s jídelní deskou (119ks)

Noční stolek NS-21-O

Oboustranné kovové provedení

Stolek lakován práškovými vypalovacími barvami

Plynule výškově nastavitelná jídelní deska pomocí plynové pístnice

Jídelní deska vybavena oboustranným náklonem s aretací ve 3 pozicích

Zdvíhací mechanismus jídelní desky integrovaný do korpusu stolku

Jídelní a odkládací deska se zvýšeným okrajem z vysoce odolného ABS plastu

Plastová vložka zásuvky z ABS

Uvnitř stolku prostor pro nápojovou PET láhev

Provedení stolku - zásuvka, nika, skříňka

Prostor - polička pro obuv ve spodní části stolku

Bezpečnostní madla zásuvek a dvířek

Dvojitá plastová brzditelná kolečka o průměru 65 mm

Držák ručníků

Korpus stolku RAL 9016 bílá

Možnost volby barevného provedení zásuvky a dvířek

Š x H x V: 52 x 45 x 91 cm

Rozměr jídelní desky: 66 x 43 cm

Zdvih jídelní desky: 80 – 110cm



Ilustrační foto

8. Transportní lehátko – stretcher (4ks)

Snadná obsluha transportního vozíku

Všechny funkce jsou naprosto nezávislé na zdroji elektrické energie

Nosná konstrukce z jakostní oceli s povrchovou úpravou lakem

Výškově stavitelná ložná plocha pomocí hydraulického motoru ovládaného nožními pedály

Dvoudílná ložná plocha s povrchem ze zdravotnické koženky

Zádový díl polohovatelný pomocí pístnice

Sklopné (směrem k hlavě) zábrany zajišťující pacienta proti pádu při transportu bez výskytu skřípných míst

Plastový kryt podvozku usnadňující čištění a desinfekci lehátka

Plastová kolečka o průměru 200 mm s centrální brzdou a čtyřmi nášlapnými pákami

Transportní madla v nožní i hlavové části

Čtyři bezpečnostní nárazová kolečka v rozích ložné plochy

Možnost volby barevného odstínu kovových částí a koženky dle vzorníků

Eurolišty (2ks)

Držák kyslíkové láhve na podvozku lehátka

Vnější rozměry	87 x 208 cm
Rozměry ložné plochy	72 x 200 cm
Zdvih ložné plochy	56 – 94 cm / 51 - 89 cm (bez matrace)
Výškové polohování	hydraulické
Úhel náklonu zádového dílu	0 - 85°
Polohování zádového dílu	plynová pístnice
Kolečka	200 mm
Bezpečné provozní zatížení	230 kg

Ilustrační foto



9. Dětské postýlky (8ks)

Dětská postýlka Buddy – 70 – T:

Dvoudílná ložná plocha z kovových lamel s výhodou snadného čištění postýlek

Podhlavník polohovatelný pomocí hřebenu

Výsuvné kovové lakované zábrany se zajištěním v libovolné poloze pomocí plynových pístnic – odjišťování nožním pedálem mimo dosah dětí – významný bezpečnostní prvek

Držáky příslušenství součástí postýlek (hrazda, infuzní stojan)

Kovová konstrukce lakovaná vypalovacími práškovými laky

Látková výplň prostoru pod zádočným dílem - velmi důležitý bezpečnostní prvek se snadným čištěním

Kovová kolečka o průměru 100 mm, 3 x kolečko s brzdou, 1x kolečko se směrovou aretací

Nárazová kolečka v rozích postýlky

Mechanické nastavení ložné plochy do 7 různých výškových pozic

Mechanický náklon ložné plochy do pozic Trendelenburg a Antitrendelenburg

Barevné provedené dle vzorníku výrobce

Rozměr ložné plochy	140x70 cm
Výškové nastavení ložné plochy	74 – 106 cm
Trendelenburg / Antitrendelenburg	12°/ 12°
Výška zábran nad ložnou plochou	72cm
Bezpečné provozní zatížení	80 kg

Příslušenství: hrazda, hrazdička, infuzní stojan

Matrace Lux N:

Preventivní pasivní antidekubitní matrace

Vyrobena ze studené pěny o hustotě 40kg / m³

Výška matrace 11 cm

Rozměr matrace 140 x 70cm, dle lůžka

Potah SAFR

Potah pružný, paropropustný, omyvatelný, antialergický,

antibakteriální, odolný běžným dezinfekčním prostředkům,

se sníženou hořlavostí, pratelný do teploty 95° C

Potah se zipem s ochranou proti zatečení - ze dvou stran matrace

