

TECHNICKÁ SPECIFIKACE POŽADOVANÝCH ZAŘÍZENÍ

veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

DODÁVKA PASIVNÍHO VAKOVÉHO ZVEDÁKU PRO JEDLIČKŮV ÚSTAV A ŠKOLY

Požadavky zadavatele na dodávku pasivního vakového zvedáku			
Označení (obchodní/typové)	Maxi Move		
Výrobce	Arjo		
Požadavky zadavatele na parametr	Hodnoty parametru požadované zadavatelem	Nabídka účastníka (hodnoty parametrů nabízeného přístroje)*	Stanovisko účastníka ke splnění požadovaných hodnot (ANO/NE)
Bezpečná pracovní zátěž	min. 220 kg	227 kg	[DOPLŇTE]
Dynamický polohovací systém s dálkovým ovládním	ANO	ANO	[DOPLŇTE]
Vertikální zdvihání (ne obloukové) s antihoupacím systémem	ANO	ANO	[DOPLŇTE]
4 bodové polohovací rameno s DPS	ANO	ANO	[DOPLŇTE]
Závěsné rameno s elektrickým polohováním	ANO	ANO	[DOPLŇTE]
Bateriový indikátor stavu baterie	ANO	ANO	[DOPLŇTE]
Signalizace vybití baterie	ANO	ANO	[DOPLŇTE]
Ovládnání na zvedáku	ANO	ANO	[DOPLŇTE]
Ovládnání na ručním dálkovém ovladači	ANO	ANO	[DOPLŇTE]
Indikátor servisu	měřený v hodinách informující o přesném čase užívání a potřeby servisu	ANO	[DOPLŇTE]
2 ks baterií	ANO	ANO	[DOPLŇTE]
Automatické zastavení spouštění při nárazu	ANO	ANO	[DOPLŇTE]
Rozsah zdvihu	min. 1200 mm	1315 mm	[DOPLŇTE]

Vnější šířka podvozku	max. 720 mm	717 mm	[DOPLŇTE]
Nabíječka	ANO	ANO	[DOPLŇTE]
1 ks vaku s opěrkou hlavy	nosnost až 250 kg	ANO	[DOPLŇTE]

***Pozn.: Účastník uvede číselné hodnoty tam, kde je relevantní hodnoty parametrů nabízeného zařízení uvádět**