



**OBJEDNÁVKA** číslo **OBJ-OZT17002031**

<b>Dodavatel:</b>	<b>M A C, spol. s r.o.</b>
	<b>2. května 1062</b>
	<b>76361 NAPAJEDLA</b>
Vyřizuje	
Telefon	
Fax	
E-mail	
IČ	47904461
DIČ	CZ47904461

<b>Odběratel:</b>	<b>Ústřední vojenská nemocnice-Voj.fakultní nem.Praha</b>
	<b>U Vojenské nemocnice 1200</b>
	<b>16902 PRAHA 6</b>
Bankovní spojení	ČNB Praha, č.ú. 32123-881/0710
IČ	61383082
DIČ	CZ61383082

Objednáváme provedení validace Sterilizátoru etylenoxidového - cena dle cenové nabídky z 6. 11. 2017.

Počet	MJ	Popis	Cena za MJ vč. DPH	Cena celkem do vč. DPH
-------	----	-------	-----------------------	---------------------------

Název ZP, Výrobní model, Sériové číslo, Inventární číslo  
Název NS, Kód NS  
Kontaktní osoba, tel. číslo  
Požadovaná činnost, Požadovaný termín realizace TPL

STERILIZÁTOR PLYNOVÝ ETYLENOXIDOVÝ, STERI-VAC 5XL, 720598, 17389  
Centrální sterilizace, C303

Validace, 19.11.2017

Cena celkem s DPH: 109 505,00

Cena celkem bez DPH:

Před realizací informujte kontaktní osobu a oznamte termín realizace.

Servisní výkaz odevzdejte v den realizace objednaného požadavku na oddělení zdravotnické techniky.

Fakturu zašlete na oddělení zdravotní techniky, včetně protokolů a dalších dokladů souvisejících s realizací.

Termín dodání: 19.11.2017

Datum vystavení: 9.11.2017

Schválil:

oddělení zdravotnické techniky  
Ústřední vojenská nemocnice

V Napajedlích 6.11.2017

zasílám Vám nabídku validace sterilizátoru dle EN/ISO 14937 a aktuálních předpisů.

**Sterilizátor etylenoxidový**

Poz.	Kvalif.	Specifikace
	OQ	Kalibrace tlakových čidel
	OQ	Kalibrace teplotních čidel čidel
	OQ	Kontrola bezpečnostních prvků
	OQ	Kontrola vstupních medií
	OQ	Zkouška pronikání vzduchu
	OQ	Termometrická zkouška prázdné komory 55°C
	OQ	Termometrická zkouška plné komory 55°C
	PQ	Mikrobiologická zkouška polovičního cyklu 55°C
		Dokumentace
		Doprava
Cena bez DPH		90 500,00 Kč
DPH		19 005,00 Kč
<b>Cena celkem</b>		<b>109 505,00 Kč</b>

Pro naše měření používáme měřicí systém, který pracuje jako WIFI dattalogger, to znamená, že není nutno při instalaci měřícího řetězce do sterilizátoru zasahovat do komory, senzory jsou pouze vloženy. Tím se výrazně zkracuje doba validace sterilizátoru a zároveň nehrozí nebezpečí vzniku netěsností komory po instalaci respektive demontáži měřícího řetězce. Validaci je navíc možno v případě nutnosti přerušit, měřicí řetězec vyjmout a sterilizátor okamžitě provozovat. Tím se oproti standardním validacím uspoří významně doba nutné odstávky sterilizátorů a zvýší bezpečnost systému.

S pozdravem

Jednatel společnosti MAC, spol. s r. o.

**SOUHLASÍM**  
Ústřední vojenská nemocnice -  
Vojenská fakultní nemocnice Praha  
Oddělení zdravotnické techniky  
vedoucí oddělení

10-11-2017

Ústřední vojenská nemocnice -  
Vojenská fakultní nemocnice Praha  
Náměstkyňe ředitele pro  
obchod a realizaci investic

U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

-1-

U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

MAC, spol. s r.o., 2.května 1062, 763 61 Napajedla, Česká Republika