

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

NNH - HMOS část. 9. - Autotransfuzní přístroj

Nabízený přístroj: **SORIN Xtra**

Požadavky VZ:

| | |
|---|-----|
| nový (nepoužívaný) autotransfuzní přístroj pro rekuperaci krve při krvácivých operačních výkonech | ANO |
| přístroj musí být uživatelsky a provozně koncipován pro akutní použití při silném krvácení | ANO |
| barevný grafický LCD displej | ANO |
| automatické plnění a proplachování setů přístroje | ANO |
| při terapii grafické zobrazení údajů o terapii | ANO |
| možnost použití citrátové antikoagulace | ANO |
| centrálně nebo přední brzděná kolečka s průměrem min. 100 mm | ANO |
| automatické spuštění rekuperace na základě dosaženého objemu ve sběrné nádobě (možnost nastavení hodnoty pro spuštění) | ANO |
| Emergency mód | ANO |
| uživatelsky přístupná paměť událostí poslední autotransfuzní terapie i po výpadku el. energie | ANO |
| integrována podtlaková pumpa – vakuum: -50 až -300 mmHg | ANO |
| užití spotřebního materiálu (sběrná nádoba, odsávací a krevní set, centrifugační kolona, odpadní vak) separátně s možností opětovné kompletace doobjednáním použité částí | ANO |
| shoda s platnou normou ČSN EN 60601-1 ed.2 v platném znění | ANO |
| jednoduchá údržba, skladování a mobilita přístroje | ANO |

Další požadavky:

| | |
|---|-----|
| záruka min. 24 měsíců (jednotná pro všechny komponenty dodávky) | ANO |
| instruktáž obsluhujícího personálu a technika OBMI | ANO |
| zdravotnický prostředek musí splňovat požadavky zákona 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích ve znění pozdějších předpisů | ANO |
| odborná údržba a revize v záruční době zdarma | ANO |
| garance servisu po dobu živostnosti přístroje – min. 8 let (2 záruka + 6) | ANO |
| kontakt na autorizovaný servis, který bude provádět záruční (respektive pozáruční) servis dodaného zařízení | ANO |
| nástup k odstranění závady v pracovních dnech do 24 hodin od nahlášení, v ostatních dnech do 72 hodin od nahlášení | ANO |
| odstranění závady nejpozději do 5 pracovních dnů od nahlášení (objednávky) | ANO |
| zapůjčení náhradního zdravotnického prostředku po dobu opravy pokud nebude závada odstraněna do 72 hodin od začátku opravy | ANO |

Datum: 19/10/2017

MUDr. Simona Šmírová
jednatelka

BIOMEDICA
BIOMEDICA ČS, s.r.o.
Sokolovská 100/94 · 186 00 Praha 8 - Karlín
T +420 283 933 605 · F +420 283 932 507
DIČ: CZ46342907