

SMLOUVA O POZÁRUČNÍM SERVISU

uzavřená dle § 1721 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

1. Objednatel : **Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně**
státní příspěvková organizace

sídlo: Pekařská 664/53, 656 91 Brno
jednající: MUDr. Martin Pavlík, PhD, EDIC, DESA, ředitel

IČ: 00159816
DIČ: CZ00159816

bank. spojení:

č. účtu:

SWIFT:

IBAN:

2. Zhotovitel : **ENUS MEDICAL, s.r.o.**

zápis v OR: C 195811
sídlo: Plkova 2934/1, 193 00 Praha – Horní Počernice

jednající: Martin Kazda, jedatel

IČ: 25551701

DIČ: CZ25551701

bank. spojení:

č. účtu:

IBAN:

SWIFT:

II.

Předmět smlouvy

Na základě této smlouvy a za podmínek v ní uvedených se zhotovitel zavazuje provádět pro objednatele pravidelné údržby, servis a kontroly, které jsou předepsány výrobcem, zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích a zákonem č. 505/1990 Sb., o meteorologii, v platném znění, a příslušnými technickými normami a provádět servisní činnosti (vše dále také jen jako „servis“) u zdravotnického prostředku včetně jeho příslušenství – Mycí a dezinfekční automat BHT INNOVA E3, dle bližší specifikace v příloze č. 1, této smlouvy (dále jen jako „zdravotnický prostředek“).

Servis zdravotnického prostředku zahrnuje:

1. Pravidelné pozáruční bezpečnostně technické kontroly zdravotnického prostředku včetně kontroly elektrického zařízení (dále jen jako „PBTk“) podle zákona č. 268/2014 Sb. v platném znění, zákona č. 505/1990 Sb. V platném znění, v rozsahu a termínech dle doporučení výrobce a příslušných technických norem.
2. Preventivní výměna a dodávka náhradních dílů a materiálu spotřebního charakteru, které budou objednatelem hrazeny na základě předem odsouhlaseného rozpočtu v souladu s čl. V odst. 2, této smlouvy. Seznam náhradních dílů a materiálu spotřebního charakteru včetně cen je uveden v příloze č. 2, této smlouvy (dále jen jako „spotřební ND“).

3. Pozáruční servisní činnost, která spočívá v opravách zdravotnického prostředku včetně jeho příslušenství dle seznamu v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „opravy“).

Zhotovitel se zavazuje provádět na základě přijetí požadavku objednatele učiněném dopisem, faxem, elektronickou poštou nebo telefonicky kontaktní osobou objednatele uvedenou v čl. VIII. odst. 7 této smlouvy.

Součástí oprav je i dodávka a výměna náhradních dílů a materiálu, který bude objednavatelem hrazen v souladu s čl. V. odst. 6., této smlouvy.

III.

Způsob a místo plnění, záruka na servis

1. Zhotovitel se zavazuje provádět servis v souladu s obecně závaznými právními předpisy a technickými normami ČSN a EN, v souladu s požadavky výrobce zdravotnického prostředku a dle pokynů objednatele.
2. Zhotovitel je povinen postupovat s maximální odbornou péčí při provádění všech prací, to vše při dodržení maximální možné kvality a s důrazem na ekologickou šetrnost.
3. Každý servisní zásah provedený na základě této smlouvy je samostatnou smlouvou o dílo, která se řídí ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.
4. Zhotovitel se zavazuje dodržet tyto požadavky:
 - Doba odezvy od nahlášení závady nebo poruchy: 6 hodin (platí pro pracovní dny)
 - záruka na provedený servis a náhradní díly v souladu s čl. II. odst. 3 této smlouvy 6 měsíců
 - četnost odborné údržby a revizí dle doporučení výrobce
 - doba provedení opravy bez potřeby náhradního dílu: do 5 dnů od nahlášení závady nebo poruchy (platí pro pracovní dny)
 - doba provedení opravy v případě potřeby náhradního dílu: 10 dnů od nahlášení závady nebo poruchy (platí pro pracovní dny)
 - doba provádění oprav: pracovní dny od 7:00 do 15:00.
5. Zhotovitel se zavazuje provádět servis po dohodě s kontaktní osobou objednatele tak, aby v co nejmenší míře omezil provoz pracoviště, dále zachovávat pořádek a čistotu, na vlastní náklady odstraňovat odpady a vadné součástky vzniklé při provádění servisu a vyvarovat se jednání ohrožujícího zdraví lidí nebo životní prostředí, je povinen dodržovat veškeré požární, bezpečnostní a hygienické předpisy, řídit se pokyny a požadavky pověřených zástupců zadavatele.
6. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním, což bude doloženo sepsáním písemného Protokolu o provedení servisních prací, který musí být podepsán kontaktními osobami smluvních stran uvedenými v čl. VIII. této smlouvy (alespoň jednou osobou za každou stranu).
7. Zhotovitel zajistí, aby všichni jeho zaměstnanci pohybující se v areálu zadavatele byli dostatečně identifikovatelní (pracovní oděv, visačky apod.).
8. Zhotovitel se zavazuje předložit do konce každého kalendářního roku trvání této smlouvy kontaktní osobám objednatele přehled o poruchovosti zdravotnických prostředků.

IV.

Kvalitativní požadavky na dílo a materiály

1. Dílo a veškeré v rámci díla dodané materiály a výrobky musí splňovat veškeré požadavky příslušných právních předpisů a českých a evropských technických norem, zejména pak požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích předpisů, dále také požadavkům výrobce, povoleních státních orgánů, předepsaných technologických postupů,

technickým, materiálovým, bezpečnostním, požárním, hygienickým, zdravotním, ochrany životního prostředí a dalším.

V.

Cena a platební podmínky

1. Cena PBTK dle čl. II. odst. 1 této smlouvy, je stanovena následovně:

Cena za provedení jedné PBTK [Kč bez DPH]	Sazba DPH [%]	DPH [Kč]	Cena za provedení jedné PBTK [Kč vč. DPH]
2.850,-	21%	599,-	3.449,-

Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s prováděním BTK včetně cestovného, diet, práce servisního technika, vystavení přísl. protokolů, ceny za výjezd, nákladů na ubytování a jiných nákladů souvisejících.

2. Výměna a dodávka spotřebních ND dle čl. II. odst. 2, této smlouvy, bude fakturována dle cen uvedených v příloze č. 2, této smlouvy dle skutečné spotřeby. Tyto ceny jsou konečné a nepřekročitelné a zahrnují veškeré náklady zhotovitele nutné k výměně příslušného ND, jako např. cenu vlastního dílu, cestovné, cenu za výjezd, diety, práci servisního technika, vystavení protokolů apod.
3. Cena za opravy zdravotnického prostředku včetně jeho příslušenství dle čl. II. odst. 3, této smlouvy je stanovena smluvně a skládá se z ceny za hodinovou sazbu servisního technika a z paušální ceny za výjezd:

Hodinová sazba servisního technika [Kč bez DPH]	Sazba DPH [%]	DPH [Kč]	Hodinová sazba servisního technika [Kč vč. DPH]
350,-	21%	74,-	424,-

Práce technika bude účtována na základě stanovené hodinové sazby, která bude zahrnovat veškeré náklady zhotovitele související s provedením opravy (vystavení výkazu práce, cestovného, atd.). Doba opravy bude počítána s přesností na 0,5 hodiny.

Paušální cena za výjezd do FNUSA [Kč bez DPH]	Sazba DPH [%]	DPH [Kč]	Paušální cena za výjezd do FNUSA [Kč vč. DPH]
681,-	21%	143,-	824,-

4. Cena, ať již za PBTK dle čl. II. odst. 1., výměny a dodávky spotřebních ND dle čl. II. odst. 2 a opravy dle čl. II. odst. 3, bude objednatelem hrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem vždy po podpisu příslušného písemného Protokolu o provedení servisních prací nebo oprav kontaktními osobami smluvních stran v souladu s čl. III. odst. 4, této smlouvy. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli.
5. Všechny jednotkové ceny uvedené v této smlouvě jsou maximální a nepřekročitelné a zahrnují všechny náklady související jako např. správní poplatky, clo, kursové rozdíly, stravné, diety apod. Dodavatel není oprávněn sjednanou cenu jednostranně měnit. Lze ji překročit pouze v případě změny sazby DPH a to právě o výše změny DPH.
6. Zhotovitel je povinen před realizací servisní opravy dle čl. II. odst. 3 sdělit objednateli předběžnou cenu za náhradní díly a materiál. Pokud je pro objednatele cena opravy nebo náhradního dílu nerentabilní, může tuto opravu odmítnout. Náhradní díly použité v rámci servisu budou hrazeny dle jejich skutečné spotřeby.
7. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené příslušnými právními předpisy včetně čísla smlouvy objednatele uvedeného v záhlaví této smlouvy. Nedílnou součástí faktury musí být taktéž originál výkazu provedené opravy nebo servisu podepsaný oprávněnou osobou objednatele v souladu s čl. III. odst. 6 této smlouvy.

8. Nebude-li faktura obsahovat tyto náležitosti, je objednatel oprávněn, aniž by se dostal do prodlení, tuto fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli s uvedením důvodu k opravě či doplnění. V takovém případě začne doručení opravené (doplněné) faktury objednateli běžet nová lhůta splatnosti a to v délce stanovené čl. V. odst. 1 této smlouvy. V případě, že má zhotovitel s objednatelem uzavřenou více než jednu smlouvu, je zhotovitel povinen vystavovat příslušné faktury ke každé takovéto smlouvě samostatně. Pokud tak neučiní a fakturuje na jedné faktuře z více smluv, je objednatel oprávněn postupovat v souladu s tímto odstavcem a takovou fakturu zhotoviteli vrátit.

VI.

Sankční ujednání

1. Nedodrží-li zhotovitel lhůtu stanovenou pro provedení servisního zásahu dle článku III. odst. 3. této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny bez DPH zpožděné dodávky za každý započatý den prodlení. Nárok objednatele na náhradu škody, která mu v souvislosti s prodlením zhotovitele vznikla, včetně škody, která přesahuje smluvní pokutu, není tímto ustanovením dotčen.
2. Nedodrží-li objednatel lhůtu splatnosti faktury dle čl. V. odst. 1.1, této smlouvy, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,01 % fakturované částky bez DPH za každý započatý den prodlení.

VII

Odpovědnost za škodu, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana

1. Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy činit taková opatření a počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku škod.
2. Pokud zhotovitel nebo jeho subdodavatelé způsobí škodu objednateli nebo jiným subjektům, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit a není-li to možné, pak ji finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Volba způsobu náhrady škody náleží objednateli.
3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců při práci a za dodržování provozního řádu a požárních směrnic objednatele. Zajištění prostředků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je plně povinností zhotovitele.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností a zabezpečí, aby i jeho případní subdodavatelé byli pojištěni.

VIII.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je povinen vůči třetím osobám zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl při realizaci této smlouvy a v souvislosti s ní a které jsou chráněny příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména obchodní tajemství, osobní údaje, utajované skutečnosti) nebo které objednatel prohlásil za důvěrné. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy. Tyto povinnosti se zhotovitel zavazuje zajistit i u všech svých zaměstnanců, případně jiných osob, které zhotovitel k realizaci této smlouvy použije.
2. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré servisní služby, elektrické revize a předepsané preventivní kontroly budou prováděny v souladu s pokyny výrobce přístrojů, a to zaměstnanci zhotovitele s odpovídající kvalifikací dle požadavků zákona č. 268/2014 Sb. od okamžiku nabytí jeho účinnosti. Dále se zhotovitel zavazuje kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy předložit na žádost objednatele k nahlédnutí příslušné Osvědčení o autorizaci výrobce k provádění servisních úkonů vztahujících se ke zdravotnickému prostředku.
3. Zhotovitel se zavazuje na své náklady odstraňovat odpady vzniklé při provádění servisu dle této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všichni zaměstnanci zhotovitele pohybující se v areálu objednatele byli dostatečně identifikovatelní (pracovní oděv, visačky apod.). Zhotovitel je povinen zabezpečit tuto povinnost i u všech svých subdodavatelů.
5. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti nebo pohledávky plynoucí z této smlouvy nebo její části třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele.
6. Kontaktní osoby zhotovitele jsou:
[REDACTED]
7. Kontaktní osoby objednatele jsou:
[REDACTED]
8. Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním nebo zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu.
9. Zhotovitel poskytne kontrolním a obdobným orgánům veškerou potřebnou součinnost a dokumentaci při výkonu kontrol týkajících se této smlouvy. Tuto povinnost zajistí zhotovitel i u subdodavatelů, kteří se podílí na realizaci této smlouvy.
10. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění ani nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

IX.

Trvání smlouvy

1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti prvním dnem následujícím po konci záruční doby zdravotnického prostředku (záruční doba je stanovena v čl. VIII. odst. 1. kupní smlouvy a počíná běžet okamžikem podpisu předávacího protokolu). V případě podpisů v různých dnech je účinnost stanovena datem pozdějšího podpisu.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
3. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou výpovědí kterékoli smluvní strany bez uvedení důvodů s výpovědní lhůtou 3 měsíce, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Tuto smlouvu lze ukončit též písemnou dohodou smluvních stran.

X.

Závěrečná ustanovení

4. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah založený touto smlouvou řídí ust. § 2586 a násl. zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o smlouvě o dílo a dalšími právními předpisy České republiky. Smluvní strany v souladu s § 558 odst. 2 občanského zákoníku výslovně vylučují použití obchodních zvyklostí ve svém právním styku v souvislosti s touto smlouvou. Smysl a účel této smlouvy, stejně jako všechna její ustanovení, je nutno vykládat rovněž dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a změně zákona o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a to od okamžiku nabytí jeho účinnosti.
5. Neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy.
6. Podmínky této smlouvy, jež svou povahou přesahují dobu platnosti této smlouvy, zůstávají plně v platnosti a jsou účinné až do okamžiku jejich splnění a platí pro případné nástupce smluvní strany.
7. Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé z této smlouvy primárně řešit smírnou cestou.

8. Smluvní strany se v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění pozdějších předpisů dohodly, že místně příslušným soudem je Městský soud v Brně.
9. Tuto smlouvu včetně jejích příloh lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci obou smluvních stran podepsaných dodatků k této smlouvě. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy.
10. Touto smlouvou se ruší veškerá předchozí písemná a ústní ujednání mezi smluvními stranami týkající se předmětu této smlouvy.
11. Smluvní strany se dohodly, že pro uzavření této smlouvy užijí výhradně písemnou formu a že nechtějí být vázány, nebude-li tato forma dodržena. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou i její přílohy a to:
 - **příloha č. 1 – Technická specifikace zdravotnického prostředku vč. příslušenství**
 - **příloha č. 2 - Seznam náhradních dílů a materiálu spotřebního charakteru**
13. Přesahuje-li hodnota plnění z této smlouvy částku 50.000,- Kč bez DPH, objednatel je jako státní příspěvková organizace povinen tuto smlouvu zveřejnit v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi smluvními stranami touto smlouvou, zejména vlastního obsahu této smlouvy, a to v rozsahu požadovaném uvedeným zákonem s výjimkou údajů, které se v registru smluv nezveřejňují. Zveřejnění se zavazuje provést objednatel bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy

V Praze dne: 06.10.2017

V Brně dne: 20.11.2017

.....
Martin Kazda, DiS., jednatel
ENUS MEDICAL, s.r.o.

.....
MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC, ředitel
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Příloha č. 1 – Technická specifikace zdravotnického prostředku vč. příslušenství**Technická specifikace mycího a dezinfekčního automatu BHT INNOVA® E3 DH/DC**

Ilustrační fotografie

Mycí a dezinfekční automat pro mytí, čištění, dezinfekci a sušení flexibilních endoskopů a následný reprocessing jejich použití, pro způsob chemické dezinfekce.

Přední plnění vyklápěcími dvířky zavěšenými na pantech ve spodní části, celý přístroj je vyroben kompletně z nerezové oceli AISI 304.

Instalace je možná jak pod pultem nebo volitelně jako volně stojící model s krycí deskou.

Mikroprocesorové řízení prostřednictvím ovládací klávesnice a digitálního LCD displeje se 2 řádky jasně zobrazeného textu.

Charakteristika a technické údaje:

- Počet endoskopů 2 (až 4 jednonábové endoskopy – bronchoskopy, cystoskopy)
- Dezinfekce na bázi GA (Glutaraldehyd proces) pro čištění a dezinfekce endoskopů, možnost přestavby na dezinfekci na bázi PAA (peroctová kyselina)
- Termochemická dezinfekce dvoustupňová dezinfekce
- Určen pro všechny typy flexibilních endoskopů OLYMPUS a je vhodná i pro flexibilní endoskopy dalších výrobců (Fujinon, Pentax, Storz)
- Uzavřený pracovní cyklus zahrnující automatické mytí v detergentu, dezinfekci, a závěrečný oplach v čištěné vodě (aqua purificata)
- Automatická kontrola průchodnosti všech kanálků endoskopu
- Autodezinfekční cyklus
- Digitální LCD displeje se 2 řádky jasně zobrazeného textu (zobrazuje délku chodu, typ programu, fázi programu, teplotu, procesové informace a chybová hlášení, identifikační informace endoskopů a osob)
- Automatické dávkování pracovních roztoků
- 3 standardní endoskopické programy a až 11 volně programovatelných programů.
- 2 plně automatická dávkovací čerpadla pro chemické roztoky, včetně 2 dávkovacích ovládacích prvků pro objemové sledování dávkování čidel a 2 úrovně regulace (buď pro 5/10 l nebo 30 l nádoby).
- Vysoký tlak vzduchu pro sušení (150m³ / h při 0,8 kW ventilátoru) přímo přes mycí jet systém.
- Automatická kontrola těsnosti endoskopů po celou dobu procesu

- Automatická identifikace endoskopů až na 250 ID čísel
- Automatická identifikace uživatelů (100 různých uživatelů)
- Zkouška těsnosti se zkušebním postupem integrovaným tlaku
- Integrovaná tiskárna pro dokumentaci.
- Včetně rozhraní RS-232 pro připojení k externí tiskárně, PC nebo jiné jednotce pro zpracování dat.
- datové rozhraní pro Ethernet, konektor pro externí klávesnici
- S vnitřní přípravou oplachové vody (UV jednotka) pro zajištění dekontaminace vstupní vody ve spolupráci s iontoměničem, kompatibilní s externími mikrobiologickými úpravami a vodními filtračními systémy. Včetně ohřívacího výměníku pro tepelnou dezinfekci DI-voda pro finální oplach, s rekuperací tepla.
- Přístroj je v souladu s požadavky normy EN-ISO 15883-4.
- Díky možnosti "multi-funkční zařízení" je v souladu také s EN-ISO 15883-1 / 2.
- Mycí a dezinfekční automaty plně vyhovují české i evropské legislativě (vyhláška 306/2012, norma ISO-15883-1)

Technická specifikace

Rozměry: volně stojící systém š/v/h 800 x 880 x 680 mm, volitelně se základnou z nerezové oceli (úložnou skříní) s rozměry š/v/h 800 x 670 x 560 mm

Mycí a dezinfekční komora š/v/h 540 x 535 x 510 mm

Objem komory 147 L

Minimální stavební připravenost: běžná vodovodní přípojka, běžný odpad

Materiál: Vnější plášť a mycí komora je kompletně vyrobena s nerezové oceli 304

Váha: max. 140 kg (dle typu volně stojící model/zástavbový model-pod pracovní desku)

Elektrické připojení: 3N/AC 400 V, 50/60 Hz, 20 A

Připojení: studená, DI voda 3/4" 2 – 5 bar

Odpadní voda 1 1/2" 30 l/min

Vypouštěcí hadice DN 20

Mycí výkon: čerstvý vodní systém, výkon čerpadla 420 l / min, zahřívání nádrže 7 kW

Sušení: Vysoký tlak 150 m³ / h, možnost turbíny: topení 3,4 kW

Odpadní vzduch DN 70, teplota sušení 45 ° C (volitelně až 110 ° C)

Varianta: odtah vzduchu kondenzátorem

DI ohříváč vody: tepelná dezinfekce, objem 20 L, topení 9 kW s rekuperací tepla

Zkouška těsnosti: zkušební automatická zkouška těsnosti (nezávisle): s analogovým tlakovým spínačem, a automatická a permanentní zkouška těsnosti endoskopů v průběhu celého cyklu

Dávkování: 2 dávkovací systémy s kontrolou dávkování a dynamickým dávkováním. Mikroprocesor 3 programy pro flexibilní endoskopy, 1 program pro minimálně invazivní chirurgii, 2 programy ovládání: pro tepelnou dezinfekci (volitelné příslušenství), 11 volných programových míst, RS232 rozhraní pro komunikaci s PC, možnost připojení čtečky čárových kódů, rozhraní tiskárny, přímé napojení na INNOVA® HMS pro integrovaný nebo externí provoz INNOVA® CMS. Omezení multi-funkcionalit je možné prostřednictvím CMS.

Příloha č. 2 – Seznam náhradních dílů a materiálu spotřebního charakteru



Název položky	MJ	Cena [Kč bez DPH/MJ]	Cena [Kč s DPH]
Sterilní filtr E3 : 125 x 125 x 66 mm	1 ks	9 854,00	11 923,00

Těsnící kroužek pro připojení racku (koše)	2 ks	513,00	621,00
Těsnící kroužek, dělený, kompletní průměr = 25 mm; polovina skořepinového těsnění-ENDO	2 ks	1 412,00	1 709,00
Těsnící kroužek, dělený, kompletní průměr = 18 mm; polovina skořepinového těsnění-ENDO	2 ks	1 412,00	1 709,00
O-kroužek pro spojovací vsuvku	2 ks	60,00	73,00
Rezervní náhradní hadice pro dávkovací čerpadla	2 ks	610,00	738,00
Rychlospojka, montážní sada	2 ks	1 733,00	2 097,00
Síto pro vodní ventily	3 ks	86,00	104,00
Rod těsnění Olympus (set)	2 ks	457,00	553,00
Vyrovnávací baterie	1 ks	1 293,00	1 565,00