

**Masarykův Onkologický Ústav Brno**
**Operační svítidlo**
**2 ks LED operační svítidlo trojramenné - Trumpf iLED7; 1 ks Full HD kamerový systém**

Kat.č.	Ks	Název položky
1938310	4	HLAVNÍ SVÍTIDLO i satelitní svítidlo - automatická korekce clonění <b>iLED7</b> Stropní operační svítidlo s ramenem <b>intenzita osvitu - 160.000 Lux; operační pole - 16 - 25 cm</b> ovládání základních funkcí prostřednictvím sterilní rukojeti <b>nastavitelný endo-mód (nižší 5% výkonu - 8.000 lux a méně), tl.v intenzitě 100-30%</b> index CRI - 97; hloubka osvitu 193 cm; hom.osvit bez bar.stínů snadná stavitelnost, plná náklonost a otáčení <b>Životnost LED zdrojů - min. 50.000 hodin!</b> Velikost osvitové kopule - 710 mm, hmotnost 15,5 kg
1938238	4	Adaptace pro centrální držák
1612088	3	Sterilizovatelný ALC+ držák pro ovládání osvitových funkcí - celkem 9 ks
0337643	1	Sterilizovatelný kamerový držák, s průzorem - celkem 3 ks
1532460	2	Centrální osa ramene - trio
1532465	2	VidiaPort 5000 - rameno s extra průchodnou vnitřní instalací - pro max. množství kabeláže
1770295	2	VidiaPort držák 5000, monitor Single
1738389	2	Prodloužení kabeláže pro monitor 24" - do ramene
1938344	1	Full HD TruVidia Wireless kamerový systém
1938345	1	TruVidia Wireless Receiver
0337603	2	stropní kotvení
1532470	2	kotevní tubus
1938308	4	Kontrolní elektro plato 230V/24V
1938350	2	Stěnový ovládací panel - preinstalační set
1992607	2	TR Stěnové univerzální ovládání - interface - touch display
INST001	2	Instalace a uvedení svítidla do provozu - kompletně

<b>Kč bez DPH celkem</b>	<b>1 611 510</b>
DPH 21%	338 417
<b>CELKEM Kč včetně DPH</b>	<b>1 949 927</b>