

Příloha č. 1 - technická specifikace předmětu smlouvy

RESUSCITAČNÍ LŮŽKO – 8 ks	Multicare
Technická specifikace	
- stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce lůžka	ANO
- bezpečná pracovní zátěž minimálně 250 kg	ANO, 250 kg
- ložná plocha min. 200x85 cm	ANO, 208 x 86 cm
- integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 15 cm, pomocí elektromotoru	ANO, 22 cm
- zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu min. 45-75 cm	ANO, 44 - 82 cm
- čtyřdílná ložná plocha - zádový, stehenní a lýtkový díl polohovatelný pomocí elektromotorů	ANO
- ložná plocha se systémem eliminace tlakových a střížných sil při polohování	ANO
- laterální náklon +/- 30° pomocí elektromotoru, s možností kontinuální automatické laterální terapie	ANO, +/- 30°
- 4x automatický vážicí systém s grafickým znázorněním naměřených hodnot v čase	ANO
- náklon do Trendelenburgovy a Antitrendelenburgovy polohy min. 15° pomocí elektromotoru	ANO, TR/ATR - 13°/16°
- ložná plocha umožňující RTG vyšetření plíc pacienta na lůžku, RTG kazeta pod ložnou plochou dobře dostupná ze strany lůžka	ANO
- snímání C ramenem	ANO
- mechanické spuštění zádového dílu (CPR)	ANO
- odnímatelná čela, nožní s aretací proti samovolnému vytažení	ANO
- integrované dělené sklopné postranice s ochranou proti nechtěnému spuštění, blokace laterálního náklonu při spuštěné postranici	ANO
- výška postranic dostatečná pro použití aktivního antidekubitního systému, tj. minimálně 45 cm nad ložnou plochou	ANO, 45 cm
- sestavský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokace jednotlivých funkcí a s předprogramovanými důležitými polohami (min. resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha)	ANO
- v postranicích integrované oboustranné ovladače lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování	ANO
- nožní ovladače integrované do podvozku pro výškové nastavení a laterální náklon lůžka	ANO
- s ochranou proti nechtěnému polohování	ANO
- kolečka s centrálním ovládním brzd, průměr minimálně 150 mm, páté kolečko	ANO, 150 mm, páté kolečko
- pro lepší manipulaci s lůžkem	ANO
- univerzální lišty a držáky na příslušenství	ANO
- držáky na infuzní stojan a hrazdu	ANO
- ochranná kolečka v rozích lůžka	ANO
- zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti	ANO
- potenciálové propojení	ANO
Příslušenství:	
- sada fixačních klínů pro laterální náklon	ANO
- držák hadic ventilátoru pro laterální náklon	ANO
- držák kyslíkové lahve	ANO
- hrazda s madlem	ANO
- polička na psaní	ANO
Matrace aktivní:	Virtuoso
- aktivní matrace pro velmi vysoké riziko vzniku dekubitu (IV. stupně)	ANO
- min. 3 komorový systém střídání tlaků	ANO, 3 komorový systém
- matrace určená k položení přímo na rošt lůžka	ANO
- zpevněné okraje matrace pro lehčí vstávání	ANO
- možnost nafouknutí matrace s ležícím pacientem	ANO
- potah snímatelný	ANO
- statický a dynamický režim	ANO
- CPR	ANO
- velmi tichý chod	ANO
- anti vibrační systém	ANO
- střídání tlaků v komorách v min. 4 cyklech – 5, 10, 15, 20 min	ANO
- automatické nastavení tlaku dle váhy pacienta	ANO
- transportní režim min. 2 h	ANO, 24 hodin
- akustický a optický alarm při poklesu tlaku	ANO
- zámek klávesnice	ANO
- výška matrace max. 23 cm	ANO, 23 cm
- nosnost min. 250 kg	ANO, 254 kg