

Minimální technické podmínky - Low Flux Hemodialyzátory

Příloha č.3

Kapilární hemodialyzátory syntetické, low flux, sterilizovatelné parou nebo zářením

Název dialyzátoru	Plocha v m ² (tolerance ± 0,1 m ²)		UF koeficient ml/hod/umHg		Urea clearance ml / min		Kreatinin clearance ml / min		Fosfat clearance ml / min		B12 clearance ml / min		Způsob sterilizace	Cena bez DPH	Sazba DPH	Cena včetně DPH	Předpokládaná měnit. spotřeba
	Požadavek	Skutečnost	Požadavek	Skutečnost	Požadavek	Skutečnost	Požadavek	Skutečnost	Požadavek	Skutečnost	Požadavek	Skutečnost					
Diacap Pro 16L - 7200L16	1,6	1,6	10	14	260	269	210	242	180	187	100	112	Gama	169,80 Kč	21,00	192,16 Kč	1 320
Diacap Pro 19L - 7200L19	1,8	1,9	12	17	260	276	230	264	200	203	110	125	Gama	169,80 Kč	21,00	192,16 Kč	4 620
Xevonta Lo 20 - 7204568	2,1	2	14	14	270	281	240	266	216	234	128	133	Gama	169,80 Kč	21,00	192,16 Kč	1 260

Celková nabídková cena v Kč bez DPH	1 143 360,00 Kč
Celková nabídková cena v Kč vč. DPH	1 383 465,80 Kč

- sterilizace parou nebo gama zářením nebo beta zářením
- hemodialyzátory musí splňovat minimální kritéria uvedená v tabulce (pro clearance urey, kreatininu, fosfátu a B12 při průtoku krve mimotělním oběhem 300 ml / min)
- ultrafiltrační koeficient minimálně hodnota uvedená v tabulce
- tolerance u clearance hodnot - 5 %

Stodola Stanislav
Ing. Stanislav Skoda, jednatel

GLOBALTEK
GLOBALTEK GROUP, s.r.o.
Technologická 18, 779 00 Olomouc
Tel: 585 757 114, www.globaltek.cz
IČO: 25376217 DIČ: CZ25376217