

Příloha číslo 1 servisní smlouvy Specifikace předmětu servisu

- 1 KS - BTL CARDIPOINT – ERGO E600
- 1 KS - BTL-08 CARDIPOINT EKG
- 1 KS - ERGOLINE ERGOSELECT 1200

- polohování ve vertikálním a horizontálním náklonu pomocí elektromotoru
- nastavitelný vertikální náklon v minimálním rozsahu 0 - 45%
- nastavitelný horizontální náklon v minimálním rozsahu 0 - 45%
- vládání změny náklonu pomocí elektronického ovladače
- vybaven řídicím panelem s LCD displejem
- měření krevního tlaku
- paměť pro uchování nastavení vyšetřovací polohy
- zátěž nezávislou na otáčkách až do 999 W
- nastavitelnou výšku sedla ergometru pro pacienty o výšce v rozmezí 120 – 210 cm
- šířka lehátka ergometru musí být 60 cm
- přístupový otvor pro echokardiografické vyšetření s krytem
- podpěrky na nohy
- komunikačním rozhraním pro přenos dat RS-232/USB



Příloha číslo 2 smlouvy
Seznam spotřebního materiálu pro provádění BTK

K provádění BTK není potřeba žádný spotřební materiál.



zdravotnická technika

BTL zdravotnická technika, a.s.
162 00 Praha 6, Šantrochova 16
Tel/Fax 238 362 802 / 238 364 892
IČO 20684143 / DIČ CZ26884143