

Podrobná technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Technické podmínky a specifikace:

Zadavatel požaduje dodržení dále uvedených technických parametrů, přičemž jejich bezvýhradné splnění je podmínkou zadavatele pro realizaci veřejné zakázky.

12 ks automatických externích defibrilátorů s příslušenstvím pro doplnění systému ZZS KHK v následující technické specifikaci, která v plném rozsahu splňuje požadavky zadavatele:

název LIFEPAK CR ® PLUS, AED s příslušenstvím, výrobce Physio-Control, Inc.

Automatický externí defibrilátor

- Bifázický zkosený exponenciální impuls s kompenzací trvání napětí a proudu podle impedance pacienta.
- Konfigurovatelná velikost výboje minimálně od 150 Joulů do 360 Joulů, doba nabíjení na 360 Joulů do 15 vteřin.
- Hlasové instrukce v českém jazyce
- Automatické vyhodnocení stavu pacienta, možnost aplikace defibrilačního výboje do dvou minut od zahájení resuscitace
- Ukládání dat v paměti přístroje a jejich bezdrátový přenos do PC, možnost následného rozšíření o SW pro PC (OS Windows) pro analýzu výsledků, archivaci záznamů o resuscitaci apod.
- Minimální požadované příslušenství: ochranná brašna s pevným madlem a popruhem přes rameno, defibrilační elektrody, záchranný kit (resuscitační maska, holicí strojek, rukavice, nůžky, desinfekční ubrousek)
- Defibrilační elektrody musí být plně kompatibilní s elektrodami, které využívá ZZS KHK v sanitních vozidlech, vč. možnosti jejich přepojení z nabízeného přístroje do defibrilátorů používanými ZZS KHK pro plynulé pokračování resuscitace
- Automatický vnitřní test, permanentní ukazatel připravenosti přístroje k použití
- Vizuelní upozornění na vybitou baterii nebo nutnost servisního zásahu
- Možnost konfigurace času KPR a hlasitosti hlasových výzev
- Maximální hmotnost přístroje včetně baterie a elektrod 2 kg
- Minimální požadovaná záruka na přístroj 8 let
- Prohlášení o shodě a návod k použití v českém jazyce

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek nebo technologie, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou nebo lepšími parametry.

Nesplnění požadovaných parametrů je důvodem k vyřazení nabídky.