

KUPNÍ SMLOUVA č. 50/17

Název: LINET spol. s r.o.

se sídlem: Želevčice 5, 274 01 Slaný

zastoupená: Petrem Smetanou, Customer Service manager, na základě plné moci ze dne 11.11.2014

IČO: 00507814

DIČ: CZ00507814

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C., vložka 163

(dále jen „**prodávající**“)

a

Fakultní nemocnice v Motole,

státní příspěvková organizace

se sídlem V Úvalu 84, Praha 5, 150 06

zastoupená: JUDr. Ing. Miloslavem Ludvíkem, MBA, ředitelem

IČO: 00064203

DIČ: CZ 00064203

(dále jen „**kupující**“)

(prodávající a kupující společně dále jen „**smluvní strany**“)

Preamble

Tato smlouva byla uzavřena v souladu s ust. § 25 a 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“). Obě smluvní strany prohlašují, že mají právní osobnost, jsou svéprávné a po vzájemném projednání a shodě uzavírají tuto kupní smlouvu (dále jen „**smlouva**“):

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem koupě dle této smlouvy je dodávka nemocničních lůžek pro standardní a intenzivní péči pro jednotlivé kliniky kupujícího. Podrobná specifikace předmětu smlouvy je v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Prodávající se zavazuje, že jako součást dodávky dle této smlouvy:
 - a) odevzdá zboží kupujícímu, a to v rozsahu a dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, včetně specifikace množství, jakosti, provedení, vlastností zboží apod. Zboží musí být nové, nepoužité, nepoškozené, plně funkční, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem zboží a prodávající odevzdá zboží spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání kupujícím („**zboží**“),
 - b) odevzdá kupujícímu součást a příslušenství zboží,
 - c) odevzdá kupujícímu rovněž všechny doklady a dokumenty, které se k dodávanému zboží vztahují, resp. které jsou potřebné k převzetí a užívání zboží, zejména provozní manuály a návody k použití zboží (v české jazykové verzi v tištěné podobě i v elektronické verzi na paměťovém médiu – CD, DVD, apod.), prohlášení o shodě a veškerou servisní a jinou dokumentaci ke zboží, včetně přípravků pro údržbu zboží vlastními silami kupujícím („**doklady**“),
 - d) umožní kupujícímu nabytí vlastnické právo ke zboží,
 - e) instaluje zboží v místě a čase určeném kupujícím a uvede zboží do provozu („**instalace**“), a
 - f) zaškolí personál na straně kupujícího a techniků OZT a OBMI na použití, údržbu a základní servis, a to na vlastní náklady v místě a čase určeném kupujícím („**zaškolení**“),

(společně dále jen „**dodávka**“)

3. Kupující se zavazuje zboží od prodávajícího převzít a zaplatit kupní cenu podle této smlouvy.

II.

Doba plnění

Prodávající se zavazuje dodávat zboží postupně v souladu s harmonogramem dodávek, který je přílohou č. 3 této smlouvy a zavazuje se celou dodávku splnit nejpozději do 10¹ týdnů ode dne účinnosti této smlouvy.

III.

Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena byla sjednána smluvními stranami na základě cenové nabídky, kterou zpracoval v rámci veřejné zakázky prodávající, a to v celkové ve výši 20 998 500,00 Kč bez DPH, tj. **24 148 275,00 Kč s 15 a 21 % DPH** (dále jen „**kupní cena**“). Kupní cena jednotlivých položek zboží je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy.
2. Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu po podpisu dodacího listu dle čl. IV. odst. 5, 6 a 7 níže. Splatnost faktury činí 60 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu.
3. Prodávající prohlašuje, že kupní cena je konečná a že zahrnuje veškeré náklady prodávajícího související s dodávkou dle této smlouvy, zejména zahrnuje náklady na dopravu, instalaci, zaškolení příslušných zaměstnanců, tj. techniků kupujícího a obsluhujícího personálu. V kupní ceně je zahrnut i spotřební materiál nutný ke zprovoznění a provozu zboží.
4. Prodávající se zavazuje, že jím vystavené daňové a účetní doklady (dále a výše jen „**faktury**“) budou obsahovat veškeré náležitosti, které jsou stanoveny obecně závaznými předpisy, a dále evidenční číslo této smlouvy nebo jiný identifikátor dle dohody smluvních stran. Přílohou faktury bude dodací list dle čl. IV. odst. 6 a 7 níže.
5. Smluvní strany se dohodly, že kupující je oprávněn kontrolovat formální náležitosti, správnost a úplnost faktur a jejich příloh. V případě, že prodávajícím vystavená faktura (příloha faktury) bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje, je kupující oprávněn takovou fakturu (přílohu) do data splatnosti vrátit prodávajícímu. Prodávající podle charakteru nedostatků fakturu opraví anebo vystaví novou fakturu. Po tuto dobu není kupující v prodlení s úhradou fakturované částky. U opravené nebo nové faktury běží nová doba splatnosti dle odst. 2 výše.

IV.

Dodací podmínky

1. Dodávka bude dodána **na jednotlivé kliniky** v místě sídla kupujícího.
2. Prodávající je povinen dodat dodávku postupně. Prodávající se zavazuje dodávat každý kalendářní týden min. 20 kusů zboží. S dodávkou zboží bude započato do 6 týdnů ode dne účinnosti smlouvy. Dodávka bude probíhat dle harmonogramu, která je přílohou č. 3 této smlouvy.
3. Prodávající se zavazuje splnit předmět této smlouvy sám, prostřednictvím třetí osoby jen na základě předchozího písemného souhlasu kupujícího.
4. Prodávající bude informovat kupujícího o přesném termínu dodání jednotlivých dodávek. a to nejméně 24 hodin před jejich realizací
Kupující je oprávněn jednostranně změnit osoby a telefonní čísla uvedená v předchozí větě, a to písemným oznámením prodávajícímu, které je vůči němu účinné v okamžiku doručení takového oznámení.
5. Dodávky podle této smlouvy se považují za splněné, pokud prodávající:
 - zboží řádně a včas odevzdá kupujícímu, včetně příslušných dokladů,

¹ Účastník doplní nejzazší termín dle harmonogramu dodávek.

- instaluje zboží,
 - uvede zboží do provozu,
 - zaškolí příslušné zaměstnance kupujícího (techniky a obsluhující personál zboží), a
 - kupující současně zboží převezme a splnění dodávky v souladu s tímto odstavcem potvrdí podpisem na dodacím listu dle odst. 6 a 7 tohoto článku.
6. Po splnění každé jednotlivé dodávky dle odst. 5 výše vystaví prodávající dodací list /eventuálně jiný zápis o odevzdání a převzetí dodávky (dále a výše jen „**dodací list**“), který bude obsahovat alespoň následující náležitosti:
- a) označení dodacího listu a jeho číslo,
 - b) název a sídlo prodávajícího a kupujícího,
 - c) číslo této kupní smlouvy,
 - d) označení dodaného a nedodaného zboží (jeho stav, množství apod.),
 - e) datum odevzdání zboží, dokladů, instalace a zaškolení,
 - f) jiné náležitosti důležité pro odevzdání a převzetí dodávky.
7. Dodací list podepíše oprávněný zástupci obou smluvních stran. V případě pochybností má přednost podpis za stranu kupující.

V.

Práva z vadného plnění, záruka za zboží

1. Prodávající se zavazuje, že dodávku dodá bez jakýchkoliv (faktických a právních) vad. Pokud není písemně dohodnuto jinak, nemá kupující zájem na plnění dodávky, která by měla jakékoliv vady, a to včetně vad, na které prodávající kupujícího upozornil.
2. Prodávající odpovídá za vady dodávky, které má v době odevzdání a převzetí nebo které se objeví kdykoliv později. Práva kupujícího z vadného plnění se řídí zejména ust. § 2099 a násl. občanského zákoníku.
3. Prodávající přejímá záruku za jakost dodávky podle této smlouvy v následujícím rozsahu:
 - a) záruční doba činí 24 měsíců ode dne podpisu dodacího listu dle čl. IV. výše, tj. že po tuto dobu bude dodávka způsobilá k užívání a zachová si smluvené, resp. obvyklé vlastnosti,
 - b) bezplatný servis poskytnutý prodávajícím kupujícímu v záruční době na celou dodávku, včetně kalibrací a validací, bezplatný servis pokrývá náklady na náhradní díly, náklady na dopravu, stravu a práci servisních techniků ze strany prodávajícího, zápůjčku náhradního zboží po dobu opravy,
 - c) odstranění vady a v případě, že odstranění vady bude trvat déle než 96 hodin, bezplatně zapůjčení kupujícímu náhradního bezvadného (plně funkčního) zboží stejných parametrů a kvalit, a to minimálně do doby nahrazení nebo opravení původního zboží,
 - d) dodání náhradního bezvadného zboží stejných parametrů a kvalit v případě neopravitelné vady zboží nebo v případě podstatného porušení smlouvy,
 - e) záruka neplatí, pokud je vada zaviněna výlučně kupujícím,
 - f) záruční servis bude prodávajícím prováděn v místě a čase určeném kupujícím,
 - g) prodávající se neprodleně spojí s příslušnou osobou na straně kupujícího, nejpozději však do 48 hodin po okamžiku nahlášení vady dodávky; nahlášení vady bude provedeno písemnou formou (podle dohody smluvních stran – dopisem, faxem, e-mailem, prostřednictvím formuláře prodávajícího zveřejněného na jeho webových stránkách) na adresu či telefonní číslo prodávajícího,
 - h) záruční doba ani lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat dodávku pro vady.
4. Prodávající se dále zavazuje, že poskytne kupujícímu pozáruční servis, a to po dobu nejméně 8 let. Cena za tento pozáruční servis bude účtována podle ceníku náhradních dílů a servisních prací prodávajícího platného v den dodání zboží, pokud nebude ujednáno jinak v samostatné smlouvě. Ceny lze meziročně upravit maximálně o oficiální výši inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

VI.

Smluvní pokuta a úrok z prodlení

1. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude kupující v prodlení s úhradou kupní ceny, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úrok z prodlení maximálně ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2. V případě, že prodávající nedodrží v záruční době lhůtu nástupu na opravu, uhradí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý případ a každý započatý den prodlení. Tím není dotčeno právo kupujícího na náhradu újmy a náhradu nákladů vynaložených na uplatnění svého práva.
3. V případě, že bude prodávající v prodlení s plněním předmětu podle této smlouvy, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Tím není dotčeno právo kupujícího na náhradu újmy a náhradu nákladů vynaložených na uplatnění svého práva.

VII.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze jednostranně odstoupit, stanoví-li tak obecně závazný právní předpis anebo pro podstatné porušení této smlouvy, přičemž za podstatné porušení této smlouvy se zejména považuje:
 - na straně kupujícího nezaplacení kupní ceny podle této smlouvy ve lhůtě delší 60ti dni po dni splatnosti příslušné faktury, ačkoliv byl na takové prodlení prodávajícím písemně upozorněn,
 - na straně prodávajícího, jestliže nedodá řádně a včas dodávku dle této smlouvy, pokud nezjednal nápravu, přestože byl kupujícím na neplnění této smlouvy písemně upozorněn,
2. Oznámení o odstoupení podle této smlouvy musí být v písemné podobě doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle druhé smluvní straně.

VIII.

Ostatní ujednání

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží jeho převzetím, tj. dnem podpisu dodacího listu. To platí i v případě, že dodávka bude doručena prostřednictvím dopravce nebo poskytovatele poštovních služeb.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím dodávky, tj. dnem podpisu dodací listu.
3. Prodávající se zavazuje, že při dodávce, kterou svěří dopravci nebo poskytovateli poštovních služeb, zajistí pojištění takové dodávky na celou výši její hodnoty, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak.
4. Prodávající je povinen dodávku zabalit nebo opatřit pro přepravu způsobem, který je obvyklý a potřebným k uchování a ochraně zboží.
5. Kupující se zavazuje, že pro zboží a jeho instalaci vyčlení vyhovující prostory, které budou mít běžné (obvyklé) hodnoty vlhkosti, prašnosti a elektrickou instalaci, která bude schválena podle příslušných technických předpisů.
6. Prodávající se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech týkajících se zejména zdravotní, obchodní, ekonomické či technické činnosti kupujícího, které se dozví v souvislosti se svojí činností na základě této smlouvy, včetně jednání před uzavřením této smlouvy, pokud tyto skutečnosti nejsou běžně veřejně dostupné. Prodávající si je vědom, že se jedná o důvěrné informace a zavazuje se, že výše uvedené skutečnosti neposkytne třetím osobám, ani jich nevyužije ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob. Za důvěrné informace a předmět mlčenlivosti dle této smlouvy se považují rovněž jakékoliv osobní údaje, podoba a soukromí pacientů, zaměstnanců či jiných pracovníků kupujícího, se kterými se prodávající v souvislosti se svou činností pro kupujícího dozví nebo dostane do kontaktu. V případě porušení povinnosti mlčenlivosti se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý takový případ. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího na náhradu újmy či náhradu nákladů účelně vynaložených na uplatnění jeho práva dle tohoto odstavce.

7. Prodávající souhlasí s uveřejněním smlouvy kupujícím za účelem splnění povinností uložených mu platnou a účinnou právní úpravou, a to zejména zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a dále pokyny a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví České republiky.
8. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném znění, všech jejích náležitostí vč. příloh, které jsou její nedílnou součástí, v registru smluv.
9. Prodávající bere na vědomí, že kupující, jakožto státní příspěvková organizace, je povinna na dotaz třetí osoby poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
10. Prodávající není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu postoupit pohledávku za kupujícím vzniklou na základě této smlouvy ani postoupit tuto smlouvu.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze dohodou smluvních stran, a to formou písemného číslovaného dodatku, pokud není výše v této smlouvě výslovně uvedeno jinak.
2. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená, jakož i právní poměry z ní vznikající a vyplývající, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Případné spory se zavazují smluvní strany řešit smírnou cestou a v případě, že nedojde k dohodě, budou spory řešeny věcně a místně příslušnými soudy České republiky.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, a že souhlasí s jejím obsahem.
5. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatné, neúčinné, nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy platná, účinná, vymahatelná. Smluvní strany se zavazují nahradit takové neplatné, neúčinné, nevymahatelné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, platným, účinným, vymahatelným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
 - Příloha č. 1 – Specifikace zboží
 - Příloha č. 2 – Cenová tabulka²
 - Příloha č. 3 – Harmonogram jednotlivých dodávek

V Praze dne
Za kupujícího:

29.12.2017

V Želevčicích dne 22.12.2017
Za prodávajícího:

.....
JUDr./Ing. Miloslav Ludvík, MBA
ředitel

Fakultní nemocnice v Motole
FAKULTNÍ NEMOCNICE V M
150 06 Praha 5 - Motol, V Ú
Ředitel

| | |
|--------|----|
| LE | 84 |
| 006/12 | |

.....
Název: LINET spol. s r.o.
Jméno a funkce: Petr Smetana
Customer Service manager

 (36)
LINET CZ
Želevčice 5, 274 01 Slaný
DIČ: CZ00507814 E-mail: info@linet.cz

² Cenová tabulka bude doplněna dle výsledků dosažených v elektronické aukci.

Příloha č. 1 Specifikace zboží

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky:

298x lůžko pro standardní péči 1 s matrací – Eleganza 1

- bezpečnost lůžka – shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění, bez výhrad – ANO
- stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce lůžka – ANO
- elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha – tj. zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů – ANO
- bezpečná pracovní zátěž minimálně 250kg – ANO, 250 kg
- maximální vnější šíře lůžka 100 cm – ANO, 99 cm
- ložná plocha min. o velikosti 200x90 cm – ANO, 200x90 cm
- zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 40 – 70 cm pro bezpečnou práci personálu a mobilizaci pacienta – ANO, 39,5 – 76 cm
- zádový a stehenní díl s automatickým odsunem v horizontálním i vertikálním směru při polohování pro eliminaci tlaku střížných sil – ANO
- potenciálové propojení – ANO
- náklon do Trendelenburgovy a Antitrendelenburgovy polohy min. 12° pomocí elektromotoru – ANO, 15°
- mechanické rychlopuštění zádového dílu (CPR) – ANO
- centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, možnost blokace jednotlivých funkcí a s předprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, TR/ATR poloha) – ANO
- kompaktní plastová odnímatelná čela, nožní s aretací proti samovolnému vytažení při transportu – ANO
- možnost výběru kompaktních plastových dělených ¾-ních (nerestriktivních) sklopných postranic (sklápění postranic podél lůžka) s integrovanými ovladači a dostatečnou ochranou pacienta před pádem či zaklíněním dle platných norem s možností zabezpečení celé délky ložné plochy pro neklidného pacienta nebo jednodílných sklopných postranic s jednoduše odpojitelným ručním ovladačem pro pacienta – ANO
- 4 x kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 150 mm s plastovým krytem – ANO, 150 mm
- ochranná kolečka v rozích lůžka – ANO
- 5. kolečko pro lepší manipulaci s lůžkem – ANO
- systém ochrany před opomenutím nezabrzdnutého lůžka (alarm nebo automatická brzda) – ANO
- integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 15 cm – ANO, 15 cm
- zálohová baterie s vlastní autodiagnostikou kapacity a životnosti – ANO
- vstávací madlo – ANO
- univerzální lišty a držáky na příslušenství – ANO

Matrace: PrimaCare20

- pasivní antidekubitní matrace – riziko III, jádro matrace kombinované ze studených PU pěn, nosná část z pěny o hustotě min. 40 kg/m³, na povrchu vrstva min. 5 cm z pěny o hustotě min. 50 kg/m³, jádro zajišťující zónovou tuhost alespoň v 5 zónách a dobrou ventilaci, všechny pěny se sníženou hořlavostí – ANO
- potah snadno snímatelný, zip ze čtyř stran s ochranou proti znečištění, paropropustný, voděodolný, spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra – kontinuálně svařované (lepené), materiál potahu bakteriostatický, dezinfikovatelný prostředky ve FN Motol běžně používanými, pružný, se sníženou hořlavostí – ANO
- na spodní straně potahu transportní madla pro jednoduchou manipulaci – ANO
- nosnost min. 200 kg – ANO, 200 kg

- rozměr dle lůžka, výška min. 14 cm – ANO, 14 cm

Příslušenství:

298x chromová hrazda s navíjecí rukojetí – ANO

60x teleskopický infuzní stojan se 4 kovovými háčky – ANO

15x zahnutý teleskopický infuzní stojan se 4 kovovými háčky – ANO

155x držák se 3 zahnutými háčky s upevněním na hrazdu – ANO

94x sada přidavných nožních postranic – ANO

90x držák na berle – ANO

10x koš na bažanta – ANO

68x jednoduše odpojitelný ruční ovladač – ANO

36x polička na lůžkoviny – ANO

5x doplňková matrace pro prodloužené lůžko – ANO

Postranice:

157x plastové ¾ - ní sklopné postranice s integrovanými ovladači – ANO

141x jednodílné sklopné postranice s jednoduše odpojitelným ručním ovladačem pro pacienta – ANO

Barevné provedení:

84x žlutá – ANO

49x oranžová – ANO (dle změny a doplnění zadávací dokumentace č. 3 – 52x)

27x oranžový pruh – ANO

40x modrá – ANO

9x modrý pruh – ANO

49x zelená – ANO (dle změny a doplnění zadávací dokumentace č. 3 – 46x)

18x zelený pruh – ANO

10x modrozelená – ANO

12x dekor dřeva – hnědočervená – ANO

87x lůžko pro standardní péči 2 s matrací – Eleganza 2

- bezpečnost lůžka - shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění, bez výhrad – ANO
- stabilní a jednoduše čistitelná sloupová konstrukce lůžka – ANO
- elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha – tj. zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů – ANO
- bezpečná pracovní zátěž minimálně 230 kg – ANO, 250 kg
- maximální vnější šíře lůžka 100 cm – ANO, 99,5 cm
- ložná plocha min. o velikosti 200x90 cm – ANO, 200x90 cm
- zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 40 – 70 cm pro bezpečnou práci personálu a mobilizaci pacienta – ANO, 39,5 – 77,5 cm
- autoregrese ložné plochy – ANO
- potenciálové propojení – ANO
- integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 15 cm – ANO, 32 cm
- náklon do Trendelenburgovy a Antitrendelenburgovy polohy min. 12° pomocí elektromotoru – ANO, 16°
- mechanického rychlospuštění zádového dílu (CPR) – ANO
- centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, možností blokace jednotlivých funkcí a s přeprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, TR/ATR poloha) – ANO
- nožní ovladače integrované do podvozku pro výškové nastavení lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování – ANO
- integrované dělené sklopné postranice (sklápění postranic podél lůžka) s integrovanými oboustrannými ovladači s ochranou proti nechtěnému polohování, tvořící ochrannou bariéru

- po celé délce ložné plochy – ANO
- spouštění postranic tlumené plynopružinou či tlumičem – ANO
- kompaktní plastová odnímatelná čela, s nožní aretací proti samovolnému vytažení při transportu – ANO
- 4 x kolečka s centrálním ovládním brzd, průměr nejlépe 150 mm s plastovým krytem – ANO, 150 mm
- ochranná kolečka v rozích lůžka – ANO
- 5. kolečko pro lepší manipulaci s lůžkem – ANO
- systém ochrany před opomenutím nezabrzděného lůžka (alarm nebo automatická brzda) – ANO
- zálohová baterie s vlastní autodiagnostikou kapacity a životnosti – ANO
- univerzální lišty a držáky na příslušenství – ANO

Matrace: PrimaCare20

- pasivní antidekubitní matrace – riziko III, jádro matrace kombinované ze studených PU pěn, nosná část z pěny o hustotě min. 40 kg/m³, na povrchu vrstva min. 5 cm z pěny o hustotě min. 50 kg/m³, jádro zajišťující zónovou tuhost alespoň v 5 zónách a dobrou ventilaci, všechny pěny se sníženou hořlavostí – ANO
- potah snadno snímatelný, zip ze čtyř stran s ochranou proti znečištění, paropropustný, voděodolný, spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra – kontinuálně svařované (lepené), materiál potahu bakteriostatický, dezinfikovatelný prostředky ve FN Motol běžně používanými, pružný, se sníženou hořlavostí – ANO
- na spodní straně potahu transportní madla pro jednoduchou manipulaci – ANO
- nosnost min. 200 kg – ANO, 200 kg
- rozměr dle lůžka, výška min. 14 cm – ANO, 14 cm

Příslušenství:

- 76x chromová hrazda s navíjecí rukojetí – ANO
- 54x teleskopický infuzní stojan se 4 kovovými háčky – ANO
- 48x držák se 3 zahnutými háčky s upevněním na hrazdu – ANO
- 50x držák na berle – ANO
- 11x polička na psaní – ANO
- 40x držák kanyl 5 háčků, upevnění na podvozek – ANO
- 3x doplňková matrace pro prodloužené lůžko – ANO
- 4x jednoduše odpojitelny ruční ovladač – ANO
- 2x koš na bažanta – ANO

Barevné provedení:

- 3x modrá – ANO
- 28x modrozelená – ANO
- 22x oranžová – ANO
- 10x zelená – ANO
- 18x žlutá – ANO
- 4x perlově bílá – ANO
- 2x dekor dřeva – buk – ANO

10x lůžko pro standardní péči zúžené s matrací – Eleganza Smart

- bezpečnost lůžka - shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění, bez výhrad – ANO
- stabilní a jednoduše čistitelná sloupová konstrukce lůžka – ANO
- elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha – tj. zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů – ANO
- bezpečná pracovní zátěž minimálně 230 kg – ANO, 230 kg
- maximální vnější šíře lůžka 95 cm – ANO, 94,5 cm

- ložná plocha min. o velikosti 200x86 cm – ANO, 200x86 cm
- zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 40 – 70 cm pro bezpečnou práci personálu a mobilizaci pacienta – ANO, 38,5 – 76,5 cm
- autoregrese ložné plochy – ANO
- potenciálové propojení – ANO
- integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 15 cm – ANO, 15 cm
- náklon do Trendelenburgovy a Antitrendelenburgovy polohy min. 12° pomocí elektromotoru – ANO, 16°
- mechanického rychlopusštění zádového dílu (CPR) – ANO
- centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, možností blokace jednotlivých funkcí a s přeprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, TR/ATR poloha) – ANO
- jednoduché sklápění postranice (sklápění postranic podél lůžka) s jednoduše odpojitelným ručním ovladačem pro pacienta – ANO
- kompaktní plastová odnímatelná čela, s nožní aretací proti samovolnému vytažení při transportu – ANO
- 4 x kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr nejlépe 150 mm s plastovým krytem – ANO, 150 mm
- ochranná kolečka v rozích lůžka – ANO
- 5. kolečko pro lepší manipulaci s lůžkem – ANO
- zálohová baterie s vlastní autodiagnostikou kapacity a životnosti – ANO
- univerzální lišty a držáky na příslušenství – ANO

Matrace: PrimaCare20

- pasivní antidekubitní matrace – riziko III, jádro matrace kombinované ze studených PU pěn, nosná část z pěny o hustotě min. 40 kg/m³, na povrchu vrstva min. 5 cm z pěny o hustotě min. 50 kg/m³, jádro zajišťující zónovou tuhost alespoň v 5 zónách a dobrou ventilaci, všechny pěny se sníženou hořlavostí – ANO
- potah snadno snímatelný, zip ze čtyř stran s ochranou proti znečištění, paropropustný, voděodolný, spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra – kontinuálně svařované (lepené), materiál potahu bakteriostatický, dezinfikovatelný prostředky ve FN Motol běžně používanými, pružný, se sníženou hořlavostí – ANO
- na spodní straně potahu transportní madla pro jednoduchou manipulaci – ANO
- nosnost min. 200 kg – ANO, 200 kg
- rozměr dle lůžka, výška min. 14 cm – ANO, 14 cm

Příslušenství:

10x chromová hrazda s navíjecí rukojetí – ANO

10x držák na berle – ANO

Barevné provedení:

10x zelená – ANO

24x Lůžko intenzivní (JIP lůžko) s matrací – Eleganza 3XC

- bezpečnost lůžka - shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění, bez výhrad – ANO
- velmi stabilní a jednoduše čistitelná sloupová konstrukce lůžka – ANO
- elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha – tj. zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů – ANO
- bezpečná pracovní zátěž minimálně 250 kg – ANO, 250 kg
- maximální vnější šíře lůžka 105 cm – ANO, 104,5 cm
- zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 40-70 cm pro bezpečnou práci personálu a mobilizaci pacienta – ANO 41 – 79 cm (dle změny a doplnění zadávací dokumentace č. 3 je tento rozsah akceptován)
- zádový a stehenní díl s automatickým odsunem v horizontálním i vertikálním směru při polohování pro eliminaci tlaku a střížných sil – ANO

- integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 15 cm – ANO, 25 cm
- ložná plocha umožňující RTG vyšetření plic pacienta na lůžku, nevyžadujeme držák RTG kazety pod ložnou plochou – ANO
- možnost snímání pacienta C ramenem kontinuálně bez omezení od hlavy k pánvi pacienta – ANO
- potenciálové propojení – ANO
- náklon do Trendelenburgovy a Antitrendelenburgovy polohy min 12° pomocí elektromotoru
- mechanické rychlopuštění zádového dílu (CPR) – ANO, 13°
- centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, možností blokace jednotlivých funkcí a s předprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, TR/ATR poloha) – ANO
- nožní ovladače integrované do podvozku pro výškové nastavení s ochranou proti nechtěnému polohování – ANO
- kompaktní plastové dělené 3/4-ní (nerestriktivní) sklopné postranice (sklápění postranic podél lůžka) s integrovanými ovladači a dostatečnou ochranou pacienta před pádem či zaklíněním dle platných norem s možností zabezpečení celé délky ložné plochy pro neklidného pacienta – ANO
- výška postranic dostatečná i pro použití aktivního antidekubitního systému, tj. minimálně 45 cm – ANO, 45 cm
- kompaktní plastová odnímatelná čela, nožní s aretací proti samovolnému vytažení při transportu – ANO
- kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 150 mm s plastovým krytem – ANO, 150 mm
- ochranná kolečka v rozích lůžka – ANO
- 5. kolečko pro lepší manipulaci s lůžkem – ANO
- systém ochrany před opomenutím nezabrzdnutého lůžka (alarm nebo automatická brzda) – ANO, automatická brzda
- zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti – ANO
- integrovaný vážicí systém samostatně ovladatelný bez nutnosti použití sesterského ovladače umožňující vážení pacienta s eliminací vlivu přidávaných a odebíraných předmětů na vlastní hmotnost pacienta – ANO
- univerzální lišty a držáky na příslušenství – ANO
- **nutná kompatibilita** s centrálními elektronickými informačními technologiemi používanými ve FN v Motole (UNIS, ICIP – „Intelli Space Critical Care and Anesthesia – Philips“) – ANO

Matrace: CliniCare20

- pasivní antidekubitní matrace – riziko IV, jádro matrace kombinované ze studené PU pěny a viskoelastické pěny, nosná část z PU pěny o hustotě min. 50 kg/m³, na celém povrchu vrstva min. 5 cm z viskoelastické pěny o hustotě min. 85 kg/m³, jádro zajišťující zónovou tuhost alespoň v 7 zónách a dobrou ventilaci, všechny pěny se sníženou hořlavostí – ANO
- okraje matrace vyztuženy studenou PUR pěnou o vyšší tuhosti – ANO
- potah snadno snímatelný, zip ze čtyř stran s ochranou proti znečištění, paropropustný, voděodolný, spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra – kontinuálně svařované (lepené), materiál potahu bakteriostatický, dezinfikovatelný prostředky ve FN Motol běžně používanými, pružný, se sníženou hořlavostí – ANO
- na spodní straně potahu transportní madla pro jednoduchou manipulaci – ANO
- nosnost min. 230 kg – ANO, 230 kg
- rozměr dle lůžka, výška min. 14 cm – ANO, 14 cm

Příslušenství:

- 16x chromová hrazda s navíjecí rukojetí – ANO
- 11x teleskopický infuzní stojan se 4 kovovými háčky – ANO
- 8x polička na psaní – ANO

- 16x držák kanyl 5 háčků, upevnění na podvozek – ANO
- 16x sada přídatných nožních postranic – ANO
- 8x držák se 3 zahnutými háčky s upevněním na hrazdu – ANO
- 8x držák na močový sáček – ANO
- 2x držák hadic ventilátoru – ANO
- 3x polička na lůžkoviny – ANO
- 12x jmenovka – ANO

Barevné provedení:

- 1x oranžová – ANO
- 8x žlutá – ANO
- 9x zelená – ANO
- 6x modrá – ANO

4x resuscitační lůžko (RES lůžko) s matrací: Multicare

- bezpečnost lůžka - shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění, bez výhrad – ANO
- velmi stabilní a jednoduše čitelná sloupová konstrukce lůžka – ANO
- plně elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha – tj. zádový, stehenní a lýtkový díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů – ANO
- bezpečná pracovní zátěž minimálně 250 kg – ANO, 250 kg
- maximální vnější šíře lůžka 105 cm – ANO, 105 cm
- zdvih ložné plochy lůžka pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 45-75 cm pro bezpečnou práci personálu a mobilizaci pacienta – ANO, 44 – 82 cm
- zádový a stehenní díl s automatickým odsunem v horizontálním i vertikálním směru při polohování pro eliminaci tlaku a střížných sil na tělo a vnitřní orgány pacienta – ANO
- ložná plocha umožňující RTG vyšetření plic pacienta na lůžku, držák RTG kazety pod ložnou plochou dobře dostupný ze strany lůžka – ANO
- možnost snímání pacienta C ramenem kontinuálně bez omezení od hlavy k pánvi pacienta – ANO
- oboustranný laterální náklon minimálně +/- 30° s možností laterálního polohování v automatickém (kontinuálním) režimu s programovatelnými časy a úhly pro prevenci a podporu léčby dekubitů, plicních komplikací, apod. (lze řešit funkcemi lůžka nebo matrace) – ANO, 30°
- potenciálové propojení – ANO
- náklon do Trendelenburgovy a Antitrendelenb. polohy min. 12° pomocí elektromotoru – ANO, Trendelenburg 13°, Antitrendelenburg 16°
- mechanické rychlopuštění zádového dílu (CPR) – ANO
- oboustranný centrální sesterský ovládací panel s interaktivním dotykovým displejem pro ovládání lůžka, antidekubitního systému, vážicího systému, a programovatelných funkcí. Musí být opatřen ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokáce jednotlivých funkcí a s předprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, TR/ATR poloha) – ANO
- nožní ovladače integrované do podvozku pro výškové nastavení a laterální náklon lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování – ANO
- kompaktní plastové dělené ¾-ní (nerestriktivní) sklopné postranice s integrovanými ovladači a dostatečnou ochranou pacienta před pádem či zaklíněním dle platných norem s možností zabezpečení celé délky ložné plochy pro neklidného pacienta – ANO
- výška postranic dostatečná dle norem pro použití aktivního antidekubitního systému, tj. minimálně 22 cm nad povrchem matrace – ANO, 22 cm
- kompaktní plastová odnímatelná čela, nožní s aretací proti samovolnému vytažení při transportu – ANO
- integrovaný vážicí systém umožňující vážení pacienta s pamětí naměřených hodnot a s eliminací vlivu přidávaných a odebíraných předmětů na vlastní komfort pacienta – ANO
- dvojitá kolečka s centrálním ovládním brzd, průměr minimálně 150 mm s plastovým krytem – ANO, 150 mm

- ochranná kolečka v rozích lůžka – ANO
- páte kolečko pro lepší manipulaci s lůžkem – ANO
- systém ochrany před opomenutím nezabrzdněného lůžka (alarm nebo automatická brzda) – ANO, automatická brzda
- zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti – ANO
- integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 15 cm pomocí elektromotoru – ANO, 22 cm
- univerzální lišty a držáky na příslušenství – ANO
- **nutná kompatibilita** s centrálními elektronickými informačními technologiemi používanými ve FN v Motole (UNIS, ICIP – „Intelli Space Critical Care and Anesthesia – Philips“) – ANO

Matrace: CliniCare20

- pasivní antidekubitní matrace – riziko IV, jádro matrace kombinované ze studené PU pěny a viskoelastické pěny, nosná část z PU pěny o hustotě min. 50 kg/m³, na celém povrchu vrstva min. 5 cm z viskoelastické pěny o hustotě min. 85 kg/m³, jádro zajišťující zónovou tuhost alespoň v 7 zónách a dobrou ventilaci, všechny pěny se sníženou hořlavostí – ANO
- okraje matrace vyztuženy studenou PUR pěnou o vyšší tuhosti – ANO
- potah snadno snímatelný, zip ze čtyř stran s ochranou proti znečištění, paropropustný, voděodolný, spoje potahu zabráňující průsaku nečistot do jádra – kontinuálně svařované (lepené), materiál potahu bakteriostatický, dezinfikovatelný prostředky ve FN Motol běžně používanými, pružný, se sníženou hořlavostí – ANO
- na spodní straně potahu transportní madla pro jednoduchou manipulaci – ANO
- nosnost min. 230 kg – ANO, 230 kg
- rozměr dle lůžka, výška min. 14 cm – ANO, 14 cm

Příslušenství:

- 4x teleskopický infuzní stojan se 4 plastovými háčky – ANO
- 8x držák kanyl 5 háčků, upevnění na podvozek – ANO
- 4x sada přídavných nožních postranic – ANO
- 4x držák hadic ventilátoru – ANO
- 1x polička na monitor – ANO
- 4x polička na psaní – ANO

Všechna lůžka musí být konstrukčně provedena tak, aby nehrozilo riziko zničení lůžek (např. uražení pohonné jednotky při vjezdu do výtahu, uražení koleček při vjezdu do výtahu, úraz sester při manipulaci s postranicemi). – ANO

Snadná a rychlá manipulace s lůžkem při transportu pacienta ve fixované poloze z operačního sálu na oddělení. – ANO

Lůžka musí být snadno desinfikovatelná. – ANO

Specifikace typů postranic, barevného provedení a jednotlivého příslušenství k lůžkům je uvedeno v příloze č. 1: Upřesnění požadavků dle klinik.

Příloha č.1 k technické specifikaci

Upřesnění požadavků dle klinik

| Dětská psychiatrická klinika | |
|---|--|
| <i>3x Lůžko pro standardní péči 1 s matrací</i> | |
| | plastové dělené 3/4-ní sklopné postranice s integrovanými ovladači |
| 3x | chromová hrazda s navijecí rukojetí |
| 3x | teleskopický infuzní stojan se 4 kovovými háčky |

Barevné provedení:

3x zelená

Chirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol

2. Stanice

24x Lůžko pro standardní péči 1 s matrací

| | |
|-----|--|
| | plastové dělené 3/4-ní sklopné postranice s integrovanými ovladači |
| 24x | chromová hrazda s navíjecí rukojetí |
| 24x | držák se 3 zahnutými háčky s upevněním na hrazdu |
| 24x | jednoduše odpojitelny ruční ovladač |

Barevné provedení:

24x žlutá

3. Stanice

27x Lůžko pro standardní péči 1 s matrací

| | |
|-----|--|
| | plastové dělené 3/4-ní sklopné postranice s integrovanými ovladači |
| 27x | chromová hrazda s navíjecí rukojetí |
| 27x | držák se 3 zahnutými háčky s upevněním na hrazdu |
| 27x | jednoduše odpojitelny ruční ovladač |

Barevné provedení:

27x žlutá

2x Lůžko pro standardní péči 2 s matrací

| | |
|----|--|
| 2x | chromová hrazda s navíjecí rukojetí |
| 2x | držák se 3 zahnutými háčky s upevněním na hrazdu |
| 2x | jednoduše odpojitelny ruční ovladač |

Barevné provedení:

2x žlutá

I. ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol

1. Stanice

10x Lůžko pro standardní péči 1 s matrací

| | |
|-----|--|
| | jednodílné sklopné postranice s jednoduše odpojitelným ručním ovladačem pro pacienta |
| 10x | chromová hrazda s navíjecí rukojetí |
| 10x | držák se 3 zahnutými háčky s upevněním na hrazdu |
| 3x | sada přidavných nožních postranic |
| 10x | držák na berle |

Barevné provedení:

10x zelená

10x Lůžko pro standardní péči 2 s matrací

| | |
|-----|--|
| 10x | chromová hrazda s navíjecí rukojetí |
| 10x | držák se 3 zahnutými háčky s upevněním na hrazdu |
| 10x | držák na berle |

Barevné provedení:

10x zelená

3. Stanice

10x Lůžko pro standardní péči 1 s matrací

| | |
|-----|---|
| | jednodílné sklopné postranice s jednoduše odpojitelým ručním ovladačem pro pacienta |
| 10x | chromová hrazda s navíjecí rukojetí |
| 10x | držák se 3 zahnutými háčky s upevněním na hrazdu |
| 3x | sada přídatných nožních postranic |
| 10x | držák na berle |

Barevné provedení:

10x oranžová

10x Lůžko pro standardní péči 2 s matrací

| | |
|-----|--|
| 10x | chromová hrazda s navíjecí rukojetí |
| 10x | držák se 3 zahnutými háčky s upevněním na hrazdu |
| 10x | držák na berle |

Barevné provedení:

10x oranžová

4. Stanice

10x Lůžko pro standardní péči 1 s matrací

| | |
|-----|---|
| | jednodílné sklopné postranice s jednoduše odpojitelým ručním ovladačem pro pacienta |
| 10x | chromová hrazda s navíjecí rukojetí |
| 10x | držák se 3 zahnutými háčky s upevněním na hrazdu |
| 5x | sada přídatných nožních postranic |
| 10x | držák na berle |

Barevné provedení:

10x modrozelená

10x Lůžko pro standardní péči 2 s matrací

| | |
|-----|--|
| 10x | chromová hrazda s navíjecí rukojetí |
| 10x | držák se 3 zahnutými háčky s upevněním na hrazdu |
| 10x | držák na berle |

Barevné provedení:

10x modrozelená

Septika

10x Lůžko pro standardní péči 1 s matrací

| | |
|-----|---|
| | jednodílné sklopné postranice s jednoduše odpojitelým ručním ovladačem pro pacienta |
| 10x | chromová hrazda s navíjecí rukojetí |
| 10x | držák se 3 zahnutými háčky s upevněním na hrazdu |
| 10x | teleskopický infuzní stojan se 4 kovovými háčky |
| 3x | sada přídatných nožních postranic |
| 10x | držák na berle |

Barevné provedení:

10x žlutá

10x Lůžko pro standardní péči 2 s matrací

| | |
|-----|--|
| 10x | chromová hrazda s navíjecí rukojetí |
| 10x | teleskopický infuzní stojan se 4 kovovými háčky |
| 10x | držák se 3 zahnutými háčky s upevněním na hrazdu |
| 10x | držák na berle |

Barevné provedení:

10x žlutá

Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol

1. Stanice - 13x Lůžko pro standardní péči 1 s matrací

| | |
|-----|--|
| | jednodílné sklopné postranice s jednoduše odpojitelným ručním ovladačem pro pacienta |
| 13x | chromová hrazda s navíjecí rukojetí |
| 13x | držák na berle |
| 4x | sada přídatných nožních postranic |

Barevné provedení:

13x modrá

2. Stanice - 13x Lůžko pro standardní péči 1 s matrací

| | |
|-----|--|
| | jednodílné sklopné postranice s jednoduše odpojitelným ručním ovladačem pro pacienta |
| 13x | chromová hrazda s navíjecí rukojetí |
| 6x | sada přídatných nožních postranic |

Barevné provedení:

13x žlutá

III. Chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol

1. Stanice - 18x Lůžko pro standardní péči 1 s matrací

| | |
|-----|--|
| | plastové dělené 3/4-ní sklopné postranice s integrovanými ovladači |
| 18x | chromová hrazda s navíjecí rukojetí |
| 18x | držák se 3 zahnutými háčky s upevněním na hrazdu |
| 2x | sada přídatných nožních postranic |

Barevné provedení:

18x zelený proužek

2. Stanice - 27x Lůžko pro standardní péči 1 s matrací

| | |
|-----|--|
| | plastové dělené 3/4-ní sklopné postranice s integrovanými ovladači |
| 27x | chromová hrazda s navíjecí rukojetí |
| 27x | držák se 3 zahnutými háčky s upevněním na hrazdu |
| 2x | sada přídatných nožních postranic |

Barevné provedení:

27x oranžový proužek

2x lůžko pro standardní péči 2 s matrací

| | |
|----|--|
| 2x | chromová hrazda s navíjecí rukojetí |
| 2x | držák se 3 zahnutými háčky s upevněním na hrazdu |

Barevné provedení:

2x dekor dřeva - buk

Tx oddělení - 4x lůžko pro standardní péči 2 s matrací

| | |
|----|--|
| 4x | chromová hrazda s navíjecí rukojetí |
| 4x | držák se 3 zahnutými háčky s upevněním na hrazdu |

Barevné provedení:

4x žlutá

JIP - 8x JIP lůžko s matrací

| | |
|---------------------------|--|
| 8x | chromová hrazda s navíjecí rukojetí |
| 8x | držák se 3 zahnutými háčky s upevněním na hrazdu |
| 8x | držák na močový sáček |
| <i>Barevné provedení:</i> | |
| 8x | žlutá |

| Interní klinika 2. LF UK a FN Motol | |
|---|---|
| 1. Stanice - 9x Lůžko pro standardní péči 1 s matrací | |
| | plastové dělené 3/4-ní sklopné postranice s integrovanými ovladači |
| 9x | chromová hrazda s navíjecí rukojetí |
| 9x | držák se 3 zahnutými háčky s upevněním na hrazdu |
| <i>Barevné provedení:</i> | |
| 9x | modrý pruh |
| 2. Stanice - 3x Lůžko pro standardní péči 1 s matrací | |
| | jednodílné sklopné postranice s jednoduše odpojitelým ručním ovladačem pro pacienta |
| 3x | chromová hrazda s navíjecí rukojetí |
| 3x | sada přídatných nožních postranic |
| <i>Barevné provedení:</i> | |
| 3x | modrá |
| 3. Stanice - 8x Lůžko pro standardní péči 1 s matrací | |
| | jednodílné sklopné postranice s jednoduše odpojitelým ručním ovladačem pro pacienta |
| 8x | chromová hrazda s navíjecí rukojetí |
| 8x | sada přídatných nožních postranic |
| 8x | polička na lůžkoviny |
| 8x | držák se 3 zahnutými háčky s upevněním na hrazdu |
| <i>Barevné provedení:</i> | |
| 8x | modrá |
| 5. Stanice - 2x Lůžko pro standardní péči 1 s matrací | |
| | plastové dělené 3/4-ní sklopné postranice s integrovanými ovladači |
| 2x | chromová hrazda s navíjecí rukojetí |
| 2x | držák se 3 zahnutými háčky s upevněním na hrazdu |
| <i>Barevné provedení:</i> | |
| 2x | zelená |
| 6. Stanice - 17x Lůžko pro standardní péči 1 s matrací | |
| | plastové dělené 3/4-ní sklopné postranice s integrovanými ovladači |
| 17x | chromová hrazda s navíjecí rukojetí |
| 17x | teleskopický infuzní stojan se 4 kovovými háčky |
| 5x | doplňková matrace pro prodloužené lůžko |
| 7x | držák na berle |
| 10x | sada přídatných nožních postranic |
| 17x | polička na lůžkoviny |
| 10x | koš na bažanta |
| 17x | jednoduše odpojitelý ruční ovladač |
| <i>Barevné provedení:</i> | |
| 17x | oranžová |

Kardiologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Lůžková stanice - 10x lůžko pro standardní péči zúžené s matrací

| | |
|-----|-------------------------------------|
| 10x | chromová hrazda s navíjecí rukojetí |
|-----|-------------------------------------|

| | |
|-----|----------------|
| 10x | držák na berle |
|-----|----------------|

Barevné provedení:

| | |
|-----|--------|
| 10x | zelená |
|-----|--------|

Nadstandard - 4x lůžko pro standardní péči 2 s matrací

| | |
|----|-------------------------------------|
| 4x | chromová hrazda s navíjecí rukojetí |
|----|-------------------------------------|

| | |
|----|----------------|
| 4x | držák na berle |
|----|----------------|

Barevné provedení:

| | |
|----|--------------|
| 4x | perlově bílá |
|----|--------------|

Klinika kardiovaskulární chirurgie 2. LF UK a FN Motol

JIP - 8x JIP lůžko s matrací

| | |
|----|---|
| 8x | teleskopický infuzní stojan se 4 kovovými háčky |
|----|---|

| | |
|----|-------------------------|
| 2x | držák hadic ventilátoru |
|----|-------------------------|

| | |
|----|------------------|
| 8x | polička na psaní |
|----|------------------|

| | |
|-----|---|
| 16x | držák kanyl 5 háčků, upevnění na podvozek |
|-----|---|

| | |
|----|-----------------------------------|
| 8x | sada přídatných nožních postranic |
|----|-----------------------------------|

| | |
|--|--|
| | čela lůžek pouze u noh, u hlavy bez čela |
|--|--|

Barevné provedení:

| | |
|----|--------|
| 8x | zelená |
|----|--------|

JIP - 4x resuscitační lůžko s matrací

| | |
|----|---|
| 4x | teleskopický infuzní stojan se 4 plastovými háčky |
|----|---|

| | |
|----|-------------------------|
| 4x | držák hadic ventilátoru |
|----|-------------------------|

| | |
|----|---|
| 8x | držák kanyl 5 háčků, upevnění na podvozek |
|----|---|

| | |
|----|------------------|
| 4x | polička na psaní |
|----|------------------|

| | |
|----|--------------------|
| 1x | polička na monitor |
|----|--------------------|

| | |
|----|-----------------------------------|
| 4x | sada přídatných nožních postranic |
|----|-----------------------------------|

| | |
|--|--|
| | čela lůžek pouze u noh, u hlavy bez čela |
|--|--|

Intermedián - 11x lůžko pro standardní péči 2 s matrací

| | |
|-----|---|
| 22x | teleskopický infuzní stojan se 4 kovovými háčky |
|-----|---|

| | |
|-----|------------------|
| 11x | polička na psaní |
|-----|------------------|

| | |
|-----|---|
| 22x | držák kanyl 5 háčků, upevnění na podvozek |
|-----|---|

| | |
|----|---|
| 3x | doplňková matrace pro prodloužené lůžko |
|----|---|

| | |
|--|--|
| | čela lůžek pouze u noh, u hlavy bez čela |
|--|--|

Barevné provedení:

| | |
|-----|----------|
| 11x | oranžová |
|-----|----------|

Cévní - 18x lůžko pro standardní péči 2 s matrací

| | |
|-----|-------------------------------------|
| 18x | chromová hrazda s navíjecí rukojetí |
|-----|-------------------------------------|

| | |
|-----|---|
| 18x | teleskopický infuzní stojan se 4 kovovými háčky |
|-----|---|

| | |
|-----|---|
| 18x | držák kanyl 5 háčků, upevnění na podvozek |
|-----|---|

| | |
|---------------------------|----------------|
| 6x | držák na berle |
| <i>Barevné provedení:</i> | |
| 18x | modrozelená |

LDN - centrum následné péče

30x Lůžko pro standardní péči 1 s matrací

| | |
|---------------------------|--|
| | plastové dělené 3/4-ní sklopné postranice s integrovanými ovladači |
| 30x | chromová hrazda s navíjecí rukojetí |
| 30x | teleskopický infuzní stojan se 4 kovovými háčky |
| 30x | držák na berle |
| 30x | sada přídatných nožních postranic |
| <i>Barevné provedení:</i> | |
| 14x | zelená |
| 16x | modrá |

Neurochirurgická klinika dětí a dospělých

4x lůžko pro standardní péči 2 s matrací

| | |
|---------------------------|---|
| 4x | chromová hrazda s navíjecí rukojetí |
| 4x | teleskopický infuzní stojan se 4 kovovými háčky |
| <i>Barevné provedení:</i> | |
| 3x | modrá |
| 1x | oranžová |

Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Lůžková stanice - 8x lůžko pro standardní péči 1 s matrací

| | |
|---------------------------|--|
| | jednodílné sklopné postranice s jednoduše odpojitelným ručním ovladačem pro pacienta |
| 8x | chromová hrazda s navíjecí rukojetí |
| 8x | polička na lůžkoviny |
| <i>Barevné provedení:</i> | |
| 8x | dekor dřeva - hnědočervená |

Nadstandard - 3x lůžko pro standardní péči 1 s matrací

| | |
|---------------------------|--|
| | jednodílné sklopné postranice s jednoduše odpojitelným ručním ovladačem pro pacienta |
| 3x | chromová hrazda s navíjecí rukojetí |
| 3x | polička na lůžkoviny |
| <i>Barevné provedení:</i> | |
| 3x | dekor dřeva - hnědočervená |

JIP - 3x JIP lůžko s matrací

| | |
|---------------------------|---|
| 3x | chromová hrazda s navíjecí rukojetí |
| 3x | teleskopický infuzní stojan se 4 kovovými háčky |
| 3x | polička na lůžkoviny |
| 3x | sada přídatných nožních postranic |
| <i>Barevné provedení:</i> | |
| 1x | modrá |

| | |
|----|----------|
| 1x | zelená |
| 1x | oranžová |

| NIP - DIOP | |
|---|-------------------------------------|
| <i>2x lůžko pro standardní péči 2 s matrací</i> | |
| 2x | chromová hrazda s navíjecí rukojetí |
| 2x | koš na bažanta |
| 2x | jednoduše odpojitelný ruční ovladač |
| <i>Barevné provedení:</i> | |
| 2x | žlutá |

| ORL | |
|---|--|
| <i>1. Stanice - 11x lůžko pro standardní péči 1 s matrací</i> | |
| | jednodílné sklopné postranice s jednoduše odpojitelným ručním ovladačem pro pacienta |
| 11x | chromová hrazda s navíjecí rukojetí |
| 2x | sada přidavných nožních postranic |
| <i>Barevné provedení:</i> | |
| 10x | zelená |
| 1x | dekor dřeva - hnědočervená |
| <i>JIP - 5x JIP lůžko s matrací</i> | |
| 5x | chromová hrazda s navíjecí rukojetí |
| 5x | sada přidavných nožních postranic |
| 12x | jmenovka |
| <i>Barevné provedení:</i> | |
| 5x | modrá |

| Pneumologická klinika 2. LF UK a FN Motol | |
|---|--|
| <i>1. Stanice - 11x Lůžko pro standardní péči 1 s matrací</i> | |
| | jednodílné sklopné postranice s jednoduše odpojitelným ručním ovladačem pro pacienta |
| 11x | chromová hrazda s navíjecí rukojetí |
| 5x | sada přidavných nožních postranic |
| <i>Barevné provedení:</i> | |
| 4x | žlutá |
| 4x | oranžová |
| 3x | zelená |
| <i>2. Stanice - 16x Lůžko pro standardní péči 1 s matrací</i> | |
| | jednodílné sklopné postranice s jednoduše odpojitelným ručním ovladačem pro pacienta |
| 16x | chromová hrazda s navíjecí rukojetí |
| 8x | sada přidavných nožních postranic |
| <i>Barevné provedení:</i> | |
| 6x | žlutá |
| 6x | oranžová |

| | |
|----|--------|
| 4x | zelená |
|----|--------|

Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol

15x Lůžko pro standardní péči 1 s matrací

| | |
|---------------------------|--|
| | jednodílné sklopné postranice s jednoduše odpojitelným ručním ovladačem pro pacienta |
| 15x | chromová hrazda s navíjecí rukojetí |
| 15x | zahnutý teleskopický infuzní stojan se 4 kovovými háčky |
| <i>Barevné provedení:</i> | |
| 15x | oranžová |

FN Motol – Nemocniční lůžka pro standardní a intenzivní péči

Příloha č. 3 - Cenová tabulka

| Název zboží | M.J. | Nabídková cena v Kč bez DPH za 1 MJ | Nabídková cena v Kč vč. DPH za 1 MJ | Celkový počet kusů (MJ) | Nabídková cena za celkový počet kusů v Kč bez DPH | Samostatné DPH | Nabídková cena za celkový počet kusů v Kč vč. DPH |
|--|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---|-----------------|---|
| Lůžko pro standardní péči 1 s matrací | 1 kus | 42 000,00 Kč | 48 300,00 Kč | 298 | 12 516 000,00 Kč | 1 877 400,00 Kč | 14 393 400,00 Kč |
| Lůžko pro standardní péči 2 s matrací | 1 kus | 51 500,00 Kč | 59 225,00 Kč | 87 | 4 488 500,00 Kč | 672 075,00 Kč | 5 152 575,00 Kč |
| Lůžko pro standardní péči zúžené s matrací | 1 kus | 49 000,00 Kč | 56 350,00 Kč | 10 | 490 000,00 Kč | 73 500,00 Kč | 563 500,00 Kč |
| Lůžko intenzivní (JIP) lůžko s matrací | 1 kus | 112 000,00 Kč | 128 800,00 Kč | 24 | 2 688 000,00 Kč | 403 200,00 Kč | 3 091 200,00 Kč |
| Lůžko resuscitační (RES) lůžko s matrací | 1 kus | 206 000,00 Kč | 236 900,00 Kč | 4 | 824 000,00 Kč | 123 600,00 Kč | 947 600,00 Kč |
| Celková nabídková cena | | | | | 20 998 500,00 Kč | 3 149 775,00 Kč | 24 148 275,00 Kč |

Příloha č. 3 - Harmonogram jednotlivých dodávek

Dodávky budou probíhat dle požadavků zadavatele, minimálně 20 ks týdně.