

KUPNÍ SMLOUVA č. 53/2017

uzavřená podle § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
mezi

prodávajícím, jímž je:

obchodní firma: BAXTER CZECH spol. s r.o.

se sídlem: Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5

IČ : 49689011 DIČ: CZ49689011

jehož jménem jedná: Ing. Jiří Michalík; PharmDr. Daniel Ferianc - jednatelé

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení / číslo účtu: [redacted]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 23921

(dále označován krátce též jako **prodávající**)

a

kupujícím, jímž je:

obchodní firma: Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.

se sídlem: Olomouc, Hodolany, Jeremenkova 1191/40a, PSČ: 779 00

IČ : 268 73 346 DIČ: CZ26873346

jehož jménem jednají: JUDr. Vladimír Lichnovský, předseda představenstva

MUDr. Ivo Mareš, MBA, místopředseda představenstva

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení / číslo účtu: [redacted]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2957

(dále označován krátce též jako **kupující**),

pro uživatele: Středomoravská nemocniční a.s., Mathonova 291/1, Prostějov, PSČ 796 04

Článek I.

Předmět smlouvy

- 1) Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu a převést na něj vlastnické právo ke zboží a to : **Úpravna vody pro dialýzu – single (reverzní osmóza)**

Dle cenové nabídky: 1 – WRO 300H – termická desinfekce

Článek II.

Kupní cena

- 1) Dohodnutá kupní cena dodávky zboží specifikované v čl. I. této kupní smlouvy činí:

Cena bez DPH:	194 000,-Kč
DPH: 21 %	40 740,-Kč
Celková kupní cena včetně DPH:	234 740,-Kč

- 2) Celková kupní cena včetně příslušné DPH bude uhrazena kupujícím prodávajícím na základě faktury, kterou doručí prodávající kupujícím po podpisu předávacího protokolu nebo dodacího listu o dodání zboží. Faktura je splatná do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícím.

Článek III.

Místo, termín plnění a přechod vlastnického práva ke zboží

- 1) Místem plnění pro dodání zboží je místo na adrese: hemodialýza Nemocnice Prostějov, Mathonova 291/1, 796 04 Prostějov.
- 2) Prodávající dodá kupujícím zboží nejpozději do 42 kalendářních dnů od podpisu smlouvy.
- 3) Kupující nabyde vlastnické právo k okamžiku převzetí zboží.

Článek IV.

Záruka

- 1) Záruku na jakost poskytuje prodávající po dobu 24 měsíců ode dne předání zboží v příslušném místě plnění podpisem předávacího protokolu a dodacího listu.
- 2) Prodávající se zavazuje vyslat servisního technika k opravě závady do 2 dnů od nahlášení vady uživatelem na e-mailovou adresu: [REDACTED] a do 3 kalendářních dnů uvést zboží do běžného provozu.
- 3) V případě potřeby uživatele je prodávající povinen zajistit placený pozáruční servis zboží a to nejméně po dobu 8 let ode dne dodání zboží. Za účelem stanovení podmínek poskytování pozáručních servisních služeb smluvní strany uzavřou samostatnou servisní smlouvu.

Článek V.

Všeobecná a závěrečná ustanovení

- 1) Ve věcech plnění této smlouvy jsou kontaktními osobami:
na straně prodávajícího:
[REDACTED]
tel.: [REDACTED] Email: [REDACTED]
na straně kupujícího:
[REDACTED] ředitel Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.,
tel. [REDACTED] email: [REDACTED]
na straně uživatele:
[REDACTED] hlavní správce Středomoravská nemocniční a.s.,
tel. [REDACTED] fax [REDACTED], email: [REDACTED]
- 2) Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinná nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv, jelikož podléhá registraci dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

- 3) Tato smlouva může být měněna pouze písemnými souvisle vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- 4) Tato smlouva včetně příloh je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 5) Nedílnou součástí této smlouvy jsou Přílohy: 1 – WRO 300H – termická dezinfekce

07 -11- 2017

V Praze dne:

jménem prodávajícího:


BAXTER CZECH spol. s r.o.

Karla Engliše 3201/6

150 00 Praha 5



Ing. Jiří Michalík
jednatel



PharmDr. Daniel Ferianc
jednatel

V Olomouci dne :

13 -11- 2017

jménem kupujícího:


Nemocnice Olomouckého kraje

Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc

IČ: 268 73 346, DIČ: CZ26873346



JUDr. Vladimír Lichnovský



MUDr. Ivo Mareš, MBA

Technické specifikace reverzní osmózy

V případě horké single vodárny WRO300H se jedná o plně automatický režim tepelné dezinfekce včetně přípojného vedení. Plně automatické proplachování v režimu Stand by. Vodárna obsahuje okruh dialyzátu s regenerací nespotřebovaného permeátu. Benefitem je menší spotřeba chemikálií, z čehož vyplývá minimalizace případného kontaktu s upravenou vodou, což je další z benefitů pro léčbu pacientů. Dále se minimalizuje kontaminace bakteriemi, protože dezinfekci lze provádět velmi často.

Popis funkce sestavy WRO300H se změkčovačem vody WSF300

Tato sestava je opatřena mechanickým filtrem s vyměnitelnou vložkou, dechlorizačním filtrem, taktéž s vyměnitelnou vložkou, přes které prochází vstupní voda do změkčovače WSF300 a následně do malé úpravní vody WRO300H, z které již upravená voda přechází do dialyzačního monitoru.

Charakteristika sestavy úpravní vody WRO300H se změkčovačem vody WSF300

Základní parametry:

- provoz z oddělené sítě 230 V/50 Hz ± 10 %, příkon 1850W, jistič 16A
- rozměry vlastní WRO 300H VxŠxH 563 x 205 x 520
- rozměry změkčovače WSF 300 VxŠxH 480 x 200 x 460
- připojení sestavy na odpad- min průtok 3,0 L/min
- Vstupní kvalita vody

připojení sestavy na rozvod vody (pitné vody) - tlak 100 – 800 kPa, teplota 5-30°C, průtok 180L/hod, tvrdost do 30°dH (díky použití změkčovače WSF 300)

Obsah prvků

železo	<0,1 mg/L
mangan	<0,1 mg/L
chlór	< 0,1 mg/L
obsah kalu	< 1 JTU
Vodivost	10-2000 μ S/cm
Celkové rozpuště soli	< 1500mg/L
Index zanešení	< 5

Materiál membrány v reverzní osmóze – polyamid tenký kompozitní film

Konfigurace membrány – spirálově vinutá

Tolerance membrány vůči pH 2-11

- Výstupní výkon
Min 1,2L/min, při 10°C, 2 bar
- Výstupní kvalita vody
Celkem rozpustné soli: >96%
Bakterie (CFU) * endotoxiny (EU): > 99%
- Desinfekce čištění
Horká desinfekce – manuální či automatické spuštění
Chemická desinfekce – automatické ředění des. prostředku, proplach následuje po chemické desinfekci.