

## Splnění technické specifikace předmětu veřejné zakázky

Předmět plnění – požadavek zadavatele	Nabízený předmět plnění
Dodání zařízení, instalaci a školení obsluhy pro univerzální výzkumný rotační reometr pro komplexní charakteristiku kapalin - 1 ks.	ANO. Rotační reometr MCR 92 EDU.
Součástí výbavy reometru bude měřící geometrie kužel-deska, deska-deska a válec-válec. Datový výstup USB	ANO. Součástí je měřící geometrie kužel-deska (CP25-1), deska-deska (PP25) a válec-válec (CC27). MCR má datový USB výstup.
Součástí dodávky bude PC pro řízení reometru, sběr a analýzu dat (měření při kontrolovaném napětí a nebo smykových rychlostí).	ANO. Pracovní stanice včetně monitoru, klávesnice a myši. Software RheoCompass pro sběr a vyhodnocení dat.
Součástí bude i měřící temperační cela pro měření teplotní závislosti viskozity.	ANO. Temperační cely P-PTD 200/AIR/18P (pracovní rozsah – 5 až 200 °C) a C-PTD 150/XL/AIR/18P (pracovní rozsah 5 až 200 °C)
Vzduchová ložiska	ANO.

V Praze dne 13. 11. 2017

---

za dodavatele, Jaroslav Pól, jednatel