

V Praze 25.10.2017

Vážení

Dovolujeme si reagovat na vaši „Výzvu k doplnění nabídky“

a) K bodu 1)

Osciloskop DSOX 1102G byl původně opravdu nabízen jako samotný. Přesto za tuto cenu a na naše náklady jsme připraveni v případě výběru osciloskopu i s rozšířením (DSOX1EMBD a DS OX 1 AUTO) dodat za nabízenou cenu.

b) K bodu 2)

Jedná se o typ Picoscope 4444 v základním provedení. Tento typ jsme navrhovali a omlouváme se, že při přepisu do nabídky vypadlo typové označení, ačkoliv v podkladech bylo uvedeno.

c) K bodu 3)

Chyba nastala přesně, jak píšete. Nabídková cena je 261.600,- Kč/bez DPH a 316.536,- Kč/s DPH. Velice se omlouváme za chybu. V případě potřeby pošleme nový návrh kupní smlouvy.

d) K bodu 4)

Popis předmětných přístrojů posíláme v přílohách, v podobě jednotlivých technických listů v souborech.

Velice se omlouváme za nedostatky a děkujeme za umožnění nápravy. Zároveň doufáme, že byly touto odpovědí náležitě vysvětleny

S pozdravem,

ředitel divize Měřicí techniky