

SMLOUVA O VÝPŮJČCE

uzavřená dle § 659 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

**I.
Smluvní strany**

1. Vypůjčitel: **Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně**
státní příspěvková organizace

sídlo: Pekařská 664/53, 656 91 Brno
jednající: MUDr. Roman Kraus, MBA, ředitel
IČ: 00159816
DIČ: CZ00159816

2. Půjčitel: **Fresenius Kabi, s.r.o.**
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52618

sídlo: Želetavská 1525/1, Praha 4 - Michle, 140 00
jednající: Lenka Čelíšková, Business Unit Manager, zmocněnec na základě plné moci
IČ: 25135228
DIČ: CZ 25135228.

**II.
Předmět smlouvy**

Půjčitel zapůjčuje vypůjčiteli do bezplatného užívání za účelem poskytování zdravotní péče v oblasti klinické výživy, (dále jen „místo plnění“) níže uvedený přístroj, jehož je výlučným vlastníkem:

přístroj Enterální pumpa Applix, celkem 53 ks výř.č. 21572651, 21572652, 21572653, 21572654, 21572656, 21572661, 21572662, 21572663, 21572664, 21572665, 21572666, 21572667, 21572668, 21572670, 21572673, 21572674, 21572676, 21572677, 21572678, 21572679, 21572680, 21572681, 21572685, 21572688, 21572692, 21572695, 21572697, 21572698, 21692416, 21692419, 21692420, 21692421, 21692422, 21692431, 21692432, 21692433, 21692434, 21692435, 21692436, 21692437, 21692438, 21692439, 21692440, 21692441, 21692442, 21692443, 22055746, 22055748, 22055750, 22055752, 22055754, 22055755, 22055759
s příslušenstvím v celkové hodnotě

33.000,- Kč bez DPH za kus, **celkem 1.749.000,- Kč bez DPH**, sazba DPH činí 21 % (dále jen „přístroj“).

**III.
Práva a povinnosti smluvních stran**

1. Půjčitel se zavazuje přístroj ve stavu schopném běžného užívání bezplatně dopravit vypůjčiteli do místa plnění nejpozději do 30. 9. 2013, instalovat jej a uvést do provozu. Po uvedení do provozu bude sepsán předávací protokol podepsaný půjčitelem a za vypůjčitele oprávněným pracovníkem oddělení přístrojové techniky, případně i zástupcem pracoviště, pro které je přístroj určen. Půjčitel uvedomí o dodávce přístroje pracovníka odboru přístrojové techniky alespoň 3 dny před dodáním přístroje na tel. č.
2. Půjčitel se zavazuje k přístroji dodat návod k obsluze v českém jazyce a další dokumentaci, kterou vyžadují právní předpisy, zejména prohlášení o shodě dle zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích předpisů.
3. Půjčitel se zavazuje provést na žádost vypůjčitele nebo pokud tak vyžadují právní předpisy bezplatnou instruktáž obsluhy přístroje a dále je povinen zajistit na vlastní náklady veškeré opravy a servis přístroje, jeho běžnou údržbu a potřebné náhradní díly, jakož i veškeré předepsané kontroly, prohlídky a revize přístroje.

4. Vypůjčitel se zavazuje užívat přístroj v souladu s touto smlouvou, právními předpisy a návodem k obsluze a není oprávněn přenechat přístroj do užívání třetí osobě.
5. Vypůjčitel se zavazuje vrátit přístroj nepoškozený a ve stavu odpovídajícím běžnému opotřebení půjčiteli po skončení výpůjčky. Vrácení přístroje bude provedeno v místě plnění na základě písemného protokolu podepsaného půjčitelem a ze strany vypůjčitele oprávněným pracovníkem odboru přístrojové techniky.

IV.

Doba výpůjčky

1. Výpůjčka se sjednává na dobu určitou od okamžiku podpisu této smlouvy do 1. 9. 2015
2. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
3. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou výpovědí kterékoli ze smluvních stran i bez uvedení důvodu s 1 měsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení platné výpovědi druhé smluvní straně.
4. Vypůjčitel je povinen vypůjčené věci vrátit pokud je nepotřebuje.
5. Půjčitel může požadovat vrácení věcí, které jsou předmětem této výpůjčky, pokud je vypůjčitel užívá v rozporu s touto smlouvou.

V.

Ostatní ujednání

1. Půjčitel souhlasí se zpřístupněním nebo zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu.
2. Půjčitel poskytne kontrolním a obdobným orgánům veškerou potřebnou součinnost a dokumentaci při výkonu kontrol týkajících se této smlouvy.
3. Půjčitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění ani nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.
2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran pouze ve formě písemných číslovaných dodatků.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 exemplářích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy: příloha č. 1 – Specifikace předmětu výpůjčky
příloha č. 2 – Plná moc pro zmocněnce L. Čelišovou

Za půjčitele:

Za vypůjčitele:

V Praze dne 16. 9. 2013

25. 09. 2013

V Brně dne

.....


Business Unit Manager, zmocněnec
Fresenius Kabi, s.r.o.

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

B. Kraus
i

APPLIX VISION

Fresenius
Kabi
caring for life



CE 0123

Použití

Pumpa APPLDX Vision je určena výhradně pro enterální výživu.

Provoz pumpy je velice snadný a proto je možné použití v podmínkách domácího i nemocničního léčení s využitím následujících programů :

kontinuální
objem/čas
pravidelné

Funkce alarmů zajišťují optimální spolehlivost.

Indikace

- Pumpa je vhodná pouze pro enterální výživu.

Kontraindikace

- Nepoužívat pro intravenózní podávání infuzí.
- Nepoužívat v případech kontraindikace enterální výživy / např. ileus, nekontrolovaná diarea, vážná akutní pankreatitida nebo intestinální atonie) a u pacientů, kteří mají být vyživováni parenterálně.


Komplikace

- I v případě výživy pomocí pumpy se mohou objevit problémy jako je diarea nebo pocity nadýmání. Rychlost podávání je třeba upravit individuálně dle potřeby pacienta. Výchází se pravidelná kontroly.

Obrázek pumpy

Pohled zepředu


Podávací set
APPLIX Smart/Vision



Dvířka

Pohled zezadu

Podávací set
APPLIX Smart/Vision



Výrobní číslo (číslo jednotky)

Vodící konzola

Otevírací páčka

Kontaktní kolký pro připojení držáku pumpy

Technické údaje		Provozní podmínky	
Hmotnost: Pumpa: 480 g Držák: 450 g	Rozměry:	Pumpa a držák	+ 13 až + 40 °C - 20 až + 45 °C max. 85%, bez kondenzace
	128 x 114 x 43 mm 146 x 162 x 115 mm	Teplota skladování Maximální relativní vlhkost	Válcový průřez 18-36 mm Hrnatý průřez 10 x 25 mm Max. 10 %
Likvidace:	Likviduje/recykluje výboje	Profil uchycení (vertikální/horizontální)	
Ochrana před elektrickým šokem: Elektromagnetická interference:	Ochrana třídy II, symbol typ BF, symbol Tento přístroj může být rušen velkými elektromagnetickými poli, externími elektrickými vlny a elektrostatickým výbojem nad limity, které stanovuje EN 60 601-1-2 a EN 60 601-1-24. Může být rušen také tlakem, změnami tlaku, mechanickými šoky, zdroji tepelného vznícení atd. Pokud chcete přístroj používat ve zvláštních podmínkách, kontaktujte laskavě Fresenius Kabi Ltd.	Odkluzní tlak přísušek/materiál Režim Programy počítání výživy Volání ošetřovatelky Recyklace baterií	max. 2 bary viz obsah vhodná pro kontinuální provoz viz strana 17-22 beznapěťový spínač, 4 kV, pořádkování vazby Chraňte životní prostředí a před likvidací přístroje a při normální údržbě vyjměte baterie a odevzdejte je příslušné organizaci, která má na starost jejich likvidaci. Zabráňte krátkému spojení a vystavení vysokým teplotám.
Ochrana proti vlhkosti: Pumpa: Držák:	IP 34 (ochrana proti postříkání) IP 31 (ochrana proti kapkám) 100-230 V + 10 %/50-60 Hz 10 VA NIMH 4,8 V 1,2 Ah (Nikl-kov hydrid)		
Elektrické napájení: Napájení ze sítě Typ baterie			
Výkon držáku: Režim baterie pumpy:	7,75 V/800 mA 24 h při 125 ml/h		
Skupina zařízení	IIa podle MDD		