

Elektronicky podepsaný požadavkový list, prosím, zasílejte na e-mail:
dns@kr-jihomoravsky.cz


ZÁVAZNÝ POŽADAVKOVÝ LIST NA POŘÍZENÍ ZBOŽÍ V DNS

Identifikace příspěvkové organizace („PO“):	Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace se sídlem v Letovicích, Pod Klášteřem 55/17, 679 61 Letovice IČO: 00387134 DIČ: CZ 00387134 – NEPLÁTCE DPH jednající: MUDr. Drahoslava Královcová, ředitelka kontaktní osoba: ██████████ e-mail: ██████████ tel.: ██████████ osoba odpovědná za převzetí zboží: ██████████ ██████████ e-mail: ██████████ tel.: ██████████
Popis zboží:	Myčka podložních mís volně stojící
Počet kusů:	1
Sazba DPH:	21%
<u>Nezbytné technické parametry zboží</u>	Spotřeba energie na standartní mycí program – max. 0,2 kWh/cyklus Splňuje evropský standart EN ISO 15883 - ANO Komora a rám vyroben z nerez - ANO Hladká hygienická komora bez svárů záhybů nebo kapes - ANO Spotřeba vody při ekonomické provozu – max. 12 l/cyklus Spotřeba vody při normálním provozu – max 18 l/cyklus Minimálně 9 fixních a min. 2 rotující trysky - ANO Zamčení komory během pracovního cyklu - ANO Bezpečná a rychlá termální dezinfekce parou - ANO Systém zajišťující úplnou termální dezinfekci celého potrubního systému a trysek v každém cyklu - ANO Displej zobrazující aktuální fázi programu a aktuální teplotu v komoře - ANO Rozměry – šířka max. 450 mm Záruka – min. 24 měsíců
<u>Upřesňující technické parametry zboží</u>	

Elektronicky podepsaný požadavkový list, prosím, zasílejte na e-mail:
dns@kr-jihomoravsky.cz

Požadovaná doba dodání zboží:	Co nejdříve – havárie stávajícího zařízení
Předpokládaná cena v Kč bez DPH:	140.000,-
Maximální cena v Kč bez DPH:	170.000,-
Místo dodání zboží:	NMB Letovice, p. o., Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice
Zdroj financování:	JMK
Speciální požadavky: např. servis, prodloužená záruka, kompatibilita, hodnocení elektronickou aukcí	
Identifikace zkušených dodavatelů: NMB Letovice má velmi dobré zkušenosti s výrobky společnosti ARJO HUNTLEIGH, s. r. o., IČ 46962549. Tyto myčky jsou v zařízení používány a pracovníci, kteří přecházejí a vypomáhají na různých odděleních, jsou zvyklí na nich pracovat, současná myčka, kterou je třeba nahradit, fungovala 18 let. Pro oblast Letovic je velmi dobře dostupný a výhodný servis a provádění revizí.	
Poznámky: Dne 29. 1. 2018 proběhla bezpečnostní technická kontrola stávající myčky na oddělení „A“, na jejímž základě bylo zařízení odstaveno z provozu. Vzhledem ke stáří myčky (18 let) není možné zajistit potřebné náhradní díly a je třeba co nejrychleji zajistit myčku novou. Písemné vyjádření výrobce o nedostupnosti náhradních dílů bude doloženo.	

V Letovicích dne 31. 1. 2018


.....
MUDr. Drahoslava Královcová
ředitelka