

TN**Objednávka č. 2018/UOZ/208**

O d b ě r a t e l

Thomayerova nemocnice**Vídeňská 800
140 59 Praha 4 - Krč**

Sídlo odběratele

**Vídeňská 800
140 59 Praha 4 - Krč****DIČ: CZ00064190 IČ: 00064190
SpZ: Pr 1043-obch.rejstř.Městského soudu v Praze**

D o d a v a t e l

S&T PLUS S.R.O.**Novodvorská 994****142 21 PRAHA 4****DIČ: CZ25701576 IČ: 25701576****Vystaveno: 14.02.2018 Vystavil: [REDACTED]
Termín: 16.02.2018 Předb.cena: 10000.00 Kč bez DPH
Smlouva:****tel: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]@ftn.cz
Splatnost faktury je 60 dní + 60 dní bez penalizace****List: 1 Počet položek: 1***Objednáváme u Vás opravu níže uvedeného přístroje:*

- 1 UZ HD 15 Philips, inv.č IM/20799, výr.č US71023422
inv.úsek: RDG ONKOLOGICKÉ CENTRUM, umístění: A3, zodpovídá PATRNÁ Marta Bc., tel. [REDACTED]
Nefukční displej.

Přijetím objednávky a zahájením prací dodavatel souhlasí s Obchodními podmínkami odběratele uvedenými na <http://www.ftn.cz/obchodni-podminky-235/>
a s níže uvedenými povinnostmi dodavatele.

Dodavatel je povinen:

1. Potvrdit přijetí objednávky písemně nebo e-mailem.
2. Před servisním zásahem telefonicky kontaktovat odpovědnou osobu odběratele uvedenou na objednávce pod přístrojem.
3. V případě překročení celkové předběžné ceny zaslat cenovou nabídku objednateli a opravu/kontrolu provést až po jejím odsouhlasení.
4. Označit přístroj štítkem s vyznačeným datem expirace po provedení jakékoli periodické kontroly.
5. Zaslat na adresu opt@ftn.cz v elektronické verzi potvrzené servisní výkazy a případně protokoly o kontrolách.
6. Na faktuře uvést číslo objednávky a k faktuře přiložit:
 - a. servisní výkaz obsahující potvrzení o provedení práce (jméno, podpis a razítko přebírajícího pracovníka TN),
 - b. po opravě prohlášení, že zařízení je schopno bezpečného provozu.
 - c. po kontrole originální papírový protokol (v případě elektronické fakturace na adresu faktura@ftn.cz zaslat poštou).

Při nesplnění těchto podmínek a povinností bude faktura vrácena!

Pozn.: pro bezplatný výjezd z areálu potvrdí vjezdový lístek příslušná vrchní či staniční sestra, případně OPT (pavilon G7).

Vojtěch Beneš, DiS.
vedoucí oddělení přístrojové techniky