

Smlouva o výpůjčce

uzavřená dle § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany

Obchodní firma: **ROCHE s. r. o.**
 Sídlo: Sokolovská 685 / 136f, 186 00 Praha 8
 IČ: 49617052, DIČ: CZ49617052
 Obchodní rejstřík: vedený Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 13202
 Zastoupená: **RNDr. Tomášem Petrem, Frédéricem Mullerem, jednatelem**
 Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
 Číslo účtu: [REDACTED]

REG. Č. JES	PRÁVNÍ ODBOR SZÚ
00027/2018	
Související se smlouvou reg. č.	

(dále jen „Půjčitel“)

a

Obchodní firma: **Státní zdravotní ústav, příspěvková organizace**
 Sídlo: Šrobárova 49/48, 100 42 Praha 10
 IČ: 75010330, DIČ: CZ75010330
 Zastoupená: *HUDr. Helenou Karmarovou, ředitelkou*
 Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „Vypůjčitel“)

uzavřely tuto smlouvu o demovypůjčce.

1. Předmět smlouvy

- Půjčitel touto smlouvou přenechává Vypůjčiteli do bezplatného užívání předmět demovypůjčky včetně všech součástí a příslušenství potřebných k jeho řádnému užívání specifikovaný v **Příloze č. 1** (dále jen „přístroj“). Celková hodnota přístroje činí **1. 645.000,- Kč** bez DPH.
- Tato smlouva se uzavírá za účelem vyzkoušení funkcionality přístroje v provozu Vypůjčitele – **DEMOVÝPŮJČKA**.
- Půjčitel prohlašuje, že je výhradním vlastníkem přístroje a je oprávněn jej přenechat Vypůjčiteli ve smyslu § 2193 a násl. občanského zákoníku.

2. Místo instalace přístroje

- Půjčitel umísťuje přístroj u Vypůjčitele na místě k tomu Vypůjčitelem určeném a Půjčitelem odsouhlaseném. O umístění a zprovoznění přístroje Půjčitel sepíše instalační protokol. Vypůjčitel se zavazuje zabezpečit, aby po umístění a zprovoznění přístroje byla k dispozici jím pověřená osoba, která funkčnost a způsobilost přístroje k řádnému užívání zkontroluje a instalační protokol za vypůjčitele podepíše. V případě ukončení demovypůjčky smluvní strany sepíše obdobně deinstalační protokol.
- Vypůjčitelem určené místo plnění je: **Státní zdravotní ústav, p. o., NRL pro chřipky, Šrobárova 49/48, 100 42 Praha 10** (dále je „místo plnění“).

Kontaktní osoby (vč. tel. čísla):- za **Půjčitele** odpovědná za **instalaci**: [REDACTED]- za **Vypůjčitele**: [REDACTED]**3. Další práva a povinnosti Půjčitele**

1. Půjčitel se zavazuje, že provede:
 - a. Instalaci přístroje a uvede přístroj do řádného provozu v místě plnění dle čl. 2. v souladu se zákonem 268/2014Sb., o zdravotnických prostředcích (dále jen „zákon o zdravotnických prostředcích“);
 - b. Instruktaž pracovníků Vypůjčitele z hlediska obsluhy přístroje, jeho nastavení, kalibrace a údržby a instruktaž o podmínkách jeho bezpečného použití a provozu. Součástí bude i instruktaž a certifikát pracovníků Vypůjčitele k provádění instruktaže obsluhy přístroje dle § 61 odst. 2 zákona o zdravotnických prostředcích. Instruktaž obsluhy bude provedena v souladu s požadavky zákona o zdravotnických prostředcích a v souladu se zákonem č.: 262/2006Sb., zákoník práce.
2. Půjčitel se zavazuje, že spolu s přístrojem předá Vypůjčiteli:
 - a. Uživatelskou dokumentaci a návod k obsluze v českém jazyce;
 - b. Platné prohlášení o shodě, vydané dle legislativy evropské či národní notifikovanou osobou;
 - c. Protokol o provedení instruktaže obsluhy dle odst. 1. písm. b), včetně podpisů školitele a školené obsluhy;
 - d. Seznam osob Půjčitele a jejich potvrzení o pověření provádět instruktaž dle § 61 odst. 2 zákona o zdravotnických prostředcích.
3. Po ukončení demovypůjčky Půjčitel sepíše **Protokol o převzetí přístroje zpět Půjčitelem**, který potvrdí oprávněné osoby smluvních stran.
4. Půjčitel se zavazuje provádět bezúplatný systémový servis přístroje.
5. **Půjčitel se zavazuje dodávat spotřební a provozní materiál (reagencie) po dobu demoprovozu za zvýhodněných podmínek, které jsou uvedeny v Příloze č. 3.**

4. Další práva a povinnosti Vypůjčitele

1. Vypůjčitel se zavazuje poskytnout Půjčiteli potřebnou součinnost při instalaci i deinstalaci přístroje a protokolárně tuto skutečnost potvrdit.
2. Vypůjčitel se zavazuje k součinnosti při plnění povinností Půjčitele.
3. Vypůjčitel je povinen používat přístroj s péčí řádného hospodáře a jen k takovým účelům, pro něž je výrobcem určen. Je povinen chránit přístroj před poškozením, byť z nedbalosti, ztrátou nebo zničením.
4. Pro případ, že po dobu trvání smlouvy dojde v místě instalace přístroje k poškození nebo zničení přístroje živelnou událostí, k poškození nebo zničení přístroje vodou z vodovodního zařízení nebo k odcizení přístroje způsobem, byť při kterém pachatel překonal překážky nebo opatření chránící přístroj před zcizením, nese Vypůjčitel škodu na přístroji, která vznikne uvedenými škodními událostmi, ke své tíži.
5. V případě vzniku škody na přístroji z důvodu zanedbání povinností Vypůjčitele je tento povinen uhradit Půjčiteli vzniklou škodu. Za standardní opotřebení přístroje způsobené jeho řádným používáním Vypůjčitel neodpovídá.

6. Vypůjčitel nesmí přenechat ani zříditi jakákoliv práva k přístroji třetí straně.
7. Vypůjčitel je povinen pro provoz přístroje **používat výhradně provozních a spotřebních materiálů určených a schválených výrobcem a dodaných Půjčitelem**, určit pracovníky zodpovědné za provoz přístroje a umožnit Půjčiteli přístup za účelem výkonu servisu a ověření stavu zařízení.
8. Vypůjčitel je povinen nejpozději do tří pracovních dnů od zániku této smlouvy vrátit Půjčiteli přístroj a umožnit jeho převzetí Půjčitelem v místě plnění. Vypůjčitel je povinen vrátit přístroj Půjčiteli včetně všech jeho součástí a příslušenství potřebných k jeho řádnému užívání, a to ve stavu odpovídajícím obvyklému opotřebení za dobu trvání demovypůjčky.
9. Vypůjčitel odpovídá za jakoukoli škodu či újmu způsobenou třetími stranami v důsledku použití přístroje v rozporu s pokyny výrobce nebo pokyny Půjčitele či v důsledku protiprávního jednání nebo opomenutí nebo neodborného postupu ze strany Vypůjčitele či jeho zaměstnanců.
10. **Vypůjčitel se zavazuje pro Půjčitele vypracovat písemnou zprávu s vyhodnocením provozu přístroje v jeho podmínkách.**

5. Doba trvání smlouvy a její zánik

1. **Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na 3 měsíce od potvrzení instalačního protokolu, tj. od uvedení přístroje do provozu v rámci demovypůjčky.**
2. Smluvní strany jsou oprávněny tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět, a to i bez udání důvodu.
3. Půjčitel oprávněn od této smlouvy odstoupit a požadovat okamžité vrácení přístroje v případě opakovaného porušení kterékoli povinnosti Vypůjčitele.

6. Vedlejší smluvní ujednání

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění zveřejnění Smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, se tímto zavazuje Vypůjčitel.
2. Osoba zodpovědná za zveřejnění: [REDACTED].
3. Smluvní strany berou na vědomí, že text této smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zveřejněn v Registru smluv.
4. Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 340/2015 zavazují nezveřejňovat text, který považují za obchodní tajemství. Smluvní strany považují za obchodní tajemství zejména jednotlivé položkové ceny uvedené v Přílohách.
5. Smluvní strany se zavazují nezveřejnit podpisy oprávněných osob, které považují za projevy osobní povahy chráněné jako citlivé osobní údaje.

7. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží jedno vyhotovení.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Nedílnou součástí této smlouvy je **Příloha č. 1 – Seznam přístrojů, Příloha č. 2 – Technická specifikace přístroje a Příloha č. 3 – Obchodní podmínky dodávání reagensů.**

4. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě písemných, očíslovaných dodatků a příloh, podepsaných oběma smluvními stranami. Vzdání se písemné formy pro právní jednání smluvních stran lze učinit také jen písemně.
5. Smluvní strany se zavazují k zajištění ochrany obchodního tajemství, důvěrných informací, citlivých dat a osobních údajů smluvních stran i pacientů Vypůjčitele, se kterými při plnění této smlouvy přijde do styku. Smluvní strany se zavazují k zabezpečení mlčenlivosti všech jejich zaměstnanců o těchto údajích i o dalších bezpečnostních opatřeních, vedoucí k ochraně těchto údajů, aby zabránili jakémukoli zneužití dat a osobních údajů. Smluvní strany se zavazují k dodržení veškerých ujednání tohoto článku smlouvy i po ukončení účinnosti tohoto smluvního vztahu. Tento závazek o mlčenlivosti podléhá požadavkům zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a vyhlášky č. 98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci.
6. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravená se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
7. Smluvní strany se zavazují řešit jakýkoliv spor z této smlouvy nejprve dohodou. Nebude-li spor vyřešen dohodou, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna jej předložit k věcně a místně příslušnému soudu České republiky.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, obsah smlouvy je jim srozumitelný a vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

ROCHE s. r. o. – půjčitel

Státní zdravotní ústav, p. o. – vypůjčitel

Datum 8.2 2018Jméno: RNDr. Tomáš Petr
Funkce: jednatelDatum 23.2. 2018Jméno: MUDr. Helena Kazmarová
Funkce: ředitelkaDatum 8. Feb 2018Jméno: Frédéric Müller
Funkce: jednatel

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV
Šrobárova 48
100 42 Praha 10
IČ 75010330, tel.: +420267082295



ROCHE s.r.o.
Sokolovská 685/136 F, 186 00 Praha 8
IČO: 49617052
DIČ: CZ49617052

RDS 06

Příloha č. 1

Přístroje	Hodnota přístroje bez DPH	Výrobní číslo přístroje
MagNA Pure 24	1.645.000,- Kč	1053
-----	-----	-----


Příloha č. 3 – Obchodní podmínky dodávání reagensů

Katalogové číslo	Název	Počet testů v 1 balení	Cena za balení po slevě 20% v Kč (bez DPH)	Cena za balení po slevě 20% v Kč (s 21% DPH)
7658036001	MagNA Pure 24 Total NA Isolation Kit	96	██████████	██████████
7345577001	MagNA Pure 24 Processing Cartridge	48	██████████	██████████
7345585001	MagNA Pure 24 Tip Park (comes with Piercing Tool)	48	██████████	██████████
6241620001	MagNA Pure Tip 1000ul	3840	██████████	██████████
7857551001	MagNA Pure Tube (2mL)	350	██████████	██████████
6241638001	MagNA Pure Sealing Foil	100	██████████	██████████

Izolátor nukleových kyselin

Technické údaje:

Zákl. rozměry	hl. x šíř.	68x94	[cm]
	výška	80	[cm]
Hmotnost		99,5	[kg]
Příkon	vč. comp.	400	[VA]
Teplné zář.	vč. comp.	/850	kJ / BTU/h
Teplota v míst		15 - 32	°C
Úroveň hluku	sb/op/max	50	dB
Dop. UPS		1500	[VA]



Smluvní podmínky systémového servisního zajištění přístroje zahrnují náklady na:

- * provedení (na základě doporučení výrobce) minimálně **jedné bezpečnostně technické kontroly (BTK) ročně** včetně výměny předepsaného materiálu, viz **popis BTK** níže
- * provedení opravy v případě poruchy, tj. uvedení přístroje do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů, včetně výměny vadných dílů
- * dodání potřebných náhradních dílů k opravě
- * aplikační a školící servis
- * modifikace mechanických částí přístroje doporučené výrobcem
- * aktualizaci programového vybavení přístroje
- * provedení **bezpečnostní kontroly** analyzátoru po každém servisním zásahu
- * dopravu a čas na cestě servisního technika na místo plnění, jeho případné ubytování apod.

Smluvní podmínky systémového servisního zajištění přístroje nezahrnují náklady na:

- * materiál spotřebního charakteru: vzorkové, reakční a eluční destičky
špičky a reagenční jehly
- * materiál pro běžnou denní údržbu: prachové filtry
médiu tiskárny
- * provedení údržby nad rámec podmínek doporučených výrobcem
- * náklady na stěhování přístroje na jiné pracoviště objednatele

Popis BTK:

Přípravné kroky:	Demontáž krytů
Údržbové kroky:	Očištění přístroje od prachu a dekontaminace Výměna dílů z maintenance kitu Kontrola stavu kabelů, řemenů, ložisek Vyčištění a namazání šnekových převodů Vyčištění a namazání pojezdů (X a Y) Kontrola stavu přístroje Kompletace přístroje
Dokončovací a kontrolní kroky:	Kontrolní testy v diagnostickém sw Reset čítače údržby

Seznam materiálu pro BTK:

KIT MAINT. MP24 08033978001	Výměna [ks]
O-Ring CO_RE	8
Stop Disks	8
Lamp UVC	1
Fan Dust Filters	2
Locking.mech reag.cassett	2
Countersunk screws M3X	4
Cylinder screws M3X6	4

Náklady při odstranění závady vzniklé činností objednatele

zejména:

- > nedodržení předpisů výrobce o používání a údržbě,
- > nedodržení provozních, bezpečnostních nebo hygienických předpisů,
- > provedení svévolných zásahů a změn na přístroji nebo násilné poškození s výjimkou výrobcem předepsaných pravidelných údržbových prací, které vykonává vyškolená obsluha objednatele,
- > nedodržení předepsané kvality elektrické sítě v místě připojení přístroje v případě, že není použit zhotovitelem doporučený typ UPS (*zdroj nepřerušitelného napětí*),
- > neoprávněné přemístění přístroje do závadného prostředí s vysokou teplotou, vysokou vlhkostí, vysokou prašností nebo korozivní atmosférou,
- > vlivem požáru nebo jiné živelné katastrofy, půjdou k tíži objednatele.

Servisní dokumentace po bezpečnostně technické kontrole:

Servisní zpráva* (s potvrzením a popisem provedeného výkonu, odpracovaných hodin, ujetých km a času na cestě a spotřebovaným materiálem použitým k odborné údržbě)

Potvrzení o provedené bezpečnostně technické kontrole zdravotnického prostředku*

s datem provedení a termínem příští údržby a na vyžádání
s odpovídajícími přílohami o provedených údržbových pracích a kontrolních měřeních, které odpovídají požadavkům norem ISO 15189 nebo 17025

Servisní dokumentace v ostatních případech (s výjimkou údržby):

Servisní zpráva* (s potvrzením a popisem provedeného výkonu, odpracovaných hodin, ujetých km a času na cestě a spotřebovaným materiálem použitým k opravě, modifikaci apod.)

* | Každý dokument vystavený servisním technikem po servisním zásahu obsahuje potvrzení o bezpečnosti a funkčnosti analyzátoru v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb. v platném znění.