

TN

Objednávka č. 2018/UOZ/243

O d b ě r a t e l

Thomayerova nemocnice

Videňská 800
140 59 Praha 4 - Krč

Sídlo odběratele

Videňská 800
140 59 Praha 4 - KrčDIČ: CZ00064190 IČ: 00064190
SpZ: Pr 1043-obch.rejstř.Městského soudu v Praze

D o d a v a t e l

PHILIPS ČR s.r.o.

Rohanské nábreží 678/23

186 00 Praha 8 - Karlín

DIČ: CZ63985306 IČ: 63985306

Vystaveno: 26.02.2018 Vystavil:
Termín: 01.03.2018 Předb.cena: 10000,00 Kč bez DPH
Smlouva:tel: e-mail:
Splatnost faktury je 60 dní + 60 dní bez penalizace

List: 1 Počet položek: 1

Objednáváme u Vás opravu níže uvedeného přístroje:

- 1 RTG BUCKY DIAGNOST T11, inv.č IM/11490, výr.č 3252
inv.úsek: ÚSTŘEDNÍ RDG G1, umístění: G1/přízemí, zodpovídá
Nefunkční KAP-metr - nelze zapnout.

Přijetím objednávky a zahájením prací dodavatel souhlasí s Obchodními podmínkami odběratele uvedenými na <http://www.fta.cz/obchodni-podminky-235/>
a s níže uvedenými povinnostmi dodavatele.

Dodavatel je povinen:

1. Potvrdit přijetí objednávky písemně nebo e-mailem.
2. Před servisním zásahem telefonicky kontaktovat odpovědnou osobu odběratele uvedenou na objednávce pod přístrojem.
3. V případě překročení celkové předběžné ceny zaslat cenovou nabídku objednateli a opravu/kontrolu provést až po jejím odsouhlasení.
4. Označit přístroj štítkem s vyznačeným datem expirace po provedení jakékoli periodické kontroly.
5. Zaslat na adresu opt@fta.cz v elektronické verzi potvrzené servisní výkazy a případně protokoly o kontrolách.
6. Na faktuře uvést číslo objednávky a k faktuře přiložit:
 - a. servisní výkaz obsahující potvrzení o provedení práce (jméno, podpis a razítko přebírajícího pracovníka TN),
 - b. po opravě prohlášení, že zařízení je schopno bezpečného provozu.
 - c. po kontrole originální papírový protokol (v případě elektronické fakturace na adresu faktura@fin.cz zaslat poštou).

Při nesplnění těchto podmínek a povinností bude faktura vrácena!

Pozn.: pro bezplatný výjezd z areálu potvrdí vjezdový lístek příslušná vrchní či staniční seštra, případně OPT (pavilon G7).

Vojtěch Beneš, DiS.
vedoucí oddělení přístrojové techniky

H

04/02