

Technická specifikace poptávaného zařízení

Popis zadavatelem stanového technického parametru nabízeného zařízení	Zadavatelem požadovaná min/max hodnota	Splnění požadované min/max hodnoty ANO/NE	Skutečná hodnota technického parametru
Přístroj na vakuově-kompresní terapii			
Účel použití: Přístroj pro rehabilitaci u většiny onemocnění končetin původu cévního, diabetického, neurocirkulačního, pórůzového, degenerativního.			
Přístroj pro léčbu poruch prokrvení končetin, jejich váznočního metabolismu a zhoršené trofiky	X	ANO	X
Přístroj pro terapii využívající střídání podtlakové a přetlakové fáze	X	ANO	X
Přístroj pro terapii využívající cyklické podtlakové nasávání čerstvé krve s kyslíkem, živinami do léčené končetiny v důsledku snížení extravazálního tlaku v končetině při vakuové fázi	X	ANO	X
Přístroj umožňující zpětnovazební řízení parametrů procedury	X	ANO	X
Přístroj umožňující snímání a monitorování reakce pacientovy končetiny v průběhu vlastní léčebné procedury	X	ANO	X
S vysokým stupněm automatizace provozu	X	ANO	X
Počítačem řízené udržování optimálního bezpečného hermetického utěsnění končetiny v léčebném válci	X	ANO	X
S předprogramovanými léčebnými procedurami	X	ANO	X

Se sadou těsnících manžet o různých velikostech		ANO	
S diagnostikou perfuzního indexu a saturace arteriální krve SPO2		ANO	
S bezkontaktním měřením změny objemu končetiny během procedury – diagnostika v reálném čase pro zajištění okamžité cílené změny parametrů procedury pro dosažení co nejefektivnější léčby		ANO	
Se simultánní aplikací oxidu uhličitého		ANO	
K léčbě ischemických organických onemocnění dolních končetin v různých fázích jejich vývoje		ANO	
K léčbě poúrazových a pooperačních stavů na končetinách		ANO	
K léčbě některých fází degenerativních onemocnění pohybového aparátu končetin		ANO	
K léčbě následků polyradikuloneuritis a chabých paréz periferního původu		ANO	
K léčbě komplikací recidivujícího vertebrogenního algického syndromu LS oblasti s projekcemi do končetin		ANO	
Zařízení musí být certifikováno jako zdravotnický prostředek a musí být označeno značkou shody CE		ANO	