

Objednávka vydaná číslo OZT/18/01660 / Za

Odběratel :

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Sokolská 581

500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové

IČO: 00179906

DIČ: CZ00179906

Bankovní spojení: **Česká národní banka**

Číslo účtu: **24639511/0710**

Plátce DPH: **Ano**

Dodavatel :

HPST s. r. o.

Na Jetelce 69/2

19000 Praha

Telefon:

Fax: **244 001 235**

E-mail: **info@hpst.cz**

Předpokládám dodání do:

Datum vystavení : 2.3.2018

Datum odeslání : 2.3.2018

Datum splnění :

Objednáváme u Vás :

č.ř.	název položky	množství mj
------	---------------	-------------

1.	preventivní prohlídka hmotnostního spektrometru, Spektrometr hmotnostní, typ: G6490A, v.č. SG1144A202, i.č. 4035996	1
----	---	---

Požadovaný termín splnění objednávky: 21.3.2018

Kontaktní osoba: [REDACTED]

N.S.: 7671 - ÚKBD laborator

Dodací podmínky:


Dodavatel je povinen:

- a) na fakturu uvést prohlášení dodavatele o tom, že ke dni vystavení faktury není (je) veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty a bankovní účet uvedený na faktuře je účtem, který je plátcem daně dle § 109 z. č. 235/2004 Sb. zveřejněn,
- b) veškeré případné vícepráce nebo navýšení sjednané ceny nechat vždy předem odsouhlasit,
- c) fakturu označit číslem této objednávky! Montážní (dodací) list musí dále obsahovat nákladové středisko, výrobní a inventární číslo přístroje, čitelné jméno pracovníka kliniky, který zboží nebo službu převzal, jeho osobní číslo, podpis a razítko,
- d) je-li předmětem objednávky bezpečnostně technická kontrola (BTK) dle zákona č. 268/2014 Sb., je nutné dodat objednateli protokol o jejím provedení v souladu s tímto zákonem, dodavatel doloží kopii oprávnění o školení osob u výrobce nebo autorizované osoby dle § 64, § 65, § 66,
- e) při plnění v hodnotě 50.000 Kč bez DPH a vyšším doložit cenovou nabídku, která musí být před realizací odběratelem odsouhlasena. Zároveň dodavatel souhlasí se zveřejněním všech dokumentů dle platných právních předpisů.

Při nesplnění těchto podmínek bude faktura vrácena !!!

Doba splatnosti faktury je 30 dnů ode dne vystavení faktury.

Přijetím objednávky a zahájením prací dodavatel souhlasí s podmínkami této objednávky.



Ing. Roman Sýkora

Vedoucí OZT

Objednávající: [REDACTED]

Datum: 28.3.2018

N03EXT01_Objednavka

Strana: 1/1



Servisní zakázka

Dodavatel:

HPST, s.r.o.
Na Jetelce 69/2
190 00 Praha 9
Tel/Fax: +420 244 001 237/235
(DIČ) IČ: (CZ)25791079
servis@hpat.cz

Zakázka č.: SZ18-20645
Typ zakázky: 1B
Technik:
Tel:
Email:

Odběratel:

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581
50005 Hradec Králové

Kontakt:
Tel:
Email:

Seznam servisovaných modulů

Číslo produktu	Popis	Sériové číslo	Datum instalace	Konec záruky
G4220B	1290 Infinity Binary Pump VL	DEBAB00468	16/12/2011	16/12/2013
G1316C	1290 Thermostatted Column Compartment	DEBAC02745	16/12/2011	16/12/2013
G1330B	1290 Thermostat	DEBAK06253	16/12/2011	16/12/2013
G4226A	1290 Infinity Autosampler	DEBAP01993	16/12/2011	16/12/2013
G6490AA	LCMS Triple Quad System	SG1144A202	16/12/2011	16/12/2013

Zápis technika

Návštěva (13.03.2018 - 13.03.2018)

Provedena PM na QQQ.

Výměna oleje a filtru v rotacních pumpách. Výměna vstupního filtru do MS a dusíkových filtru.

Vylisování IS, IF, octopol. Provedeno připravení uvolněného drátku z HP IF.

Provedena výměna prasklého fittingu v generatoru dusíku a kontrola těsnosti = O.K.

Najetí systému a ponechání na kondicionaci.

Návštěva (15.03.2018 - 15.03.2018)

Provedena PM na UHPLC.

Protesnění binární pumpy.

Výměna peristaltických pumpiček pro binární pumpu a autosampler. Výměna jehly, sedýlka a těsnění v dávkovacím ventilu.

Funkčnost systému overena definovanými testy - O.K.

Číslo produktu	Popis	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Sleva (%)	Cena po slevě bez DPH
180111_013	UHPLC, PM, přetěsnění hlav	1 KS	28 400,00		28 400,00
180111_014	UHPLC, PM MSD vč. IS	1 KS	23 200,00		23 200,00
G1958-60137	Nebulizer (needle SST316 replacement) kit	1 KS	8 751,60		8 751,60
6040-1361	Oil for Vacuum-Pumps 1-Liter-bottle Petr	2 KS	2 177,04		4 354,08
G1960-80039	Oil Mist Filter, MS40+	2 KS	5 334,84		10 669,68
RMSN-4	Big Universal Trap, 1/4i fittings, Nitrogen	2 KS	9 014,04		18 028,08
0905-1717	Metering device Seal PE 1290 LC Sampler	1 KS	2 758,59		2 758,59
5042-8507	Peristaltic pump, silicone tubing	1 KS	1 526,33		1 526,33
5062-2484	Gaskets wash seal 6/PK	1 KS	1 315,80		1 315,80
0905-1718	Wash seal PE 1290 Infinity LC, 1/pk	4 KS	1 957,79		7 831,16
0905-1420	PE-Pump Seal 2/PK	2 KS	5 140,80		10 281,60
01018-22707	PTFE Frits 5PK	1 KS	1 157,29		1 157,29

5065-4445	Peristaltic pump for 1100/1200 Series LC	1 KS	1 599,77	1 599,77
G4226-87012	Seat assembly 0.12mm 1290 Infinity LC	1 KS	15 483,60	15 483,60
G4226-87201	Needle Assembly	1 KS	7 221,60	7 221,60
184500_010	Elbow fittings	3 KS	100,00	300,00
			0,00	0,00
			Cena (bez DPH)	140 879,18
			DPH (21%)	29 584,63
			Cena s DPH	170 463,81

Na náhradní díly použité při opravě poskytujeme záruku 3 měsíce. Potvrzují předání/převzetí uvedených dílů, čas práce. Souhlasím s provedením této servisní zakázky s údaji na tomto protokolu.

