

Ing. Jan Hušek  
 RADIX CZ s.r.o.  
 Čáslavská 231, 284 01 Kutná Hora, Karlov  
 tel.: +420 327 315 980 GSM: +420 774 599 021  
 fax: +420 327 315 981  
 e-mail: husek@radixcz.cz

Komu: Fakultní nemocnice Brno  
 Vážený pan  
 MUDr. Ing. Miroslav Fupšo  
 Jihlavská 20  
 625 00 Brno  
 Česká republika

## Název: ORIENTAČNÍ CENOVÁ NABÍDKA ENDOSKOPICKÉHO VYBAVENÍ KARL STORZ

Nabídka číslo: 178-16-JHWH

13.6.2016

kat. číslo	název	kusů / MJ	DPH%	cena / kus / MJ bez DPH	CELKEM BEZ DPH
<b>3D/2D laparoskopická sestava KARL STORZ využívající funkcionalit úzkopásmového zobrazení SPIES</b>					
<b>Kamerová jednotka 3D/2D</b>					
TC200EN	IMAGE 1 CONNECT, řídicí jednotka s možností připojení až tří modulů, rozlišení 1920 x 1080 pixelů, s integrovaným KARL STORZ-SCB. Možnost archivace obrázků a videosekvencí. 4x USB připojení (2x vpředu a 2x vzadu), Vstupy: 3 x vstup pro kamerový modul, Výstupy: 2 x DVI-D, 1 x 3G -SDI, Integrovaný digitální zobrazovací modul pro zpracování regulace jasu v 5 úrovních, 2 elektronický anti-Moiré filtr, 2 x digitální zoom nastavitelný v 5 stupních. Výrobní číslo: YV724757-P	1	21	245 841,00 Kč	245 841,00 Kč
TC302	IMAGE 1 D3-LINK, propojovací modul pro TIPCAM® 1 SPIES 3D, napájení: 100 - 120 VAC/200 - 240 VAC, 50/60 Hz, k propojení s IMAGE 1 CONNECT TC 200 obsahuje: 400 A zdrojový kabel délky 300 cm, TC 011 propojovací kabel délky 20 cm k propojení s IMAGE1 CONNECT TC200 Výrobní číslo: SU732763-P	1	21	316 857,00 Kč	316 857,00 Kč
<b>Kamerová hlava 1 (s integrovaným 3D laparoskopem)</b>					
26605BA	TIPCAM®1 SPIES 3D, 2 full HD distální čipy, směr pohledu 30°, ø 10 mm, autoklávovatelný, 2 volně programovatelné tlačítka na kamerové hlavě, propojovací video kabel, propojovací videokabel pro IMAGE1 SPIES Výrobní číslo: 10864	1	21	749 779,00 Kč	749 779,00 Kč
<b>Světlovodný kabel</b>					
495NCS	Světlovodný kabel, průměr 4,8 mm, délka 300 cm	1	21	19 992,00 Kč	19 992,00 Kč
<b>Primární monitor</b>					
EJ-MDA32E-K	32" 3D Monitor 3x pasivní 3D brýle Výrobní číslo L4IA10043	1	21	398 738,00 Kč	398 738,00 Kč
9832A	Adaptér z VESA 200 na VESA 100, pro uchycení 3D monitoru na vozík	1	21	4 337,00 Kč	4 337,00 Kč
<b>Zdroj světla</b>					
20134020	KARL STORZ zdroj studeného světla XENON NOVA 300 SCB, s výkonem 300 W xenonové výbojky a jedním KARL STORZ světelným výstupem, automatickou regulací výkonu a s integrovanou pumpou proti zamlžování optiky (Anti-Fog pump), síťové napětí: 100-125/220-240 VAC, 50/60 Hz, Výrobní číslo GA0654775	1	21	253 750,00 Kč	253 750,00 Kč
<b>Insuflátor včetně příslušenství</b>					
UI400	ENDOFLATOR® 40 KARL STORZ. Nastavení tlaku: režim HIGH FLOW 1 - 30 mmHg, režim SENSITIVE 1 - 15 mmHg, volitelné jednotky tlaku mmHg nebo hPa. Nastavení průtoku: režim HIGH FLOW 1 - 40 l/min, režim SENSITIVE 0,1 - 15 l/min volitelně 0,1 - 2 l/min po 0,1 l/min nebo 2 -10 l/min po 0,5 l/min. 7" dotykový displej. Možnost připojení jednorázových nebo resterilizovatelných hadicových setů. Výrobní číslo UU583	1	21	343 668,00 Kč	343 668,00 Kč
<b>Sací/oplachovací pumpa včetně příslušenství</b>					
26331009-1	HamoU® ENDOMAT® KARL STORZ - systém pro sání, oplach. Systém je vhodný pro laparoskopické i hysteroskopické operace. Regulace tlaku 0 - 400 mmHg, regulace průtoku 0 - 1000 mmHg, sací tlak až 80 kPa, možnost ovládání pomocí nožního pedálu Výrobní číslo: YU14087	1	21	254 784,00 Kč	254 784,00 Kč
26330041	Hadicový set pro laparoskopie, resterilizovatelný	2	21	18 938,00 Kč	37 876,00 Kč
20300042	Hadicový set pro sání, resterilizovatelný	2	21	2 139,00 Kč	4 278,00 Kč
20300034	Víko láhve, pro láhve o objemu 1.5 a 5 l	1	21	10 416,00 Kč	10 416,00 Kč
20300050	Odsávací láhev, 5 l	1	21	3 121,00 Kč	3 121,00 Kč
20300032	Stojan na láhev	1	21	3 156,00 Kč	3 156,00 Kč
20300033	Držák láhve	1	21	16 658,00 Kč	16 658,00 Kč

RADIX CZ s.r.o., Čáslavská 231, 284 01 Kutná Hora, Karlov, Česká republika  
 tel: +420 327 315 980, fax: +420 327 315 981, e-mail: radix@radixcz.cz

031124-10	Bakteriální filtry	1	21	1 369,00 Kč	1369,00 Kč
<b>Elektrokoagulace s příslušenstvím</b>					
20535204-125	AUTOCON II 400 High-End s resekcčním modulem, HF konektory: 2x monopolár, 1x bipolár, neutrální elektroda, kombinace 6.3 mm jack a 2-pin. Dotykový displej s intuitivním ovládáním a zadáváním parametrů, Vysokoproudá koagulace High-End. Výrobní číslo: ZU6393	1	21	609 517,00 Kč	609 517,00 Kč
20017830	2-pedálový nožní spínač	1	21	53 131,00 Kč	53 131,00 Kč
<b>Přístrojový endoskopický vozík</b>					
29003LC	Endoskopický vozík,	1	21	117 309,00 Kč	117 309,00 Kč

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Základní cena bez DPH:	3 444 577,00 Kč
0%	0,00	0,00	<b>Cena celkem bez DPH:</b>	<b>3 444 577,00 Kč</b>
15%	0,00	0,00	<b>DPH:</b>	<b>723 361,00 Kč</b>
21%	3 444 577,00	723 361,00		

**Cena celkem včetně DPH: 4 167 938,00 Kč**

Platnost nabídky: do 31.12.2016, dodací lhůta: max. 6 týdnů od obdržení objednávky, záruční lhůta: **24 měsíců**.  
Doprava, instalace a zaškolení je v ceně dodávky, servis zajišťuje RADIX CZ s.r.o.

Děkují Vám za Váš zájem a v případě dotazů se na mne, prosím, kdykoliv s důvěrou obraťte.  
S pozdravem

.....  
**Ing. Jan Hušek**  
Manažer prodeje společnosti RADIX CZ

RADIX CZ s.r.o., Čáslavská 231, 284 01 Kutná Hora, Karlov, Česká republika  
tel: +420 327 315 980, fax: +420 327 315 981, e-mail: radix@radixcz.cz

UTORIZOVANÝ  
DISTRIBUČNÍ  
MÍSTO  
VÁČEK

**STORZ**  
KARL STORZ ENDOSKOPIE

**de Souffier**  
MEDICAL

**TRILUX**  
HEALTH CARE

**MERIVAARA**  
Smart ideas - Now solutions

**ECLERIS**  
INNOVATION VALUE

**Medicon**  
Instrumente  
THE ART OF SURGERY



## *EC – PROHLÁŠENÍ O SHODĚ*

Název produktu: Suction Bottle, 5l, sterilizable  
Číslo produktu: 20300050  
Klasifikace: Třída I podle dodatku IX, předpis 4 směrnice rady 93/42/EEC

Tímto na svou zodpovědnost prohlašujeme, že produkty zmíněné výše splňují Základní požadavky definované v Příloze I. MDD 93/42/EEC.

Toto Prohlášení o shodě je vystaveno dle Přílohy VII. Směrnice rady 93/42/EEC pro Medicínská zařízení (pro třídu I zařízení).

Úplný seznam použitých norem, směrnic a zákonů (12-C2.3F013-LOAS-RA) na požádání.

Toto Prohlášení je platné do: 2018-07-16



Karl Storz GmbH & Co. KG  
Mittelstraße 8  
78532 Tuttlingen  
Německo

Tuttlingen, 23.srpen 2013

Mezinárodní ředitel Globálních  
regulačních záležitostí  
autorizovaná osoba

Toto prohlášení ztrácí platnost v okamžiku, když Karl Storz GmbH & Co. KG provede jakékoliv produktové změny ovlivňující Shodu se základními předpisy, nebo když bude provedena jakákoliv změna na zařízení výše uvedeném, která nebyla schválena společností Karl Storz GmbH & Co. KG