



Veřejná zakázka

Zadávací řízení
Limit veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota
veřejné zakázky
Zadavatel
Adresa
IČ
Zastoupený


Dodávka parního sterilizátoru

Výzva více zájemcům
Malého rozsahu
1 531 000 Kč bez DPH
Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
Vídeňská 1083, 14220 Praha 4
61388971
RNDr. Martin Bilej, DrSc.

Technická specifikace přístroje

Parní sterilizátor musí splňovat tyto podmínky a funkce:

- Splňuje normy ČSN EN 285+A2, ČSN EN 17665-1.
- Maximální dosahovaná sterilizační teplota v komoře minimálně 134°C.
- Sterilizační komora o minimálním objemu 440 L, minimální vnitřní výšce 700 mm se zavážecím systémem, kde bude možno vytvořit min. dvě patra s variabilní výškou.
- Provedení klíčových vnitřních částí v nerezové oceli min. AISI 316.
- Prokládací dvoudveřové provedení.
- Integrovaný elektrický vyvíječ páry odpovídajícího výkonu.
- Předehřívací systém sterilizační komory a motorické ovládání posuvných dveří komory.
- Součástí dodávky bude výkonově přiměřený zdroj změkčené vody pro chlazení pláště komory a demi-vody pro vyvíječ páry se zásobníkem upravené vody a měřením vodivosti.
- Minimálně 10 pracovních programů sterilizátoru, část z nich musí být uživatelsky konfigurovatelná.
- Alespoň jeden z programů pro roztoky s chlazením pláště komory včetně řízeného chladnutí kapalin (s měřením teploty) za pomoci protitlaku vzduchu v komoře.
- Alespoň jeden z programů pro roztoky v otevřených lahvích se samovolným chlazením.
- Program využívající parametr F0 (reálná expozice vztažená k teplotě 121°C).
- Mikrobiální filtr s porozitou max. 0.2 µm pro zavzdušňování sterilizační komory.
- Systém pro uchování historie sterilizačních protokolů s možností exportu do externího zařízení nebo na paměťovém médiu.
- Systém pro nezávislou archivaci dat, případně vzdálený servisní monitoring.
- Počítadlo šarží, funkce „total stop“, zabudovaná tiskárna pro dokumentaci sterilizačních cyklů.
- Ovládání pomocí dotykového displeje na zavážecí straně, přehledné zobrazení času, tlaku a teploty.
- Opatření pro minimalizaci až eliminaci vlhkosti ve sterilizátoru.
- Součástí dodávky bude likvidace stávajícího sterilizátoru na přání zákazníka s vystavením protokolu o ekologické likvidaci.



Dodavatel:

- Zajistí servisní zásah do 6 hodin od nahlášení oprávněnou osobou uživatele.
- Zajistí odstranění závady do 24 hodin, pokud nebude třeba náhradních dílů, do 72 hodin s potřebou náhradních dílů. Platí v záruční době i po jejím uplynutí po dobu 10 let.
- Nebude oprávněn za žádné servisní činnosti nebo úkony účtovat cestovné ani cestovní čas.
- Poskytne záruční dobu minimálně 24 měsíců od uvedení do provozu.
- Provede výrobcem předepsané servisní úkony v záruční době zdarma.



MBÚ AV ČR, v.v.i.
Vídeňská 1083
142 20 Praha 4

V Brně dne 11. července 2016

Úvod o BMT Medical Technology s.r.o.

- se sídlem a výrobní základnou v Brně, má více jak 80-ti letou tradici ve výrobě zdravotnické, sterilizační a laboratorní techniky.
- je členem Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků České republiky.
- patří do evropské společnosti **MMM - Group GmbH Mnichov**, která je významným světovým výrobcem sterilizační techniky.
- výrobky se vyznačují vysokou technickou úrovní s využitím vlastních patentů a chráněných průmyslových a užitných vzorů, příkladnou kvalitou provedení a spolehlivostí.
- má certifikovaný úplný systém řízení jakosti podle **ČSN EN ISO 9001:2000** a **EN ISO 13485:2003**. Certifikaci provedl notifikovaný orgán **TÜV Product Service Mnichov** dle směrnice **EU č. 93/42/EEC** týkající se zdravotnických prostředků, kterou přejímá **NV ČR č. 336/2004 Sb.** – Stanovení technických požadavků na zdravotnické prostředky a dále dle směrnice **EU č. 97/23/EC** týkající se tlakových zařízení, kterou přejímá **NV ČR č. 26/2003 Sb.** – Stanovení technických požadavků na tlaková zařízení. Tímto podnik splňuje náročná legislativní ustanovení EU a ČR pro výrobu parních sterilizačních přístrojů a vyvíječů páry.
- veškerá produkce splňuje podmínky zákona **ČR č. 123/2000 Sb.** v platném znění o zdravotnických prostředcích.
- dodávané výrobky mají zajištěny ve všech místech používání kvalitní servisní služby.
- provádí přijímací zkoušky a validaci sterilizačních přístrojů vlastní, **ČIA akreditovanou laboratoří č. 1325**, dle **ČSN – EN 285** a **ČSN – EN 554**.
- nabízí poradenství při zavádění QSM a následnou certifikaci centrální sterilizace dle norem ISO.
- je výhradním zástupcem pro ČR a SR firmy **Chemische fabrik Dr. Weigert**, která je výrobcem vysoce kvalitních přípravků pro plošné a strojové mytí a dezinfekci v oblasti zdravotnictví a laboratoří.

Specifikace a cenová nabídka

- STERIVAP 669-2 ED** – sterilizátor parní prokládací, objem komory 453 litrů (výška 700mm), splňuje normy ČSN EN 285+A2, ČSN EN 17665-1zavážecí systém (**2x transportní vozík**, 1x zavážecí vozík, hák na vytahování vozíků), **servis z levé strany**, mikrobiální filtr s porozitou max. 0.2 µm, uživatelsky definované programové vybavení, přehřívací systém komory, motorické ovládání posuvných dveří komory, tiskárna, **SW PrinterArchive pro možnost archivace a tisku na externím PC**, integrovaný elektrický vyvíječ páry, integrovaný odpad, **časově programovatelný start přístroje**, obkladové plechy a lišty na čistou stranu, drsnost komory Ra 1,25 µm, program roztoky s chlazením, řízeným protitlakem vzduchu, parametr F0, vanička do komory, počítadlo šarží, funkce „total stop“, úprava vody s výkonem 30 litrů demivody/hod (filtrace, změkčovač, reversní osmóza, zásobník vody). Likvidace stávajícího sterilizátoru (na přání) s vystavením protokolu o ekologické likvidaci, doprava nového autoklávu, instalace, proškolení personálu.

ks	přístroj	Cena za 1 ks	Celkem bez DPH	DPH		Cena celkem vč. DPH
				%	DPH	
1	STERIVAP 669-2 ED	1 248 500,00	1 248 500,00	21	262 185,00	1 510 685,00
CELKEM			1 248 500,00		262 185,00	1 510 685,00

Pro přístroj je nutný zdroj stlačeného vzduchu 5-10 bar.

Platební podmínky

Faktura se splatností 30 dnů bude vystavena po předání a převzetí předmětu plnění a po odstranění případných vad a nedodělků zapsaných v předávacím protokolu.

Místo plnění

Místem plnění **MBÚ AV ČR, v.v.i.**

Termín dodání

Termín dodání do 2 měsíců od závazné objednávky nebo podpisu kupní smlouvy.

Způsob plnění

Stavební připravenost a případný nestandardní transport přístrojů od místa složení dopravcem na místo instalace (jeřáb, stěhovací firma) zajistí na své náklady objednatel na základě předaného instalačního plánu. Na termín zprovoznění bude zajištěn rozvod elektrické energie pod napětím v souladu s platnými předpisy a normami, funkční přívod vody ukončený dle technické dokumentace, funkční odpadové potrubí. Po proškolení bude podepsán předávací protokol, který bude přiložen k faktuře.



Záruka, záruční a pozáruční servis

Servis bude zajištěn prostřednictvím fy **BMT Medical Technology s.r.o. z Prahy**. Záruční doba je stanovena **24 měsíců** ode dne předání přístrojů a zařízení do provozu.

Nástup na servisní zásah do 6 hodin od nahlášení oprávněnou osobou uživatele. Odstranění závady do 24 hodin, pokud nebude třeba náhradních dílů, do 72 hodin s potřebou náhradních dílů. Cestovné ani cestovní čas nebude účtován. Výrobce předepsané servisní úkony budou v záruční době provedeny zdarma.

BMT Medical Technology s.r.o.

Cejl 157/50 Zábrdovice

602 00 Brno

IČO: 46 34 69 96

DIČ: CZ 46 34 69 96

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou C 58436.

Telefon: 603 806 925, 545 537 349

Fax: 545 211 750, 545 211 119

e-mail: david.simek@bmt.cz