

Zdravotnické vyšetřovací přístroje a medicínská zařízení pro přenos a záznam obrazu II

část č. 2 VZ Full HD externí medicínská kamera s příslušenstvím

nemusi jednat o nový přístroj, zadavatel připouští variantu dodávky předváděcího přístroje (tovární DEMO) s plnou zárukou a záručními podmínkami jako u nového přístroje, podrobně stanovenými v čl. 6 Smlouvy

TECHNICKÉ PODMÍNKY technická specifikace stanovená zadavatelem		TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ technická specifikace nabízená uchazečem	
Popis parametru (Nabídka uchazeče musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametřů vymezených minimálními nebo maximálními úrovněmi nebo rozmezími hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.)	Zadavatelem požadovaná hodnota	Pokud je zadavatelem po uchazeči vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak uchazeč uvede ANO, že parametr splňuje. Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je uchazeč povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimálními stanovené hodnoty nebo požadavků na zboží - viz. slovesek Zadavatelem požadovaná hodnota. Z údajů uvedených uchazečem musí být zřejmé, že uchazečem nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - uchazeč uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)	
Položka č. 1 Full HD externí medicínská kamera		Model - typové/výrobní označení	Výrobce
Počet kusů: 1 ks		Panasonic AG-MDC10G	Panasonic
		Uchazečem nabízená hodnota	
Full HD externí medicínská kamera	ANO	Ano	
Medicínský atest	ANO	Ano	
rozišení	minimálně 1920 x 1080p, minimálně 2,5 megapixelů	Ano 1920x1080p; 2,51 megapixelů	
3 čipsová technologie	ANO	Ano	
optický zoom	minimálně 12x	12x optický zoom	
čochky s optickým stabilizátorem obrazu	ANO	Ano	
integrovaný stereo mikrofón	ANO	Ano	
dálkové ovládání	ANO	Ano	
prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů	ANO uchazeč proutou kopií tohoto prohlášení doloží v rámci technické specifikace	Ano	
Položka č. 2 Modul pro FULL HD záznam		Model - typové/výrobní označení	Výrobce
Počet kusů: 1 ks		Panasonic AG-MDR15	Panasonic
		Uchazečem nabízená hodnota	
Modul pro FULL HD záznam a přenos obrazu (videa) z full HD kamery a ovládání full HD kamery	ANO	Ano	
plně kompatibilní a propojený s dodávanou Full HD externí medicínskou kamerou (položka č. 1)	ANO	Ano	
prostednictvím modulu budou ovládány minimálně tyto funkce kamery:	ANO	Ano	
zoom	ANO	Ano	
závěrka	ANO	Ano	
white balance	ANO	Ano	
LCD monitor součástí modulu	minimálně 3,3" (palce)	Ano, 3,5"	
Možnost záznamu na SD kartu	ANO	Ano	
Položka č. 3 Stojan pro umístění kamery a modulu		Model - typové/výrobní označení	Výrobce
Počet kusů: 1 ks		POV Stand	Cullmann
		Uchazečem nabízená hodnota	
Samostatně stojící přenosný stojan s ramenem pro uchycení kamery a modulu	ANO	ano	
součástí stojanu je rameno, aby bylo možné kameru nastavit nad operační ránu	ANO	ano	
plně kompatibilní s dodávanou Full HD externí medicínskou kamerou (položka č. 1) a modulem pro FULL HD záznam (položka č. 2)	ANO	ano	

mobilitní, polohovatelný stojan pro uchycení kamery a modulu	ANO
výška stojanu	minimálně 150 cm
rameno stojanu polohovatelné	ANO
délka polohovatelného ramene	minimálně 90 cm

ano
výška 155 cm
ano
délka polohovatelného ramene 95 cm

takto označené buňky vyplní uchazeč v rámci zpracování své nabídky
