


ÚVN

 ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
 Vojenská fakultní nemocnice Praha

Smlouva o výpůjčce

č. 5401/2018

Smluvní strany:

MEDISTA spol.s r.o.

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25026

se sídlem: Dělnická 12, 170 00 Praha 7

zastoupená: Ing. Janem Kadlecem, jednatelem

IČO: 60199865

DIČ: CZ60199865

bankovní spojení: [redacted] UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

dále jen „půjčitel“

a

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR

se sídlem: U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

IČO: 61383082

DIČ: CZ61383082

bankovní spojení: [redacted] ČNB Praha 1

zastoupená: prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D., ředitelem

dále jen „vypůjčitel“

uzavírají dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a za podmínek níže stanovených, tuto smlouvu o výpůjčce:

I.

Půjčitel je výlučným vlastníkem věci: impedanční agregometr Multiplate, v pořizovací hodnotě 350.000,- Kč bez DPH.

Specifikace věci: výrobce Roche Diagnostics International Ltd., výr.č. 101577, typ: Multiplate Analyzer (dále jen „přístroj“)

II.

1. Půjčitel touto smlouvou přenechává bezplatně přístroj do užívání vypůjčiteli, který jej přijímá do výpůjčky.
2. Půjčitel prohlašuje, že přístroj je nový a nepoužitý.
3. Přístroj bude umístěn v sídle vypůjčitele na Oddělení hematologie a krevní transfuze 1. LF UK a ÚVN v Ústřední vojenské nemocnici - Vojenské fakultní nemocnici Praha
4. Půjčitel se zavazuje, že o plánovaném termínu předání a převzetí přístroje bude kontaktovat Oddělení zdravotnické techniky (dále jen „OZT“) nejméně 2 dny předem.
5. Odpovědnými osobami za předání a převzetí přístroje jsou:

[redacted]

III.

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

1. Půjčitel se zavazuje přístroj předat vypůjčiteli, a umístit jej na pracovišti vypůjčitele, o čemž obě smluvní strany sepíší zápis.
2. Spolu s přístrojem, který je zdravotnickou technikou ve smyslu zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, bude předáno též prohlášení o shodě a návod k použití v českém jazyce v listinné a elektronické podobě.
3. Půjčitel je povinen předat vypůjčiteli přístroj ve stavu způsobilém k řádnému užívání. Půjčitel se zavazuje provést na své náklady zaškolení odpovědných zaměstnanců vypůjčitele v obsluze přístroje, o čemž bude vystaven písemný doklad, tj. protokol o zaškolení.
4. Půjčitel se dále zavazuje zajistit bezplatně po dobu trvání výpůjčky pravidelné školení odpovědných zaměstnanců vypůjčitele v obsluze přístroje alespoň jedenkrát ročně na základě písemného požadavku vypůjčitele.
5. Vypůjčitel je povinen užívat přístroj řádně a v souladu s účelem, ke kterému je přístroj určen. Vypůjčitel je povinen chránit přístroj před jakýmkoli poškozením, ztrátou nebo zničením.
6. Vypůjčitel nese odpovědnost pouze za škody na přístroji způsobené užíváním, které není v souladu s účelem, ke kterému je přístroj určen. Půjčitel je oprávněn smlouvu okamžitě vypovědět, jestliže vypůjčitel věc užívá v rozporu s touto smlouvou.
7. Půjčitel se zavazuje, že po dobu vypůjčení přístroje zajistí bezplatný servis, opravy a kontroly (bezpečnostně technickou kontrolu dále jen BTK) přístroje včetně veškerého potřebného spotřebního materiálu (vyměňovaného při opravách – ne provozního spotřebního materiálu), a to vždy ve lhůtě 48 hodin od nahlášení potřeby opravy vypůjčitelem. Půjčitel se dále zavazuje pro případ dlouhodobé opravy (více než 72 hodin od nahlášení potřeby opravy vypůjčitelem) zapůjčit vypůjčiteli jiný přístroj stejného typu zdarma. Pokud však závadu na přístroji způsobil vypůjčitel porušením svých povinností stanovených touto smlouvou, hradí veškeré náklady spojené s opravou přístroje vypůjčitel.
8. Půjčitel se zavazuje, že veškerou dokumentaci o činnostech provedených na přístroji v době trvání výpůjčky (např. protokoly BTK a servisní výkazy) předá neprodleně na OZT.
9. Půjčitel se zavazuje provádět upgrade softwaru přístroje.
10. Půjčitel se zavazuje pojistit přístroj na dobu jeho vypůjčení na vlastní náklady.
11. Vypůjčitel nesmí přenechat přístroj k užívání třetí osobě.

IV.

1. Výpůjčka se sjednává **po dobu trvání Kupní smlouvy** na dodávku spotřebního materiálu pro funkční vyšetření trombocytů uzavřené dne...11.4.2018...
2. Tato smlouva zanikne dnem, ve kterém zanikne kupní smlouva uvedená v odst. 1.
3. Vypůjčitel je povinen vrátit přístroj půjčiteli, jakmile jej přestane potřebovat, nejpozději však do konce doby výpůjčky. Půjčitel se zavazuje, že v takovém případě převezme na výzvu vypůjčitele přístroj v sídle vypůjčitele, a to do 5 dnů od vyzvání vypůjčitelem. Půjčitel si přístroj odveze na své náklady.

V.

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, není-li dále stanoveno jinak.
2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky číslovanými vzestupnou, nepřerušovanou číselnou řadou.



ÚVN

ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. ^{čtyřech} _{dvou}

Příloha č. 1 – výrobcem deklarované parametry předmětu výpůjčky

V Praze dne 11.3.2018

za půjčitele:

[Redacted signature]

Ing. Jan Kadlec
jednatel

V Praze dne 29-03-2018

za vypůjčitele:

[Redacted signature]

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
ředitel

MEDIST
spol.s r.o.
Dělnická 12
170 00 Praha 7



**Výrobce deklarované parametry předmětu výpůjčky****Základní specifikace přístroje:**

- přístroj měří agregaci krevních destiček na principu impedanční agregometrie
- 5 měřících kanálů – současně lze provádět nezávisle 5 testů
- analyzovat lze plnou (nesrážlivou) krev bez nutnosti dalších úprav, popř. jakoukoliv tekutinu obsahující krevní destičky (plazma, destičkový koncentrát,...)
- je potřeba jen 0,3 ml vzorku / test
- procesorem řízená, interaktivní automatická pipeta
- speciální jednorázové kyvety
- každé měření obstarává dvojice senzorů (= integrovaná QC, spolehlivost měření)
- standardizované testy a postupy
- široká paleta reagensů pro všechny běžné cesty aktivace krevních destiček (agonisté agregace: kys. arachidonová, ADP, ADP+PGE1, kolagen, ristocetin, peptidu TRAP-6 ad. – umožňují oddělené posouzení funkce destiček po přidání různých agonistů)
- otevřený systém: možnost naprogramování vlastních testů s libovolnými reagensy (experimentální studie, farmaceutický výzkum, kontrola kvality,...)
- rozměry a hmotnost: 470 x 320 x 450 mm (V x Š x H); 11 kg (vše včetně monitoru)
- napájení: 100-240 V; 50/60 Hz; 60-180 W

Vlastnosti metody:

- jednoduché a rychlé provedení testu (do 10 minut)
- určeno zejména pro vyš. agregační schopnosti krevních destiček (a detekci funkčních defektů) a monitorování antiagregační léčby (po inhibici protideštičkovými léky)
- výstup (výsledek testu) umožňuje jednoduchou interpretaci o funkčnosti resp. míře inhibice funkce destiček (jsou definována referenční a terapeutická rozmezí)
- vysoká citlivost na nejpoužívanější antiagregační léky – Aspirin® (ASA), Plavix® (Clopidogrel), ReoPro® (Abciximab), Aggrastat® (Tirofiban), Efixent (prasugrel) ad.
- excelentní klinické výsledky: ze všech analyzátorů nejlepší schopnost predikovat ischemické/trombotické potíže po PCI a první (dosud jediná) metoda s klinicky stanoveným cut-off pro predikci krvácivých komplikací (terapeutické rozmezí léčby)
- metoda umožňuje vyšetřovat hypo- i hyperagregační stavy, vliv jiných látek na agregaci destiček, vW Faktor i heparinem indukovanou trombocytopenii (HIT)



ÚVN

ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha



Obr. Přístroj MULTIPLATE®

Handwritten signature or mark.