

## PŘEDBĚŽNÁ CENA OPRAVY č. 180219

Strana 1/1

Datum vystavení:	20.2.2018	<b>Odběratel:</b>	Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
Platnost do:	6.3.2018		Ing. Aleš Krejčí
Vystavil:	Ing. Josef Marek		Havlíčkovo nábřeží 600
Vaše objednávka č. ze dne:	2278/2018/10/KADL 8.2.2018		760 01 Zlín, ČR
<b>Záruka:</b>	<b>Mimo záruku</b>		IČO: 27661989 DIČ: CZ27661989

PŘÍSTROJE V OPRAVĚ	SN / Lot	Inventární č.	Ks
CUSA Excel 8 - EXCEL CUSA CONSOLE s příslušenstvím	U9G292S		1

Popis k opravě: diagnostika příčiny závady - vadný průtokový senzor chlazení  
 Výměna vadného dílu, kompletace, test funkčnosti

### POUŽITÉ NÁHRADNÍ DÍLY, CENA PRÁCE A DOPRAVNÍ NÁKLADY:

Pol.	Kat.č. / Popis	Ks	Cena/kus	Sleva %	Cena bez DPH	DPH
1	<b>Odvedená práce/0,5hod.</b> Odvedená práce / 0,5 hod	4	490,00		<b>1 960,00</b>	21
2	<b>S202750084</b> Tlakový senzor chlazení	1	58 560,00		<b>58 560,00</b>	21
3	<b>KM</b> Cestovní náklady / km	400	12,00		<b>4 800,00</b>	21
		Rozpis DPH	Cena bez DPH	DPH	Celkem s DPH	
		21%	65 320,00	13 717,20	79 037,20 Kč	
		<b>Celkem</b>	<b>65 320,00</b>	<b>13 717,20</b>	<b>79 037,20 Kč</b>	

#### Podmínky dohody o opravě:

- Předpokládaná cena opravy je **79 037,20 Kč** včetně DPH.
- Předpokládaná cena opravy zahrnuje náhradní díly, vykonanou práci a dopravu. Předpokládaná cena opravy může být bez souhlasu zákazníka překročena maximálně o 15 %. V případě větších změn musí být tyto potvrzené zákazníkem.
- Záruční doba na použité náhradní díly a vykonanou práci je 3 měsíce po dodání zboží zákazníkovi.
- Dohodu o opravě je nutné potvrdit do 14 dní ode dne vystavení. Nepotvrzení dohody v tomto termínu se považuje za nesouhlas s provedením opravy.
- V případě nesouhlasu s provedením opravy budou zákazníkovi vyfakturované náklady spojené s diagnostikovaním závady, t.j. práce a případně doprava.

Zákazník souhlasí s provedením opravy za výše uvedených podmínek

Zákazník nesouhlasí s provedením opravy za výše uvedených podmínek

Ing. Josef Marek

Za servis

Datum: 20.2.2018

Podpis zákazníka

Datum: