

## Směšovače

### Hlavička

Zákazník  
Kontaktní osoba  
Email kontaktní osoby  
Telefon kontaktní osoby  
Prodejní organizace

Hartmann-Rico A.S.

Název nabídky  
Datum zpracování  
Datum ukončení  
Předmět nabídky (stavba)  
Druh nabídky  
Typ nabídky

Směšovače  
23.03.2018  
23.03.2019  
12  
Cenová nabídka  
Cenová nabídka

### Produkty - oddíl 1

Řádek	Číslo výrobku	Název výrobku	Absolutní cena bez DPH (Mikropodíl jednotky)	Absolutní cena s DPH (Mikropodíl jednotky)	Množství	Celková cena bez DPH	Sazba DPH	Podíl jednotky s základ	V77 Kč	Cena fakturovaná jednotky (základ) Kč	Cena fakturovaná s DPH
1	8952616	BODE DESOMAT K 800	69 900,00 Kč (1 FJ)	84 579,00 Kč (1 FJ)	1 FJ	69 900,00 Kč	21,00 %			69 900,00 Kč	0,00 Kč

Dokument byl vygenerován 03.04.2018 uživatelem: Lucie Polcarová



## Desomat<sup>®</sup> K 800

Směšovací přístroj pro přípravu pracovních roztoků dvou různých přípravků



# Desomat<sup>®</sup> K 800

BODE Desomat<sup>®</sup> K 800 umí přesně dávkovat dva různé dezinfekční přípravky jednotlivě nebo připravit směs dezinfekčního a čisticího přípravku. Koncentrace jsou volitelné nezávisle na sobě. Přístroj se jednoduše ovládá membránovou klávesnicí s displejem.

## Vlastnosti

- Příprava roztoků dvou dezinfekčních přípravků nebo dezinfekčního a čisticího přípravku jednotlivě nebo jejich směsi
- Přesné dávkování dezinfekčního, popř. čisticího roztoku nebo směsi v různých koncentracích v rozsahu 0,25% až 5%
- Po přípravě roztoku nezůstávají v přístroji žádné zbytky vody nebo roztoku
- Beztlakové vypouštění naředěného roztoku
- Optická indikace při nedostatku koncentrátu, nedostatku vody

## Technické údaje

Rozměry přístroje	350 x 300 x 140 mm
Rozměry držáku kanystru	125 x 201 x 160 mm
Hmotnost	11,5 kg
Koncentrace roztoků	0,25% - 5%
Množství připravovaného roztoku	asi 700 litrů/hodinu
Přívod vody	měděná trubka 12 x 1 mm
Tlak vody	min. 1,5 bar, max. 6 bar
Napájení	adaptér vstup: 100-240 V; 50-60 Hz výstup: 24 V DC, 1 A
Kontrola	optická indikace poruch, uzavření přívodu nebo nedostatečného tlaku vody, chybějícího koncentrátu



u

**Výzkumem k prevenci infekcí.**