

Dräger Medical, s.r.o.

Obchodní 124, 251 01 Čestlice

provozovna: **Na Vyšehradě 1098, Polička 572 01**

Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 88291.

Dräger**Příloha č. 1 nabídky_technická specifikace
Dodávka a zprovoznění vakuové stanice v UKB****Identifikační údaje dodavatele:**

Dräger Medical s.r.o., Obchodní 124, 251 01 Čestlice

Provozovna: Na Vyšehradě 1098, 572 01 Polička

Zastoupená: Ing. Liborem Novákem, jednatelem společnosti

IČO: 26700760

DIČ: CZ26700760

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

tel.:
fax.:
e-mail:
web:**Základní parametry vakuové stanice:**

samostatné dvě vývěvy instalované na společném rámu ve svislé poloze s ovládací skříňí , vedle stojící vzdušník 1000 l, vše propojené na hlavní vakuovou větev

Technické parametry :

- dvě vývěvy, každá o výkonu 200 Nm³//h a podtlaku 0,5 mbar bas.
- motor vývěvy 5,5 kW, IE3, IP 55, PTO
- dva sací vakuové filtry s vložkou z PEa velikosti filtrace 5 mikronů
- separátor na výtlaku každé vývěvy pro zachycení nečistot
- instalační rám pro svislé uložení vývěv, přizpůsobený manipulaci paletovým vozíkem
- propojovací potrubí, hadice , kohouty montážní materiál

-podtlakový spínač, regulovatelný spodní a horní hranici vakua provozu vývěv

-vakuová nádoba o velikosti 1000 l s provozním příslušenstvím

-elektro skříň pro zapojení vývěv na napájecí napětí, ovládání vývěv provozu a servisu obsahující: odpočet provozních hodin, dálková info o provozu, výstupy 4-20 mA, ovládání každé vývěvy STOP- MANUAL-AUTOMAT, světelná signalizace provozu a poruchy, centrální CE stop tlačítko.

Na svislé instalaci je jednoduchý manipulační – posuvný - rám pod vývěvou, pomocí kterého se vyvěva vysune mimo rám a naloží na paletový vozík. Tím je zajištěna jednoduchá a bezpečná manipulace bez potřeby závěsného nebo zvedacího zařízení.

Vyhotovil (jméno, příjmení): 

Firma: Dräger Medical s.r.o., Obchodní 124, 251 01 Čestlice

Podpis: 