



KNTB Zlín - zvýšení kvality návazné péče I. - část 6 - přístrojové vybavení pro resuscitaci - část A

TABULKA S TECHNICKÝMI PARAMETRY

Parametr	Požadovaná min.hodnota	Nabízená hodnota	Poznámka
Defibrilátor - ARO, OUP - 3 ks			
CORPULS 3			
Přenosná bifázická defibrilátory s monitorem EKG pro děti i dospělé s automatickou kompenzací výboje dle impedance pacienta	ANO	ANO	
Defibrilace přes dospělé i dětské nalepovací defibrilační elektrody	ANO	ANO	
Defibrilace přes pevné defibrilační pádla	ANO	ANO	
Funkce poloautomatické externí defibrilace (AED mód) vč. protokolu dle ERC směrnic 2015 s možností pozdějšího upgrade	ANO	ANO	
Zevní kardiostimulace v režimu min. DEMAND, FIX	ANO	ANO, OVERDRIVE	
Ovládání v českém jazyce	ANO	ANO	
Barevný LCD displej o velikosti min. 8" s vysokým rozlišením, dobrou viditelností za ztížených světelných podmínek	ANO, min 8"	ANO 8,4"	
Hmotnost vč. 1ks baterie, 1role papíru a kabelu pro nalepovací elektrody max. 15kg	max. 15 kg	ANO max. 9,7kg	
Šíře tisku min 60 mm, tisk min. 3 svodů současně	ANO	ANO, 105 cm	
Zobrazení min. 3 barevné rozlišitelných křivek a numerických hodnot na monitoru	ANO	ANO	
Jednoduché a intuitivní ovládání pomocí navigačního kolečka	ANO	ANO	
Volba energie v min. rozsahu od 2 do 200 J	min. rozsah 2 - 200 J	ANO rozsah 2-200J	
Možnost pozdějšího rozšíření o modul Temp	ANO	ANO	
Monitorování EKG - plnohodnotné 12svodové EKG s vyhodnocením	ANO	ANO	
Záznam 12svodového EKG na obrazovce ve formátu 4 x 3 (příp. další) a možný přímý tisk na termopapír	ANO	ANO	
Záznam událostí do interní paměti (sumář úkonů, trendy vitálních funkcí, křivky)	ANO	ANO	
Datový záznam provedených výkonů s možností tisku z paměti či datové karty přístroje	ANO	ANO	
Možnost následného externího zpracování pořízených dat v rámci systému data managementu, příslušný software bude dodán současně s přístrojem	ANO	ANO	
Provoz z elektrické sítě 230 V/50 Hz i z interního vyjímatelného akumulátoru (Lithium-Ion)	ANO	ANO	
Indikátor stavu akumulátoru musí být zobrazen na obrazovce/displeji přístroje	ANO	ANO	
Sada Li-ion zaměnitelných akumulátorů s garantovanou životností min. 2 roky a rychlým nabíjecím cyklem s možností jejich současného použití v přístroji	ANO	ANO	
Měření NIBP – měření všech věkových skupin, auto/manual	ANO	ANO	
Měření IBP (možnost měření min. dvou invazivních tlaků najednou)	ANO	ANO	
Měření saturace SpO2 včetně pletysmografické křivky - pro děti a dospělé	ANO	ANO	
Monitorace 3/4/12svodové EKG	ANO	ANO	
Kapnografie (etCO2) + křivka, main-stream nebo side-stream systém	ANO	ANO	
Zobrazení trendů na obrazovce s následným tiskem	ANO	ANO	
Splnění normy ČSN EN 1789 + A2 (zadavatel uvádí nabídnout možnost jiného rovnocenného řešení)	ANO	ANO	
Ochrana proti vodě a prachu min. IP 44	ANO	ANO, IP55	
Příslušenství ke každému přístroji			
EKG kabel (3 nebo 5 svodů)	ANO	ANO	
Příslušenství pro měření NIBP	ANO	ANO	
Příslušenství pro měření SpO2	ANO	ANO	
Příslušenství pro měření etCO2	ANO	ANO	
4 role papíru	ANO	ANO	
1 balení EKG elektrod	ANO	ANO	
Nabíjecí kabel s adaptérem na 230 V nebo externí nabíječka	ANO	ANO	
Brašna transportní (s možností uložení pádel)	ANO	ANO	
Návod v českém jazyce	ANO	ANO	
Defibrilátor - OS - 4 ks			
BeneHeart D3			
Kompaktní, lehký defibrilátory s hmotností do 7 kg včetně příslušenství	ANO, do 7 kg	ANO, do 6kg	
Použití pro dospělé, děti a novorozence	ANO	ANO	
Vybavenost: manuální defibrilace, monitoring pacienta, externí stimulace a AED režim	ANO	ANO	
Parametry: 3/5 svodové EKG včetně příslušenství nezbytné k provozu přístroje	ANO	ANO	
Integrovaná dětská externí pádla u dospělých	ANO	ANO	
Velikost TFT displeje min 7" se zobrazením 3 křivek	ANO, min 7"	ANO, 7"	
Ovládání v českém jazyce a software v ČJ	ANO	ANO	
Podání bifázického výboje v min. rozmezí 2-200J	min. rozsah 2 - 200 J	ANO rozsah 1-360J	
Rychlé nabití - do 5 sekund na hodnotu 200J	ANO	ANO	
Výdrž baterie: monitorovací režim 2,5 hodiny, defibrilační režim 100x výboj při 360J (tolerance +/- 10%)	ANO	ANO	
Export dat do počítače přes USB nebo IrDA	ANO	ANO	
Integrovaná termální tiskárna s možností tisku křivek, trendů a přehledu událostí	ANO	ANO	
Automatické kontroly připravenosti defibrilátoru	ANO	ANO	
Ovládání podání výboje jak z přístroje, tak z externích pádel (úprava podávané energie, nabití a výboj)	ANO	ANO	
1 pár integrovaných dětských sterilizovatelných elektrod pro přímou defibrilaci	ANO	ANO	
1 pár integrovaných dospělých sterilizovatelných elektrod pro přímou defibrilaci	ANO	ANO	

POZNÁMKA: Uvedené technické požadavky jsou minimální. Dodavatel může nabídnout zařízení i s lepšími parametry.

Pokyny pro vyplnění:

- Účastník zadávacího řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota"
- Účastník zadávacího řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek)
- Účastník zadávacího řízení do předloženého formuláře u údajů, u nichž je stanovena minimální nebo maximální požadovaná hodnota číselně, doplní do druhého sloupce konkrétní číselnou hodnotu, kterou dosahuje jím nabízený výrobek (nedodržení stanoveného maxima či nesplnění požadovaného minima znamená nesplnění zadávacích podmínek)
- Účastník zadávacího řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální požadovaná hodnota stanovena kombinací bodů 2, 3., doplní do druhého sloupce ANO-NE (dle vlastností a funkcí přístroje) i konkrétní číselnou hodnotu, kterou dosahuje nabízený přístroj (hodnota NE a nesplnění požadované hodnoty znamená nesplnění zadávacích podmínek)
- Pokud má účastník zadávacího řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavateli sdělit či je dle něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Poznámka".
- Vyplněný formulář účastník zadávacího řízení předloží v rámci své nabídky (jako přílohu návrhu kupní smlouvy)

V Praze, dne

RAZÍTKO A PODPIS ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ