



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## KUPNÍ SMLOUVA č. [REDAKCE]

uzavřená dle § 2079 a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi:

### Z TECHNIK s.r.o.

se sídlem: **Bohdalecká 1490/25, Michle, 101 00 Praha 10**

IČO: **04115490**

DIČ: **CZ04115490**

zapsána v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 242801**

bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupená: [REDAKCE]

Kontaktní osoba [REDAKCE]

(dále jen „prodávající“)

a

### Oblastní nemocnice Jičín a.s.

sídlo: **Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín**

IČO: **26001551**

DIČ: **CZ699004900**

zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2328

zastoupená Ing. Tomášem Slámou, MSc., předsedou představenstva

(dále jen „kupující“)

Prodávající a kupující jsou dále označeni rovněž jako „smluvní strana“ či společně jako „smluvní strany“.

### Preambule

1. Touto smlouvou je realizován projekt kupujícího s názvem: **Obnova a rozšíření technického vybavení Oblastní nemocnice Jičín a.s.** reg. č.: **CZ.06.2.56/0.0/0.0/16\_043/0001405** (dále jen „Projekt“), na jehož realizaci požádal kupující o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č. 31 „Zvýšení kvality návazné péče“ (dále jen „Dotační program“).
2. Z uvedeného Dotačního programu byla kupujícímu přislíbena podpora z Dotačního programu v rozsahu 85% ze způsobilých výdajů projektu (dále jen „Dotace“). Podmínky čerpání Dotace upravují Obecná pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Integrovaném regionálním operačním programu, aktuálně účinná verze dostupná na [www.strukturalni-fondy.cz](http://www.strukturalni-fondy.cz) (dále jen „Dotační pravidla“).



3. Prodávající byl kupujícím výslovně upozorněn na to, že pro čerpání Dotace kupujícím k úhradě části kupní ceny dle této smlouvy je nutné splnit zejména následující povinnosti:
- dodržet způsob fakturace sjednaný touto smlouvou,
  - dodržet sjednaný termín předání a převzetí zboží.

Prodávající prohlašuje, že byl s Dotačními pravidly před podpisem této smlouvy seznámen. Prodávající se zavazuje dodat zboží a postupovat při plnění této smlouvy tak, aby kupující Dotační pravidla mohli dodržet. Prodávající bere na vědomí, že nedodržení jakékoli z výše uvedených povinností může ohrozit a/nebo znemožnit čerpání Dotace kupujícím a/nebo kupující bude povinen již poskytnutou Dotaci či její část vrátit a dále zaplatit sankce v podobě úroku z prodlení či jiné sankce, a to i nad rámec části kupní ceny dle této smlouvy hrazené z Dotace.

Pokud dojde pro porušení jakékoli z povinností prodávajícího sjednaných touto smlouvou z důvodu přičitatelného prodávajícímu k některému z důsledků popsaných v předchozí větě, zavazuje se prodávající uhradit kupujícímu veškeré újmy, zejména zaplatit neposkytnutou Dotaci, její část či vrácenou Dotaci či její část a náklady vynaložené na projektového manažera, které kupujícímu v důsledku porušení povinností prodávajícího vzniknou.

4. Tato smlouva se uzavírá v souladu se zadávací dokumentací kupujícího, a to na základě výsledku nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem: „**Lůžka polohovací vč. příslušenství**“ (dále jen „veřejná zakázka“), zadané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a dále v souladu s Technickými specifikacemi zboží, které prodávající vložil do své nabídky v rámci veřejné zakázky. Tyto Technické specifikace zboží tvoří přílohy č. 1 a č. 2 této smlouvy.
5. Prodávající prohlašuje, že je přímo či prostřednictvím svých poddodavatelů držitelem všech potřebných oprávnění a povolení k realizaci předmětu veřejné zakázky a že disponuje vybavením, zkušenostmi a schopnostmi potřebnými k včasné a řádné realizaci předmětu této smlouvy.
6. Prodávající dále prohlašuje, že před podáním nabídky na plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou prověřil, že předložené podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie, a že zboží je tak možno dodat za jím nabídnutou smluvní cenu uvedenou v článku III. této smlouvy.

## I.

### Předmět smlouvy

- 1.1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje kupujícímu odevzdat předmět koupě a umožnit mu nabytí vlastnické právo k němu, a to k:
- 115 kusů polohovacích lůžek včetně příslušenství** (dále jen „přístroj“ nebo „zboží“) a kupující se na základě této smlouvy zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu za dodané zboží kupní cenu specifikovanou v čl. III. této smlouvy. Přesná specifikace zboží je uvedena v přílohách č. 1 a č. 2 (technické specifikace prodávajícím nabízeného zboží) této smlouvy.
- 1.2. Prodávající je v rámci plnění této smlouvy povinen provést rovněž instalaci zboží v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky (včetně jejích příloh) a pokynů kupujícího, uvedení do provozu, provedení všech provozních testů dle platné legislativy, instruktáže zdravotnického personálu a dalších služeb a činností, specifikovaných v příloze č. 2 této smlouvy. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zboží způsobem dle odstavce 2. 2. této smlouvy, když předmětem této smlouvy je dále likvidace obalového materiálu, v nichž bylo zboží dodáno, včetně vystavení potřebných dokladů dle platné legislativy.



- 1.3. Prodávající se zavazuje dodat zboží originální, nové, nerepasované a nepoužité. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží s odbornou péčí, v kvalitě, jež bude v souladu s touto smlouvou, příslušnými platnými právními předpisy a technickými, kvalitativními či jinými normami, a to jak v České republice, tak i v zemi výrobce zboží.
- 1.4. Prodávající prohlašuje, že zboží či doklady, se kterými bude zboží dodáno, nebude porušovat ani nebude mít za následek porušení jakéhokoliv práva duševního vlastnictví či jiného práva třetích osob.
- 1.5. Účel užití zboží kupujícím bude komplexní zdravotní péče o pacienty během hospitalizace.

## II.

### Doba a místo dodání

- 2.1 Prodávající se zavazuje předat zboží kupujícímu **do 90 dnů** ode dne podpisu této smlouvy na místo dodání: **areál Oblastní nemocnice Jičín a.s., oddělení chirurgické, interní, radiační a klinické onkologie, a areál Nemocnice Nový Bydžov, Jana Maláta 493, 504 01 Nový Bydžov, oddělení interní, LDN „A“ a LDN „B“.** Podrobný soupis počtu kusů zboží pro jednotlivá oddělení a stanice včetně technických specifikací je uveden v přílohách č. 2a), 2b), 2c), 2d), 2e), 2f), 2g), 2h) a 2i) této smlouvy. O konkrétním termínu a času dodání musí prodávající informovat pověřené pracovníky kupujícího minimálně 3 pracovní dny předem. O předání zboží prodávajícím a jeho převzetí kupujícím se strany zavazují sepsat Předávací protokol, dle závazného vzoru uvedeného v příloze č. 3 této smlouvy. Předávací protokol bude vždy podepsán pověřeným zástupcem prodávajícího a dvěma pověřenými osobami na straně kupujícího, a to vždy jedním z níže uvedených pracovníků technického úseku a pověřenou osobou z místa dodání, tj. příslušného zdravotnického oddělení, kam se bude zboží (konkrétní přístroj) dodávat.

Pověřeným zástupcem prodávajícího je: [REDACTED]

Pověřenými zástupci kupujícího jsou:

- pracovníci technického úseku:  
[REDACTED]
- pověřená osoba z příslušného zdravotnického oddělení, kam se bude zboží dodávat:  
Chirurgické odd. [REDACTED];  
Interní odd. Jičín [REDACTED];  
Oddělení radiační a klinické onkologie Jičín: [REDACTED];  
Interní odd. Nový Bydžov [REDACTED]

- 2.2 Za řádné předání zboží se považuje:
  - a) jeho dodání na adresu příslušného zdravotnického oddělení kupujícího specifikovaného v předchozím odstavci 2. 1. této smlouvy; a
  - b) montáž, instalace, uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech provozních testů a předepsaných zkoušek dle příslušné platné právní úpravy, ověření deklarovaných



technických parametrů (zboží musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené právními předpisy České republiky), a

- c) instruktáž zdravotnického personálu (dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o ZP“); a
- d) vystavení protokolu o proškolení, resp. instruktáži zdravotnického personálu, a protokolu opravňujícího provádět následně instruktáže zdravotnického personálu v používání zboží pro určeného pracovníka kupujícího, pokud má prodávající k takovému oprávnění prokazatelný souhlas výrobce zboží; a
- e) dodání dokladů, které jsou potřebné pro používání zboží (event., které jsou kupujícím požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS – nemocniční informační systém, PACS – picture archiving and communication system apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty nebo atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona o ZP, v případě zboží se zdroji ion. záření i dokumentaci dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon (dále jen „atomový zákon“) a souvisejících prováděcích předpisů; a
- f) provedení všech dalších souvisejících služeb a činností, specifikovaných v příloze č. 2 této smlouvy
- g) podpis Předávacího protokolu o předání a převzetí zboží pověřenými zástupci obou smluvních stran postupem dle předchozího odstavce.

(vše dále též „předání zboží“).

Kupující není povinen zboží převzít, zejména pokud prodávající nedodá zboží v objednaném množství nebo druhovém složení, pokud zboží nebude v předepsané kvalitě a jakosti nebo bude dodáno v poškozeném obalu, nebo prodávající nedodá doklady nutné k převzetí a řádnému užívání zboží. Nepřevzetím zboží dle tohoto odstavce není kupující v prodlení s převzetím zboží. Proávající má v takovém případě povinnost dodat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 pracovních dnů ode dne, kdy kupující zboží či jeho část v souladu s touto smlouvou nepřevzal, zboží nové, či dodat chybějící zboží v požadovaném množství, v souladu s touto smlouvou. V takovém případě se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu, když povinnost prodávajícího dodat zboží je v takovém případě splněna až po jeho řádném předání. Nárok kupujícího na smluvní pokutu a náhradu škody v případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží není tímto ustanovením dotčen.

- 2.3 Bude-li nutné k montáži či instalaci zboží předem provést stavební, bourací nebo technické práce v místě dodání, je kupující oprávněn prodloužit dobu dodání dle odstavce 2. 1. tohoto článku o dobu nutnou pro realizaci takových přípravných prací, o čemž bude bez zbytečného odkladu informovat pověřeného zástupce prodávajícího na jeho e-mailovou adresu. Po dobu realizace přípravných prací není prodávající v prodlení s předáním zboží kupujícímu. O skončení přípravných prací bude kupující pověřeného zástupce prodávajícího bezodkladně e-mailovou zprávou informovat. V takovém případě počne běžet doba dodání dnem odeslání e-mailové zprávy o skončení přípravných prací pověřenému zástupci prodávajícího.
- 2.4 Proávající odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by plnil sám. Proávající je oprávněn použít jen ty poddodavatele, které uvedl ve své nabídce na plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou,



nedojde-li k její změně v souladu s tímto odstavcem smlouvy. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím prodávající prokazoval svou kvalifikaci k plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou, je možná pouze ve výjimečných případech (nemůže-li poddodavatel v důsledku objektivně daných okolností plnit veřejnou zakázku v rozsahu, ve kterém se k jejímu plnění ve smlouvě s prodávajícím zavázal), a to se souhlasem kupujícího. Podmínkou souhlasu kupujícího se změnou tohoto poddodavatele je prokázání splnění příslušné části kvalifikace novým poddodavatelem. Změna ostatních poddodavatelů uvedených v nabídce prodávajícího je možná se souhlasem kupujícího, přičemž kupující není oprávněn souhlas se změnou těchto poddodavatelů bez závažného důvodu odeprít. Seznam jiných osob\_ Seznam poddodavatelů se specifikací jednotlivých rozsahů plnění prodávající vložil do své nabídky v rámci veřejné zakázky a současně tento seznam tvoří přílohu č. 5 této smlouvy.

- 2.5 Prodávající se zavazuje a je povinen zajistit, že zboží nebude zatíženo výhradou vlastnického práva ve prospěch jakékoliv třetí osoby.
- 2.6 Prodávající se zavazuje při plnění této smlouvy dodržovat veškeré interní předpisy kupujícího, jakož i podmínky pro pohyb v místě dodání zboží, se kterými bude kupujícím předem seznámen.

### III.

#### Kupní cena zboží

- 3.1 Celková kupní cena zboží je:  
7 999 000.- Kč bez 15 % DPH,  
[REDACTED]  
[REDACTED]
- 3.2 Kupní cena je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou a je cenou konečnou zahrnující veškeré náklady a činnosti, k nimž je prodávající dle této smlouvy povinen, zejména dodání zboží do místa dodání vč. dopravy, instalace (montáž) zboží a uvedení do provozu.
- 3.3 Kupní cena je uhrazena dnem odepsání příslušné částky ve prospěch účtu prodávajícího a pod variabilním symbolem uvedeným na jednotlivé faktuře.
- 3.4 Prodávající je oprávněn vyúčtovat kupní cenu na základě daňového dokladu (faktury). Daňový doklad musí být vystaven v souladu s ust. § 28 a splňovat další náležitosti vedle náležitostí dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH), zejména pak musí obsahovat:
- identifikaci prodávajícího a kupujícího,
  - den splatnosti,
  - označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba, konstantní a variabilní symbol,
  - odvolávka na tuto smlouvu,
  - razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení účetního dokladu,
  - soupis příloh,
  - číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16\_043/0001405, název projektu: Obnova a rozšíření technického vybavení Oblastní nemocnice Jičín a.s., .....atd.



Fakturu je prodávající oprávněn vystavit až po řádném předání zboží způsobem dle odstavce 2.1, resp. 2.2 této smlouvy. Součástí faktury bude vždy Předávací protokol o předání a převzetí zboží podepsaný pověřenými zástupci na straně prodávajícího a na straně kupujícího, postupem dle odstavce 2.1. této smlouvy.

- 3.5 V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti a přílohy dle předchozího odstavce, je kupující oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se zaplacením. V takovém případě počíná lhůta splatnosti běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury). Daňový doklad (faktura) musí být vystaven v české měně.
- 3.6 Kupující neposkytne prodávajícímu zálohu na kupní cenu.
- 3.7 Faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu na základě řádného protokolu o předání zboží podepsaného oběma smluvními stranami, a to na bankovní účet prodávajícího, který je uveden na faktuře. Za zaplacení kupní ceny je považováno odeslání peněžních prostředků ve výši dle čl. III odst. 3.1 této smlouvy na účet prodávajícího, uvedený na faktuře.
- 3.8 Prodávající dále prohlašuje a potvrzuje, že k datu podpisu této smlouvy není označen správcem daně za nespolehlivého plátce a současně prohlašuje a zavazuje se za to, že veškeré bankovní účty jím uváděné při smluvním styku s kupující, zejména účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy, již byly správci daně řádně oznámeny a jsou řádně zveřejněny v Registru plátců DPH v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty (dále jen „spolehlivý bankovní účet“).
- 3.9 V případě, že účet prodávajícího uvedený ve faktuře se ukáže být jiným než spolehlivým bankovním účtem, nejedná se v případě vystavení faktury dle dohody smluvních stran o řádně vystavený daňový doklad ve smyslu této smlouvy a kupující je oprávněn takový daňový doklad odeslat zpět prodávajícímu k vystavení nového řádného dokladu.
- 3.10 Prodávající se zavazuje v případě, kdy nastane či se projeví jakákoli změna v prohlášeních uvedených v předchozím odstavci a/nebo nastane, či se projeví jakákoli okolnost zakládající potenciální riziko ručení kupujícího za prodávajícím nezaplacenou daň ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty, bez zbytečného odkladu o takovéto skutečnosti písemně informovat kupujícího a dále se zavazuje zjednat co možná nejdříve nápravu tak, aby správce daně kupujícího z titulu ručení nevyzval k poskytnutí plnění za prodávajícího.
- 3.11 Smluvní strany se dohodly, že pokud nastane jakákoli okolnost zakládající riziko vzniku ručení za nezaplacenou daň prodávajícího, předpokládaná zákonem o dani z přidané hodnoty, zejména že prodávající bude označen v Registru plátců DPH správcem daně jako nespolehlivý plátce, či prodávající bude žádat splnění závazku na jiný než spolehlivý bankovní účet, kupující je oprávněn, nikoli však povinen využít institutu zvláštního způsobu zajištění daně ve smyslu ust. § 109a zákona o dani z přidané hodnoty (či jakéhokoliv jiného shodného či obdobného nahrazujícího institutu obsaženého v budoucích změnách příslušného právního předpisu) a zaplatit část svého závazku odpovídající výši daně z přidané hodnoty z konkrétního zdanitelného plnění na příslušný depozitní účet správce daně prodávajícího. Postup dle tohoto odstavce se považuje za řádné splnění závazků kupujícího uhradit sjednanou kupní cenu a souvisejících plnění dle této smlouvy.
- 3.12 Příloha č. 4 obsahuje podrobnou cenovou nabídku prodávajícího, v níž je celková kupní cena dle odst. 3.1 této smlouvy zpracována formou položkového rozpočtu pro účetní účely kupujícího, v členění dle



jednotlivých, samostatně ocenitelných položek dodávky. Samostatně ocenitelnými položkami se v tomto případě rozumí jednotlivé funkční celky nabízeného zboží, které mohou pracovat autonomně (navzájem nezávisle) a lze je účetně zařadit jako samostatná zařízení. Samostatně ocenitelnou položkou není v tomto případě např. spotřební materiál, instruktáž obsluhy ani další související služby a činnosti.

#### IV.

##### Nebezpečí škody na zboží a vlastnické právo ke zboží

- 4.1. Vlastnické právo i nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem předání a převzetí zboží dle této smlouvy.

#### V.

##### Záruka za jakost a Odpovědnost za vady

- 5.1. Prodávající odpovídá za veškeré vady včetně vad právních, které zboží má v době jeho předání kupujícímu, vady zjištěné v období mezi předáním zboží kupujícímu a počátkem běhu záruční doby a vady zjištěné v záruční době, a to bez ohledu na to, v jakém rozsahu provedl kupující prohlídku zboží po jeho převzetí a kdy mohly být vady zjištěny, to vše za podmínky, pokud kupující oznámil vadu v záruční době dle této smlouvy. Vadou zboží se rozumí zejména odchylka v kvalitě dodávaného zboží nebo odchylka proti objednanému druhu či množství, jakož i vada obalu, ve kterém je zboží dodáváno. Prodávající se zavazuje, že zboží si po dobu záruční doby zachová své vlastnosti vymezené touto smlouvou, zejména všechny vlastnosti uvedené v přílohách k této smlouvě, a že v průběhu záruční doby bude způsobilé ke každodennímu použití. Záruční doba za jakost dodaného zboží, tj. funkčnost zboží jako celku na celý předmět plnění dle této smlouvy, činí 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne podpisu Předávacího protokolu o předání a převzetí zboží pověřenými zástupci obou smluvních stran postupem dle odstavce 2. 1. této smlouvy. V případě převzetí zboží s vadami záruční doba počíná běžet až dnem odstranění poslední vady, zjištěné při převzetí zboží s vadami. Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi uplatněním reklamace a odstraněním vady. Uvedená záruční doba se poskytuje také na práce a ty části zboží, které se stanou součástí zboží v důsledku provedení záručních oprav (tj. na vyměněné náhradní díly, obaly zboží apod.).
- 5.2. Pro součásti zboží (přístroje), které mají vlastní záruční listy, je záruční doba stanovena v délce v nich vyznačené, minimálně však v délce dle předchozího odstavce, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.
- 5.3. Prodávající se zavazuje v době záruční doby provádět opravy vad zboží (zejména dle § 66 zákona o ZP), tj. uvedení zboží do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů, provádět dodávky všech náhradních dílů a provádět standardní vylepšení zboží dle pokynů výrobce. Prodávající se zejména zavazuje k tomu, že oprava bude prováděna výhradně pracovníky osoby provádějící servis, splňujícími požadavky § 66 odst. 2 zákona o ZP.
- 5.4. Požadavek na odstranění vady zboží, které se vyskytnou v záruční době, kupující uplatní u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději poslední den záruční doby, a to písemně, nebo na e-mailovou adresu prodávajícího [ztechnik@ztechnik.cz](mailto:ztechnik@ztechnik.cz), (dále jen „reklamace“). I reklamace učiněná kupujícím poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. V reklamaci kupující uvede popis vady nebo informaci o tom, jak se vada projevuje a způsob, jakým požaduje vadu odstranit. Kupující je oprávněn požadovat odstranění vady:
- opravou, je-li vada tímto způsobem odstranitelná, nebo



- dodáním nového plnění, je-li vada opravou neodstranitelná a jedná se vadu podstatnou, která brání v užívání věci nebo znemožňuje její užívání; nebo
- slevou z ceny vadné věci, je-li vada opravou sice neodstranitelná, avšak tato vada není podstatná a nebrání ani neznemožňuje užívání věci.

V případě, že stejná vada vznikne v průběhu záruční doby na přístroji nejméně podruhé nebo vznikne-li na jednom přístroji v průběhu záruční doby více než dvě různé vady, je kupující oprávněn požadovat odstranění vady dodáním nového zboží nebo odstoupit od této smlouvy, i když druhá stejná nebo druhá různá či poslední vada, je vada odstranitelná opravou.

- 5.5. V případě uplatnění reklamace zboží se prodávající zavazuje, že doba nástupu servisní technika na opravu bude maximálně do 48 hodin v pracovních dnech od uplatnění reklamace vůči prodávajícímu, a to v místě instalace vadného zboží (přístroje).
- 5.6. Jde-li o vadu odstranitelnou, zavazuje se prodávající tuto odstranit a uhradit veškeré související náklady nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace u prodávajícího postupem dle odstavce 5. 4. této smlouvy.
- 5.7. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní lhůtu k odstranění vady prodávajícímu splnit, může být písemně dohodnuta přiměřeně delší lhůta. V takovém případě se prodávající zavazuje, že poskytne kupujícímu nejpozději do 24 hodin v pracovních dnech od uplynutí lhůty k odstranění vady až do doby úplného vyřízení reklamace náhradní zboží ve stejné jakosti, provedení a kvalitě, a to bezplatně. Důvoz a odvoz náhradního zboží zajistí prodávající na vlastní náklady.
- 5.8. Ukáže-li se reklamovaná vada jako neodstranitelná, zavazuje se prodávající bez zbytečného odkladu o této skutečnosti informovat kupujícího a v případě, že se jedná o vadu natolik podstatnou, která brání v užívání věci nebo znemožňuje její užívání, zavazuje se prodávající dodat kupujícímu v co nejkratším termínu bezplatně náhradní zboží (přístroj), nejpozději však do 15 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace u prodávajícího a převést vlastnické právo k náhradnímu zboží na kupujícího.
- Náhradní zboží (přístroj) musí splňovat veškeré požadavky kupujícího na jakost, provedení a kvalitu, jakož i další specifikace a podmínky stanovené touto smlouvou pro původně dodaný přístroj, při zachování totožných či lepších parametrů. V takovém případě počíná běžet na náhradní přístroj nová záruční doba dle odstavce 5. 1. této smlouvy. Veškeré náklady na odvoz, demontáž a případnou odbornou likvidaci v souladu s příslušnými právními předpisy původně dodaného přístroje a dodávku náhradního přístroje za podmínek dle této smlouvy včetně veškerých souvisejících nákladů hradí prodávající.
- 5.9. I v případech, kde prodávající reklamaci neuzná, je povinen vadu odstranit – v takovém případě prodávající písemně kupujícího upozorní, že vzhledem k neuznání reklamace se v případě, že se prokáže, že se jednalo o neoprávněně reklamovanou vadu, bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od kupujícího. Pokud prodávající reklamaci neuzná, je kupující oprávněn ověřit oprávněnost reklamace znaleckým posudkem, který si za tím účelem obstará. Bude-li reklamace tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese náklady na odstranění reklamované vady i znaleckého posudku prodávající, který se je zavazuje kupujícímu bez zbytečného odkladu po předložení jejich vyúčtování zaplatit. Prokáže-li se, že kupující reklamoval vadu neoprávněně, je kupující povinen uhradit prodávajícímu prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění neoprávněně reklamované vady.
- 5.10. Neodstraní-li prodávající reklamovanou vadu, nebo pokud prodávající odmítne vadu odstranit, je kupující oprávněn odstranit vadu na své náklady sám či prostřednictvím třetí osoby a prodávající je povinen





kupujícímu uhradit náklady vynaložené na odstranění vady, a to do 21 dnů od jejich uplatnění u prodávajícího. V případech, kdy ze záručního listu vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze autorizovaná osoba, nebo kdy neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv ze záruky, smí kupující vadu odstranit pouze využitím služeb autorizované osoby.

- 5.11. Prodávající je povinen v rámci odstranění vad zboží použít pouze takové náhradní nebo montážní díly a materiál, které jsou originální nebo oficiálně doporučené (schválené) výrobcem zboží, nedohodnou-li se strany výslovně jinak.
- 5.12. Prodávající se zavazuje provádět v době záruky bez vyzvání kupujícími:
- výrobcem předepsané kontroly a prohlídky
  - odbornou údržbu (periodické bezpečnostně technické kontroly) dle § 65 zákona o ZP, v intervalech dle doporučení výrobce

a za tím účelem poskytnout náhradní díly a spotřební materiál nutný k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek. Protokoly o výše uvedených prohlídkách předává prodávající pracovníkovi technického úseku kupujícího.

Prodávající bude shora uvedené činnosti provádět bez nároku na další úplatu nad rámec sjednané kupní ceny.

- 5.13. Další práva kupujícího vyplývající ze záruky za jakost dle obecných právních předpisů, zejména §§ 2113 a násl. občanského zákoníku, nejsou ujednáními této smlouvy dotčena ani omezena.
- 5.14. Další práva kupujícího z vadného plnění dle obecných právních předpisů, zejména §§ 2099 a násl. občanského zákoníku, nejsou ujednáními této smlouvy dotčena ani omezena.

## VI.

### Ostatní práva a povinnosti stran smlouvy

- 6.1. Prodávající je povinen k náhradě veškeré újmy způsobené vadou zboží - přístroje, a to včetně případné újmy na zdraví, životě či majetku osob.
- 6.2. Prodávající je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v areálu kupujícího, jsou-li dotčeny dodáním zboží prodávajícího.
- 6.3. Prodávající odpovídá za veškeré újmy způsobené kupujícímu či třetím osobám prodávajícím při plnění této smlouvy a zavazuje se je nahradit.
- 6.4. Prodávající je povinen k náhradě újmy způsobené činnostmi svých poddodavatelů.
- 6.5. Prodávající je povinen k náhradě újmy způsobné okolnostmi, které mají důvod v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které prodávající použil.
- 6.6. Prodávající prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svoji činností v souvislosti s dodávkou zdravotnického přístroje kupujícímu nebo třetím osobám s pojistnou částkou



minimálně ve výši kupní ceny včetně DPH uvedené výše v této smlouvě v článku III., odst. 3.1, na jednu pojistnou událost a zavazuje se, že bude takto pojištěn po celou dobu trvání této smlouvy

Náklady na pojištění nese prodávající a má je zahrnuté ve sjednané ceně. Potvrzení o těchto pojištěních prodávající předkládá při uzavření smlouvy a v době trvání této smlouvy je povinen na výzvu kupujícího předložit do 5 kalendářních dní doklad o jejich platnosti a rozsahu.

- 6.7. Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací Projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, bude použita tato delší lhůta.
- 6.8. Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat informace a dokumentaci související s realizací Projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 6.9. Prodávající je jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit řídicímu orgánu přístup i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád).

## VII.

### Sankce

- 7.1. Prodávající je v případě prodlení se splněním povinností dodat zboží řádně a včas povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové kupní ceny zboží včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 7.2. Prodávající je povinen v případě prodlení s plněním ve lhůtách stanovených v odstavcích 5. 5. až 5. 8. této smlouvy zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, za každý jednotlivý případ prodlení.
- 7.3. Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s předložením platného dokladu o pojištění od výzvy kupujícího dle odstavce 6. 6. této smlouvy.
- 7.4. Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč ukáže-li se jakékoliv jeho prohlášení v této smlouvě jako nepravdivé.
- 7.5. Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na právo kupujícího požadovat náhradu škody, a to náhradu škody v plném rozsahu vedle smluvní pokuty. Splatnost smluvní pokuty se sjednává ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení výzvy kupujícího k její úhradě.
- 7.6. Kupující se zavazuje, pro případ prodlení s úhradou jakékoliv oprávněně vyfakturované částky, uhradit prodávajícímu zákonný úrok z prodlení z dlužné částky, za každý započatý den prodlení s úhradou dlužné částky.



### VIII.

#### Platnost a účinnost smlouvy, registr smluv

- 8.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 8.2. Prodávající bere na vědomí, že kupující je povinným subjektem ke zveřejnění soukromoprávních smluv v registru smluv.
- 8.3. Prodávající barevně označil v textu této smlouvy pasáže, obsahující obchodní tajemství nebo jiné informace ve smyslu ust. § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, které budou pro účely zveřejnění znečitelné.

### IX.

#### Ukončení smlouvy

- 9.1 Kupující je oprávněn od této smlouvy či její části odstoupit vedle případů sjednaných v jiných ustanoveních této smlouvy (zejména dle odstavce 5.4 této smlouvy) a důvodů stanovených v zákoně, pokud:
  - a) je prodávající v prodlení s dodáním zboží či jeho části po dobu delší než 15 pracovních dnů;
  - b) je prodávající v prodlení s plněním jakékoli jiné povinnosti či závazku plynoucího z této smlouvy delším než 5 pracovních dnů (mezní prodlení), a toto prodlení neodstraní a následky nenapraví ani v přiměřené lhůtě určené kupujícím po uplynutí mezního prodlení v písemné výzvě k nápravě;
  - c) se ukáže jako nepravdivé prohlášení prodávajícího uvedené v odstavci 6. 6. této smlouvy, nebo pojištění prodávajícího pozbude platnosti;
  - d) bude vůči prodávajícímu zahájeno insolvenční řízení nebo jiné obdobné řízení;
  - e) bude vůči prodávajícímu zahájeno exekuční řízení či řízení o výkon rozhodnutí nebo řízení k vymožení částky uložené správním orgánem, včetně příslušného finančního úřadu; nebo
  - f) prodávající rozhodne o vstupu do likvidace nebo o jeho vstupu do likvidace bude rozhodnuto soudem.
- 9.2. Kupující je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud bude ze strany poskytovatele Dotace z důvodů na straně prodávajícího zjištěno pochybení v dosavadním postupu kupujícího nebo kupujícímu nebude ze strany poskytovatele Dotace proplacena Dotace či jakákoliv její část nebo bude Dotace či její část kupujícímu odebrána.
- 9.3. Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit pouze v případě, že kupující bude v prodlení se zaplacením po právu vyfakturované kupní ceny zboží či její části nejméně po dobu 30 kalendářních dnů, kupující byl na toto své prodlení po uplynutí lhůty 30 kalendářních dnů písemně upozorněn a k úhradě nedošlo ani do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy kupující obdržel písemnou výzvu prodávajícího k úhradě.
- 9.4. Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. Závazky z této smlouvy se ruší ke dni doručení odstoupení druhé smluvní straně. V takovém jsou strany povinny provést vypořádání a vrátit si vše, co podle této smlouvy od druhé smluvní strany dostaly, přičemž je na kupujícím, zda poskytnuté zboží dle této smlouvy prodávajícímu vrátí, nebo si jej ponechá. Ponechá-li si kupující zboží poskytnuté dle této smlouvy nebo jen jeho část, není prodávající povinen vracet kupní cenu či její



odpovídající část. Odstoupením od smlouvy však není dotčen nárok na náhradu újmy nebo smluvní pokuty dle této smlouvy.

## X.

### Zvláštní ustanovení

- 10.1. Není-li výše v této smlouvě sjednáno jinak, tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze písemnou dohodou (dodatkem) smluvních stran. Změna smlouvy jinou formou než písemnou formou se nepřipouští, a to s výjimkou změny pověřené osoby z této smlouvy. Změnu pověřených osob ze smlouvy je příslušná smluvní strana oprávněna provést jejich prokazatelným sdělením druhé smluvní straně.
- 10.2. Písemnou formou uzavření smlouvy se pro účely této smlouvy rozumí pouze písemnost v listinné podobě opatřená za podmínek uvedených v § 561 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, podpisy osob jednajících za smluvní strany. Možnost uzavření smlouvy formou dle § 562 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se vylučuje.
- 10.3. Pokud není sjednáno ve smlouvě jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Smluvní strany výslovně sjednávají, že vyloučí jakékoliv použití a aplikaci Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, pokud by se jinak vzhledem k charakteru smluvních stran aplikovala.
- 10.4. Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a nebude se domáhat obnovení jednání o smlouvě, ani pokud by došlo ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění.
- 10.5. Prodávající není oprávněn postoupit jakoukoliv svoji pohledávku, a to ani část pohledávky, za kupujícím, která vznikne na základě a/nebo v souvislosti s touto smlouvou, ani k ní zřídit smluvní zástavní právo, ani postoupit svoje smluvní postavení z této smlouvy na třetí osobu.
- 10.6. Smluvní strany sjednávají, že prodávající není oprávněn započíst si jakoukoliv svoji peněžitou pohledávku za kupujícím, a to ani část své pohledávky, včetně pohledávek získaných postoupením, vůči jakékoliv peněžité pohledávce kupujícího za prodávajícím.
- 10.7. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného.
- 10.8. Doručení úkonů podle této smlouvy proběhne osobně oproti podpisu nebo doporučenou poštou. Zásilací adresy odpovídají adresám v záhlaví této smlouvy. Zásilací adresa může být jednostranně písemným oznámením příslušné smluvní strany změněna s účinky od dne doručení takového písemného oznámení. Zásilka se považuje za doručenu též v případě, jestliže adresát odmítne zásilku převzít nebo ji nevyzvedne ve lhůtě stanovené držitelem poštovní licence. V takovém případě se za den doručení považuje první den uložení zásilky u provozovatele poštovní licence.
- 10.9. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv spory, vyplývající z této smlouvy, budou řešit nejprve smířlivě. Za tím účelem se zejména zavazují podávat si bezodkladně jakákoliv vysvětlení nejasností a v případě potřeby se setkat za účelem smířlivého urovnání sporu. Pokud by nevedla smířlivá jednání k vyřešení sporu,



smluvní strany výslovně sjednávají mezinárodní příslušnost českých soudů, když všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u obecných soudů České republiky dle sídla kupujícího v době zahájení soudního řízení.

- 10.10. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž kupující obdrží dva a prodávající jeden stejnopis.
- 10.11. Účastníci potvrzují, že se seznámili s obsahem této smlouvy, nemají k ní připomínek a tuto uzavírají svobodně, vážně, vědomí si všech jejích důsledků. Zástupci stran výslovně prohlašují, že tuto smlouvu podepsali jako osoby oprávněné za strany jednat a tyto zavazovat.

- 10.12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1 *Technické specifikace /jedná se o přílohu, vyhotovenou výrobcem, prodávajícím distributorem nebo jinou osobou, v českém jazyce, kterou prodávající vložil do své nabídky v rámci veřejné zakázky/*
- Příloha č. 2a) *Technické podmínky 46ks lůžek pro chirurgické odd. Jičín /dle formuláře, který tvořil přílohu č. 2a) zadávací dokumentace veřejné zakázky a prodávající jej vyplnil a vložil do své nabídky v rámci veřejné zakázky/*
- Příloha č. 2b) *Technické podmínky 2ks lůžek pro chirurgické odd. Jičín /dle formuláře, který tvořil přílohu č. 2b) zadávací dokumentace veřejné zakázky a prodávající jej vyplnil a vložil do své nabídky v rámci veřejné zakázky/*
- Příloha č. 2c) *Technické podmínky 4ks lůžek pro interní odd. Jičín /dle formuláře, který tvořil přílohu č. 2c) zadávací dokumentace veřejné zakázky a prodávající jej vyplnil a vložil do své nabídky v rámci veřejné zakázky/*
- Příloha č. 2d) *Technické podmínky 8ks lůžek pro radiační a klinické onkologie Jičín /dle formuláře, který tvořil přílohu č. 2d) zadávací dokumentace veřejné zakázky a prodávající jej vyplnil a vložil do své nabídky v rámci veřejné zakázky/*
- Příloha č. 2e) *Technické podmínky 9ks lůžek pro interní odd. Nový Bydžov /dle formuláře, který tvořil přílohu č. 2e) zadávací dokumentace veřejné zakázky a prodávající jej vyplnil a vložil do své nabídky v rámci veřejné zakázky/*
- Příloha č. 2f) *Technické podmínky 1ks lůžka pro interní odd. Nový Bydžov /dle formuláře, který tvořil přílohu č. 2f) zadávací dokumentace veřejné zakázky a prodávající jej vyplnil a vložil do své nabídky v rámci veřejné zakázky/*
- Příloha č. 2g) *Technické podmínky 27ks lůžek pro LDN „A“ Nový Bydžov /dle formuláře, který tvořil přílohu č. 2g) zadávací dokumentace veřejné zakázky a prodávající jej vyplnil a vložil do své nabídky v rámci veřejné zakázky/*
- Příloha č. 2h) *Technické podmínky 2ks lůžek pro LDN „A“ Nový Bydžov /dle formuláře, který tvořil přílohu č. 2h) zadávací dokumentace veřejné zakázky a prodávající jej vyplnil a vložil do své nabídky v rámci veřejné zakázky/*
- Příloha č. 2i) *Technické podmínky 16ks lůžek pro LDN „B“ Nový Bydžov /dle formuláře, který tvořil přílohu č. 2i) zadávací dokumentace veřejné zakázky a prodávající jej vyplnil a vložil do své nabídky v rámci veřejné zakázky/*
- Příloha č. 3 *Závazný vzor Předávacího protokolu, který tvořil Přílohu č. 3 této smlouvy již v zadávací dokumentaci veřejné zakázky*
- Příloha č. 4 *Položkový rozpočet, který vyhotovil prodávající před podpisem této smlouvy*
- Příloha č. 5 *Seznam jiných osob\_Seznam poddodavatelů, který tvořil přílohu č. 5 zadávací*



EVROPSKA UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

*dokumentace veřejné zakázky a prodávající jej vyplnil a vložil do své nabídky v rámci  
veřejné zakázky*

Prodávající:

V Praze dne 2. 12. 2018

Richard Krutina

jednatel

Kupující:

V Jičíně dne 1. 5. 2019

Ing. Tomáš Sláma, MSc.

předseda představenstva

**Technické podmínky**

Zakázka: Lůžka polohovací vč. příslušenství  
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdicke Předměstí, 506 01 Jičín, IČ. 26001651

Účel použití a obecné požadavky	Požadavek / parametr	ANO / NE	Hodnota / Popis
Univerzální polohovací lůžka bez laterálního náklonu pro standardní oddělení lůžkové péče		ANO	Elegance 2
Místo určení: chirurgické oddělení Jičín			
<b>Technická specifikace lůžek</b>			
Celkový počet lůžek: 46ks			
Provedení ve shodě s normou ČSN EN 60601-2-52:2010		ANO	
Sloupová konstrukce podvozku pro jeho snadné čištění a údržbu a pro zajištění vysoké stability lůžka		ANO	
Provedení kov + plast		ANO	
Ložná plocha z plastových odnímatelných dílů pro snadné čištění a údržbu		ANO	
Šířka ložné plochy min. 850 mm		ANO	
Délka ložné plochy min. 2000 mm		ANO	
Celkové vnější půdorysné rozměry lůžka nesmí být větší než Š x D: 1100 x 2300 mm z důvodu zabezpečení obslužnosti prostřednictvím výtahů a jiných transportních cest		ANO	
Prodloužení ložné plochy o min. 150 mm		ANO	
Bezpečné provozní zatížení min. 230 kg		ANO	
Výška ložné plochy nastavitelná pomocí elektromotoru, min. nastavitelná výška 440 mm nebo nižší		ANO	
4-segmentová ložná plocha		ANO	
Polohování zádového a stehenního dílu ložné plochy pomocí elektromotoru		ANO	
Polohování lýtkového dílu ložné plochy min. mechanické		ANO	
Autoregrese pro eliminaci tlaku a střížných sil při polohování lůžka		ANO	
Poloha "Trendelenburg / Antitrendelenburg" nastavitelná pomocí elektromotoru		ANO	
Poloha "kardiacké křeslo" nastavitelná pomocí elektromotorů prostřednictvím jednoho tlačítka na sesterském ovl. panelu		ANO	
Funkce "CPR" pro rychlé spuštění lůžka do resuscitační polohy		ANO	
Ovladače pro pacienta integrované do pravé i levé hlavové postranice		ANO	
Ovládací panel pro sestru na spirálovém kabelu, zavěsitelný na čelo lůžka, s ochranou proti nechtěnému polohování		ANO	
Oboustranné nožní ovladače pro nastavení parametrů v minimálním rozsahu: výška ložné plochy, vyšetřovací poloha (rovná ložná plocha v nejvyšší výškové pozici), s ochranou proti nechtěnému polohování		ANO	
Povrchová úprava kovových částí: lakování polyesterovými práškovými barvami, barva: bílý nebo metalický odstín RAL		ANO	

Čelo v hlavové části odnímatelné	ANO
Čelo v nožní části odnímatelné	ANO
Provedení čel: plast, barevný dekor dle výběru zadavatele z nabídnutého vzorníku barev	ANO
Nosník hlavového čela pevně spojený s podvozkem pro stabilní uložení čela a příslušenství (nepohybuje se při polohování lůžka)	ANO
4 kolečka o průměru 150 mm, plastová, antistatická, z nich jedno se směrovou aretací pro snadnější transport	ANO
5 kolečko ve středu podvozku pro snadnější řízení lůžka při jeho transportu	ANO
Centrální brzda ovládaná nožně	ANO
Ochrana před opomenutím nezabrzdnutého lůžka jako prevence proti pádu pacienta a současně proti vyřízení napájecího kabelu (signalizace nezabrzdnutého lůžka, nebo automatická brzda lůžka připojeného k síti 230V/50Hz, nebo automatická mechanická brzda lůžka v nejnižší poloze ložné plochy)	ANO
4 vodotěrná gumová nebo plastová ochranná nárazová kolečka v rozích lůžka	ANO
Uchyty pro příslušenství (hrazda, příp. infuzní stojan) v hlavové části	ANO
Hrazda kovová, odnímatelná	ANO
Rukojeť na hrazdu plastová, vč. popruhu s automatickým systémem navjení a pojistkou	ANO
Postranice (P+L) s pokrytím celé délky ložné plochy, barevný dekor dle výběru zadavatele z nabídnutého vzorníku	ANO
Prostorově úsporný systém sklápění postranic bez nutnosti změny jejich vertikální orientace, bezpečně plynulé sklápění s tlumičem (plynovou pružinou)	ANO
Podpora mobilizace pacienta - madlo jako součást postranice (příp. ložné plochy) pro snadnější vstávání v kombinaci s výstupovací funkcí - zdvihem ložné plochy, ovládané tlačítkem, integrovaným do hrany hlavové postranice (příp. do madla)	ANO
Plastový kryt podvozku pro snadné čištění a údržbu lůžka a pro ochranu mechanických a elektrických obvodů v podvozku	ANO
Integrovaný akumulátor pro zajištění funkčnosti lůžka při výpadku el. energie a během transportu	ANO
Oboustranné lišty pro umístění drobného příslušenství (např. držáků lahví a urologických sáčků)	ANO
Teplotka zavěšená na rám nožního čela, plastová, formát A5 (příp. A4), s klipem	ANO
Košik závěsný na močovou lahev	ANO
Držák urologických sáčků	ANO
Držák na 2 ks berlí, přenosný	ANO
	ANO
	ANO
<b>Technická specifikace matrací</b>	
Celkový počet matrací: 46ks	
Pasivní matrace, vhodná pro vyšší riziko vzniku dekubitů (II. - III. stupeň)	ANO
Výška min. 140 mm	ANO
Material: studená HR pěna (hustota min. 45kg/m <sup>3</sup> ) v kombinaci s viscoelastickou pamětovou pěnou (hustota min. 50kg/m <sup>3</sup> )	ANO
Členění matrace do anatomických zón pro dosažení co nejlepší fyziologické polohy těla	ANO
Snímately, paropropustný, omyvatelný a prátelný potah, švy kontinuálně svařované nebo lepené, zip dokola 360°	ANO
Na potahu integrovaná transportní madla pro snadnou manipulaci	ANO



Nosnost min. 200 kg	ANO
Rozměry dle lužka	ANO
<b>Instalační práce a služby</b>	
Požadována je dodávka tzv. "na klíč", tzn. musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:	
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům el. energie	ANO
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během plnění veřejné zakázky	ANO
prokazatelné zaškolení obsluhy v rozsahu, nezbytném pro plné využití zařízení	ANO
uvedení zařízení do klinického provozu	ANO
předání veškeré uživatelské dokumentace v tiskové i elektronické podobě zadavatel v min. rozsahu	
- návod k obsluze v ČJ	ANO
- kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobcí, na všechny dodané stanovené výrobky	
předání kompletní funkční instalace bez vad a nedoděků zadavatel vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu	ANO
poskytování záručního servisu po dobu min. 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu	ANO
po dobu záruky bezplatné provádění odborné údržby dle § 65 zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce	ANO
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu	ANO
<b>Zvláštní požadavky</b>	
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech chirurgického lůžkového oddělení Nemocnice Jičín.	ANO
Dodané zařízení musí být nové, použítí repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřipustné.	ANO
Účastník zadávacího řízení bere na vědomí a souhlasí s tím, že dojde-li během transportu zařízení nebo během instalačních prací a služeb k jakémukoliv poškození nebo narušení stávajících podlah, krytín, výtahů, stavebních prvků, instalací apod., je vybráný dodavatel povinen vzniklé závady opravit a uvést vše do původního stavu na vlastní náklady.	ANO

**Poznámka:** Tento dokument bude tvořit přílohu č. 2a) kupní smlouvy.

V Praze dne: 12-05-2018

Richard Krutina  
jednatelem

Technické podmínky

Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČ: 26001551  
 Zakázka: Lůžka polohovací vč. příslušenství

Účel použití a obecné požadavky	Požadavek / parametr	ANO / NE	Hodnota / Popis
Univerzální polohovací lůžka bez laterálního náklonu pro standardní oddělení lůžkové péče i pro intenzivní péči		ANO	Eleganza 3XC
Místo určení: chirurgické oddělení Jičín			
<b>Technická specifikace lůžek</b>			
Celkový počet lůžek: 2ks			
Provedení ve shodě s normou ČSN EN 60601-2-52:2010		ANO	
Sloupová konstrukce podvozku pro jeho snadné čištění a údržbu a pro zajištění vysoké stability lůžka		ANO	
Provedení kov + plast		ANO	
Ložná plocha z plastových odnímatelných dílů pro snadné čištění a údržbu		ANO	
Šířka ložné plochy min. 850 mm		ANO	
Délka ložné plochy min. 2000 mm		ANO	
Celkové vnější půdorysné rozměry lůžka nesmí být větší než S x D: 1100 x 2300 mm z důvodu zabezpečení obslužnosti prostřednictvím výtahů a jiných transportních cest		ANO	
Prodloužení ložné plochy o min. 150 mm		ANO	
Bezpečné provozní zatížení min. 230 kg		ANO	
Výška ložné plochy nastavitelná pomocí elektromotoru, min. nastavitelná výška 440 mm nebo nižší		ANO	
4-segmentová ložná plocha		ANO	
Polohování zádového a stehenního dílu ložné plochy pomocí elektromotoru		ANO	
Polohování lýtkového dílu ložné plochy min. mechanické		ANO	
Autoregrese pro eliminaci tlaku a střízných sil při polohování lůžka		ANO	
Poloha "Trendelenburg / Antitrendelenburg", nastavitelná pomocí elektromotoru		ANO	
Poloha "Kardiacké křeslo", nastavitelná pomocí elektromotoru prostřednictvím jednoho tlačítka na sesterském ovl. panelu		ANO	
Funkce "CPR" pro rychlé spuštění lůžka do resuscitační polohy		ANO	
Ovladače pro pacienta integrované do pravé i levé hlavové postranice		ANO	
Ovládací panel pro sestru na spirálovém kabelu, zavěsitelný na čelo lůžka, s ochranou proti nechtěnému polohování		ANO	
Oboustranné nožní ovladače pro nastavení parametrů v minimálním rozsahu: výška ložné plochy, vyšetřovací poloha (rovná ložná plocha v nejvyšší výškové pozici), s ochranou proti nechtěnému polohování		ANO	

Povrchová úprava kovových částí, lakování polyesterovými práškovými barvami, barva bílý nebo metalický odstín RAL	ANO
Celo v hlavové části odnímatelné	ANO
Celo v nožní části odnímatelné	ANO
Provedení čel, plast, barevný dekor dle výběru zadavatele z nabídnutého vzorníku barev	ANO
4 kolečka o průměru 150 mm, plastová, antistatická, z nich jedno se směrovou aretací pro snadnější transport	ANO
5. kolečko ve středu podvozku pro snadnější řízení lůžka při jeho transportu	ANO
Centrální brzda ovládaná nožně	ANO
Ochrana před opomenutím nezabrzdnutého lůžka jako prevence proti pádu pacienta a současně proti vytřížení napájecího kabelu (signalizace nezabrzdnutého lůžka, nebo automatická brzda lůžka připojeného k síti 230V/50Hz nebo automatická mechanická brzda lůžka v nejnižší poloze ložné plochy)	ANO
4 vodotěrná gumová nebo plastová ochranná nárazová kolečka v rozích lůžka	ANO
Úchyt pro příslušenství (hrazda, příp. infuzní stojan) v hlavové části	ANO
Hrazda kovová, odnímatelná	ANO
Rukojeť na hrazdu plastová, vč. popruhu s automatickým systémem navjívání a pojistkou	ANO
Postranice (P+L) s pokrytím celé délky ložné plochy, barevný dekor dle výběru zadavatele z nabídnutého vzorníku	ANO
Prostorové úsporný systém sklápění postranic bez nutnosti změny jejich vertikální orientace, bezpečně plynulé sklápění s itumicémem (plynovou pružinou)	ANO
Podpora mobilizace pacienta - madlo jako součást postranice (příp. ložné plochy) pro snadnější vstávání v kombinaci s vystupovací funkcí - zdvihem ložné plochy, ovládané tlačítkem, integrovaným do hrany hlavové postranice (příp. do madla)	ANO
Integrovaný vázicí systém, umožňující vážení pacienta v absolutním i přírůstkovém režimu, s pamětí naměřených hodnot a s eliminací vlivu přidávaných a odebíraných předmětů na vlastní hmotnost pacienta, váživost min. 200kg, provedení jako stanovené měřidlo dle NV č. 121/2016 Sb.	ANO
Plastový kryt podvozku pro snadné čištění a údržbu lůžka a pro ochranu mechanických a elektrických obvodů v podvozku	ANO
Integrovaný akumulátor pro zajištění funkčnosti lůžka při výpadku el. energie a během transportu	ANO
Oboustranné lišty pro umístění drobného příslušenství (např. držáků lahví a urologických sáčků)	ANO
Teplotka zavěsitelná na rám nožního čela, plastová, formát A5 (příp. A4), s klípem	ANO
Košík zavěsný na močovou lahev	ANO
Držák urologických sáčků	ANO
Držák na 2 ks berlí, přenosný	ANO
<b>Technická specifikace matrací</b>	
Celkový počet matrací: 2ks	ANO
Pasivní matrace, vhodná pro vyšší riziko vzniku dekubitů (II. - III. stupeň)	ANO
Výška min. 140 mm	ANO
Materiál: studená HR pěna (hustota min. 45kg/m <sup>3</sup> ) v kombinaci s viscoelastickou paměťovou pěnou (hustota min. 50kg/m <sup>3</sup> )	ANO
Cílení matrace do anatomických zón pro dosažení co nejlepší fyziologické polohy těla	ANO

Snímání, paropropustný, omyvatelný a prátelný polah, švy kontinuálně svařované nebo lepené zip dokola 360°	ANO
Na potahu integrovaná transportní madla pro snadnou manipulaci	ANO
Nosnost min. 200 kg	ANO
Rozměry dle lůžka	ANO
<b>Instalační práce a služby</b>	
Požadována je dodávka tzv. "na klíč", tzn. musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:	ANO
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům el. energie	ANO
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během plnění veřejné zakázky	ANC
prokazatelné zaškolení obsluhy v rozsahu, nezbytném pro plné využití zařízení	ANO
uvedení zařízení do klinického provozu	ANO
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu:	
- návod k obsluze v ČJ	ANO
- kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobcí, na všechny dodané stanovené výrobky	
předání kompletní funkční instalace bez vad a nedodělků zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu	ANO
poskytování záručního servisu po dobu min. 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu	ANO
po dobu záruky bezplatné provádění odborné údržby dle § 65 zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce	ANO
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu	ANO
<b>Zvláštní požadavky</b>	
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech chirurgického lůžkového oddělení Nemocnice Jičín.	ANO
Dodané zařízení musí být nové, použítí repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřipustné	
Účastník zadávacího řízení bere na vědomí a souhlasí s tím, že dojde-li během transportu zařízení nebo během instalačních prací a služeb k jakémukoliv poškození nebo narušení stávajících podlah, krytín, výtahů, stavebních prvků, instalací apod., je vybraný dodavatel povinen vzniklé závady opravit a uvést vše do původního stavu na vlastní náklady.	ANO

**Poznámka:** Tento dokument bude tvořit přílohu č. 2b) kupní smlouvy.

V Praze, dne: 17.05.2018

Richard Krutina  
Jednatel

Technické podmínky

Zakázka: Lůžka polohovací vč. příslušenství  
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdicke Předměstí, 506 01 Jičín, IČ: 26001551

Účel použití a obecné požadavky	Požadavek / parametr	ANO / NE	Hodnota / Popis
Univerzální polohovací lůžka bez laterálního naklonu pro standardní oddělení lůžkové péče		ANO	Eleganční 2
Místo určení: interní oddělení Jičín			
<b>Technická specifikace lůžek</b>			
Celkový počet lůžek: 4ks			
Provedení ve shodě s normou ČSN EN 60601-2-52:2010		ANO	
Sloupová konstrukce podvozku pro jeho snadné čištění a údržbu a pro zajištění vysoké stability lůžka		ANO	
Provedení kov + plast		ANO	
Ložná plocha z plastových odnímatelných dílů pro snadné čištění a údržbu		ANO	
Šířka ložné plochy min. 850 mm		ANO	
Délka ložné plochy min. 2000 mm		ANO	
Celkové vnější půdorysné rozměry lůžka nesmí být větší než Š x D: 1100 x 2300 mm z důvodu zabezpečení obslužnosti prostřednictvím výtahů a jiných transportních cest		ANO	
Prodloužení ložné plochy o min. 150 mm		ANO	
Bezpečné provozní zatížení min. 230 kg		ANO	
Výška ložné plochy nastavitelná pomocí elektromotoru, min. nastavitelná výška 440 mm nebo nižší		ANO	
4-segmentová ložná plocha		ANO	
Polohování zádového a stehenního dílu ložné plochy pomocí elektromotoru		ANO	
Polohování lýtkového dílu ložné plochy min. mechanické		ANO	
Autoregrese pro eliminaci tlaku a střízných sil při polohování lůžka		ANO	
Poloha "Trendelenburg / Antitrendelenburg" nastavitelná pomocí elektromotoru		ANO	
Poloha "kardiacké křeslo" nastavitelná pomocí elektromotorů prostřednictvím jednoho tlačítka na sesterském ovl. panelu		ANO	
Funkce "CPR" pro rychlé spuštění lůžka do resuscitační polohy		ANO	
Ovladače pro pacienta integrované do pravé i levé hlavové postranice		ANO	
Ovládací panel pro sestru na spirátovém kabelu, zavěsitelný na čelo lůžka, s ochranou proti nechtěnému polohování		ANO	
Oboustranné nožní ovladače pro nastavení parametrů v minimálním rozsahu: výška ložné plochy, vyšetřovací poloha (rovná ložná plocha v nejvyšší výškové pozici), s ochranou proti nechtěnému polohování		ANO	



Povrchová úprava kovových částí: lakování polyesterovými práškovými barvami, barva, bílý nebo metalický odstín RAL	ANO
Celo v hlavové části odnímatelné	ANO
Celo v nožní části odnímatelné	ANO
Provedení čel: plast, barevný dekor dle výběru zadavatele z nabídnutého vzorníku barev	ANO
Nosník hlavového čela pevně spojený s podvozkem pro stabilní uložení čela a příslušenství (nepohybuje se při polohování lůžka)	ANO
4 kolečka o průměru 150 mm, plastová, antistatická, z nich jedno se směrovou aretací pro snadnější transport	ANO
5. kolečko ve středu podvozku pro snadnější řízení lůžka při jeho transportu	ANO
Centrální brzda ovládaná nožně	ANO
Ochrana před opomenutím nezabrzdnutého lůžka jako prevence proti pádu pacienta a současně proti vytržení napájecího kabelu (signalizace nezabrzdnutého lůžka, nebo automatická brzda lůžka připojeného k síti 230V/50Hz, nebo automatická mechanická brzda lůžka v nejnižší poloze ložné plochy)	ANO
4 vodorovná gumová nebo plastová ochranná narazová kolečka v rozích lůžka	ANO
Úchyty pro příslušenství (hrazda, příp. infuzní stojan) v hlavové části	ANO
Hrazda kovová, odnímatelná	ANO
Rukojeť na hrazdu plastová, vč. popruhu s automatickým systémem navijení a pojistkou	ANO
Postranice (P+L) s pokrytím celé délky ložné plochy, barevný dekor dle výběru zadavatele z nabídnutého vzorníku	ANO
Prostorové úsporný systém sklápění postranic bez nutnosti změny jejich vertikální orientace, bezpečné plynulé sklápění s tlumičem (plynovou pružinou)	ANO
Podpora mobilizace pacienta - madlo jako součást postranice (příp. ložné plochy) pro snadnější vstávání v kombinaci s výstupovací funkcí - zdvihem ložné plochy, ovládané tlačítkem, integrovaným do hrany hlavové postranice (příp. do madla)	ANO
Plastový kryt podvozku pro snadné čištění a údržbu lůžka a pro ochranu mechanických a elektrických obvodů v podvozku	ANO
Integrovaný akumulátor pro zajištění funkčnosti lůžka při výpadku el. energie a během transportu	ANO
Infuzní stojan celokovový	ANO
Oboustranné listy pro umístění drobného příslušenství (např. držáků lahví a urologických sáčků)	ANO
Košik závěsný na močovou lahev	ANO
Držák urologických sáčků	ANO
Držák na 2 ks berlí, přenosný	ANO
<b>Technická specifikace matrací</b>	
Celkový počet matrací: 4ks	
Pasivní matrace, vhodná pro vyšší riziko vzniku dekubitů (II. - III. stupeň)	
Výška min. 140 mm	
Materiál: studená HR pěna (hustota min. 45kg/m <sup>3</sup> ) v kombinaci s viscoelastickou paměťovou pěnou (hustota min. 50kg/m <sup>3</sup> )	
Členění matrace do anatomických zón pro dosažení co nejlepší fyziologické polohy těla	
	ANO
	ANO
	ANO
	ANO
	ANO

Snímateľný, paropropustný, omyvateľný a prašný potah, švý koninainé svařované nebo lepené, zip dokola 360°	ANO
Na potahu integrovaná transportní madla pro snadnou manipulaci	ANO
Nosnost min. 200 kg	ANO
Rozměry dle ližka	ANO
<b>Instalační práce a služby</b>	
Požadována je dodávka tzv. "na klíč", tzn. musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:	ANO
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům el. energie	ANO
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během plnění veřejné zakázky	ANO
prokazatelné zaškolení obsluhy v rozsahu, nezbytném pro plně využití zařízení	ANO
uvedení zařízení do klinického provozu	ANO
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu:	
- návod k obsluze v ČJ	ANO
- kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobcí, na všechny dodané stanovené výrobky	ANO
předání kompletní funkční instalace bez vad a nedoděků zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu poskytování záručního servisu po dobu min. 24 měsíců od obousměrného potvrzení předávacího protokolu	ANO
po dobu záruky bezplatné provádění odborné údržby dle § 65 zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce	ANO
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu	ANO
<b>Zvláštní požadavky</b>	
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech interního lůžkového oddělení Nemocnice Jičín.	ANO
Dodané zařízení musí být nové, použítí repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřijatelné.	ANO
Účastník zadávacího řízení bere na vědomí a souhlasí s tím, že dojde-li během transportu zařízení nebo během instalačních prací a služeb k jakémukoliv poškození nebo narušení stávajících podlah, krytín, výtahů, stavebních prvků, instalací apod., je vybraný dodavatel povinen vzniklé závady opravit a uvést vše do původního stavu na vlastní náklady.	ANO

**Poznámka:** Tento dokument bude tvořit přílohu č. 2c) kupní smlouvy.

V Praze dne: 12.05.2018

### Technické podmínky

Zakázka: Lůžka polohovací vč. příslušenství

Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČ: 26001551

Učel použití a obecné požadavky	Požadavek / parametr	ANO / NE	Hodnota / Popis
Univerzální polohovací lůžka bez laterálního náklonu pro standardní oddělení lůžkové péče		ANO	GENEO
Místo určení: oddělení radiční a klinické onkologie Jičín			
<b>Technická specifikace lůžek</b>			
Celkový počet lůžek: 8ks		ANO	
Provedení ve shodě s normou ČSN EN 60601-2-52:2010		ANO	
Provedení kov + plast		ANO	
Ložná plocha z plastových odnímatelných dílů pro snadné čištění a údržbu		ANO	
Sířka ložné plochy min. 850 mm		ANO	
Délka ložné plochy min. 2000 mm		ANO	
Celkové vnější půdorysné rozměry lůžka nesmí být větší než Š x D: 1100 x 2300 mm z důvodu zabezpečení obslužnosti prostřednictvím výtahů a jiných transportních cest		ANO	
Proloužení ložné plochy o min. 150 mm		ANO	
Bezpečné provozní zatížení min. 230 kg		ANO	
Výška ložné plochy nastavitelná pomocí elektromotoru, min. nastavitelná výška 440 mm nebo nižší		ANO	
4-segmentová ložná plocha		ANO	
Polohování zadového a stehenního dílu ložné plochy pomocí elektromotoru		ANO	
Polohování lýtkového dílu ložné plochy min. mechanické		ANO	
Autoregrese pro eliminaci tlaku a sřizných sil při polohování lůžka		ANO	
Poloha "Trendelenburg / Antitrendelenburg" nastavitelná pomocí elektromotoru		ANO	
Poloha "kardiacké křeslo" nastavitelná pomocí elektromotorů prostřednictvím jednoho tlačítka na sesterském ovl. panelu		ANO	
Funkce "CPR" pro rychlé spuštění lůžka do resuscitační polohy		ANO	
Kabelový ruční ovladač pro pacienta s ochranou proti nechtěnému polohování		ANO	
Ovládací panel pro sestru na spirálovém kabelu, zavěsitelný na čelo lůžka, s ochranou proti nechtěnému polohování		ANO	
Povrchová úprava kovových částí: lakování polyesterovými práškovými barvami, barva: bílý nebo metalický odstín RAL		ANO	
Čelo v hlavové části odnímatelné		ANO	
Čelo v nožní části odnímatelné		ANO	



Vypíně čel plastové nebo laminátové, barva dle výběru zadavatele z nabídnutého vzorníku barev	ANO
4 kolečka o průměru 150 mm, plastová, antistatická, z nich jedno se směrovou aretací pro snadnější transport	ANO
Centrální brzda ovládaná nožně	ANO
4 vodorovná gumová nebo plastová ochranná nárazová kolečka v rozích lůžka	ANO
Uchyty pro příslušenství (hrazda, příp. infuzní stojan) v hlavové části	ANO
Hrazda kovová, odnímatelná	ANO
Rukojeť na hrazdu plastová, vč. popruhu s automatickým systémem navijení a pojistkou	ANO
Postranice (P+L) s pokrytím celé délky ložné plochy, kovové, nedělené nebo max. dvoudílné dělené, možnost uzamčení proti nechtěnému spuštění pacientem, barevný dekor dle výběru zadavatele z nabídnutého vzorníku	ANO
Řešení postranic průběžný systém, ukotvení a pohyb v krajních vertikálních listách, s prodloužením o min. 150mm	ANO
Infuzní stojan celokovový	ANO
Oboustranné listy pro umístění drobného příslušenství (např. držáků lahvi a urologických sáčků)	ANO
Košík závěsný na močovou lahev	ANO
Držák urologických sáčků	ANO
Držák na 2 ks berlí, přenosný	ANO
<b>Technická specifikace matrací</b>	
Celkový počet maticí: 8ks	ANO
Pasivní matrace, vhodná pro vyšší riziko vzniku dekubitů (II. - III. stupeň)	ANO
Výška min. 140 mm	ANO
Materiál: studená HR pěna (hustota min. 45kg/m <sup>3</sup> ) v kombinaci s viscoelastickou paměťovou pěnou (hustota min. 50kg/m <sup>3</sup> )	ANO
Členění matrace do anatomických zón pro dosažení co nejlepší fyziologické polohy těla	ANO
Snímatelný, paropropustný, omyvatelný a prátelný potah, švy kontinuálně svařované nebo lepené, zip dokola 360°	ANO
Na potahu integrovaná transportní madla pro snadnou manipulaci	ANO
Nosnost min. 200 kg	ANO
Rozměry dle lůžka	ANO
<b>Instalační práce a služby</b>	
Požadována je dodávka tzv. "na klíč", tzn. musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předemtu plnění veřejné zakázky, zejména:	ANO
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům el. energie	ANO
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během plnění veřejné zakázky	ANO
prokazatelné zaškolení obsluhy v rozsahu, nezbytném pro plné využití zařízení	ANO
uvedení zařízení do klinického provozu	ANO

<p>předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- návod k obsluze v ČJ</li> <li>- kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobcí, na všechny dodané stanovené výrobky</li> </ul>	ANO
<p>předání kompletní funkční instalace bez vad a nedodělků zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu</p>	ANO
<p>poskytování záručního servisu po dobu min. 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu</p>	ANO
<p>po dobu záruky bezplatné provádění odborné údržby dle § 65 zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce</p>	ANO
<p>další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu</p>	ANO
<p><b>Zvláštní požadavky</b></p>	
<p>Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech lůžkového oddělení radiční a klinické onkologie Nemocnice Jičín.</p>	ANO
<p><b>Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřijatelné.</b></p>	ANO
<p>Účastník zadávacího řízení bere na vědomí a souhlasí s tím, že dojde-li během transportu zařízení nebo během instalačních prací a služeb k jakémukoliv poškození nebo narušení stávajících podlah, krytín, výtahů, stavebních prvků, instalací apod., je vybraný dodavatel povinen vzniklé závady opravit a uvést vše do původního stavu na vlastní náklady</p>	ANO

**Poznámka:** Tento dokument bude tvořit přílohu č. 2d) kupní smlouvy.

V Praze, dne: 17.05.2018

**Technické podmínky**

Zakázka: Lůžka polohovací vč. příslušenství

Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Vaidické Předměstí, 506 01 Jičín, IČ: 26001551

Účel použití a obecné požadavky	Požadavek / parametr	ANO / NE	Hodnota / Popis
Univerzální polohovací lůžka bez laterálního náklonu pro standardní ošetření lůžkové péče		ANO	GENFO
Místo určení: interní oddělení Nový Bydžov			
<b>Technická specifikace lůžek</b>			
Celkový počet lůžek: 9ks		ANO	
Provedení ve shodě s normou ČSN EN 60601-2-52:2010		ANO	
Provedení: kov + plast		ANO	
Ložná plocha z plastových odnímatelných dílů pro snadné čištění a údržbu		ANO	
Šířka ložné plochy min. 850 mm		ANO	
Délka ložné plochy min. 2000 mm		ANO	
Celkové vnější půdorysné rozměry lůžka nesmí být větší než S x D: 1050 x 2300 mm z důvodu zabezpečení obslužnosti prostřednictvím výtahů a jiných transportních cest		ANO	
Prodloužení ložné plochy o min. 150 mm		ANO	
Bezpečné provozní zatížení min. 230 kg		ANO	
Výška ložné plochy nastavitelná pomocí elektromotoru, min. nastavitelná výška 440 mm nebo nižší		ANO	
4-segmentová ložná plocha		ANO	
Polohování zádového a stehenního dílu ložné plochy pomocí elektromotoru		ANO	
Polohování lýtkového dílu ložné plochy min. mechanické		ANO	
Autoregrese pro eliminaci tlaku a sřízných sil při polohování lůžka		ANO	
Poloha "Trendelenburg / Antitrendelenburg" nastavitelná pomocí elektromotoru		ANO	
Poloha "kardiacké křeslo" nastavitelná pomocí elektromotorů, prostřednictvím jednoho tlačítka na sesterském ovl. panelu		ANO	
Funkce "CPR" pro rychlé spuštění lůžka do resuscitační polohy		ANO	
Kabelový ruční ovladač pro pacienta s ochranou proti nechtěnému polohování		ANO	
Ovládací panel pro sestru na spirálovém kabelu, zavěsitelný na čelo lůžka, s ochranou proti nechtěnému polohování		ANO	
Povrchová úprava kovových částí: lakování polyesterovými práškovými barvami, barva: bílý nebo metalický odstín RAL		ANO	
Celo v hlavové části odnímatelné		ANO	
Celo v nožní části odnímatelné		ANO	
Výplně čel plastové nebo laminátové, barva: dle výběru zadavatele z nabídnutého vzorníku barev		ANO	

4 kolečka o průměru 150 mm, plastová, antistatická, z nich jedno se směrovou aretací pro snadnější transport.	ANO
Centrální brzda ovládaná nožně	ANO
4 vodorovná gumová nebo plastová ochranná nárazová kolečka v rozích lůžka	ANO
Úchyty pro příslušenství (hrazda, příp. infuzní stojan) v hlavové části	ANO
Hrazda kovová, odnímatelná	ANO
Rukojeť na hrazdu plastová, vč. popruhu s automatickým systémem navijení a pojistkou	ANO
Postranice (P+L) s pokrytím celé délky ložné plochy, kovové, nedělené nebo max. dvoudílné dělené, možnost uzamčení proti nechtěnému spuštění pacientem, barevný dekor dle výběru zadavatele z nabídnutého vzorníku	ANO
Řešení postranic: průběžný systém, ukotvení a pohyb v krajních vertikálních listách, s prodloužením o min. 150mm	ANO
Infuzní stojan celokovový	ANO
Polička na psaní sklápěcí, závěsná na nožní čelo lůžka	ANO
Oboustranné lišty pro umístění drobného příslušenství (např. držáků lahví a urologických sáčků)	ANO
Jmenovka na rám nožního čela mała, plastová, nasazovací, průhledná	ANO
Košík závěsný na močovou lahev	ANO
Držák urologických sáčků	ANO
Držák na 2 ks berlí, přenosný	ANO
<b>Technická specifikace matrací</b>	
Celkový počet matrací: 9ks	ANO
Pasivní matrace, vhodná pro vyšší riziko vzniku dekubitů (II. - III. stupeň)	ANO
Výška min. 140 mm	ANO
Materiál: studená HR pěna (hustota min. 45kg/m <sup>3</sup> ) v kombinaci s viscoelastickou pamětovou pěnou (hustota min. 50kg/m <sup>3</sup> )	ANO
Členění matrace do anatomických zón pro dosažení co nejlepší fyziologické polohy těla	ANO
Snímavelný, paropropustný, omyvatelný a prátelný potah, švy kontinuálně svařované nebo lepené, zip dokola 360°	ANO
Na polohu integrovaná transportní madla pro snadnou manipulaci	ANO
Nosnost min. 200 kg	ANO
Rozměry dle lůžka	ANO
<b>Instalační práce a služby</b>	
Požadována je dodávka tzv. "na klíč", tzn. musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmetu plnění veřejné zakázky, zejména:	ANO
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům el. energie	ANO
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během plnění veřejné zakázky	ANO
prokazatelné zaškolení obsluhy v rozsahu, nezbytném pro plné využití zařízení	ANO
uvedení zařízení do klimatického provozu	ANO

<p>předání veškeré uzivatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu</p> <p>- návod k obsluze v ČJ</p> <p>- kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobcí, na všechny dodané stanovené výrobky</p> <p>předání kompletní funkční instalace bez vad a nedodělků zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu</p> <p>poskytování záručního servisu po dobu min. 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu</p> <p>po dobu záruky bezplatně provádění odborné údržby dle § 65 zak. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce</p> <p>další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu peněžní zakázky v plném rozsahu</p>	ANO	
<b>Zvláštní požadavky</b>		
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech interního lůžkového oddělení Nemocnice Nový Bydžov.	ANO	
Dodané zařízení musí být nové, použítí repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřijatelné.	ANO	
Účastník zadávacího řízení bere na vědomí a souhlasí s tím, že dojde-li během transportu zařízení nebo během instalačních prací a služeb k jakémukoliv poškození nebo narušení stávajících podlah, krytín, výtahů, stavebních prvků, instalací apod., je vybraný dodavatel povinen vzniklé závady opravit a uvést vše do původního stavu na vlastní náklady.	ANO	

**Poznámka:** Tento dokument bude tvořit přílohu č. 2e) kupní smlouvy.

V Praze, dne: ...12.05.2018...

Technické podmínky

Zakázka: Lůžka polohovací vč. příslušenství  
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČ: 26001551

Účel použití a obecné požadavky	Požadavek / parametr	ANO / NE	Hodnota / Popis
Univerzální polohovací lůžka s laterálním náklonem pro standardní oddělení lůžkové péče i pro intenzivní péči		ANO	Eleganza 5
Místo určení: interní oddělení Nový Bydžov			
<u>Technická specifikace lůžek</u>			
Celkový počet lůžek: 1ks			
Provedení ve shodě s normou ČSN EN 60601-2-52:2010		ANO	
Sloupová konstrukce podvozku pro jeho snadné čištění a údržbu, pro zajištění vysoké stability lůžka a pro umožnění funkce laterálního náklonu		ANO	
Provedení kov + plast		ANO	
Ložná plocha z plastových odnímatelných dílů pro snadné čištění a údržbu		ANO	
Šířka ložné plochy min. 850 mm		ANO	
Délka ložné plochy min. 2000 mm		ANO	
Celkové vnější půdorysné rozměry lůžka nesmí být větší než Š x D: 1050 x 2300 mm z důvodu zabezpečení obslužnosti prostřednictvím výtahů a jiných transportních cest		ANO	
Prodloužení ložné plochy o min. 150 mm		ANO	
Bezpečné provozní zatížení min. 230 kg		ANO	
Výška ložné plochy nastavitelná pomocí elektromotoru, min. nastavitelná výška 440 mm nebo nižší		ANO	
4-segmentová ložná plocha		ANO	
Polohování zadového a stehenního dílu ložné plochy pomocí elektromotoru		ANO	
Polohování lýtkového dílu ložné plochy min. mechanické		ANO	
Autoregrese pro eliminaci tlaku a střížných sil při polohování lůžka		ANO	
Poloha "Trendelenburg / Antitrendelenburg" nastavitelná pomocí elektromotoru		ANO	
Oboustranný laterální náklon min. +/- 15°		ANO	
Poloha "kardiacké křeslo" nastavitelná pomocí elektromotorů prostřednictvím jednoho tlačítka na sesterském ovl. panelu		ANO	
Funkce "CPR" pro rychlé spuštění lůžka do resuscitační polohy		ANO	
Ovladače pro pacienta integrované do pravé i levé hlavové postranice		ANO	
Ovládací panel pro sestru na spirálovém kabelu, zavěsitelný na čelo lůžka, s ochranou proti nechtěnému polohování		ANO	
Oboustranné nožní ovladače pro výškové nastavení lůžka a pro ovládání laterálního náklonu		ANO	
Povrchová úprava kovových částí: lakování polyesterovými práškovými barvami, barva: bílý nebo metalický odstín RAL		ANO	

## Nemocnice

Čelo hlavové části odnímatelné	ANO
Čelo v nožní části odnímatelné	ANO
Provedení čel, plast, barevný dekor dle výběru zadavatele z nabídnutého vzorníku barev	ANO
4 kolečka o průměru 150 mm, plastová, antistatická, z nich jedno se směrovou aretací pro snadnější transport	ANO
5. kolečko ve středu podvozku pro snadnější řízení lůžka při jeho transportu	ANO
Centrální brzda ovládaná nožně	ANO
Ochrana před opomenutím nezabrzdnutého lůžka jako prevence proti pádu pacienta a současně proti vytržení napájecího kabelu (signalizace nezabrzdnutého lůžka, nebo automatická brzda lůžka připojeného k síti 230V/50Hz, nebo automatická mechanická brzda lůžka v nejnižší poloze ložné plochy)	ANO
4 vodorovná gumová nebo plastová ochranná nárazová kolečka v rozích lůžka	ANO
Úchyty pro příslušenství (hrazda, příp. infuzní stojan) v hlavové části	ANO
Hrazda kovová, odnímatelná	ANO
Rukojeť na hrazdu plastová, vč. popruhu s automatickým systémem navijení a polístkou	ANO
Postranice (P+L) s pokrytím celé délky ložné plochy, barevný dekor dle výběru zadavatele z nabídnutého vzorníku	ANO
Prostorově úsporný systém sklápění postranic bez nutnosti změny jejich vertikální orientace, bezpečné plynulé sklápění s tlumičem (plynovou pružinou)	ANO
Podpora mobilizace pacienta - madlo jako součást postranice (příp. ložné plochy) pro snadnější vstávání v kombinaci s vystupovací funkcí - zdvihem ložné plochy, ovládané tlačítkem, integrovaným do hrany hlavové postranice (příp. do madla) integrovaný vážicí systém, umožňující vážení pacienta v absolutním i přírůstkovém režimu, s pamětí naměřených hodnot a s eliminací vlivu přidávaných a odebraných předmětů na vlastní hmotnost pacienta, váživost min. 200kg, provedení jako stanovené měřidlo dle NV č. 121/2016 Sb.	ANO
Plastový kryt podvozku pro snadné čištění a údržbu lůžka a pro ochranu mechanických a elektrických obvodů v podvozku	ANO
Integrovaný akumulátor pro zajištění funkčnosti lůžka při výpadku el. energie a během transportu	ANO
Infuzní stojan celokovový	ANO
Políčka na psaní sklápěcí, závěsná na nožní čelo lůžka	ANO
Oboustranné lišty pro umístění drobného příslušenství (např. držáků lahví a urologických sáčků)	ANO
Jmenovka na rám nožního čela malá, plastová, nasazovací, průhledná, nebo jmenovka na rám nožního čela závěsná, formát A6	ANO
Košík závěsný na močovou lahev	ANO
Držák urologických sáčků	ANO
Držák na 2 ks berlíí, přenosný	ANO
<b>Technická specifikace matrací</b>	
Celkový počet matrací: 1ks	
Pasivní matrace, vhodná pro vyšší riziko vzniku dekubitů (II. - III. stupeň)	ANO
Výška min. 140 mm	ANO
	ANO

Matrace: studená pěna (hustota min. 45kg/m <sup>3</sup> ) v kombinaci s viscoelastickou paměťovou pěnou (hustota min. 50kg/m <sup>3</sup> )	ANO
Čištění matrace do anatomických zón pro dosažení co nejlepší fyziologické polohy těla	ANO
Snímání, paropropustný, omyvatelný a prateľný potah, svy kontinuálně svařované nebo lepené, zip dokola 360°	ANO
Na polohu integrovaná transportní madla pro snadnou manipulaci	ANO
Nosnost min. 200 kg	ANO
Rozměry dle lůžka	ANO
<b>Instalační práce a služby</b>	
Požadována je dodávka tzv. "na klíč", tzn. musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:	ANO
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům el. energie	ANO
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během plnění veřejné zakázky	ANO
prokazatelné zaškolení obsluhy v rozsahu, nezbytném pro plné využití zařízení	ANO
uvedení zařízení do klinického provozu	ANO
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu:	
- návod k obsluze v ČJ	ANO
- kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobcí, na všechny dodané stanovené výrobky	ANO
předání kompletní funkční instalace bez vad a nedoděků zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu poskytování záručního servisu po dobu min. 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu	ANO
po dobu záruky bezplatné provádění odborné údržby dle § 65 zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce	ANO
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu	ANO
<b>Zvláštní požadavky</b>	
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech interního lůžkového oddělení Nemocnice Nový Bydžov.	ANO
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřipustné.	ANO
Účastník zadávacího řízení bere na vědomí a souhlasí s tím, že dojde-li během transportu zařízení nebo během instalačních prací a služeb k jakémukoliv poškození nebo narušení stávajících podlah, krytín, výtahů, stavebních prvků, instalací apod., je vybráný dodavatel povinen vzniklé závady opravit a uvést vše do původního stavu na vlastní náklady.	ANO

**Poznámka:** Tento dokument bude tvořit přílohu č. 2f) kupní smlouvy.

V Praze, dne: 12.05.2018



**Technické podmínky**

Zakázka: Lůžka polohovací vč. příslušenství  
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČ: 26001551

Požadavek / parametr	ANO / NE	Hodnota / Popis
Účel použití a obecné požadavky		
Univerzální polohovací lůžka bez laterálního naklonu pro standardní oddělení lůžkové péče	ANO	GENEO
Místo určení LDN "A" Nový Bydžov (23ks stanice LDN "A" - revmatologie, 4ks stanice LDN "A2")		
<b>Technická specifikace lůžek</b>		
Celkový počet lůžek: 27ks	ANO	
Provedení ve shodě s normou ČSN EN 60601-2-52:2010	ANO	
Provedení kov + plast	ANO	
Ložná plocha z plastových odnímatelných dílů pro snadné čištění a údržbu	ANO	
Šířka ložné plochy min. 850 mm	ANO	
Délka ložné plochy min. 2000 mm	ANO	
Celkové vnější půdorysné rozměry lůžka nesmí být větší než Š x D: 1100 x 2300 mm z důvodu zabezpečení obslužnosti prostřednictvím výtahu a jiných transportních cest	ANO	
Prodloužení ložné plochy o min. 150 mm	ANO	
Bezpečné provozní zatížení min. 230 kg	ANO	
Výška ložné plochy nastavitelná pomocí elektromotoru, min. nastavitelná výška 280 mm nebo nižší	ANO	
4-segmentová ložná plocha	ANO	
Polohování zadového a stehenního dílu ložné plochy pomocí elektromotoru	ANO	
Polohování lýtkového dílu ložné plochy min. mechanické	ANO	
Autoregrese pro eliminaci tlaku a střízných sil při polohování lůžka	ANO	
Poloha "Trendelenburg / Antitrendelenburg" nastavitelná pomocí elektromotoru	ANO	
Poloha "kardiacké křeslo" nastavitelná pomocí elektromotorů prostřednictvím jednoho tlačítka na sesterském ovl. panelu	ANO	
Funkce "CPR" pro rychlé spuštění lůžka do resuscitační polohy	ANO	
Kabelový ruční ovladač pro pacienta s ochranou proti nechtěnému polohování	ANO	
Ovládací panel pro sestru na spirálovém kabelu, zavěšený na čelo lůžka, s ochranou proti nechtěnému polohování	ANO	
Povrchová úprava kovových částí: lakování polyesterovými práškovými barvami, barva: bílý nebo metalický odstín RAL	ANO	
Čelo v hlavové části odnímatelné	ANO	
Čelo v nožní části odnímatelné	ANO	

Výpíné čelí plastové nebo laminátové, barva, dle výběru zadavatele z nabídnutého vzorníku barev	ANO
4 kolečka o průměru 125 mm, plastová, antistatická, z nich jedno se směrovou aretací pro snadnější transport	ANO
Centrální brzda ovládaná nožně	ANO
Ochrana před opomenutím nezabrzdněného lůžka jako prevence proti pádu pacienta a současně proti vytržení napájecího kabelu (signalizace nezabrzdněného lůžka, nebo automatická brzda lůžka připojeného k síti 230V/50Hz, nebo automatická mechanická brzda lůžka v nejnižší poloze ložné plochy)	ANO
4 vodorovná gumová nebo plastová ochranná nárazová kolečka v rozích lůžka	ANO
Uchyty pro příslušenství (hrazda, příp. infuzní stojan) v hlavové části	ANO
Hrazda kovová, očnímatelná	ANO
Rukojeť na hrazdu plastová, vč. popruhu s automatickým systémem navijení a pojistkou	ANO
Postranice (P+L) s pokrytím celé délky ložné plochy, kovové, nedělené nebo max. dvoudílné dělené, možnost uzamčení proti nechtěnému spuštění pacientem, barevný dekor dle výběru zadavatele z nabídnutého vzorníku	ANO
Řešení postranic: průběžný systém, ukotvení a pohyb v krajních vertikálních listách, s prodloužením o min. 150mm	ANO
Infuzní stojan celokovový	ANO
Výsuvná políčka na lůžkoviny v prostoru pod nožním čelem	ANO
Políčka na psaní sklápěcí, závěsná na nožní čelo lůžka	ANO
Oboustranné listy pro umístění drobného příslušenství (např. držáků lahvi a urologických sáčků)	ANO
Teplotka zavěsitelná na rám nožního čela, plastová, formát A5 (příp. A4), s klipem	ANO
Jmenovka na rám nožního čela malá, plastová, nasazovací, průhledná	ANO
Košík závěsný na močovou lahev	ANO
Držák urologických sáčků	ANO
Držák na 2 ks berlí, přenosný	ANO
<b>Technická specifikace matraci</b>	
Celkový počet matraci: 27ks	
Pasivní matrace, vhodná pro vyšší riziko vzniku dekubitů (II. - III. stupeň)	ANO
Výška min. 140 mm	ANO
Materiál: studená HR pěna (hustota min. 45kg/m <sup>3</sup> ) v kombinaci s viscoelastickou paměťovou pěnou (hustota min. 50kg/m <sup>3</sup> )	ANO
Členění matrace do anatomických zón pro dosažení co nejlepší fyziologické polohy těla	ANO
Snímatelný, paropropustný, omyvatelný a prátelný potah, švy kontinuálně svařované nebo lepené, zip dokola 360°	ANO
Na potahu integrovaná transportní madla pro snadnou manipulaci	ANO
Nosnost min. 200 kg	ANO
Rozměry dle lůžka	ANO
<b>Instalační práce a služby</b>	



**Technické podmínky**

Zakázka: Lůžka polohovací vč. příslušenství  
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČ: 26001551

Účel použití a obecné požadavky	Požadavek / parametr	ANO / NE	Hodnota / Popis
Univerzální polohovací lůžka s laterálním náklonem pro standardní oddělení lůžkové péče		ANO	
Místo určení: LDN "A" Nový Bydžov (stanice LDN "A2")			
<b>Technická specifikace lůžek</b>			
Celkový počet lůžek: 2ks		ANO	
Provedení ve shodě s normou ČSN EN 60601-2-52:2010		ANO	
Sloupová konstrukce podvozku pro jeho snadné čištění a údržbu, pro zajištění vysoké stability lůžka a pro umožnění funkce laterálního náklonu		ANO	
Provedení kov + plast		ANO	
Ložná plocha z plastových odnímatelných dílů pro snadné čištění a údržbu		ANO	
Šířka ložné plochy min. 850 mm		ANO	
Délka ložné plochy min. 2000 mm		ANO	
Celkové vnější půdorysné rozměry lůžka nesmí být větší než Š x D: 1100 x 2300 mm z důvodu zabezpečení obslužnosti prostřednictvím výtahů a jiných transportních cest		ANO	
Prodloužení ložné plochy o min. 150 mm		ANO	
Bezpečné provozní zatížení min. 200 kg		ANO	
Výška ložné plochy nastavitelná pomocí elektromotoru, min. nastavitelná výška 440 mm nebo nižší		ANO	
4-segmentová ložná plocha		ANO	
Polohování zádového a stehenního dílu ložné plochy pomocí elektromotoru		ANO	
Polohování lýtkového dílu ložné plochy min. mechanické		ANO	
Autoregrese pro eliminaci tlaku a střížných sil při polohování lůžka		ANO	
Poloha "Trendelenburg" / "Antitrendelenburg" nastavitelná pomocí elektromotoru		ANO	
Oboustranný laterální náklon min. +/- 15°		ANO	
Poloha "kardiacké křeslo" nastavitelná pomocí elektromotorů prostřednictvím jednoho tlačítka na sesterském ovl. panelu		ANO	
Funkce "CPR" pro rychlé spuštění lůžka do resuscitační polohy		ANO	
Kabelový ruční ovladač pro pacienta s ochranou proti nechtěnému polohování		ANO	
Ovládací panel pro sestru na spirálovém kabelu, zavěsitelný na čelo lůžka, s ochranou proti nechtěnému polohování		ANO	

Oboustranné nožní ovladače pro výškové nastavení lůžka a pro ovládání laterálního naklonu	ANO
Povrchová úprava kovových částí: lakování polyesterovými práškovými barvami, barva: bílý nebo metalický odstín RAL	ANO
Čelo v hlavové části odnímatelné	ANO
Čelo v nožní části odnímatelné	ANO
Výpině čel plastové nebo laminátové, barva: dle výběru zadavatele z nabídnutého vzorníku barev	ANO
4 kolečka o průměru 150 mm, plastová, antistatická, z nich jedno se směrovou aretací pro snadnější transport	ANO
5 kolečka ve středu podvozku pro snadnější řízení lůžka při jeho transportu	ANO
Centrální brzda ovládaná nožně	ANO
Ochrana před opomenutím nezabrzdnutého lůžka jako prevence proti pádu pacienta a současně proti vytížení napájecího kabelu (signalizace nezabrzdnutého lůžka, nebo automatická brzda lůžka připojeného k síti 230V/50-Hz, nebo automatická mechanická brzda lůžka v nejnižší poloze ložné plochy)	ANO
4 vodotěrná gumová nebo plastová ochranná nárazová kolečka v rozích lůžka	ANO
Úchyty pro příslušenství (hrázda, příp. infuzní stojan) v hlavové části	ANO
Hrázda kovová, odnímatelná	ANO
Rukojeť na hrázdu plastová, vč. popruhu s automatickým systémem navlečení a pojistkou	ANO
Postranice (P+L) s pokrytím celé délky ložné plochy, kovové, nedělené nebo max. dvoudílné dělené, možnost uzamčení proti nechtěnému spuštění pacientem, barevný dekor dle výběru zadavatele z nabídnutého vzorníku	ANO
Řešení postranic: průběžný systém, ukotvení a pohyb v krajních vertikálních listách, s prodloužením o min. 150mm	ANO
Plastový kryt podvozku pro snadné čištění a údržbu lůžka a pro ochranu mechanických a elektrických obvodů v podvozku	ANO
Integrovaný akumulátor pro zajištění funkčnosti lůžka při výpadku el. energie a během transportu	ANO
Infuzní stojan celokovový	ANO
Výsuvná políčka na lůžkoviny v prostoru pod nožním čelem	ANO
Políčka na psaní sklápěcí, závěsná na nožní čelo lůžka	ANO
Oboustranné lišty pro umístění drobného příslušenství (např. držáků lahví a urologických sáčků)	ANO
Teplotka zavěsitelná na rám nožního čela, plastová, formát A5 (příp. A4), s klípem	ANO
Jmenovka na rám nožního čela malá, plastová, nasazovací, průhledná	ANO
Košík závěsný na močovou lahev	ANO
Držák urologických sáčků	ANO
Držák na 2 ks beříl, přenosný	ANO
<b>Technická specifikace matrací</b>	
Celkový počet matrací: 2ks	ANO
Pasivní matrace, vhodná pro vyšší riziko vzniku dekubitů (I. - III. stupeň)	ANO
Výška min. 140 mm	ANO
Materiál: studená HR pěna (hustota min. 45kg/m <sup>3</sup> ) v kombinaci s viscoelastickou paměťovou pěnou (hustota min. 50kg/m <sup>3</sup> )	ANO
Členění matrace do anatomických zón pro dosažení co nejlepší fyziologické polohy těla	ANO

Snímateľný, paropropustný, omyvateľný a prateľný potah, švy kontinuálne svařované nebo lepené, zip dokola 360°	ANO
Na potahu integrovaná transportní madla pro snadnou manipulaci	ANO
Nosnost min. 200 kg	ANO
Rozměry dle lůzka	ANO
<b>Instalační práce a služby</b>	
Požadována je dodávka tzv "na klíč", tzn. musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:	
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům el. energie	ANO
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během plnění veřejné zakázky	ANO
prokazatelné zaškolení obsluhy v rozsahu: nezbytném pro plné využití zařízení	ANO
uvedení zařízení do klinického provozu	ANO
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu:	ANO
- návod k obsluze v ČJ	
- kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobcí, na všechny dodané stanovené výrobky	ANO
předání kompletní funkční instalace bez vad a nedodělků zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu	ANO
poskytování záručního servisu po dobu min. 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu	ANO
po dobu záruky bezplatné provádění odborné údržby dle § 65 zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce	ANO
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu	ANO
<b>Zvláštní požadavky</b>	
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech LDN "A" Nemocnice Nový Bydžov.	ANO
Dodané zařízení musí být nové, použítí repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřipustné.	ANO
Účastník zadávacího řízení bere na vědomí a souhlasí s tím, že dojde-li během transportu zařízení nebo během instalačních prací a služeb k jakémukoliv poškození nebo narušení stávajících podlah, krytin, výtahů, stavebních prvků, instalací apod., je vybraný dodavatel povinen vzniklé závady opravit a uvést vše do původního stavu na vlastní náklady.	ANO

**Poznámka:** Tento dokument bude tvořit přílohu č. 2h) kupní smlouvy.

V Praze dne: 17.05.2018

**Technické podmínky**

Zakázka: Lůžka polohovací vč. příslušenství  
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČ: 26001551

Učel použití a obecné požadavky	Požadavek / parametr	ANO / NE	Hodnota / Popis
Univerzální polohovací lůžka bez laterálního náklonu pro standardní oddělení lůžkové péče		ANO	GENEO
Místo určení: LDN "B" Nový Bydžov			
<b>Technická specifikace lůžek</b>			
Celkový počet lůžek: 16ks			
Provedení ve shodě s normou ČSN EN 60601-2-52:2010		ANO	
Provedení kov + plast		ANO	
Ložná plocha z plastových odnímatelných dílů pro snadné čištění a údržbu		ANO	
Šířka ložné plochy min. 850 mm		ANO	
Délka ložné plochy min. 2000 mm		ANO	
Celkové vnější půdorysné rozměry lůžka nesmí být větší než Š x D: 1100 x 2300 mm z důvodu zabezpečení obslužnosti prostřednictvím výtahů a jiných transportních cest		ANO	
Prodloužení ložné plochy o min. 150 mm		ANO	
Bezpečné provozní zatížení min. 230 kg		ANO	
Výška ložné plochy nastavitelná pomocí elektromotoru, min. nastavitelná výška 280 mm nebo nižší		ANO	
4-segmentová ložná plocha		ANO	
Polohování zádového a stehenního dílu ložné plochy pomocí elektromotoru		ANO	
Polohování lýtkového dílu ložné plochy min. mechanické		ANO	
Autoregrese pro eliminaci tlaku a střížných sil při polohování lůžka		ANO	
Poloha "Trendelenburg / Antitrendelenburg" nastavitelná pomocí elektromotoru		ANO	
Poloha "kardiacké křeslo" nastavitelná pomocí elektromotorů prostřednictvím jednoho tlačítka na sesterském ovl. panelu		ANO	
Funkce "CPR" pro rychlé spuštění lůžka do resuscitační polohy		ANO	
Kabelový ruční ovladač pro pacienta s ochranou proti nechtěnému polohování		ANO	
Ovládací panel pro sestru na spirálovém kabelu, zavěsitelný na čelo lůžka, s ochranou proti nechtěnému polohování		ANO	
Povrchová úprava kovových částí: lakování polyesterovými práškovými barvami, barva: bílý nebo metalický odstín RAL		ANO	
Čelo v hlavové části odnímatelné		ANO	
Čelo v nožní části odnímatelné		ANO	

Výplně čel plastové nebo laminátové, barva: dle výběru zadavatele z nabídnutého vzorníku barev	ANO
4 kolečka o průměru 125 mm, plastová, antistatická, z nich jedno se směrovou aretací pro snadnější transport	ANO
Centrální brzda ovládaná nožně	ANO
Ochrana před opomenutím nezabrzdněného lůžka jako prevence proti pádu pacienta a současně proti vytržení napájecího kabelu (signalizace nezabrzdněného lůžka, nebo automatická brzda lůžka připojeného k síti 230V/50Hz, nebo automatická mechanická brzda lůžka v nejnižší poloze ložné plochy)	ANO
4 vodorovná gumová nebo plastová ochranná nárazová kolečka v rozích lůžka	ANO
Úchyty pro příslušenství (hrázda, příp. infuzní stojan) v hlavové části	ANO
Hrázda kovová, odrámatelná	ANO
Rukojeť na hrázdu plastová, vč. popruhu s automatickým systémem navijení a pojistkou	ANO
Posíranice (P+L) s pokrytím celé délky ložné plochy, kovové, nedělené nebo max. dvoudílné dělené, možnost uzamčení proti nechtěnému spuštění pacientem, barevný dekor dle výběru zadavatele z nabídnutého vzorníku	ANO
Řešení postranic: průběžný systém, ukotvení a pohyb v krajních vertikálních listách, s prodloužením o min. 150mm	ANO
Výsuvná políčka na lůžkoviny v prostoru pod nožním čelem	ANO
Políčka na psaní sklápěcí, zavěsná na nožní čelo lůžka	ANO
Oboustranné listy pro umístění drobného příslušenství (např. držáků lahví a urologických sáčků)	ANO
Teplotka zavěsitelná na rám nožního čela, plastová, formát A5 (příp. A4), s klipem	ANO
Jmenovka na rám nožního čela malá, plastová, nasazovací, průhledná	ANO
Košík závěsný na močovou lahev	ANO
Držák urologických sáčků	ANO
Držák na 2 ks berlí, přenosný	ANO
<b>Technická specifikace matrací</b>	
Celkový počet matrací: 16ks	
Pasivní matrace, vhodná pro vyšší riziko vzniku dekubitů (II. - III. stupeň)	ANO
Výška min. 140 mm	ANO
Materiál: studená HR pěna (hustota min. 45kg/m <sup>3</sup> ) v kombinaci s viscoelastickou pamětovou pěnou (hustota min. 50kg/m <sup>3</sup> )	ANO
Členění matrace do anatomických zón pro dosažení co nejlepší fyziologické polohy těla	ANO
Snímatelný, paropropustný, omyvatelný a prátelný potah, švy kontinuálně svařované nebo lepené, zip dokola 360°	ANO
Na potahu integrovaná transportní madla pro snadnou manipulaci	ANO
Nosnost min. 200 kg	ANO
Rozměry dle lůžka	ANO
<b>Instalační práce a služby</b>	



Požadována je dodávka tzv. "na klíč", tzn. musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:	ANO
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům el. energie	ANO
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během plnění veřejné zakázky	ANO
prokazatelné zaškolení obsluhy v rozsahu, nezbytném pro plně využití zařízení	ANO
uvedení zařízení do klinického provozu	ANO
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu:	ANO
- návod k obsluze v ČJ	
- kopie prohlášení o shodě, vydávaných výrobcí, na všechny dodané stanovené výrobky	
předání kompletní funkční instalace bez vad a nedodělků zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu	ANO
poskytování záručního servisu po dobu min. 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu	ANO
po dobu záruky bezplatné provádění odborné údržby dle § 65 zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce	ANO
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu	ANO
<b>Zvláštní požadavky</b>	
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech LDN "B" Nemocnice Nový Bydžov.	ANO
Dodané zařízení musí být nové, použítí repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřipustné.	ANO
Účastník zadávacího řízení bere na vědomí a souhlasí s tím, že dojde-li během transportu zařízení nebo během instalačních prací a služeb k jakémukoliv poškození nebo narušení stávajících podlah, krytin, výtahů, stavebních prvků, instalací apod., je vybraný dodavatel povinen vzniklé závady opravit a uvést vše do původního stavu na vlastní náklady.	ANO

Poznámka: Tento dokument bude tvořit přílohu č. 2) kupní smlouvy.

V Praze, dne 17.05.2018



EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

### PŘÍLOHA Č. 3 KUPNÍ SMLOUVY – ZÁVAZNÝ VZOR PŘEDÁVACÍHO PROTOKOLU

Zástupce prodávajícího:		Zástupci kupujícího:		1. pracovník technického úseku:								
Název zboží / výrobce		Počet kusů	Stav zboží	obalů	Výsledek instalace, zboží do provozu	Výsledek montáže, uvedení do provozu	Výsledek ukázky funkčnosti zboží	Výsledek testů a zkoušek, ověření deklarovaných technických parametrů (otestování funkčnosti)	Výsledek provedení protokolu a oprávněného provádět instruktáže (ANO / NE)	školení personálu, včetně vystavení protokolu a provádět instruktáže (ANO / NE)	Seznam předávané dokumentace	Zjištěná vady ANO / NE

Priloha č. 3

Výsledek předání a převzetí zboží:		Popis zjištěných vad při předání zboží:	
	Zboží	Popis vady	Dohodnuté datum odstranění vady – nejpozději do 96 hodin od zjištění vady



EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR


V Jičíně, dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**zástupce prodávajícího**  
(jméno, razítko a podpis)


\_\_\_\_\_  
**zástupce kupujícího 1.**  
(jméno, razítko a podpis)


\_\_\_\_\_  
**zástupce kupujícího 2.**  
(jméno, razítko a podpis)



## Seznam jiných osob / Seznam poddodavatelů

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE	
Název:	„Lůžka polohovací vč. příslušenství“
Nadlimitní veřejná zakázka zadávaná formou otevřeného řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.	

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	
<u>Jiná osoba</u> , kterou ve smyslu ustanovení § 83 ZZVZ prokazují splnění určité části kvalifikace:	
Obchodní firma:	PROMA REHA, s.r.o.
Sídlo:	Riegrova 342, 552 03 Česká Skalice
IČ:	63219107
DIČ:	CZ63219107
Kontaktní osoba: (jméno, telefon, e-mail)	 obchod@promareha.cz
Část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti, jejíž splnění prokazují prostřednictvím jiné osoby.	<ol style="list-style-type: none"> <li>seznam významných dodávek</li> <li>doklad o registraci osoby provádějící servis</li> </ol>

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	
<u>Jiná osoba</u> , kterou ve smyslu ustanovení § 83 ZZVZ prokazují splnění určité části kvalifikace:	
Obchodní firma:	LINE T spol. s r.o.
Sídlo:	Želevčice 5, 274 01 Slaný
IČ:	00507814
DIČ:	CZ 00507814
Kontaktní osoba: (jméno, telefon, e-mail)	 iva.wollenheitova@linet.cz
Část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti, jejíž splnění prokazují prostřednictvím jiné osoby.	<ol style="list-style-type: none"> <li>doklad o registraci osoby provádějící servis</li> </ol>


ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	
Poddodavatel č. 1:	
Obchodní firma:	PROMA REHA, s.r.o.
Sídlo:	Riegrova 342, 552 03 Česká Skalice
IČ:	63219107
DIČ:	CZ63219107
Kontaktní osoba poddodavatele: (jméno, telefon, e-mail)	 obchod@promareha.cz
Část plnění veřejné zakázky, kterou hodlám poddodavateli zadat:	dodávka a servisní zabezpečení části plnění

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	
Poddodavatel č. 1:	
Obchodní firma:	L I N E T spol. s r.o.
Sídlo:	Želevčice 5, 274 01 Slaný
IČ:	00507814
DIČ:	CZ 00507814
Kontaktní osoba poddodavatele: (jméno, telefon, e-mail)	 iva.wollenheitova@linet.cz
Část plnění veřejné zakázky, kterou hodlám poddodavateli zadat:	dodávka a servisní zabezpečení části plnění

Jako účastník veřejné zakázky čestně prohlašuji, že v zadávacím řízení a pro plnění shora uvedené veřejné zakázky:

- a) budu využívat zde uvedené jiné osoby ve smyslu ustanovení § 83 ZZVZ či poddodavatele;

V Praze dne 12. 05. 2016

  
Richard Krutina, jednatel