

Příloha č. 1 - Technická specifikace

UTB – DNS laboratorní přístroje a měřící technika 5/2018 - FT

Část 5 - Transiluminátor Blue View

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Obchodní název:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Sídlo:	nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín
IČO:	70883521
Rektor:	prof. Ing. Petr Sába, CSc.

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka transiluminátoru pro potřeby Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Specifikace předmětu veřejné zakázky:

- Vizualizace DNA pomocí modrého světla o vlnové délce 470 nm.
- Velikost filtru neboli zobrazovací plocha minimálně 153 x 153 mm.
- Velikost celková minimálně 200 x 200 x 13,9 mm.

VWR International s.r.o.
Pražská 442
281 67 Stříbrná Skalice
IČ: 63073242 · DIČ: CZ63073242