

Příloha č. 1 - příloha č. 1 obsahuje tyto části - oddíly:

(oddíl Technické podmínky – technická specifikace stanovená zadavatelem)

(oddíl Technická specifikace nabízeného plnění – technická specifikace nabízená uchazečem)

Součástí přílohy č. 1 příslušného návrhu smlouvy bude i oficiální technická dokumentace přístrojů (např. oficiální technický list od výrobce přístroje apod.). Tato technická dokumentace nenahrazuje technickou specifikaci.

Laparoskopické trenažéry pro LF MU 02/2016

TECHNICKÉ PODMÍNKY technická specifikace stanovená zadavatelem	
<p>Popis parametru</p> <p>(Nabídkou uchazeč musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vyznačených minimální nebo maximální úroveň nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.)</p>	<p>Zadavatelem požadovaná hodnota</p>
<p>Laparoskopický trenažér</p>	
<p>Počet kusů: 1 ks</p>	
laparoskopický trenažér pro nácvik dovedností potřebných v laparoskopické operativě	ANO
Laparoskopický trenažér se skládá z laparoskopického torza s vlastní digitální kamerou a zobrazovací jednotkou s LED monitorem	ANO
Digitální kamera	ANO
rozlišení	minimálně Full HD
kamera je pohyblivá - lze během nácviku podle potřeby měnit úhel pohledu na operační pole	ANO
výstup	minimálně 2x HDMI, 1x propojení s LED monitorem, drůtý pro připojení dalšího zobrazovacího zařízení
LED osvětlovací zdroj	ANO
LED monitor	ANO
rozlišení	minimálně Full HD
úhlopříčka	minimálně 22" (palců)
USB port pro komunikaci s PC	ANO
Režimy nácviku	alespoň 2 režimy
základní režim - ovládání laparoskopických nástrojů pod přísnou kontrolou zraku	ANO
pokročilý režim - ovládání laparoskopických nástrojů pomocí prostřednictvím obrazu na monitoru	ANO
porty rozmištrněné na klenbě trenažéru umožňující zapojení nástrojů z různých snímačů včetně simulace single port technik(SIL3)	ANO, minimálně 16 portů, z toho minimálně 4 pro single port laparoscopus
univerzální opeřovací systém, který umožní v operačním poli fixovat nejtrvanlivější drahé cenné objekty až po skutečný biologický materiál	ANO
hra pro nácvik základního ovládání laparoskopických nástrojů součástí dodávky	ANO
při trenáru se používají skutečné laparoskopické nástroje	ANO
uchopové a preparační kleště, zakřivené	ANO, minimálně 3 ks součástí dodávky
nůžky, zakřivené vlevo	ANO, minimálně 3 ks součástí dodávky
laparoskopický jehlec typ V	ANO, minimálně 3 ks součástí dodávky
přeprovazovací tašky (sada) součástí dodávky	ANO
stůlek na laparoskopický trenažér součástí dodávky	ANO
Software - součástí dodávky trenažéru bude plně kompatibilní software pro pořizování a editaci fotografií a videozáznamů ve Full HD	ANO, uchazeč uvede názov softwaru a krátký popis a funkce softwaru
garance funkčnosti systému (zachování jeho vlastností a stability) bez nutnosti placeného upgrade softwaru minimálně po dobu životnosti přístroje, minimálně 3 let	ANO

takto označené buňky vyplní uchazeč v rámci zpracování své nabídky

TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ technická specifikace nabízená uchazečem	
<p>Pokud je zadavatelem po uchazeči vyžadováno poskytnout uvedená, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak uchazeč uvede ANO, le parametry splňuje)</p> <p>Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo stručná specifikace, pak je uchazeč povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rovnost hodnoty jin nabízeného zboží, v opačném případě bude zadavatel vyhodnotit z jin minimálně stanovené hodnoty nebo požadavků na zboží - viz. časopis Zadavatelova požadovaná hodnota.</p> <p>Z údajů uvedených uchazečem musí být zřejmé, že uchazečem nabízené zboží splňuje minimálně technické požadavky stanovené zadavatelem - uchazeč uvede úplnou požadovanou parametrů a vztáhnout upřesnění, například, konstrukční odlišnost na technické listy, výkresy apod.)</p>	
Model - typové/výrobní označení	Výrobce
Abc-lap 1.8 Full HD Professor	Keilling inventive s.r.o.
<p>Uchazečem nabízená hodnota</p>	
	ANO
	ANO
	ANO
	Full HD/1080p
	ANO
	ANO
	Full HD/1080p
	2xHDMI výstup, 1x propojení s LED monitorem, který je součástí trenažéru, 1x propojení dalšího zobrazovacího zařízení, např. dataprojektoru
	ANO
	ANO
	Full HD/1080p
	22"
	ANO
	2 režimy
	ANO
	ANO
	ANO, 16 portů včetně 4 portů pro nácvik single port technik
	ANO
	ANO
	ANO
	ANO, 3 ks MARYLAND uchopové a preparační kleště, zakřivené 5/310mm
	ANO, 3 ks METZENBAUM nůžky, zakřivené vlevo 5/310mm
	ANO, 3 ks Laparoskopický jehlec typ V 5/330mm, autofix
	ANO
	ANO
	ANO, Blackmagic Media Express pro OS Windows, umožňuje záznam Full HD videa ve standardu H.264, pořizování snímků z nácviku na trenažéru a další práci s vytvořenými soubory
	ANO