

ZÁKAZNÍK

MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV
Ing.
Investiční oddělení - přístrojová technika
Žlutý Kopec 7
.....
656 53 B R N O

NA ZÁKLADĚ VAŠÍ OBJEDNÁVKY č.: **N/A**
A NÁSLEDUJÍCÍCH SKUTEČNOSTÍ VÁM ZASÍLÁME

CENOVÝ NÁVRH NA OPRAVU číslo: 50754363 / 8092

PRO PŘÍSTROJ : VIDEODUODENOSKOP PRACOVISTĚ: Gastroenterologická ambulance
TYP : TJF Q180V VÝROBNÍ Č. : 2405880

TECHNICKOU PROHLÍDKOU PŘÍSTROJE BYLO ZJIŠTĚNO :

- opotřebený kovový oplet ohebné distální části (zlomená některá kovová vlákna opletu)
- narušené lepení krycí gumy ohebné distální části
- odřená krytka distálního konce
- koroze jisticích pinů na elektrickém konektoru

S OHLEDEM NA ZJIŠTĚNÝ TECHNICKÝ STAV PŘÍSTROJE JE NUTNO PROVÉST :

- dekontaminace - již provedeno
- částečnou demontáž - již provedeno
- výměnu zaváděcího tubusu včetně ohebné části a mechanismu ovládání
- výměnu krytky distálního konce včetně krycí gumy na ohebné distální části
- výměnu jisticích pinů na elektrickém konektoru

CENA NAVRHOVANÉ OPRAVY ČINÍ.....	114 533,00 Kč
CELKOVÁ CENA VČETNĚ DPH 21%	138 584,00 Kč

Přibližná doba opravy cca. 10 dnů od schválení cenového návrhu. Po ukončení opravy Vám bude zaslána faktura. Záruční doba na provedenou opravu je 6 měsíců ode dne převzetí opraveného přístroje a vztahuje se pouze na použitý materiál a vykonané práce. Vaše vyjádření zasílejte, prosím, na adresu, faxové číslo nebo e-mail uvedené ve spodní části cenového návrhu.

V zájmu urychlení opravy Vašeho přístroje Vás žádáme o schválení a odeslání cenového návrhu do 5-ti dnů aby Vaše zakázka mohla být řádně a včas vyřízena.

Požádat o zapůjčení náhradního přístroje lze po schválení cenového návrhu.
Pronájem přístroje se řídí zápujčnými podmínkami společnosti OLYMPUS Czech Group

CENOVÝ NÁVRH ZPRACOVAL :

SOUHLASÍM S PROVEDENÍM OPRAVY
PODPIS / RAZÍTKO

DNE: 18. květen 2018

DNE: _____