

VZ s názvem: „CHIRURGICKÉ INSTRUMENTÁRIUM PRO GYNEKOLOGII“

Chirurgické nástroje	Splněno ANO/NE
Odchylka od rozměrů chirurgických nástrojů musí být maximálně 5%.	ANO
Všechny uvedené chirurgické nástroje musí být od jednoho výrobce (z důvodu zajištění materiálové kompatibility).	ANO
Materiál chirurgických nástrojů musí být z nerezové oceli, standard X20Cr13. - Tvrdost oceli nůžek: 55 – 58HRC - Tvrdost oceli nůžek: „tvrdokov“: 60 – 64HRC - Tvrdost oceli svorek: 42 – 50HRC	ANO
Tvrdokovové chirurgické nástroje musí být barevně odlišné – musí mít 2 zlatá ouška.	ANO
Branže a zámky nástrojů musí mít jemný hladký povrch, aby nebyla traumatizována tkáň.	ANO
Chirurgické nástroje musí být sterilizovatelné, určené k opakovatelnému použití.	ANO
Chirurgické nástroje musí mít ergonomický tvar.	ANO
Chirurgické nástroje nesmí být příliš lesklé a nesmí při chirurgickém zákroku odrážet světlo.	ANO
Chirurgické nástroje musí splňovat funkci pro provedení bezpečného operačního výkonu.	ANO

25.5.2018 _____

.....
Petr Bílek, majitel