

Technická specifikace poptávaného zařízení

Popis zadavatelem stanového technického parametru nabízeného zařízení	Zadavatelem požadovaná min/max hodnota	Splnění požadované min/max hodnoty ANO/NE	Skutečná hodnota technického parametru
Defibrilátor			
Účel použití: Defibrilátor pro kardiostimulaci, vhodný pro dětské i pro dospělé pacienty.			
Defibrilátor pro dospělé i dětské pacienty (dospělá i dětská pádla)	X	ANO	X
Bifázická technologie výboje min. do 270 J	min. do 270 J	ANO	až 360J
Možnost výboje 200 J	X	ANO	X
Výstupní energie musí být kompenzována dle impedance pacienta	X	ANO	X
Krátká doba nabíjení (do 7 sekund)	X	ANO	X
Možnost synchronizace výboje	X	ANO	X
Možnost monitorování pacienta min. po dobu 2 hodin	min. 2 hod	ANO	5 hodin
Možnost min. 40 výbojů z baterií	min. 40 výbojů	ANO	až 200
Možnost použití manuálního i poloautomatického módu	X	ANO	X

Možnost zevní stimulace (pacer)		ANO	
Záznam událostí pomocí interní tiskárny		ANO	
LCD displej		ANO	
Ovládání přístroje z pádel		ANO	
Přístroj musí mít automatickou vlastní kontrolu funkčnosti každých 24 hodin		ANO	
Celková hmotnost nesmí přesáhnout 10 kg	max. 10 kg	ANO	6.16Kg