

Kupní smlouva

k zakázce na NEN

ev.č. N006/I 8/V00008042

VN Olomouc - dodávka redukčních ventilů

Vojenská nemocnice Olomouc

Sídlo: Sušilovo nám. 5, Olomouc, 779 00
IČO: 60800691
DIČ: CZ60800691

Zastoupena: ředitelem Vojenské nemocnice Olomouc plk.
gšt. MUDr. Martinem Svobodou Česká národní
Bankovní spojení: banka
Číslo účtu: 159837881/0710
Kontaktní zaměstnanec: Jana Kucharská, DiS.
č. tel.: -420 973 407 197
e-mailová adresa: kucharskaj@vnol.cz
datová schránka: mdasj3u

Adresa pro doručování korespondence:

Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo nám. 5, 779 00 Olomouc

(dale jen „Jcupující“)

a

Honest elektro, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 63090

Sídlo: Stupkova 952/ 18, Olomouc, 77900
IČO: 04294556
DIČ: CZ04294556
Zastoupená: Romanou Šponarovou
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 4022521-359/0800
Kontaktní osoba: Jaroslav Šponar
č. tel.: -420 602140457
e-mailová adresa: sponar.j@honestelektro.cz
datová schránka: jd,7gfm

(dále jen „prodávající“)

podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 80/1963 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) uzavírají veřejnou zakázku malého rozsahu (v souladu se směrnicí ředitele Vojenské nemocnice Olomouc č. Sm'E - I 120 I 0 ze dne 1.7.2017 o veřejných zakázkách) ~ názvem „VN Olomouc - dodávka redukčních ventilů“ zadanou v elektronickém tržišti veřejné správy NEN. !U zakázek, viz V)Še. tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“)

Článek I. Předmět smlouvy

- 1.1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu řádně a včas předmět koupě, uvedený v článku II. této smlouvy a převést na kupujícího vlastnické právo k předmětu koupě.
- 1.2. Kupující se zavazuje řádně a včas dodané zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

Článek II. Specifikace předmětu koupě

- 2.1. Předmětem koupě je dodávka redukčních ventilů (dále jen " zboží ..) dle naceněného soupisu položek dodaného zboží včetně technické specifikace, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.2. Prodávající dodá zboží kupujícímu řádně a včas formou jediné dodávky nejpozději do 8 týdnů od podpisu smlouvy. V případě, že prodávající poruší svou povinnost dodat zboží kupujícímu řádně a včas formou jediné dodávky v uvedeném termínu, je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 200 Kč s DPH denně se splatností 3 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení. Tímto není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody v plném rozsahu.

2.3 Součástí předmětu koupě je dále:

- dodávka a uvedení předmětu koupě do provozu
- bezplatné zaškolení obsluhy, protokol o zaškolení, (vzorový protokol předá VN Olomouc), doložit potvrzení výrobce o oprávnění školit
- BTK po dobu záruky; dle četnosti stanovené výrobcem. (součástí je vydaný protokol), včetně dopravy, zdarma, poslední BTK nutno provést max. 1 měsíc před uplynutím záruční doby
- návod k obsluze v českém jazyce (I x) v tištěné i datové (I x) podobě
- dodání technické dokumentace a seznamu technických kontrol včetně termínů jejich provádění
- dodání atestů a certifikátů nezbytných pro provoz přístrojů po jednom vyhotovení - označení přístroje „CE-- (na přístroji a v manuálu)
- prohlášení o shodě s uvedením třídy zdravotnického přístroje (tištěná podoba a elektronicky)
- splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou o zdravotnických prostředcích (především zákon 268/2014 Sb.)

Podmínkou zadavatele je registrovaný dodavatel a servis v ČR (doklad o splnění zákona č. 268/2014 Sb .. ~ 26 aš 28 v platném znění) - v případě zdravotnického prostředku.

Článek III. Cena zboží

- 3.1. Kupní cena zboží je cenou zboží včetně dopravného, balného, pojištění, instalace a zaškolení obsluhy, PBTK, jakož i dalších případně vynaložených nákladů a je cenou konečnou.
- 3.2. Kupní cena předmětu celé dodávky zboží Kč

Cena celkem bez DPH

21%DPH

Celková cena s DPH činí

Článek IV.

Platební podmínky

4.1. Kupní cena bude placena kupujícím prodávajícímu tak, jak je to uvedeno v tomto článku níže.

Po realizaci obchodního případu, tj. po řádné a včasné instalaci zboží a řádném a včasném zaškolení obsluhy vystaví prodávající na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami kupujícímu daňový doklad (fakturu) se splatností 30 dní od data doručení.

Konečná faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, zejména musí obsahovat označení faktury a číslo, název a sídlo prodávajícího a kupujícího, udání ceny zboží, fakturovanou částku, **DPH**, DIČ kupujícího i prodávajícího, datum uskutečnění zdanitelného plnění.

4.2. Úhrada dodávky bude kupujícím uhrazena ve prospěch účtu prodávajícího, který je uveden v záhlaví této smlouvy.

4.3. Prodávající je povinen převést na kupujícího vlastnické právo ke zboží. Toto vlastnické právo nesmí být omezeno právy jiných osob. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího dle čl. VI této smlouvy.

4.4. Pro případ prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úroky z prodlení ve výši 0.05 % 10 z dlužné částky za každý den prodlení.

Článek V.

Převzetí zboží

5.1. Místem předání zboží je Vojenská nemocnice Olomouc, oddělení dle poskytnutého rozpisu. Za kupujícího je oprávněn převzít zboží vedoucí skladu zdravotnického materiálu nebo jím pověřená osoba.

5.2. Prodávající se zavazuje zajistit zaškolení pro zaměstnance kupujícího (zaškolovací protokol -· dodá VN Olomouc) při dodávce zboží, nejpozději však do 7 dní po jeho dodání. Po ukončení instalace zboží a zaškolení obsluhy bude sepsán prodávajícím předávací protokol pro každou stranu v jednom vyhotovení. Vzor protokolu o zaškolení předá oddělení **ZT**.

5.3. Prodávající je povinen dodat kupujícímu spolu se zbožím veškeré doklady potřebné k převzetí a užívání zboží v českém jazyce (tj. zejména zákonem stanovenou a obvyklou dokumentaci a doklady, včetně dodacího listu a záruční listiny apod.).

5.4. Při porušení povinností z bodu 5. 2. a 5.3 je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 200 Kč s **DPH** denně až do úplného splnění povinností prodávajícího.

Článek VI.

Nabytí vlastnických práv a přechod nebezpečí škody na zboží

6.1. Smluvní strany se dohodly, že vlastnické právo k dodanému zboží nabývá kupující okamžikem řádného dodání, instalace zboží, zaškolení prodávajícím podle podmínek této smlouvy, po splnění všech těchto povinností, toto bude zachyceno v předávacím protokolu podepsaného oběma smluvními stranami. V protokolu bude uvedeno rovněž výrobní číslo zboží včetně příslušenství.

6.2. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího ve stejný okamžik a za stejných podmínek jako přechod vlastnických práv tak, jak je uvedeno v odst. 6.1 tohoto článku.

Článek VII.

Odpovědnost za vady, záruční doba a servisní podmínky

7.1. Prodávající poskytuje záruku na dodané zboží po dobu 24 měsíců ode dne podepsání předávacího protokolu dle podmínek uvedených v odst. 6. I. článku VI.

7.2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.

7.3. Záruční vada je vadou, která se projeví během záruční doby. Záruční vadou není vada, jež nemá příčinu ve vnitřních vlastnostech zboží a která je důsledkem neodborné manipulace kupujícího nebo mechanického poškození způsobeného kupujícím.

Prodávající se zavazuje v záruční době provádět servis na zboží bezplatně. V případě, že bude zjištěn násilný poškození nebo závada způsobená nedbalostí nebo neodbornou manipulací ze strany kupujícího, bude účtován v plné výši dle aktuálně platného ceníku dodavatele.

7.4. Kupující je povinen reklamovat zjištěné vady dodaného zboží písemně u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil. Kupující je povinen nahlásit závadu na zařízení prodávajícímu písemně na e-mail: sponar.j@honestelektro.cz a na tel. +420602140457 Servis zajišťuje firma HONEST ELEKTRO s.r.o.

7.5. Prodávající se zavazuje k nástupu na opravu do 48 hodin (v pracovní dny, za nástup se považuje i vzdálené elektronické připojení a řešení reklamací) od doručení reklamace kupujícího v záruční době. Lhůta pro

úplné odstranění závady a opětovné uvedení do provozu je 5 dnů od doručení reklamace (v pracovní dny), pokud nebude tato podmínka splněna, bude zapůjčen zdarma náhradní přístroj do řádného ukončení reklamace.

Článek VIII. Společná a závěrečná ustanovení

- 9.1. Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
- 9.2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních stran písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě. Pro účely této smlouvy za písemnou formu nepovažuje výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 9.3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s plnou originalitou. Z nichž kupující obdrží jeden a prodávající jeden stejnopis.
- 9.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 9.5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této kupní smlouvy svým podpisem.
- 9.6. Dodavatel souhlasí s uveřejněním smlouvy v centrálním registru smluv dle platné legislativy a podpisem smlouvy akceptuje tento požadavek zadavatele. Dodavatel poskytne zadavateli strojově čitelnou vyplněnou smlouvu k zveřejnění - musí obsahovat min. celkovou kupní částku.
- 9.10. Proávající podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas kupujícímu, jako správci údajů, se zpracováním jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.
- 9.11. Proávající souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě s výjimkou ustanovení, která obsahují utajované informace a obchodní tajemství,
- 9.12. Nedílnými součástmi smlouvy jsou:

- naceněný soupis položek dodaného zboží včetně technické specifikace

Olomouci, dne 19. 6. 2018

Olomouci, dne

19. 6. 2018

Honest elektro s.r.o.

Stupkova 952/18

779 00 Olomouc

(2)

... s důvěrou a spolehlivostí. ..

$$1 \cdot L = \dots$$

Tel: +.UO 588188 475

Zapsaná ve VR u Krajského soudu v Ostravě spisová značka C 63,, ... , ..,..._ :' ho1wstelel, tro (z

02 -

Stránka **1** z 10

Honest elektro s.r.o.

H.s důvěrou a spolehlivostí. ..

Stupkova 952/18, 710 01



IČ: 04294556

e-mail: info@whonestelektro.cz

Tel: +420 588188 475

Zapsaná ve VR u Krajského soudu v Ostravě spisová značka C 63090 www.honestelektro.cz

b Dodávka regulátoru podtlaku - 41 ks



MEDIEV AC+ 1000 obj. č. 0735138			
		ANO/NE	Poznámka
1	Vakuový regulátor umožňující efektivně a bezpečně provádět odsávání pacienta	ANO	
2	Regulátor podtlaku musí umožnit plynulou regulaci podtlaku (vakua) dodávaného z centrálních rozvodů	ANO	
3	Regulátor podtlaku musí umožnit maximálním vstupní tlak -950 mbar	ANO	
4	Regulátor podtlaku musí umožnit regulaci měření výstupního tlaku v minimálním rozsahu 0 - 950 mbar	ANO	
5	Regulátor podtlaku musí umožnit maximální jmenovitý průtok až 70 litrů za minutu	ANO	
6	Regulátor podtlaku musí mít výstupní připojení G 1/2	ANO	
7	Regulátor podtlaku musí mít rychlo spojkový výstup do centrálních rozvodů vakua	ANO	
8	Regulátor podtlaku musí mít přepínač ON/OFF	ANO	
9	Regulátor podtlaku musí mít otočný manometr	ANO	
10	Regulátor podtlaku musí mít otočné ovládací kolečko pro nastavení podtlaku	ANO	
11	Regulátor podtlaku musí umožnit na výstupní přípojku připojit hadicový nástavec pro hadici spojující nádobu se sekretem. (tento musí být součástí dodávky regulátoru)	ANO	
12	Regulátor podtlaku musí být deklarován jako zdravotnický prostředek	ANO	

~@ (ru@~11 @íl@~11u@ ~ouo©o

... s důvěrou a spolehlivostí. ..

Stupkova 952/18, 779 00 Olomouc

I


e m;111: info(@honestelektro.cz

Tt:>1: +-llů S88188 475

_dl m; f 1111111.1-řlit

o soudu v Ostravě spisová značka C 63090 www.honestelektro.cz

1. Dodávka regulátoru malého podtlaku - 7 ks



MEDIEV AC+ 250 obj. č. 0735139			
1	Vakuový regulátor umožňující efektivně a bezpečně provádět odsávání pacienta	ANO	
2	Regulátor podtlaku musí umožnit plynulou regulaci podtlaku (vakua) dodávaného z centrálních rozvodů	ANO	Poznámka
3	Regulátor podtlaku musí umožnit maximálním vstupní tlak -950 mbar	ANO/NE	
4	Regulátor podtlaku musí umožnit regulaci měření výstupního tlaku v minimálním rozsahu 0 - 300 mbar	ANO	
5	Regulátor podtlaku musí mít bezpečnostní zpětný ventil, který se automaticky otevírá při výstupním podtlaku -250 mbar	ANO	
6	Regulátor podtlaku musí umožnit maximální jmenovitý průtok až 70 litrů za minutu	ANO	
7	Regulátor podtlaku musí mít výstupní připojení G 1/2	ANO	
8	Regulátor podtlaku musí mít rychlo spojkový výstup do centrálních rozvodů vakua	ANO	
9	Regulátor podtlaku musí mít přepínač ON/OFF	ANO	
10	Regulátor podtlaku musí mít otočný manometr	ANO	
11	Regulátor podtlaku musí mít otočné ovládací kolečko pro nastavení podtlaku	ANO	
12	Regulátor podtlaku musí umožnit na výstupní přípojku připojit hadicový nástavec pro hadici spojující nádobu ~ THORAX systém. (tento musí být součástí dodávky regulátoru)	ANO	
13	Regulátor podtlaku musí být deklarován jako zdravotnický prostředek	ANO	

[F{}@[ň)@~~ @íl@~~u@ ~ouo©o

... s důvěrou a spolehlivostí. ..

Stupkova 952/18, 779 00 Olomouc I


e m.ul: info@honestelektro.cz

Tel: +420 588188 47S

_dj li II,

R u Krajského soudu v Ostravě spisová značka C 631; ,v.honestelektro c:

!_ Dodávka lahvového redukčního ventilu 9ks



ANO/NE

Poznámka

	MEDISELECT li, 251 QC obj. č. 0720115		
1	Redukční ventil sloužící k regulaci tlaku a následnému dávkování kyslíku z vysokotlaké kyslíkové láhve	ANO	
2	Redukční ventil musí umožnit maximálním vstupní tlak 200 bar a výstupní tlak 4,0 bar	ANO	
3	Redukční ventil musí mít krokovou regulaci jmenovitého průtoku v minimálním rozmezí 0 - 25 l / minutu	ANO	
4	Redukční ventil musí mít výstupní připojení G 3/8 + hadicový nástavec a terminální jednotku určeného plnů: rychlospojku *	ANO	
5	Redukční ventil s dvěma výstupy - hadicovým nástavcem a rychlospojkou	ANO	
6	Redukční ventil musí mít manometr pro kontrolu tlaku plynu v lahvi	ANO	
7	Redukční ventil musí umožnit snadnou kontrolu nastavených hodnot průtoku plynu zobrazením číselné hodnoty ve čtecím okénku	ANO	
8	Tělo redukčního ventilu musí být v kovovém provedení	ANO	
9	Redukční ventil musí být deklarován jako zdravotnický prostředek	ANO	

~@[řu@a~~ @íl@a~~u@a ~aua@a

... s důvěrou a spolehlivostí. ..

S

... : _ . ~ , ,


I- 04. - - - - Tel:+..l2058818847S

e m a l l : [info \(cllhonestelektro.cz](mailto:info@cllhonestelektro.cz)

... f11l11JJ+-IH

soudu v Ostravě spisová značka C 63090 www.honestelektro.cz

~ Dodávka lahvového redukčního ventilu 9ks



ANO/NE

Poznámka

	MEDIREG li/ 02 obj. č.0724111	
1	Redukční ventil sloužící k regulaci tlaku kyslíku z vysokotlaké kyslíkové láhve	ANO
2	Redukční ventil musí umožnit maximálním vstupní tlak 200 bar a výstupní tlak 4,0 bar	ANO
3	Redukční ventil musí mít výstupní připojení - Terminální jednotku (rychlospojku) určeného nřvnu	ANO
4	Redukční ventil musí mít manometr pro kontrolu tlaku plynu v lahvi	ANO
5	Tělo redukčního ventilu musí být v kovovém provedení	ANO
6	Redukční ventil musí být deklarován jako zdravotnický prostředek	ANO

[1={}]@01)@~11 @íl@~11u@ ~aua@a

... s důvěrou a spolehlivostí. ..

e m.:111: info@honestelektro.cz

Stupkova 952/18, 779 00 Olomouc


I - f.1.1

" Tel: +-Uů S88188 47S

„11 111 i „ fu I 11 i ~-1, ..

soudu v Ostravě spisová značka C 6 „, „ „ ;/„/„' honestelektro c:

~ Dodávka lahvého redukčního ventilu IOks



ANO/NE

Poznámka

	MEDIREG II/ N2O obj. č. 0724112	
1	Redukční ventil sloužící k regulaci tlaku oxidu dusného z vysokotlaké láhve	ANO
2	Redukční ventil musí umožnit maximálním vstupní tlak 60 bar a výstupní tlak 4,0 bar	ANO
3	Redukční ventil musí mít výstupní připojení - Terminální jednotku (rychlospojku) určeného plynu	ANO
4	Redukční ventil musí mít manometr pro kontrolu tlaku plynu v lahvi	ANO
5	Tělo redukčního ventilu musí být v kovovém provedení	ANO
6	Redukční ventil musí být deklarován jako zdravotnický prostředek	ANO

[Ř]@[ru@~11 @íl@~11u@ ~ouo©o

... s důvěrou a spolehlivostí. ..

Skupková ...


e-mail: info@honestelektró.cz

Tel: +420 588188 475

zapsaná ve VR u Krajského soudu v Ostravě spisová značka C 6309

honestelektró (z

1. Dodávka lahvového redukčního ventilu 3ks



ANO/NE

Poznámka

MEDIREG li/ Air obj. č. 0724113			
1	Redukční ventil sloužící k regulaci tlaku vzduchu z vysokotlaké láhve		ANO
2	Redukční ventil musí umožnit maximálním vstupní tlak 200 bar a výstupní tlak 4.0 bar		ANO
3	Redukční ventil musí mít výstupní připojení - Terminální jednotku (rychlospojku) určeného plynu		ANO
4	Redukční ventil musí mít manometr pro kontrolu tlaku plynu v lahvi		ANO
5	Tělo redukčního ventilu musí být v kovovém provedení		ANO
6	Redukční ventil musí být deklarován jako zdravotnický prostředek		ANO

í={}@rru@~~ @íl@~~u@ ~aua©o

... s důvěrou a spolehlivostí. ..

i,, mail: [info\(@honestelektro.cz](mailto:info(@honestelektro.cz)

pkova 952 ~", -IL


I t...l2 '-:- -: Tel: +UO 588188 475

..,11 111 1

R u Krajského soudu v Ostravě spisová značka C 63(1

..honesti,,li,,l,tlů.(Z

~ Dodávka lahvého redukčního ventilu Iks



ANO/NE

Poznámka

DIN-Control CO2 obj. č. 0780692			
1	Redukční ventil sloužící k regulaci tlaku oxidu uhličitého z vysokotlaké láhve	ANO	
2	Redukční ventil musí umožnit maximálním vstupní tlak 200 bar a výstupní tlak 5,0 bar	ANO	
3	Redukční ventil musí umožnit plynulou regulaci výstupního tlaku pomocí ovládacího kolečka	ANO	
4	Redukční ventil musí mít výstupní připojení - Hadicový nástavec 6 mm	ANO	
5	Redukční ventil musí mít manometr pro kontrolu tlaku plynu v lahvi a manometr pro kontrolu výstupního tlaku	ANO	
6	Tělo redukčního ventilu musí být v kovovém provedení	ANO	

Honest elektro s.r.o.

... s důvěrou a spolehlivostí. ..

Stupkova 952/18, 779 00 Olomouc

IČ: 04294550

mail: info@honestelektro.cz


Tel: +420 588188 475

účetní

Řu Krajského soudu v Ostravě spisová značka C 63096, zapsán v obchodním rejstříku, IČ: 04294550, zapsán v obchodním rejstříku, IČ: 04294550

C:

2. Dodávka lahvového redukčního ventilu 2ks




ANO/NE

Poznámka

DIN+ AIR D5 HP obj. č. 0780629			
1	Redukční ventil sloužící k regulaci tlaku vzduchu z vysokotlaké láhve	ANO	
2	Redukční ventil musí umožnit maximálním vstupní tlak 200 bar a výstupní tlak 12 bar	ANO	
3	Redukční ventil musí umožnit plynulou regulaci výstupního tlaku pomocí ovládacího kolečka	ANO	
4	Redukční ventil musí mít pojistný ventil zamezující vyšší provozní tlak nad 12 bar	ANO	
5	Redukční ventil musí mít výstupní připojení~ Hadicový nástavec 6 mm	ANO	
6	Redukční ventil musí mít manometr pro kontrolu tlaku plynu v lahvi a manometr pro kontrolu výstupního tlaku	ANO	
7	Tělo redukčního ventilu musí být v kovovém provedení	ANO	

10. Dodávka lahvého redukčního ventilu I ks



I



ANO/ NE

Poznámka

S2+CO2-1,5 BAR CHROM obj. č. 0762180			
1	Redukční ventil sloužící k regulaci tlaku oxidu uhličitého z vvsokotlaké láhve	ANO	
2	Redukční ventil musí umožnit maximálním vstupní tlak 200 bar a výstupní tlak 1,5 bar	ANO	
3	Redukční ventil musí umožnit plynulou regulaci výstupního tlaku pomocí ovládacího kolečka	ANO	
4	Redukční ventil musí mít pojistný ventil zamezující vyšší provozní tlak nad 1,5 bar	ANO	
5	Redukční ventil musí mít výstupní připojení - Hadicový nástavec 6 mm	ANO	
6	Redukční ventil musí mít manometr pro kontrolu tlaku plynu v lahvi a manometr pro kontrolu výstupního tlaku	ANO	
7	Tělo redukčního ventilu musí být v kovovém provedení	ANO	
8	Redukční ventil musí být deklarován jako zdravotnický prostředek	ANO	

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Veřejná zakázka:

„VN Olomouc - dodávka redukčních ventilů"

Adresa: Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo náměstí 5, Olomouc, 779 00

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

Předkládá uchazeč:

Uchazeč, sídlo/místo podnikání	HONEST ELEKTRO s.r.o., Stupkova 952/18, Olomouc
IČ:	04294556
DIČ (byla-li přidělena):	CZ04294556
Bankovní spojení:	Česká spořitelna
Číslo účtu:	4022525359/0800
Telefon:	602140457
Fax:	
Mail:	<u>info@honestelektro.cz</u>
Kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky:	Romana Šponarová
Telefon:	724402485
Fax:	
e-mail:	<u>sponarova.r@honestelektro.cz</u>

Vážení,

po prostudování vašich ZADÁVACÍCH PODMÍNEK nyní my, náležitě oprávněni a níže podepsaní, nabízíme realizaci výše uvedené VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, v rozsahu a za podmínek stanovených ZADÁVACÍ DOKUMENTACÍ za předmět dodávky včetně montáže a uvedení do provozu, PBTk a zaškolení obsluhy:

NABÍDKOVÁ CENA ZA 1 KUS J. PRŮTOKOMĚR KYSL/KU V KČ	
Cena bez DPH	-
DPH	
Cena včetně DPH	

NABÍDKOVÁ CENA ZA 1 KUS 2. <i>REGULATOR PODTLAKU V KC</i>	
Cena bez DPH	-
DPH	
Cena včetně DPH	

NABÍDKOVÁ CENA ZA 1 KUS 3. <i>REGULÁTOR MALÉHO PODTLAKU V KČ</i>	
Celková cena bez DPH	
DPH	
Celková cena včetně DPH	

NABÍDKOVÁ CENA ZA 1 KS 4. <i>LAHVOVÝ REDUKČNÍ VENTIL 02+ PR. v KC</i>	
Celková cena bez DPH	-
DPH	
Celková cena včetně DPH	

NABÍDKOVÁ CENA ZA 1 KS 5. <i>LAHVOVY REDUKČNÍ VENTIL 02 V KČ</i>	
Celková cena bez DPH	-
DPH	
Celková cena včetně DPH	

NABIDKOV A CENA ZA 1 KS 6. <i>LAHVOVY REDUKČNÍ VENTIL N20 V KC</i>	
Celková cena bez DPH	-
DPH	
Celková cena včetně DPH	

NABÍDKOVÁ CENA ZA 1 KS 7. <i>LAHVOVÝ REDUKČNÍ VENTIL AIR V KČ</i>	
Celková cena bez DPH	-
DPH	
Celková cena včetně DPH	

NABIDKOV A CENA ZA 1 KS 8. <i>LAHVOVY REDUKČNÍ VENTIL C02 V KČ</i>	
Celková cena bez DPH	
DPH	
Celková cena včetně DPH	

NABÍDKOVÁ CENA ZA 1 KS 9. LAHVOVY REDUKČNÍ VENTIL A/RIT V KC	
Celková cena bez DPH	-
DPH	
Celková cena včetně DPH	

NABÍDKOVÁ CENA ZA 1 KS J0. LAHVOVÝ REDUKČNÍ VENTIL C02 V KC	
Celková cena bez DPH	-
DPH	
Celková cena včetně DPH	

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA V KČ ZA PŘEDMĚT PLNĚNÍ	
Celková cena bez DPH	-
DPH	
Celková cena včetně DPH	

a předkládáme vám za těchto podmínek tuto naši NABÍDKU zpracovanou v souladu se ZADÁVACÍ DOKUMENTACÍ.

Prohlašujeme, že v případě, že nám bude vámi přidělena tato VEŘEJNÁ ZAKÁZKA, budou informace uvedené v naší NABÍDCE pro nás zavazující k uzavření SMLOUVY.

Dále prohlašujeme, že souhlasíme se ZADÁVACÍMI PODMÍNKAMI uvedenými ZADAVATELEM v ZADÁVACÍ DOKUMENTACI.

Dále prohlašujeme, že jsme si před podáním NABÍDKY vyjasnili všechny potřebné technické údaje, které jednoznačně vymezují množství a druh požadovaných služeb a dodávek v souvislosti s plněním této VEŘEJNÉ ZAKÁZKY a naše nabídka jim vyhovuje.

Plnění zakázky se řídí zadávacími podmínkami zakázky, i když nejsou ve smlouvě výslovně uvedeny.

Toto prohlášení činíme na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a jsme si vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Olomouci dne 19.6 .. 2018

Romana Šponarová -jednatelka společnosti