

## **Příloha č. 1 – Splnění technických požadavků na sanitní vozidlo typu „A2“ uchazeči**

**k veřejné zakázce:**

### **Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví – dodávka sanitního vozidla „A2“**

Vozidlo s uzavřenou skříňovou karoserií schválené pro provoz na pozemních komunikacích.

Sanitní vozidlo pro převoz pacientů: ( Vyhl. MZ č.296/2012 Sb. v platném znění),  
typové označení A2

Vozidlo bude splňovat vyhl. MZ č.296/2012 Sb. v platném znění a normu ČSN EN 1789+A2 v platném znění.

Zadavatel požaduje dodání vybavení vozidla podle výše uvedené vyhlášky a normy,  
s výjimkou automatického defibrilátoru.

Vozidlo splňuje minimální emisní limity EURO pro vozidla M1 a N1 = EURO 5 a  
maximální spotřebu motorové nafty pro vozidlo o celkové hmotnosti vozidla do 3000  
kg = 9 lit./100 km a pro vozidlo o celkové hmotnosti nad 3001 kg = 10 lit./100 km dle  
vyhlášky 162/2011 Sb. v platném znění.

Specifikace podvozku	Doplňující údaje (ANO/NE/Popis)
Dodávkový typ -typ vozidla určený a schválený výrobcem k dostavbě na sanitní vozidlo dle ČSN EN 1789+A2 (kategorie M1-osobní automobil-ambulance pro převoz pacientů typu A2) a další platné legislativy	ano
Motor vznětový, min. 1900 cm <sup>3</sup> s přeplňováním a s minimálním výkonem 95kW	ANO , výkon 96 kw
Převodovka min. manuální 5 stupňová	Ano , manuální 6. stupňová
Pohon předních kol	ano
Celková hmotnost do 3500 kg	ano
Splnění emisního limitu min. EURO 5	Ano, plní EURO 6
Vnitřní zvukově izolovaná příčka mezi kabinou a ambulancním prostorem s oknem, s dostatečným průhledem do prostoru pro pacienty, otevírací pro umožnění komunikace	ANO
Dlouhý rozvor	ANO , rozvor 3.682 mm
Středně vysoká střecha	ANO, výška 2.499 mm
Systém aktivní bezpečnosti vozidla, systém regulace prokluzu kol, stabilizační systém, multifunkční ukazatel, čidla opotřebení brzdových destiček,	ANO
Kotoučové brzdy na všech 4 kolech,	ANO
Rozdělovač brzdové síly,	ANO
Základní barva bílá	ANO
Zvuková signalizace couvání	ANO
Imobilizér	ANO
Pravé posuvné boční dveře s posuvným otevíracím oknem (ambulancního prostoru), které může být i naproti bočním posuvným dveřím	ANO
Zadní dveře prosklené	ANO
Aretace všech dveří	ANO
Prosklený ambulancní prostor	ANO
Přední mlhové světlomety	ANO
Třetí brzdové světlo (světlomet),	ANO
Centrální zamykání všech dveří s dálkovým ovládním	ANO
Funkční klíč – min. 2 kusy a pevný klíč – min. 1 kus	ANO
Automatický spínač světlometů, denní svícení	ANO
Tažné oko vzadu	ANO
Tažné oko vpředu	ANO
Vnější zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívána	ANO
Přídavná zrcátka pro lepší rozhled při couvání	ANO
Vyhřívání zadního okna	ANO
Stěrač včetně cyklovače zadního okna	NE
Elektrické stahování předních oken	ANO
Lapače nečistot předních a zadních kol (zástěrky)	ANO
Klimatizace v ambulancním prostoru a prostoru řidiče s nezávislým ovládním	ANO
Ocelová kola se středovými kryty kol – 4 kusy	ANO
Plnohodnotné rezervní kolo	ANO
Sada zimních a sada letních pneumatik včetně disků	ANO
Povinná výbava dle platné legislativy	ANO

Kabina řidiče	Doplňující údaje (ANO/NE/Popis)
Dvojsedadlo spolujezdce s nastavitelnými opěrkami hlavy	ANO
Integrovaná HF sady a reproduktory	ANO
Airbag řidiče a spolujezdce	ANO
Stínítko vlevo a vpravo	ANO

Výškově a podélně nastavitelný volant	ANO , pouze výškově stavitelný, podélně ne
Posilovač řízení,	ANO
Zásuvka v kabině řidiče – 12 V	ANO
Odkládací přihrádka, uzamykatelná	ANO
Odkládací box ve dveřích kabiny	ANO
Topení s mechanickou regulací	ANO
Vnitřní zpětné zrcátko	ANO
Bederní opěrka řidiče manuálně nastavitelná	ANO
Výškově nastavitelné opěrky hlavy v kabině řidiče	ANO
Nastavitelné sedadlo řidiče po vertikální a horizontální ose	ANO
Vnitřní osvětlení	ANO
Madlo u spolujezdce na pravém předním sloupku	ANO
Rádio s CD přehrávačem s dvěma reproduktory a anténou	ANO
Palubní počítač poskytující údaje o průměrné spotřebě PHM a počtu ujetých km	ANO
Sada náhradních dílů k sanitnímu vozidlu (žárovky, pojistky apod.),	ANO
Držák pro dávkovač desinfekce v kabině řidiče	ANO
Gumové koberečky	ANO

Vybavení sanitní zástavby – ambulantní prostor	Doplňující údaje (ANO/NE/Popis)
5 míst v ambulantním prostoru a to: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x sedadla umístěná v přední části mezi nosítky a přepážkou – z nich 1 sedadlo u bočních dveří musí být odnímatelné uchycené rychloupínacím systémem</li> <li>• 1 x sedadlo umístěné vedle nosítek před transportním křeslem,</li> <li>• 1 x transportní křeslo,</li> <li>• 1 x nosítka</li> </ul>	ANO
Sedadla omyvatelná, vybavena opěrkami hlavy, samonavíjecími pásy (tříbodové) a loketními opěrkami, možnost připevnění dětských sedaček	ANO
Polohovací nosítka s odnímatelným podvozkem: <ul style="list-style-type: none"> <li>• nosnost nosítka s podvozkem min. 250 kg, -</li> <li>• výškově nastavitelná a polohovací nastavení - min. 7 poloh, přední kola otočná</li> <li>• manipulace jednočlennou obsluhou,</li> <li>• komfortní podhlavník s plynovou pružinou,</li> <li>• boční sklopná madla s odjištěním jednou rukou,</li> <li>• bezpečnostní pojistka zabráňující opuštění stolu nosítek bez řádného zajištění předních nohou,</li> <li>• zádržný systém pro dospělé i děti s bezpečnostními pásy.</li> </ul>	ANO
Základna pro nosítka v nerezovém provedení s plnou vrchní částí se zádržným systémem (uchycením) pro nosítka s podvozkem na podlaze ambulantního prostoru ( <b>min. možná výška nad terénem</b> )	ANO
Transportní křeslo včetně zádržného systému, s integrovanou opěrkou hlavy, loketními opěrkami, čtyřbodovým pásem, nosnost křesla min. 250 kg, v pravé části ambulance vedle nosítka	ANO
Nájezdová rampa tj. sklopná plošina z lehkých slitin pro najíždění transportního křesla, pevně instalována a fixována za křeslem včetně uchycení do podlahy vozu	ANO
Zádržný systém pro složený invalidní vozík, umístěný tak, aby bylo možno přepravovat složený invalidní vozík a všechny pacienty současně	ANO

Trubková madla pro nastupování po obou stranách bočních dveří musí mít délku min. 800mm. Dále bude madlo před dvou sedadlem pro lepší nastupování pacientů s omezenou hybností,	ANO
Skříňka nad levým podběhem s výklopným horním víkem pro uložení zdravotnického materiálu	ANO
Uzavřený úložný prostor pro příkrývky a lůžkoviny	ANO
Obložení vnitřního ambulantního prostoru dezinfikovatelným materiálem (stěny, strop, zadní podběhy)	ANO
Olištování a ztmelení spojů vnitřního obložení stěn,	ANO
Nástupní výklopný schůdek bočních dveří z antikorozního materiálu	ANO
Osvětlení nástupního prostoru bočních a zadních dveří	ANO
Protiskluzová úprava podlahy, dezinfikovatelná	ANO
Tepelná a hluková izolace vnitřního prostoru, utěsnění přepážky ambulantního prostoru,	ANO
Zvuková signalizace do kabiny řidiče ovládané z ambulantního prostoru v dosahu ležícího pacienta a sedícího pacienta na transportním křesle	ANO
Světelná signalizace otevřených dveří ambulantního prostoru u řidiče	ANO
Nouzové osvětlení	ANO
Stropní osvětlení - s možností ovládní z kabiny řidiče a v ambulantním prostoru	ANO
Pomocné osvětlení	ANO
2 ks zásuvka 12V v ambulantním prostoru	ANO
Závislé teplovodní topení s termostatem a s vícerychlostním ventilátorem, ovládané z kabiny řidiče	ANO
Nezávislé naftové topení s termostatem, horkovzdušné, ovládané z kabiny řidiče	ANO
Stropní ventilátor obousměrný ovládaný z kabiny řidiče	ANO
stropní držák infuze 1 nebo 2 ks s min. 2 háčky dle odst. č. 4.5.8 ČSN EN 1789+A2 v platném znění,	
Držák pro 1 kus kyslíkové láhve 2l	ANO
Držák pro hasící přístroj a hasící přístroj 2 Kg – 1 ks –	ANO
Držák pro odpadní nádobu a odpadní nádoba – 1 ks	ANO
Držák pro kontejner na zdravotnický odpad a kontejner na zdravotnický odpad – 1 ks	ANO
Držák pro karton rukavic	ANO
Držák pro dávkovač desinfekce v ambulantním prostoru	ANO
1 pár bílých LED světlometů umístěn zadní hraně střechy vedle majáku, automatické sepnutí při zařazení zpětného chodu, osvětlení možno zapnout samostatně	ANO
Pravé posuvné boční dveře s otvíracím oknem	ANO
Zadní křídlové dveře s okny, nebo vzhůru výklopné dveře s oknem včetně 3. brzdového světla,	ANO, dvoukřídle
Samostatný přenosný reflektor (lampa) pro vyhledávání v terénu,	ANO

Polepení vozu	Doplňující uchazeč (ANO/NE/Popis)
Červený reflexní pruh po obvodu vozidla o min. výšce 150mm	ANO
2 x název provozovatele / obchodní značení společnosti na předních dveřích o min. výšce 30mm + logo společnosti	ANO
2 x nápis: ZDRAVOTNICKÁ DOPRAVNÍ SLUŽBA na bocích vozu bílým písmem o výšce 100mm	ANO
6 x znak modré hvězdy života (2x 300mm, 2x 200mm, 2x 10mm)	ANO



# Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví

Činžovních domů 139-140, 533 54 Rybitví  
IČ: 00190560

Výstražné zvukové a světelné zařízení	Doplňí uchazeč (ANO/NE/Popis)
výstražné světelné a zvukové zařízení 1 x rampa vpředu a 1 x bodové vzadu na střeše homologované pro ČR. Ovládání světelného a zvukového zařízení v dosahu sedícího řidiče,	ANO