

ZÁVAZNÝ POŽADAVKOVÝ LIST NA POŘÍZENÍ ZBOŽÍ V DNS

Identifikace příspěvkové organizace („PO“):	Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace se sídlem v Břeclav, U Nemocnice 3066/1 IČO: 00390780 DIČ: CZ00390780 jednající: [REDACTED] kontaktní osoba: [REDACTED] e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED] osoba odpovědná za převzetí zboží: [REDACTED] e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]
Popis zboží:	Elektrické lůžko
Počet kusů:	35
Sazba DPH:	15%
<u>Nezbytné</u> technické parametry zboží	Mobilní lůžko - 4 ks koleček, Ø minimálně 125 mm, centrální brzda, směrová aretace Výškové nastavení lůžka - zdvih lůžka pomocí elektromotoru Výškové nastavení ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 40 - 75 cm Pevná ocelová konstrukce v rozích s nárazovými kolečky Čtyřdílná ložná plocha z kovových nebo plastových lamel Šířka ložné plochy minimálně 85 cm Délka ložné plochy 200 cm Možnost prodloužení ložné plochy minimálně o 15 cm Maximální celková šířka lůžka 100 cm (včetně bočnic) Zádový a stehenní díl ovládaný elektromotorem s automatickým odsunem při polohování (autoregrese) Napájení 230 V, 50 Hz Zálohová baterie Lýtkový díl polohovatelný mechanicky pomocí

<p><u>Upřesňující</u> technické parametry zboží</p>	<p>hřebenu Integrované boční sklopné postranice s ochranou proti nechtěnému spuštění Čela s aretací proti samovolnému vytažení, celoplastová odnímatelná s možností volby barevného provedení* Ruční ovladač lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování Nosnost minimálně 220 kg Univerzální lišty a držáky pro hrazdu a infuzní stojan v hlavové a nožní části Univerzální lišty na příslušenství po stranách lůžka Hlavové i nožní čelo pohybující se s ložnou plochou lůžka Náklon zádového dílu minimálně 70° Hrazda s madlem Infuzní stojan Shoda s normou ČSN EN 60601-2-52 Preventivní pasivní antidekubitní matrace Matrace vhodná pro ochranu uživatelů se středním rizikem vzniku dekubitů (minimálně II. stupně) Vyrobená ze studené HR pěny Prořez jádra podélnými a příčnými prořezy pro lepší rozložení tlaku na matraci 5 anatomických zón Výška matrace minimálně 14 cm Rozměr matrace dle lůžka Potah pružný, paropropustný, omyvatelný, antialergický, antibakteriální, odolný běžným dezinfekčním prostředkům Se sníženou hořlavostí, pratelný do teploty 95° C Potah se zipem s ochranou proti zatečení - ze dvou stran matrace Podlepené nebo svařované švy</p>
<p>Požadovaná doba dodání zboží:</p>	<p>6/2018</p>
<p>Předpokládaná lhůta, ve které je vybraný dodavatel schopen zboží dodat (doba v měsících)</p>	<p>2</p>
<p>Předpokládaná cena v Kč bez DPH:</p>	<p>1.087.000,-</p>

Maximální cena v Kč bez DPH	
Místo dodání zboží:	Lůžková oddělení nemocnice
Zdroj financování:	dotace JmK
Speciální požadavky: např. prodloužená záruka, montáž zboží, kompatibilita, hodnocení elektronickou aukcí	
Součástí dodávky bude instalace lůžek, uvedení do provozu, provádění BTK po dobu záruky	
Identifikace zkušených dodavatelů:	
Linet s.r.o. – v roce 2016 nemocnice nakoupila 100ks lůžek, z důvodu servisu doporučujeme stejného dodavatele	
Poznámky:	

V Břeclavi dne 5. 3. 2018

 ředitel