

## Objednávka 2600093003

Datum objednávky 09.07.2018

Vyhotovuje: [REDACTED]

Oddělení: Zdravotnická tech.

Telefon: [REDACTED]

fax: [REDACTED]

Mail: [REDACTED]

Adresa odběratele (fakturační):

Krajská zdravotní, a.s.

Sociální péče 3316/12A

401 13 Ústí nad Labem

Adresa příjemce, faktury, zboží/služby:

Krajská zdravotní, a.s.

Masarykova nemocnice v Ústí n.Lab., o.z.

Sociální péče 3316/12A

401 13 Ústí nad Labem

**MEDATA, spol. s r.o.**  
**Milady Horákové 11**  
**602 00 Brno**

Vaše číslo dodavatele u nás  
 1002274

Termín dodávky: **25.07.2018**

Dodávka pro RDG I.

**Fakturujte se splatností 60 dnů!**

**Měna CZK**

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota
00010	1	Kus Oprava přístroje	125.295,50	125.295,50

Na základě vámi vystaveného odborného posudku č. 201805311 ze dne 31.5.2018 objednááme výměnu ovládacího panelu k UZ přístroji Aixplorer, v.č. SIG2714. Přístroj se nachází na oddělení RDG I. Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, kont.osoba je ved. laborant [REDACTED].

Celk.hodn. s DPH CZK , 125.295,50

27	Krajská zdravotní, a.s.
070	- Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
100	oddělení obslužných klinických činností
04	Sociální péče IČ: 25488627

Schválil:.....

Z důvodu registrace k DPH [REDACTED] vatelelských fakturách a vystavených objednávkách uvádět jak adresu sídla společnosti, tak adresu místa provozovny (fakturační a dodací adresa). Na dodacích listech, fakturách a ostatních dokumentech uvádějte naše číslo objednávky a koncového odběratele. Faktury bez čísla objednávky budou považovány za neúplné a vráceny dodavateli. V případě daňového dokladu musí účet uvedený na faktuře splňovat podmínku dálkového přístupu, v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. Účet musí být zveřejněný.

Pokud hodnota předmětu přesahuje 50 000 Kč bez DPH, nabývá objednávka účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv. Bez písemné akceptace není objednávka uzavřena. Plnění předmětu objednávky před její účinností se považuje za plnění podle této objednávky.

IČO: 25488627 DIČ: CZ25488627

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. [REDACTED]

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550.

## Odborný posudek na ultrazvukový přístroj

Adresát: Krajská zdravotní, a.s.,  
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.  
Radiologická klinika,  
Sociální péče 3316 /12A,  
401 13 Ústí nad Labem

Datum: 31.5.2018  
Odborný posudek č.: 201805311  
Na předmět: Ultrazvukový přístroj Aixplorer  
Výrobní číslo: SIG2714

Na základě vaší objednávky č. 2600090008 a stížností lékařů na špatnou funkčnost některých tlačítek jsem 25.4. přeinstaloval software systému, abychom vyloučili nějakou softwarovou chybu, která by mohla tyto problémy způsobovat. Potom lékaři sledovali nějaké období, zda se funkce tlačítek nezlepšila. Problémy však i nadále přetrvávaly. Dne 22.5. jsem u přístroje vyměnil ovládací panel za náhradní na zkoušku a ovládací panel z vašeho přístroje jsem testoval v naší firmě na našem přístroji. Po tomto testování mohu jednoznačně říct, že problém s tlačítky je dán poruchou ovládacího panelu a je nutné vyměnit ho za nový. Cena opravy by tedy byla následující:

- Exchange ovládacího panelu SSIP02150, ENGLISH CONTROL PANEL GEN 2 (výměna za nový) stojí 97 500,- Kč bez DPH, což je 117 975,- Kč včetně DPH.
- Demontáž, montáž stojí 1 450,- Kč bez DPH, což je 1 754,50 Kč včetně DPH.
- Cestovné 2x Praha Medata – Ústí nad Labem a zpět (22.5. 2018 + datum, kdy bude panel vyměněn za nový), 4 x 100 km á 11,50 Kč/km = 4 600,- Kč bez DPH, což je 5 566,- Kč včetně DPH

Celkem tedy oprava vychází na 97 500,- Kč + 1 450,- Kč + 4 600,- Kč = 103 550,- Kč bez DPH, což je 125 295,50 Kč včetně DPH.

S pozdravem,

  
**MEDATA, spol. s r.o.**  
VRBOVA 1427/19, 147 00 Praha 4  
TEL.: 225 110 915 • Fax: 225 110 916  
DIČ: CZ18626220

*P. MABÍŠKOV*  
*SOUHRNĚ*  
- 9 -07-2018