

Příloha č. 1b ZD - Technická specifikace - část 2: Trhačka

Název veřejné zakázky: Nákup měřicí techniky a nábytku do učebny měření - 2. část - Trhačka.

Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Vlastní technická specifikace požadovaného zařízení včetně příslušenství a vlastní technická specifikace nabízených dodávek - Pokyn k vyplnění:

Dodavatel vyplní tabulku níže, když v rámci nabídky přiřadí k dodávané položce vlastní technickou specifikaci. Dodavatel vyplní tabulku pro tu část VZ, na kterou podává nabídku. Do sloupce vpravo od uvedeného zařízení a příslušenství dodavatel u položky **vypíše vlastní technickou specifikaci**, aby zadavatel mohl porovnat, zda nabízené zboží odpovídá minimálním požadavkům, které jsou stanoveny v ZD a v Příloze č. 1b ZD. Ve sloupcích na levé straně je označeno požadované zařízení a počet ks. V příslušném sloupci také dodavatel vyplní, **zda nabízené zboží splňuje minimální požadavky zadavatele slovem „ANO“ nebo „NE“**. V Příloze č. 1b - Technická specifikace - část 2 ZD zadavatel stanovil základní požadavky a parametry na dodávané zařízení a příslušenství pro část 2 VZ (Trhačka), které **dodavatel musí dodržet a zohlednit ve své nabídce**. Jedná se o specifikaci zboží, počet kusů a popis technických parametrů a požadavků na výkon a funkci. Dodavatel může nabídnout zboží **s jinými, pokud možno lepšími parametry** (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), **nikoli s parametry horšími**, než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách a Příloze 1b. Předmětem dodávky musí být zboží nové, ne repasované.

Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých dodávek, které obsahuje Příloha č. 1b ZD. V relevantním pravém sloupci tabulky dodavatel doplní, jaké zboží, příp. související činnosti konkrétně nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v pravém sloupci, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě nabízeného zboží dodavatel napíše také **název výrobce, výrobku a přesnou technickou specifikaci**.

Ke specifikaci dodavatel doloží případně snímky nebo fotografie jednotlivých dodávek (příp. odkaz na ně).

Nesplnění 1 nebo více technických podmínek požadovaných zadavatelem bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek.

Záruka minimálně 24 měsíců na veškeré dodávané zboží.

Číslo položky	Počet kusů/sad	Název položky	Specifikace parametrů pro VŘ s názvem: Nákup měřicí techniky a nábytku do učebny měření. Projekt: Modernizace učeben odborných předmětů v areálu SPŠD Plzeň - Křimice, reg. číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005030	PARAMETRY NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ (dodavatel vyplní obchodní název zboží (či jiné jednoznačné označení výrobce) a technickou specifikaci	Splňuje zboží minimální požadavky zadavatele? ANO/NE
				Multitest 2.5-dV, výrobce Mecmesin Ltd, siloměr 2500N, samoupínací čelisti, tlačná deska, software	ANO
1	1 ks	Trhačka	Motoricky ručně ovládaný stojan (max. zatížení 2 500N, posuv příčnicku regulovatelný) s digitálním siloměrem (lze měřit tlak i tah) a upínacími čelistmi k provádění tahových zkoušek a tlačnou desku k provádění zkoušek v tlaku včetně software pro grafické zobrazení průběhu zkoušky, včetně instalace přístroje, jeho připojení k PC a jednodenního zaškolení.	viz nabídka č.11822393:Multitest 2.5-dV	ANO

V Kroměříži dne 26. 04. 2018

podpis a razítko oprávněné osoby
Ing. Jaroslav Janáč, jednatel

