



Technické požadavky zadavatele
podlimitní veřejné zakázka na dodávku dynamického chodníku

Zadavatel stanovuje pro plnění veřejné zakázky na dodávku dynamického chodníku níže uvedené absolutní (minimální) technické požadavky.

Nesplnění některého z těchto absolutních (minimálních) technických požadavků bude znamenat vyloučení účastníka zadávacího řízení.

Dodavatel je povinen vyplnit níže uvedenou tabulku ve všech řádcích. Pokud dodavatel do některého řádku neuvede ANO (tj. že požadovaný parametr splňuje), bude účastník zadávacího řízení vyloučen. Obdobně může zadavatel postupovat, pokud dodavatel některý řádek ponechá nevyplněný.

Zadavatel požaduje, aby nabízené řešení mělo rovné nebo lepší parametry jako parametry požadované v absolutních (minimálních) technických požadavcích.

Zadavatel stanovuje následující absolutní (minimální) požadavky:

Definice technického požadavku	Dodavatel splňuje ANO/NE	Poznámka
plocha pásu minimálně 150 x 50cm	ANO	Viz Technický List
rychlost pohybu chodícího pásu 0 - 10 km/hod	ANO	Viz Technický List
sklon pásu nastavitelný v rozsahu 0 – 25% (14°)	ANO	Viz Technický List
nadlehčovací závěsný systém pro odlehčení pacienta o maximální hmotnosti 135 kg	ANO	Viz Technický List
kalibrované silové senzory zabudované v plošině, rozsah měření 1 - 120 N/cm ²	ANO	Viz Technický List
plocha se senzory min. 110 x 48 cm, min. 3400 senzorů	ANO	Viz Technický List
madla po celé délce pásu s nastavitelnou výškou a sklonem, teleskopické prodloužení madel	ANO	Viz Technický List
řídící PC s obrazovkou pro virtuální realitu	ANO	Viz Technický List
software pro analýzu chůze a stoje s možností uložení dat pacientů do databáze grafické zobrazení měřených dat v reálném čase	ANO	Viz Technický List



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



náhled naměřených hodnot (fáze stoje, délka kroku, šířka kroku, úhel rotace chodidla, analýza rozložení sil pod ploškami	ANO	Viz Technický List
Nosnost pro pacienta min. 150 kg	ANO	Viz Technický List
možnost připojení videokamery pro synchronizovaný video záznam a možnost připojení bezdrátového EMG	ANO	Viz Technický List
Pomůcka pro upnutí pacienta do odlehčovacího systému v různých velikostech s příslušenstvím (hustící systém – kompresor)	ANO	Viz Technický List
System pro nájezd pacienta s vozíkem na chodník	ANO	Viz Technický List
Monitor pro sledování virtuální reality pacientem při chůzi, min. 46'	ANO	Viz Technický List
Konkrétní nabídka (zn., typ):		