

Příloha č. 2

Formulář pro zpracování specifikace technických parametrů:

| | |
|--------------------------|--|
| Název zadavatele: | Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. |
| Sídlo: | Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa |
| IČ: | 272 83 518 |
| Zastoupený: | Ing. Pavlem Markem, předsedou představenstva |

Popis pořizovaných předmětů a technologického řešení / parametrů:

Elektrické nemocniční lůžko polohovací s příslušenstvím (matrace, hrazda , hrazdička atd.) a noční stolek

Technická specifikace:

| <i>Obchodní název a typové označení přístroje</i> | Lůžko PLE-N85-T | | |
|---|---------------------------|--------------------|--|
| <i>Výrobce přístroje</i> | PROMA REHA, s.r.o. | | |
| Parametr | ANO/ hodnota | Nabídnuto* | |
| Elektrické nemocniční lůžko polohovací 350 ks | | | |
| Lůžko splňuje normu ČSN EN 60601-2-52***, anebo zajišťuje jiné řešení požadavků na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost zdravotnických lůžek rovnocenné (případně lepší) požadavkům ČSN EN 60601-2-52*** | Ano | Ano | |
| Bezpečné zatížení lůžka minimálně | 200 kg | 250kg | |
| Nejnižší poloha ložné plochy | max. 40 cm | 38,5cm | |
| Zdvih lůžka pomocí elektromotoru (rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší polohou) | min. 36,5 cm | 41,5cm | |
| Čtyřdílná ložná plocha s kovovou nebo plastovou výplní | Ano | Ano, kovové lamely | |
| Šířka ložné plochy | 85 (-0/+5) cm | 85cm | |
| Maximální šířka lůžka | 97 (-2/+2) cm | 97cm | |
| Základní délka ložné plochy | 200 cm | 200cm | |
| Integrované prodloužení ložné plochy | min. 15 cm | 20cm | |
| Zádový a stehenní díl ovládaný elektromotorem | Ano | Ano | |
| Lýtkový díl polohovatelný | Ano | Ano | |
| Schopnost mechanického nouzového odblokování zádového dílu | Ano | Ano | |
| Trendelenburg / antitrendelenburg elektrický (požadujeme zaručenou funkci bez připojení na elektrickou síť) | Min. $\pm 14^\circ$ | $\pm 16^\circ$ | |
| Autoregrese zádového dílu | min. 10 cm | 12cm | |
| Autoregrese stehenního dílu | min. 6 cm | 6cm | |
| Obě čela plastová – odnímatelná s pojistkou proti vytažení | Ano | Ano | |

| | | |
|--|-------|---|
| <p>¾ sklopné postranice s možnosťou rýchleho odejmutí z lôžka bez použítí náradí, nejsou-li tímto způsobem odnímatelné, ve sklopné poloze nesmí přesahovat celkovou šířku lôžka, ovládání postranic mimo dosah pacienta</p> <p>NEBO</p> <p>Postranice po celé délce ložné plochy s možností rychlého odejmutí z lôžka bez použítí náradí, nejsou-li tímto způsobem odnímatelné, ve sklopné poloze nesmí přesahovat celkovou šířku lôžka, ovládání postranic mimo dosah pacienta</p> | Ano** | Ano, ¾ sklopné postranice s možností rychlého odejmutí z lôžka bez použítí náradí |
| Ruční ovladač lôžka s ochranou proti nechtěnému polohování s tlačítkem "Go" nebo "start" (či jinak nazvaným tlačítkem), jehož funkcí je uvolnit polohování neuzamčených funkcí na ovladači, aby jakoukoli neuzamčenou polohovací funkci (s možnou výjimkou funkce CPR) nebylo možné spustit bez předchozího stisku tohoto uvolňovacího tlačítka (na jeden stisk uvolňovacího tlačítka lze spustit i několik na sebe navazujících neuzamčených polohovacích funkcí) | Ano | Ano |
| Schopnost uzamčení: zdvihu celé ložné plochy (oba směry), zdvihu podhlavníku (oba směry), zdvihu nohou (oba směry) a TR/ATR (a také každou další polohovací funkci, kterou případně bude lôžko vybaveno, s možnou výjimkou "CPR" funkce) - každá funkce uzamykaná samostatně na ručním ovladači (pomocí mechanického nebo magnetického klíče apod.) | Ano | Ano |
| Kolečka o průměru min. 120 mm, s centrální brzdou | Ano | Ano, 125mm |
| Ochranná kolečka v rozích lôžka | Ano | Ano |
| Držáky pro hrazdu a infuzní stojan v hlavové i nožní části | Ano | Ano |
| Plastový kryt podvozku pro snadnou hygienu nebo dílčí plastové kryty zakrývající rizikové části podvozku, především uložení koleček, otvorů konstrukce, apod.) | Ano | Ano |
| Možnost volby barevného provedení konstrukce lôžka a výplní čel | Ano | Ano |
| Příslušenství 350 ks | | |
| Kovová lakovaná hrazda | Ano | Ano |
| Plastová hrazdička s nastavitelným popruhem | Ano | Ano |
| Infuzní stojan do pouzdra | Ano | Ano |
| Eurolišta vč. háčků | Ano | Ano |
| Držák nádoby na moč | Ano | Ano |
| Koš na redony | Ano | Ano |
| Příslušenství 100 párů | | |
| Dobočnice na postranice – snadná manipulace bez použítí náradí | Ano** | Ano |
| Pasivní antidekubitní matrace 350 ks | | |
| Jednostranná antidekubitní zdravotní matrace | Ano | Ano |
| Vhodná pro pacienty až do III. stupně rizika vzniku dekubitu | Ano | Ano |
| Spodní nosná vrstva ze studené HR pěny pro vysokou nosnost a stálost matrace | Ano | Ano |

| | | |
|---|------------------|-------|
| Profilovaná střední vrstva rozděluje tuhost matrace anatomických zon z důvodu rozložení tlaku | min. 5 zon | 5 zón |
| Vrchní vrstva z VisCool pěny nebo viskoelastické pěny či jiného materiálu s plně srovnatelnými vlastnostmi | Ano | Ano |
| Potah snadno snímatelný – zip s ochranou proti průsaku nečistot do matrace, svařované švy | Ano | Ano |
| Materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný ve dvou směrech, omyvatelný, prodyšný, pratelný na 75°C | Ano | Ano |
| Rozměr matrace dle lůžka | výška min. 12 cm | 14cm |
| Nosnost matrace | min. 120 kg | 120kg |
| Noční stolek s jídelní deskou 350 ks | | |
| Celokovové oboustranné provedení – kovová nosná konstrukce stolku (korpus) a výplně (čela zásuvek a dvířek). Přístup do stolku z přední i zadní strany | Ano | Ano |
| Provedení stolku – zásuvka, nika, dolní dvířka, odkládací plocha pro obuv, na boční straně kovový držák ručníku, prostor pro PET lahev, plastová vložka zásuvky | Ano | Ano |
| Odkládací a jídelní deska z ABS plastu nebo HPL se zvýšeným okrajem | Ano | Ano |
| Integrovaná plynule výškově stavitelná jídelní deska s posilováním pružinou nebo pístem s náklonem na čtení, min.3 pozice náklonu. | Ano | Ano |
| Kolečka o průměru min. 65 mm, všechna brzditelná | Ano | Ano |
| Možnost volby barevného provedení konstrukce stolku | Ano | Ano |

**Dodavatel uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů, případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.*

***Dodavatel ve formuláři uvede, jaké konkrétní řešení z uvedených dvou možností nabízí.*

V případě, že dodavatel nabízí postranice po celé délce ložné plochy a požadovaná funkce dobočnic je plně zajištěna těmito postranicemi, potom uvede u parametru „Dobočnice na postranice – snadná manipulace bez použití nářadí“, že toto příslušenství není součástí jeho nabídky.

**** Možnost nabídnout jiné, rovnocenné řešení v souladu s § 89 odst. 6 a § 90 odst. 3 ZZVZ.*

V České Skalici dne

Za uchazeče:



 PROMA REHA, s.r.o.
 Riegrova 342
 552 03 Česká Skalice
 IČO 63219107 DIČ CZ63219107
 Tel.491 11 22 33 Fax 491 54 11
 info@promareha.cz

Radek Jakubský, jednatel