

Tabulka č. 3 – Technické parametry vybavení

| Název požadovaného vybavení dle soupisu | Pořadové číslo dle soupisu | Zkrácený název katedry |
|---|----------------------------|------------------------|
| ATR krystal pro ATR nástavec ZnSe | 3 | KAOCH |
| Popis vybavení | | |
| Jednodrazový ATR krystal ze selenidu zinečnatého pro SMART ATR nástavec včetně kovového držáku krystalu umožňující měření IR spekter pevných či kapalných látek | | |
| Požadavek na záruku a servis | | |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě včetně příslušenství v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. | | |
| Požadavek na funkcionalitu | | |
| Základní vlastnosti: | | |
| Možnost rychlého měření IR spekter pevných či kapalných látek. Přístroj kompatibilní se SMART ATR nástavcem používaným v spektrofotometru Nicolet 6700 FT-IR. | | |

Příloha č. 1b: Technická specifikace s položkovým rozpočtem

| Zkvalitnění studijního prostředí na FaF UK v Hradci Králové – dodávka vybavení – ATR krystaly | | | | | | |
|--|---|---------------------|-----------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Dodavatel povinně vyplní žlutě označená pole. Dodavatel není oprávněn zasahovat do technické specifikace, měnit názvy položek, počty kusů ani matematické vzorce. | | | | | | |
| Pořadové číslo | Název a technická specifikace položky | Měrná jednotka (MJ) | Množství celkem | Cena jednotková v Kč bez DPH | Cena celková v Kč bez DPH | Cena celková v Kč včetně DPH |
| 1 | ATR krystal pro ATR nástavec Diamant | ks | 1 | 129000 | 129000 | 156090 |
| Popis dle textové části specifikace | | | | | | |
| 2 | ATR krystal pro ATR nástavec Germanium | ks | 2 | 54474 | 108948 | 131827,08 |
| Popis dle textové části specifikace | | | | | | |
| 3 | ATR krystal pro ATR nástavec Selen | ks | 2 | 38500 | 77000 | 93170 |
| Popis dle textové části specifikace | | | | | | |
| Celková nabídková cena v Kč | | | | | 314948 | 381087,08 |