



**NEMOCNICE
HAVLÍČKŮV
BROD**

Nemocnice Havlíčkův Brod, Husova 2624, 580 22

Havlíčkův Brod IČO : 00179540, DIČO : CZ00179540

OBJEDNÁVKA č.: VOZT-2018-201

Značka: VOZT-2018-201
Vyřizuje: Ing.Adam Fila
Tel.: +420 569 472 118
Fax: +420 569 421 982
E-mail: adam.fila@onhb.cz

SIEMENS s.r.o.
Sektor Healthcare
Divize Imaging @Workflow Solutions
Siemensova 1, Praha 13, Stodůlky

Datum: 11.06.2018

Dokumentace servisního zásahu musí vyhovět zák.požadavkům !
Čitelná s uvedením oddělení, jednoznačnou identifikací přístroje, jménem technika, datem atd.
Při zásahu na více přístrojích, je nutné rozepsání provedených výkonů a jejich rozúčtování dle jednotlivých přístrojů !
Při nedodržení podmínek nebudou servisní faktury propláceny !
Před započítáním servisních prací v Nemocnici Havlíčkův Brod je nutno toto oznámit zodpovědné osobě uvedené na objednávce.
Prosíme o sdělení předběžné ceny opravy. Veškeré doklady zasílejte na oddělení zdravotnické techniky.
Výsledek servisního zásahu musí být vyznačen na protokolu :
VYHOVUJE / NEVYHOVUJE (důvod, opravitelnost)

K provedenému servisnímu zásahu prosíme o dodání certifikátu o proškolení konkrétní osoby výrobcem nebo osobou autorizovanou výrobcem , dle § 65 zák.268/2014Sb.

Č. Objednávaný úkon Údaje o zařízení

1. Oprava	Název zařízení:	Skiagrafický přístroj Siemens
	Typ zařízení:	Axiom Aristos MX
	Výr.číslo:	2342
	Umístění:	RDG

oprava – přístroj hlásí err 402 from apld 80, a v informačním řádku - heating current at min plus přidružený err 604 from apld 80.

(po restartu a startup diagnostice - err 870 from apld 240 not enough memory,
-Err 323 from apld 240 turn system off/on
-both detectors have failed startup diagnostic and will be disabled until next system restart)

(1,3mil)

Děkujeme Vám a těšíme se na další spolupráci.

.....
podpis zodpovědné osoby